МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ

Основные параметры

ГОСТ 22223—76

Shut-off device for pressur gauges.
Main technical data

МКС 23.060

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 ноября 1976 г. № 2497 дата введения установлена 01.01.78

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на запорные устройства для манометров на рабочее давление ($P_р$) от 32 до 1000 МПа (от 320 до 10 000 кгс/см^2) при температуре рабочей среды от 223 К до 573 К (от минус 50 °С до плюс 300 °С) условными проходами ($D_у$) 3 и 6 мм, применяемые на трубопроводах для различных сред.

2. Основные параметры запорных устройств для манометров должны соответствовать указанным в таблице.

Условный проход $D_у$, мм	Рабочее давление $P_р$ МПа (кгс/см^2)	Температура рабочей среды, К (°С)	Материал
3*, 6*	32 (320)	От 223 до 573 (от минус 50 до плюс 300)	Коррозионностойкая и углеродистая сталь
3	40 (400)		
	100 (1000)		Высоколегированная сталь
	150 (1500)	От 223 до 473 (от минус 50 до плюс 200)	
	250 (2500)		
	400 (4000)		
	600 (6000)		
	1000 (10000)		

* При новом проектировании не применять.

3. Запорные устройства для манометров должны изготовляться с ручным управлением; с присоединением к трубопроводу;

фланцевым — для $P_р$ до 40 МПа (400 кгс/см^2),

муфтовым с линзовой прокладкой — для $P_р$ 100 МПа (1000 кгс/см^2) и выше.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru