ГОСТ 23327—98

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности (ВНИМИ), Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 186 «Молоко и молочные продукты»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12 ноября 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 марта 1999 г. № 95 межгосударственный стандарт ГОСТ 23327—98 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 23327—78

5 ИЗДАНИЕ (август 2009 г.) с Поправкой (ИУС 8—2009)

© ИПК Издательство стандартов, 1999
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Методы отбора проб 2
4 Аппаратура, материалы и реактивы 2
5 Подготовка к измерениям 4
6 Проведение измерений 5
7 Обработка результатов измерений 7
8 Требования техники безопасности 8
Приложение А Библиография 8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

Milk and milk products. Determination of mass part of total nitrogen by Kjeldahl method and determination of mass part of protein

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей и устанавливает метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю с последующим определением массовой доли белка.

Метод Кьельдаля основан на минерализации пробы молока концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли — сульфата калия и катализатора — сульфата меди. При этом аминогруппы белка превращаются в сульфат аммония, растворенный в серной кислоте.

Массовую долю азота в этом растворе измеряют одним из следующих способов:

химическим — путем подщелачивания раствора, дистилляции аммиака с водяным паром, поглощения его раствором борной кислоты и титрования последнего раствором соляной кислоты с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора (ручное титрование) или с помощью потенциометрического анализатора (ручное или автоматическое титрование);

электрохимическим — путем автоматического кулонометрического титрования аммиака непосредственно в минерализованной пробе.

Массовую долю белка определяют, умножая полученный результат на соответствующий коэффициент.

(Поправка)*.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4143—78 Реактивы. Калий углекислый кислый. Технические условия

ГОСТ 4145—74 Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4160—74 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 4165—78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4221—76 Реактивы. Калий углекислый. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9656—75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия

ГОСТ 10929—76 Реактивы. Водорода перексид. Технические условия

ГОСТ 13928—84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу

* Действует только на территории Российской Федерации.

Издание официальное

ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 19908—90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 20490—75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 24104—88* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка проб к анализу

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29228—91 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

РМГ 29—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

3 Методы отбора проб

Методы отбора проб и подготовка их к анализу — по ГОСТ 13928 и ГОСТ 26809.

4 Аппаратура, материалы и реактивы

Для измерений применяют следующие аппаратуру, материалы и реактивы:

весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;

весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104;

анализатор потенциометрический с диапазоном измерения 0—12 ед. pH, с ценой деления 0,05 ед. pH;

блок автоматического титрования, аппаратурно совместимый с потенциометрическим анализатором и имеющий дозатор раствора — бюретку вместимостью не менее 5 $см^3$, с ценой деления не более 0,02 $см^3$, а также магнитную мешалку;

автоматический кулонометрический титратор общего назначения с диапазоном измерения 0,1—0,4 Кл и ценой деления не более 0,005 Кл или автоматический кулонометрический титратор для измерения массовой доли общего азота с диапазоном измерения 0 %—1 % азота и ценой деления не более 0,01 % азота;

термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения 0 °С—40 °С и ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498;

плитка электрическая мощностью 1000 Вт по ГОСТ 14919;

блок с гнездами алюминиевый для пробирок или колб Кьельдаля (рисунок 1);

шкаф вытяжной;

приспособление для отвода кислотных паров, выделяющихся при минерализации (рисунок 2);

колбы Кьельдаля 2-100-ТС по ГОСТ 25336;

пробирки кварцевые типа БП по ГОСТ 19908 или пробирки из термостойкого стекла (рисунок 3);

холодильник ХШ-3-200 по ГОСТ 25336;

каплеуловитель лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336 или каплеуловитель согласно рисунку 4 (из термически стойкого стекла, а также может быть из полиметилметакрилата и коррозионностойких сортов стали);

колбы мерные 1-250-2, 1-500-2, 1-1000-2, 1-2000-2 или 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2, 2-2000-2 по ГОСТ 1770;

цилиндры мерные 1-10-1, 1-50-1, 1-100-1, 1-1000-1 или 1-10-2, 1-50-2, 1-100-2, 1-1000-2 или 3-50-1, 3-100-1, 3-1000-1 или 3-50-2, 3-100-2, 3-1000-2 по ГОСТ 1770;

пипетки 8-2-0,1 или 8-2-0,2 по ГОСТ 29228;


пипетки 6-1-10 или 6-2-10 по ГОСТ 29228;

бюретки 1-2-5-0,02 или 2-2-5-0,02 или 6-2-5-0,02 или 7-2-10-0,02 по ГОСТ 29228;

колбы конические Кн-2-250-34ТХС, Кн-2-1000-42-ТХС, Кн-2-2000-50-ТС по ГОСТ 25336;

---


* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001.



Сосуд	D_1	Число гнезд
Пробирка	45^{+1}	6
Колба Кьельдаля	67^{+1}	4

1 - алюминиевый блок;
2 - теплоизоляция (асбест или асбоцемент);
3 - цилиндрический алюминиевый экран;
4 - гнездо для пробирки или колбы Кьельдаля

Рисунок 1 — Алюминиевый блок с гнездами для пробирок или колб Кьельдаля



1 - пробирка или колба Кьельдаля;
2 - стеклянный колпак;
3 - трубка из резины или фторопласта-4;
4 - водоструйный насос

Рисунок 2 — Приспособление для отвода кислотных паров




Рисунок 3 — Пробирка из стекла ТС




Рисунок 4 — Каплеуловитель

стаканы В-1-50 ТС, В-1-100 ТС, В-1-250 ТС или В-2-50 ТС, В-2-100 ТС, В-2-250 ТС по ГОСТ 25336;
стаканчики СВ-14/8 по ГОСТ 25336;
воронки делительные ВД-2-25 ХС по ГОСТ 25336;
воронки В-36-80 ХС по ГОСТ 25336;
ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147;
отрезки стеклянных трубок длиной 2—3 см, диаметром 0,5 см;
кислота серная концентрированная, плотностью 1,83—1,84 г/см^3 по ГОСТ 4204;
кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации 0,1 моль/дм^3;
кислота соляная стандарт-титр по НД [2];
кислота борная по ГОСТ 9656;
натрия гидроокись по ГОСТ 4328;
калия бромид по ГОСТ 4160;
калия карбонат по ГОСТ 4221;
калия гидрокарбонат по ГОСТ 4143;
калия сульфат по ГОСТ 4145;
калия перманганат по ГОСТ 20490;
медь сернокислая, 5-водная по ГОСТ 4165;
перекись водорода по ГОСТ 10929, раствор с массовой долей 30 %;
ацетон по ГОСТ 2603;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
метиленовый голубой по НД [1] или аналогичный производства Индии;
бриллиантовый зеленый по НД [3];
метиловый красный по НД [4];
бромкрезоловый зеленый по НД [5].

Все реактивы должны быть чистыми для анализа или химически чистыми.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

5 Подготовка к измерениям

5.1 Приготовление раствора гидроокиси натрия

Растворяют 400 г гидроокиси натрия в 600 см^3 дистиллированной воды.

5.2 Приготовление смеси солей

Смешивают 100 г сульфата калия с 0,4 г сернокислой меди, смесь измельчают в ступке.

5.3 Приготовление раствора индикаторов

Растворяют в 100 см^3 ацетона: для получения метиленового голубого — 0,075 г метилового красного и 0,200 г метиленового голубого; бромкрезолового зеленого — 0,045 г метилового красного и 0,200 г бромкрезолового зеленого и бриллиантового зеленого — 0,045 г метилового красного и 0,010 г бриллиантового зеленого.

5.4 Приготовление раствора для поглощения аммиака

Для измерения массовой доли азота с индикацией точки эквивалентности с помощью потенциометрического анализатора растворяют в 1000 см^3 горячей дистиллированной воды 40 г борной кислоты.

Для измерения массовой доли азота с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора в 1000 см^3 раствора борной кислоты вносят 25 см^3 одного из индикаторных растворов, приготовленных по 5.3.

5.5 Приготовление раствора соляной кислоты концентрации 0,2 моль/дм^3

В соответствии с инструкцией к стандарт-титру вносят содержимое двух ампул стандарт-титра соляной кислоты в мерную колбу вместимостью 1000 см^3, доводят дистиллированной водой объем до метки и перемешивают.

5.6 Приготовление анодного раствора

В мерную колбу вместимостью 1 дм^3 помещают 100 г бромида калия, 200 г гидрокарбоната калия и 22 г карбоната калия, приливают 800 см^3 дистиллированной воды и перемешивают до растворения. Объем раствора доводят до метки водой и перемешивают.

5.7 Приготовление нейтрализующего раствора

В мерную колбу вместимостью 1 дм^3 помещают 100 г бромида калия и 240 г гидроокиси натрия, приливают около 800 см^3 дистиллированной воды и перемешивают до растворения. Объем раствора доводят до метки водой и перемешивают.

6 Проведение измерений

6.1 В колбу Кьельдаля или пробирку помещают несколько отрезков стеклянных трубок и 10 г смеси солей.

В стаканчик для взвешивания отмеряют 1 см^3 продукта, крышку закрывают и взвешивают. Продукт переливают в колбу Кьельдаля или пробирку. Пустой стаканчик с крышкой вновь взвешивают и по разнице между массой стаканчика с молоком и массой пустого стаканчика устанавливают массу взятого продукта.

В колбу Кьельдаля или пробирку добавляют 10 см^3 серной кислоты и 10 см^3 перекиси водорода или 0,5 г перманганата калия.

Колбу Кьельдаля или пробирку помещают в гнездо алюминиевого блока на электроплитке. Устанавливают регулятор нагрева плитки в среднее положение.


После прекращения бурного вспенивания содержимого колбы или пробирки (приблизительно через 10 мин после начала нагревания) устанавливают регулятор нагрева плитки в положение, соответствующее максимуму. Нагревание продолжают до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и бесцветной или слегка голубоватой.

6.2 Колбу Кьельдаля или пробирку с полученным минерализатом охлаждают на воздухе до комнатной температуры.

6.3 Измерение массовой доли общего азота химическим способом с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора проводят в следующей последовательности.

6.3.1 В колбу Кьельдаля или пробирку с минерализатом (6.2) добавляют 20 см^3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают круговым движением до растворения осадка.

6.3.2 Собирают перегонный аппарат (рисунок 5). Включают электроплитку под колбой-парообразователем, открывают зажим на линии отвода пара в канализацию и закрывают зажим на линии подачи пара в колбу Кьельдаля. Нагревают воду в колбе-парообразователе до кипения. Колбу Кьельдаля или пробирку присоединяют к перегонному аппарату.



1 – плитка электрическая; 2 – колба коническая вместимостью 2000 см^3;
3 – воронка делительная; 4 – каплеуловитель; 5 – пробирка кварцевая;
6 – холодильник; 7 – колба коническая вместимостью 250 см^3

Рисунок 5 —Прибор для отгонки аммиака

6.3.3 В коническую колбу вместимостью 250 $см^3$ отмеривают мерным цилиндром 20 $см^3$ смеси раствора борной кислоты с раствором индикатора.

6.3.4 Устанавливают коническую колбу на поз. *7* (рисунок 5) так, чтобы конец трубки холодильника находился ниже верхнего уровня смеси растворов в колбе.

6.3.5 Отмеряют мерным цилиндром 50 $см^3$ раствора гидроокиси натрия и осторожно, не допуская выбросов, переливают его через делительную воронку в колбу Кьельдаля или пробирку. Кран воронки сразу закрывают. Закрывают зажим на линии отвода пара и открывают зажим на линии подачи пара из колбы-парообразователя в колбу Кьельдаля или пробирку.

Перегонку ведут до достижения объема конденсата 90—120 $см^3$ (время перегонки — 5—10 мин). Температура воды на выходе из холодильника не должна превышать 25 °С.

6.3.6 Содержимое конической колбы с раствором индикатора, борной кислоты и конденсатом титруют раствором соляной кислоты концентрацией 0,2 моль/$дм^3$ до изменения цвета, указанного в таблице 1.

Таблица 1 — Изменение цвета раствора при титровании с различными индикаторами

Индикатор	Цвет раствора		
	Исходный	В точке эквивалентности	При избытке титранта
Метиленовый голубой	Зеленый	Серый	Фиолетовый
Бромкрезоловый зеленый и бриллиантовый зеленый	Зеленый	Серо-желтый	Красный

Проводят отсчет объема кислоты, затраченного на титрование содержимого колбы.

6.4 При измерении массовой доли общего азота химическим способом с индикацией точки эквивалентности с помощью потенциометрического анализатора (ручное титрование) проводят операции в соответствии с 6.1, 6.2, 6.3.1 и 6.3.2.

6.4.1 В химический стакан вместимостью 250 $см^3$ отмеривают мерным цилиндром 20 $см^3$ раствора борной кислоты и устанавливают стакан на поз. *7* (рисунок 5) так, чтобы конец трубки холодильника находился ниже верхнего уровня раствора в стакане.

6.4.2 Дозировку, подачу раствора гидроокиси натрия в колбу Кьельдаля и перегонку осуществляют в соответствии с 6.3.5.

6.4.3 Химический стакан снимают с поз. *7* и погружают в него электроды потенциометрического анализатора с раствором борной кислоты и конденсатом и титруют содержимое стакана раствором соляной кислоты концентрации 0,2 моль/$дм^3$ до достижения pH = 5,4.

Проводят отсчет объема кислоты, затраченного на титрование содержимого стакана.

6.5 При измерении массовой доли общего азота химическим способом с автоматическим титрованием последовательно выполняют указания 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5 и 6.4.1.

Подключают блок автоматического титрования к потенциометрическому анализатору согласно инструкции, прилагаемой к блоку. Подключают блок и анализатор к сети и прогревают в течение 10 мин.

Заполняют дозатор блока автоматического титрования раствором соляной кислоты концентрации *с* 0,2 моль/$дм^3$.

Настраивают потенциометрический анализатор на диапазон, включающий значение pH = 5,4. Настраивают блок автоматического титрования на точку эквивалентности, равную 5.4, и устанавливают на блоке значение pH = 10,4, начиная с которого подача соляной кислоты должна вестись по каплям.

Устанавливают время выдержки после окончания титрования — 15 с.

В химический стакан со смесью конденсата и раствором борной кислоты помещают стержень магнитной мешалки. Включают двигатель мешалки и погружают электроды потенциометрического анализатора и сливную трубку дозатора блока автоматического титрования в содержимое химического стакана.

Включают кнопку «Пуск» блока автоматического титрования, а спустя 2—3 с — кнопку «Выдержка». Раствор соляной кислоты при этом начинает поступать из дозатора блока в стакан с конденсатом, нейтрализуя последний.

По достижении точки эквивалентности и истечении времени выдержки 15 с процесс нейтрализации автоматически прекращается, а на панели блока автоматического титрования зажигается сигнал «Конец». После этого отключают все кнопки. Фиксируют объем раствора кислоты, затраченного на нейтрализацию.

6.6 Для измерения массовой доли общего азота электрохимическим способом проводят операции, предусмотренные 6.1 и 6.2.

Подготовку кулонометрического титратора к работе проводят согласно инструкции, прилагаемой к прибору.

Минерализат после охлаждения количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 $см^3$, объем раствора доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

В измерительную ячейку титратора, заполненную анодным раствором, вносят 0,2 $см^3$ нейтрализующего раствора, а затем — 0,1 $см^3$ раствора минерализата и включают кнопку «Пуск» автоматического титрования (некоторые модификации кулонометрического титратора начинают титрование автоматически после внесения раствора минерализата).

Процесс титрования аммиака проводят автоматически. По окончании процесса прибор отключается. Показания цифрового индикатора соответствуют значению массы общего азота в пробе или значению количества электричества, затраченного на окисление аммиака (в зависимости от модификации прибора).

6.7 Периодически, не реже двух раз в день и при замене хотя бы одного из реактивов, необходимо проводить контрольное измерение, используя вместо продукта 1 $см^3$ дистиллированной воды. Количество повторов контрольного измерения должно быть не менее 5.

При появлении одного из значений, отличающегося от нуля, проводят замену реактивов и повторное контрольное измерение.

7 Обработка результатов измерений

7.1 Массовую долю общего азота X, %, при химическом способе измерения вычисляют по формуле

$$X = \frac{1{,}4 \cdot (V_1 - V_2) \cdot c}{m}, \qquad (1)$$

где V_1 — объем кислоты, затраченный на титрование, $см^3$;

V_2 — объем кислоты, затраченный на титрование при контрольном измерении, $см^3$;

c — концентрация соляной кислоты, $\frac{моль}{дм^3}$;

m — масса навески продукта, г;

1,4 — коэффициент пересчета объема кислоты в массовую долю общего азота, $\% \cdot \frac{г \cdot дм^3}{моль \cdot см^3}$.

7.2 Массовую долю белка Y, %, определяют по формуле

$$Y = 6{,}38\ X, \qquad (2)$$

где 6,38 — масса молочного белка, эквивалентная единице массы общего азота.

7.3 Массовую долю общего азота X, %, при электрохимическом способе измерения вычисляют по формуле, приведенной в паспорте на прибор.

7.4 В таблице 2 приведены метрологические характеристики методик измерения массовой доли общего азота и определения массовой доли белка, где установлены: границы абсолютной погрешности измерений при доверительной вероятности $P = 0{,}95$; сходимость по ГОСТ 16263; воспроизводимость по ГОСТ 16263.

Таблица 2 — Метрологические характеристики измерения массовой доли общего азота и определения массовой доли белка

В процентах

Способ измерения	Границы абсолютной погрешности измерений		Сходимость, не более		Воспроизводимость, не более	
	массовых долей:					
	азота	белка	азота	белка	азота	белка
Химический	±0,009	±0,06	0,013	0,08	0,026	0,16
Электрохимический	±0,013	±0,08	0,015	0,11	0,30	0,22

7.5 За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, округленное до второго знака после запятой.

8 Требования техники безопасности

8.1 Лаборатория, в которой измеряют массовую долю общего азота, должна иметь приточно-вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021.

8.2 Работу с реактивами проводят в вытяжном шкафу с использованием индивидуальных защитных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Библиография

[1] ТУ 6—09—29—79 Метиленовый голубой, индикатор
[2] ТУ 6—09—2540—87 Кислота соляная. Стандарт-титр 0,1 моль/дм^3 (0,1 н.)
[3] ТУ 6—09—4278—76 Бриллиантовый зеленый
[4] ТУ 6—09—5169—84 Метиловый красный, индикатор
[5] ТУ 6—09—07—1579—87 Бромкрезоловый зеленый, индикатор

УДК 637.11.001.4:006.354 МКС 67.100.10 Н19 ОКСТУ 9209

Ключевые слова: молоко, белок, измерение массовой доли общего белка, метод Кьельдаля, химический метод, электрохимический метод

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 23.09.2009. Формат 60 × 84 $^1/_8$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 1,10. Тираж 64 экз. Зак. 643.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

МКС 67.100.10

Изменение № 1 ГОСТ 23327—98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 184-П от 30.04.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17937

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное молоко, молочный напиток, а также на кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша, тан и айран) без наполнителей/пищевкусовых компонентов и устанавливает метод определения массовой доли общего азота по Кьельдалю с последующим вычислением массовой доли белка.

Метод основан на минерализации органического вещества анализируемой пробы продукта концентрированной серной кислотой в присутствии катализатора с образованием сернокислого аммония, переведении его в аммиак, отгонке последнего в раствор борной кислоты, количественном учете аммиака титриметрическим методом и расчете массовой доли белка в анализируемой пробе».

Раздел 2. Исключить ссылки и их наименование: «ГОСТ 3118—77», «ГОСТ 20490—75», «РМГ 29—99»;

заменить ссылки датированные на недатированные;

«ГОСТ 6709—72» на «ГОСТ 6709*»;

дополнить сноской:

«———————

«* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

«ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные. Общие технические требования» на «ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

сноску * — исключить;

«ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» на «ГОСТ 26809.1 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты»;

«ГОСТ 29228—91 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания» на «ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 177 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования»;

дополнить примечанием:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (gost.e-ecolog.ru по указателям национальных стандартов, издаваемым в

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2026—01—01 с правом досрочного применения.

государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Заменить ссылку: «ГОСТ 26809» на «ГОСТ 26809.1».

Раздел 4 изложить в новой редакции (кроме рисунков):

«Весы специального (I) класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с поверочным интервалом (*e*) не более 1 мг и действительной ценой деления (*d*) не более 0,1 мг.

Весы высокого (II) класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с поверочным интервалом (*e*) не более 0,01 г и действительной ценой деления (*d*) не более 0,001 г.

Система для определения азота и белка методом Кьельдаля, включающая:

- блок для сжигания (дигестор, минерализатор), обеспечивающий нагрев до температуры 400 °С — 450 °С, оснащенный системой для отвода отработанных газов (паров) и комплектом пробирок Кьельдаля из термостойкого стекла;

- систему дистилляции образцов с ручной, полуавтоматической или автоматической подачей реагентов и дистиллированной воды.

Анализатор потенциометрический с диапазоном измерения 0—12 ед. pH, с ценой деления 0,05 ед. pH.

Блок автоматического титрования, аппаратурно совместимый с потенциометрическим анализатором и имеющий дозатор раствора — бюретку вместимостью не менее 5 $см^3$, с ценой деления не более 0,02 $см^3$, а также магнитную мешалку.

Автоматический кулонометрический титратор общего назначения с диапазоном измерения 0,1—0,4 Кл и ценой деления не более 0,005 Кл или автоматический кулонометрический титратор для измерения массовой доли общего азота с диапазоном измерения 0 % — 1 % азота и ценой деления не более 0,01 % азота.

Термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения 0 °С — 40 °С и ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498.

Плитка электрическая мощностью 1000 Вт по ГОСТ 14919.

Блок с гнездами алюминиевый для пробирок или колб Кьельдаля (рисунок 1).

Шкаф вытяжной.

Приспособление для отвода кислотных паров, выделяющихся при минерализации (рисунок 2).

Колбы Кьельдаля 2-100-ТС по ГОСТ 25336.

Пробирки кварцевые по ГОСТ 19908 или пробирки из термостойкого стекла (рисунок 3).

Холодильник Х1П-3-200 по ГОСТ 25336.

Каплеуловитель лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336 или каплеуловитель согласно рисунку 4 (из термически стойкого стекла, а также может быть из полиметилметакрилата и коррозионностойких сортов стали).

Колбы мерные 1-250-2, 1-500-2, 1-1000-2, 1-2000-2 или 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2, 2-2000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры 1-10-2, 1-50-2, 1-100-2, 1-1000-2 или 3-50-2, 3-100-2, 3-1000-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-1-2-1 или 2-1-2-1, или 3-1-2-1 по ГОСТ 29227 или дозаторы механические соответствующего объема.

Пипетки 1-2-2-10 или 2-2-2-10, или 3-2-2-10 по ГОСТ 29227 или дозаторы механические соответствующего объема.

Бюретки 1-1-2-10-0,05 или 1-3-2-10-0,05 по ГОСТ 29251.

Колбы Кн-2-250; при использовании дистилляционной установки Кьельдаля на шлифах (стекло) — колбы Кн-1-500(750)-29/32, Кн-2-1000, Кн-2-2000 ТС по ГОСТ 25336.

Стаканы В-1-50 ТС, В-1-100 ТС, В-1-250 ТС по ГОСТ 25336.

Стаканчики СВ-14/8 по ГОСТ 25336 или лодочки керамические для сжигания по ГОСТ 9147.

Воронки делительные ВД-2-25 ХС по ГОСТ 25336.

Воронки В-36-80 ХС по ГОСТ 25336.

Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147.

Отрезки стеклянных трубок длиной 2—3 см, диаметром 0,5 см.

Кислота серная концентрированная, плотностью 1,83—1,84 г/см^3 по ГОСТ 4204, х. ч.

Кислота соляная, стандарт-титр, раствор молярной концентрации c(HCl) = 0,1 моль/дм^3.

Кислота борная по ГОСТ 9656, х. ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч., раствор массовой концентрации 400 г/дм^3.

Калий бромистый по ГОСТ 4160, ч. д. а.

Калий углекислый по ГОСТ 4221, ч. д. а.

Калий углекислый кислый по ГОСТ 4143, ч. д. а.

Калий сернокислый по ГОСТ 4145, ч. д. а.

Медь сернокислая, 5-водная по ГОСТ 4165, ч. д. а.

Перекись водорода по ГОСТ 10929, х. ч., или ГОСТ 177, мед., раствор с массовой долей 30 % — 40 %.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Метиленовый голубой, ч. д. а.

Бриллиантовый зеленый, ч. д. а.

Метиловый красный, ч. д. а.

Бромкрезоловый зеленый, ч. д. а.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

Примечание — Допускается применение таблеток катализатора, идентичных по содержанию сульфата калия и сульфата меди, по качеству не ниже указанных.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

Подразделы 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:

«5.1 Приготовление раствора гидроокиси натрия массовой концентрации 400 г/дм^3

В фарфоровый стакан вместимостью 1000 см^3 помещают 400,00 г гидроокиси натрия, растворяют в 700 см^3 дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения гидроокиси натрия, охлаждают до комнатной температуры и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см^3. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Срок хранения раствора — не более 14 суток.

5.2 Приготовление смешанного катализатора

В фарфоровой ступке смешивают 100,00 г сернокислого калия и 4,00 г сернокислой меди, тщательно растирают пестиком и перемешивают до получения мелкозернистого порошка.

Срок хранения смешанного катализатора при комнатной температуре — не более 1 месяца».

Подраздел 5.3 после слов: «Растворяют в 100 см^3 ацетона» дополнить «или этилового спирта».

Подраздел 5.4. Второй абзац. Заменить значение: «25 см^3» на «20 см^3».

Подраздел 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3

Используют стандарт-титр соляной кислоты. Раствор готовят в соответствии с прилагаемой к набору инструкцией. Срок хранения раствора в плотно укупоренной посуде из темного стекла — не более 1 мес.

Примечание — При отсутствии стандарт-титра приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3 и установку его точной концентрации (поправочного коэффициента) допускается проводить по ГОСТ 25794.1».

Подраздел 5.6. Заменить слова: «100 г бромида калия» на «100,00 г бромистого калия»;

«200 г гидрокарбоната калия» на «200,00 г кислого углекислого калия»;

«22 г карбоната калия» на «22,00 г углекислого калия».

Подраздел 5.7. Заменить слова: «100 г бромида калия» на «100,00 г бромистого калия».

Пункт 6.1. Второй абзац дополнить словами: «При использовании керамической лодочки для взвешивания продукта лодочку со взвешенной в ней навеской помещают в колбу Кьельдаля или пробирку»;

третий абзац. Исключить слова: «или 0,5 г перманганата калия».

Пункт 6.3.6. Заменить слова: «концентрацией 0,2 моль/дм^3» на «молярной концентрации 0,1 моль/дм^3».

Пункты 6.4.3; 6.5. Заменить слова: «концентрации 0,2 моль/дм^3» на «молярной концентрации 0,1 моль/дм^3».

Пункт 6.7. Первый абзац. Заменить слова: «двух раз в день» на «одного раза в месяц», «не менее 5» на «не менее 3».

Пункт 7.1. Формула (1). Заменить значение: «1,4» на «1,40067»;

экспликацию изложить в новой редакции:

«где V_1 — объем раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3, израсходованной на титрование испытуемого раствора, см^3;

V_2 — объем раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3, израсходованной на титрование при контрольном измерении, см^3;

c — фактическая молярная концентрация соляной кислоты, моль/дм^3;

m — масса анализируемой пробы, г;

1,40067 — коэффициент пересчета объема кислоты в массовую долю общего азота, $\% \cdot \frac{\text{г} \cdot \text{дм}^3}{\text{моль} \cdot \text{см}^3}$».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Приписанные характеристики погрешности и ее составляющих метода определения массовой доли азота и массовой доли белка при P = 0,95 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Метрологические характеристики метода определения массовой доли общего азота и массовой доли белка

В процентах

Предел повторяемости r		Предел воспроизводимости R		Границы абсолютной погрешности $\pm\Delta$	
Массовая доля азота	Массовая доля белка	Массовая доля азота	Массовая доля белка	Массовая доля азота	Массовая доля белка
0,017	0,11	0,034	0,22	0,024	0,16

Пункт 7.5. Заменить слова: «второго знака после запятой» на «второго десятичного знака».

ПРИЛОЖЕНИЕ А исключить.

Элемент стандарта «Библиография» исключить.

(ИУС № 10 2025 г.)

МКС 67.100.10

Изменение № 1 ГОСТ 23327—98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 184-П от 30.04.2025)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 17937

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное молоко, молочный напиток, а также на кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша, тан и айран) без наполнителей/пищевкусовых компонентов и устанавливает метод определения массовой доли общего азота по Кьельдалю с последующим вычислением массовой доли белка.

Метод основан на минерализации органического вещества анализируемой пробы продукта концентрированной серной кислотой в присутствии катализатора с образованием сернокислого аммония, переведении его в аммиак, отгонке последнего в раствор борной кислоты, количественном учете аммиака титриметрическим методом и расчете массовой доли белка в анализируемой пробе».

Раздел 2. Исключить ссылки и их наименование: «ГОСТ 3118—77», «ГОСТ 20490—75», «РМГ 29—99»;

заменить ссылки датированные на недатированные;

«ГОСТ 6709—72» на «ГОСТ 6709*»;

дополнить сноской:

«———————

«* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

«ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные. Общие технические требования» на «ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

сноску * — исключить;

«ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» на «ГОСТ 26809.1 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты»;

«ГОСТ 29228—91 (ИСО 835-2—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания» на «ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 177 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования»;

дополнить примечанием:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (gost.e-ecolog.ru по указателям национальных стандартов, издаваемым в

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2026—01—01 с правом досрочного применения.

государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3. Заменить ссылку: «ГОСТ 26809» на «ГОСТ 26809.1».

Раздел 4 изложить в новой редакции (кроме рисунков):

«Весы специального (I) класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с поверочным интервалом (*e*) не более 1 мг и действительной ценой деления (*d*) не более 0,1 мг.

Весы высокого (II) класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с поверочным интервалом (*e*) не более 0,01 г и действительной ценой деления (*d*) не более 0,001 г.

Система для определения азота и белка методом Кьельдаля, включающая:

- блок для сжигания (дигестор, минерализатор), обеспечивающий нагрев до температуры 400 °С — 450 °С, оснащенный системой для отвода отработанных газов (паров) и комплектом пробирок Кьельдаля из термостойкого стекла;

- систему дистилляции образцов с ручной, полуавтоматической или автоматической подачей реагентов и дистиллированной воды.

Анализатор потенциометрический с диапазоном измерения 0—12 ед. pH, с ценой деления 0,05 ед. pH.

Блок автоматического титрования, аппаратурно совместимый с потенциометрическим анализатором и имеющий дозатор раствора — бюретку вместимостью не менее 5 $см^3$, с ценой деления не более 0,02 $см^3$, а также магнитную мешалку.

Автоматический кулонометрический титратор общего назначения с диапазоном измерения 0,1—0,4 Кл и ценой деления не более 0,005 Кл или автоматический кулонометрический титратор для измерения массовой доли общего азота с диапазоном измерения 0 % — 1 % азота и ценой деления не более 0,01 % азота.

Термометр ртутный стеклянный с диапазоном измерения 0 °С — 40 °С и ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498.

Плитка электрическая мощностью 1000 Вт по ГОСТ 14919.

Блок с гнездами алюминиевый для пробирок или колб Кьельдаля (рисунок 1).

Шкаф вытяжной.

Приспособление для отвода кислотных паров, выделяющихся при минерализации (рисунок 2).

Колбы Кьельдаля 2-100-ТС по ГОСТ 25336.

Пробирки кварцевые по ГОСТ 19908 или пробирки из термостойкого стекла (рисунок 3).

Холодильник Х1П-3-200 по ГОСТ 25336.

Каплеуловитель лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336 или каплеуловитель согласно рисунку 4 (из термически стойкого стекла, а также может быть из полиметилметакрилата и коррозионностойких сортов стали).

Колбы мерные 1-250-2, 1-500-2, 1-1000-2, 1-2000-2 или 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2, 2-2000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры 1-10-2, 1-50-2, 1-100-2, 1-1000-2 или 3-50-2, 3-100-2, 3-1000-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-1-2-1 или 2-1-2-1, или 3-1-2-1 по ГОСТ 29227 или дозаторы механические соответствующего объема.

Пипетки 1-2-2-10 или 2-2-2-10, или 3-2-2-10 по ГОСТ 29227 или дозаторы механические соответствующего объема.

Бюретки 1-1-2-10-0,05 или 1-3-2-10-0,05 по ГОСТ 29251.

Колбы Кн-2-250; при использовании дистилляционной установки Кьельдаля на шлифах (стекло) — колбы Кн-1-500(750)-29/32, Кн-2-1000, Кн-2-2000 ТС по ГОСТ 25336.

Стаканы В-1-50 ТС, В-1-100 ТС, В-1-250 ТС по ГОСТ 25336.

Стаканчики СВ-14/8 по ГОСТ 25336 или лодочки керамические для сжигания по ГОСТ 9147.

Воронки делительные ВД-2-25 ХС по ГОСТ 25336.

Воронки В-36-80 ХС по ГОСТ 25336.

Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147.

Отрезки стеклянных трубок длиной 2—3 см, диаметром 0,5 см.

Кислота серная концентрированная, плотностью 1,83—1,84 г/см^3 по ГОСТ 4204, х. ч.

Кислота соляная, стандарт-титр, раствор молярной концентрации c(HCl) = 0,1 моль/дм^3.

Кислота борная по ГОСТ 9656, х. ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч., раствор массовой концентрации 400 г/дм^3.

Калий бромистый по ГОСТ 4160, ч. д. а.

Калий углекислый по ГОСТ 4221, ч. д. а.

Калий углекислый кислый по ГОСТ 4143, ч. д. а.

Калий сернокислый по ГОСТ 4145, ч. д. а.

Медь сернокислая, 5-водная по ГОСТ 4165, ч. д. а.

Перекись водорода по ГОСТ 10929, х. ч., или ГОСТ 177, мед., раствор с массовой долей 30 % — 40 %.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Метиленовый голубой, ч. д. а.

Бриллиантовый зеленый, ч. д. а.

Метиловый красный, ч. д. а.

Бромкрезоловый зеленый, ч. д. а.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

Примечание — Допускается применение таблеток катализатора, идентичных по содержанию сульфата калия и сульфата меди, по качеству не ниже указанных.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

Подразделы 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:

«5.1 Приготовление раствора гидроокиси натрия массовой концентрации 400 г/дм^3

В фарфоровый стакан вместимостью 1000 см^3 помещают 400,00 г гидроокиси натрия, растворяют в 700 см^3 дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения гидроокиси натрия, охлаждают до комнатной температуры и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см^3. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Срок хранения раствора — не более 14 суток.

5.2 Приготовление смешанного катализатора

В фарфоровой ступке смешивают 100,00 г сернокислого калия и 4,00 г сернокислой меди, тщательно растирают пестиком и перемешивают до получения мелкозернистого порошка.

Срок хранения смешанного катализатора при комнатной температуре — не более 1 месяца».

Подраздел 5.3 после слов: «Растворяют в 100 см^3 ацетона» дополнить «или этилового спирта».

Подраздел 5.4. Второй абзац. Заменить значение: «25 см^3» на «20 см^3».

Подраздел 5.5 изложить в новой редакции:

«5.5 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3

Используют стандарт-титр соляной кислоты. Раствор готовят в соответствии с прилагаемой к набору инструкцией. Срок хранения раствора в плотно укупоренной посуде из темного стекла — не более 1 мес.

Примечание — При отсутствии стандарт-титра приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3 и установку его точной концентрации (поправочного коэффициента) допускается проводить по ГОСТ 25794.1».

Подраздел 5.6. Заменить слова: «100 г бромида калия» на «100,00 г бромистого калия»;

«200 г гидрокарбоната калия» на «200,00 г кислого углекислого калия»;

«22 г карбоната калия» на «22,00 г углекислого калия».

Подраздел 5.7. Заменить слова: «100 г бромида калия» на «100,00 г бромистого калия».

Пункт 6.1. Второй абзац дополнить словами: «При использовании керамической лодочки для взвешивания продукта лодочку со взвешенной в ней навеской помещают в колбу Кьельдаля или пробирку»;

третий абзац. Исключить слова: «или 0,5 г перманганата калия».

Пункт 6.3.6. Заменить слова: «концентрацией 0,2 моль/дм^3» на «молярной концентрации 0,1 моль/дм^3».

Пункты 6.4.3; 6.5. Заменить слова: «концентрации 0,2 моль/дм^3» на «молярной концентрации 0,1 моль/дм^3».

Пункт 6.7. Первый абзац. Заменить слова: «двух раз в день» на «одного раза в месяц», «не менее 5» на «не менее 3».

Пункт 7.1. Формула (1). Заменить значение: «1,4» на «1,40067»;

экспликацию изложить в новой редакции:

«где V_1 — объем раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3, израсходованной на титрование испытуемого раствора, см^3;

V_2 — объем раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм^3, израсходованной на титрование при контрольном измерении, см^3;

c — фактическая молярная концентрация соляной кислоты, моль/дм^3;

m — масса анализируемой пробы, г;

1,40067 — коэффициент пересчета объема кислоты в массовую долю общего азота, $\% \cdot \frac{\text{г} \cdot \text{дм}^3}{\text{моль} \cdot \text{см}^3}$».

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4 Приписанные характеристики погрешности и ее составляющих метода определения массовой доли азота и массовой доли белка при P = 0,95 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Метрологические характеристики метода определения массовой доли общего азота и массовой доли белка

В процентах

Предел повторяемости r		Предел воспроизводимости R		Границы абсолютной погрешности $\pm\Delta$	
Массовая доля азота	Массовая доля белка	Массовая доля азота	Массовая доля белка	Массовая доля азота	Массовая доля белка
0,017	0,11	0,034	0,22	0,024	0,16

Пункт 7.5. Заменить слова: «второго знака после запятой» на «второго десятичного знака».

ПРИЛОЖЕНИЕ А исключить.

Элемент стандарта «Библиография» исключить.

(ИУС № 10 2025 г.)

Поправка к ГОСТ 23327—98* Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Вводная часть. Первый абзац	Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко	Настоящий стандарт распространяется на сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко и молочный напиток

* Действует только на территории Российской Федерации.

(ИУС № 8 2009 г.)

gost.e-ecolog.ru