ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

25 июля 2019 года Москва № 355

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 55675
от "20" августа 2019 г.

Об установлении особых требований к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

В соответствии с пунктом 9 Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4766; 2017, № 24, ст. 3532),

ПРИКАЗЫВАЮ

установить особые требования к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства, согласно приложению.

Директор А.Бортников

gost.e-ecolog.ru

Приложение
к приказу ФСБ России
от 25 июля 2019 г.
№ 355

Особые требования
к знаку поверки средств измерений специального назначения,
применяемых в области безопасности государства

1. В органах федеральной службы безопасности должны использоваться следующие виды знака поверки средств измерений специального назначения[1], применяемых в области безопасности государства:

оттиск, наносимый с помощью специальных устройств;

наклейка.

Рекомендуемый образец их изображения приведен в приложении к настоящим Особым требованиям.

2. Оттиск должен иметь форму окружности, в которой располагаются:

контурное изображение треугольного, вытянутого книзу щита с вырезанными верхними углами и меча за щитом, вертикально поставленного по оси симметрии острием вниз;

условный шифр органа федеральной службы безопасности, аккредитованного на выполнение поверки (одна прописная буква русского алфавита);

две последние цифры года проведения поверки.

В случае если длительность интервала между поверками не превышает трех лет, то на оттиске указывается месяц года проведения поверки (арабскими цифрами), а при длительности более трех, но не более десяти лет – квартал года (римскими цифрами).

---

[1] Далее – поверка.

3. Наклейка должна иметь форму прямоугольника, разделенного по горизонтали на три поля:

поле с надписью «ЗНАК ПОВЕРКИ» и изображением треугольного, вытянутого книзу щита с вырезанными верхними углами и меча за щитом, вертикально поставленного по оси симметрии острием вниз (данное поле наклейки изготавливается в виде голографического изображения);

поле с нанесенным штрих-кодом, содержащим порядковый номер наклейки;

поле для нанесения даты проведения поверки.

Приложение
к Особым требованиям (п. 1)

Рекомендуемый образец

Изображения
знака поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

№ п/п	Вид знака поверки	Размер (диаметр)	Изображение
1	Оттиск	3; 6; 8; 10; 12; 18; 24 мм[1]	
2	Наклейка	10 x 50 мм	

[1] Пункт 35 Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38822), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 28 декабря 2018 г. № 5329 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2019 г., регистрационный № 53596).

gost.e-ecolog.ru