МКС 65.140; 65.160;
67.060; 67.080;
67.100; 67.120;
67.140; 67.140.30;
67.160.20; 67.180.20;
67.200.20; 67.220;
67.230

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ ГОСТ Р 52174-2005

Биологическая безопасность
СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

Біялагічная бяспека
СЫРАВІНА І ПРАДУКТЫ ХАРЧОВЫЯ
Метад ідэнтыфікацыі генетычна мадыфікаваных крыніц (ГМК) раслінага паходжання з прымяненнем біялагічнага мікрачыпа

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 18.04.2018 № 27

Дата введения 2018-07-01

Раздел 1. Второй абзац. Заменить слова: «пяти» на «десяти», «10^{-12} г (1 пг)» на «10^{-9} г (1 нг, ~10^3 геном-эквивалентов тотальной растительной ДНК/1 мкл пробы)».

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия»;

дополнить примечанием:

«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции:

«**4.1** Универсальный аппаратно-программный комплекс (УАПК) для анализа биологических микрочипов с компьютерной программой для анализа полученных результатов [1].

4.2 Хлороформ по ГОСТ 20015, х. ч.».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: «[3]» на «[2]».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: «[4]» на «[3]».

Пункт 4.8. Заменить ссылку: «[5]» на «[4]».

Пункт 4.9. Заменить ссылку: «[6]» на «[5]».

Пункт 4.10. Заменить ссылку: «[7]» на «[6]».

Пункт 4.13. Заменить ссылку: «[8]» на «[7]».

Пункт 4.14. Заменить ссылку: «[9]» на «[8]».

Пункт 4.24. Заменить ссылку: «[10]» на «[9]».

Пункт 4.25. Заменить ссылку: «[11]» на «[10]».

Пункт 4.28 изложить в новой редакции:

«**4.28** Цетилтриметиламмоний бромид [11].».

Пункт 4.31 изложить в новой редакции:

«**4.31** Фермент термостабильный HotTaq-полимераза для ПЦР с «горячим стартом», оптимум активности при температуре 70 °С – 72 °С [12].».

Пункты 4.33–4.36 изложить в новой редакции:

«**4.33** Буфер гибридизационный [13].

4.34 Баня водяная [18].

4.35 Раствор водный дезоксирибонуклеозидтрифосфатов: дАТФ, дГТФ, дУТФ, дЦТФ, с молярной концентрацией по 2 мМ каждого [14].

4.36 Раствор флуоресцентного субстрата ФС [15].».

gost.e-ecolog.ru

Пункт 4.37. Заменить ссылку: «[17]» на «[16]».

Пункт 4.38. Заменить ссылку: «[18]» на «[17]».

Пункты 4.39, 4.40 изложить в новой редакции:

«**4.39** Раствор водный праймеров ПР-1 для амплификации соответствующих участков генома, включающий следующие пары праймеров [19]:

– праймеры для амплификации фрагмента гена *RBCL,* кодирующего большую субъединицу рибулозы-1,5-бифосфат карбоксилазы/оксигеназы (Асс. № Z95552, поз. 160–720);

– праймеры для амплификации фрагмента гена лектина *LE1* (Асс. № K00821M30884, поз. 1080–1720);

– праймеры для амплификации фрагмента гена *IVR1,* кодирующего бета-фруктозидазу (Асс. № U16123, поз. 300–1090);

– праймеры для амплификации фрагмента *35S*-промотора вируса мозаики цветной капусты (Асс. № FM 177585, поз. 3560–3870);

– праймеры для амплификации фрагмента *35S*-терминатора вируса мозаики цветной капусты (Асс. № FM177585, поз. 1260–1590);

– праймеры для амплификации фрагмента *35S*-промотора каулимовируса мозаики норичника *(FMV,* Асс. № X06166, поз. 6260–6630);

– праймеры для амплификации фрагмента терминатора гена белка теплового шока пшеницы (Асс. № X58279, поз. 10–210);

– праймеры для амплификации фрагмента маркерного гена *BAR,* определяющего устойчивость к фосфинотрицину (Асс. № AY310901, поз. 380–920);

– праймеры для амплификации фрагмента терминатора *nos* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens* (Асс. № FM177585, поз. 10–370).

4.40 Раствор водный праймеров ПР-2 для амплификации соответствующих участков генома, включающий следующие пары праймеров [20]:

– праймеры для амплификации фрагмента гена фосфорилазы УДФ-глюкозы (*UDP-GP*) (Асс. № D00667, поз. 50–310);

– праймеры для амплификации фрагмента гена фосфат-синтазы риса (*SPS*) (Асс. № U33175, поз. 5910–6250);

– праймеры для амплификации фрагмента маркерного гена *nptII* из транспозона *Tn5* бактериального происхождения (Асс. № EU886197, поз. 9792–10145);

– праймеры для амплификации фрагмента терминатора *ocs* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens* (Асс. № AJ311872, поз. 5050–5240);

– праймеры для амплификации фрагмента терминатора гена *RBCS* гороха (Асс. № FM177582.1, поз. 5782–5920);

– праймеры для амплификации фрагмента промотора гена актина риса *ACT1* (Асс. № S44221, поз. 12–380);

– праймеры для амплификации фрагмента маркерного гена *gus* из бактерии *Escherichia coli* (Асс. № EU503042, поз. 2770–3140).».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.41:

«**4.41** Биологический микрочип с иммобилизованными олигонуклеотидами, назначение которых приведено в таблице 1 (название олигонуклеотида соответствует изображенному на рисунке 1) [21].

Таблица 1 – Обозначение и назначение олигонуклеотидных зондов, иммобилизованных на биологическом микрочипе

Наименование олигонуклеотида	Детектируемая мишень	Назначение олигонуклеотида
pIDNA (rbcL)	Ген *RBCL*	Зонд для идентификации ДНК растительного происхождения в анализируемом материале
GM/ST1(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК сои и/или картофеля
ZM1(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК кукурузы
OS1(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК риса
$ST1_2$(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК картофеля
GM2(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК сои
ZM/OS2(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК кукурузы и/или риса
ST2(RBCL)	Ген *RBCL*	Видоспецифичный зонд для идентификации ДНК картофеля

Окончание таблицы 1

Наименование олигонуклеотида	Детектируемая мишень	Назначение олигонуклеотида
Le1(Gm)	Ген лектина (*LE1)*	Специфичный зонд для идентификации ДНК сои
Zein(Zm)	Ген *IVR1*	Специфичный зонд для идентификации ДНК кукурузы
UDP-GP (St)	Ген фосфорилазы УДФ-глюкозы	Специфичный зонд для идентификации ДНК картофеля
SPS (Os)	Ген фосфат-синтазы риса	Специфичный зонд для идентификации ДНК риса
nptII	Ген *npt*	Специфичный зонд для идентификации маркерного гена *nptII* из транспозона *Тп5*
35S_p CAMV	Промотор *35S*	Специфичный зонд для идентификации *35S* промотора вируса мозаики цветной капусты
*35S_*p *FMV*	Промотор *FMV*	Специфичный зонд для идентификации *35S FMV* промотора каулимовируса мозаики норичника
Act1_p	Ген актина *ACT1*	Специфичный зонд для идентификации промотора гена актина риса
Gus	Ген *gus*	Специфичный зонд для идентификации маркерного гена *gus*
nos_t	Терминатор *nos*	Специфичный зонд для идентификации терминатора *nos* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens*
35S_t CAMV	Терминатор *35S*	Специфичный зонд для идентификации *35S* терминатора вируса мозаики цветной капусты
rbcSt	Терминатор гена *RBCS*	Специфичный зонд для идентификации терминатора гена *RBCS* гороха
Ocs_t	Терминатор *Ocs*	Специфичный зонд для идентификации терминатора *ocs* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens*
Bar	Ген *BAR*	Специфичный зонд для идентификации маркерного гена *BAR*



Рисунок 1 – Схема биологического микрочипа для идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения

Обозначение ячеек приведено в соответствии с назначением иммобилизованного в ней зонда, указанного в таблице 1.

Биологический микрочип представляет собой пластиковую подложку, выполненную в формате предметного стекла по ГОСТ 9284, на поверхности которой в определенном порядке расположена 31 ячейка полиакриламидного геля в форме полусферы диаметром 100 мкм (обозначены кружками на рисунке 1). 22 из них содержат индивидуальный ковалентно иммобилизованный олигонуклеотид (перечень и назначение олигонуклеотидов приведены в таблице 1). Пять ячеек с индексом 0 не содержат перечисленных индивидуальных ковалентно иммобилизованных олигонуклеотидов и выполняют роль отрицательного контроля гибридизации. Четыре ячейки с индексом М содержат ковалентно связанный флуоресцентный краситель и предназначены для автоматического вычисления интенсив-

ности флуоресценции ячеек биологического микрочипа после гибридизации. Поверхность биологического микрочипа должна быть закрыта специальной составной крышкой с отверстиями, которая вместе с подложкой образует гибридизационную камеру, предназначенную для проведения реакции гибридизации анализируемых ПЦР-продуктов с иммобилизованными на биологическом микрочипе олигонуклеотидами и исключающую возможность испарения реакционной смеси в процессе гибридизации. Диагностическая специфичность при идентификации растительной ДНК сои, картофеля, кукурузы, риса составляет не менее 95 %.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, а также оборудования и реактивов с техническими характеристиками не хуже вышеуказанных.».

Пункт 6.1.2. Заменить значения и слова: «186,12 г/дм^3» на «74,4 г/дм^3», «18,61 г» на «7,44 г», «гидроокиси натрия» на «NaOH».

Пункты 6.1.4–6.1.9 изложить в новой редакции:

«**6.1.4 Приготовление раствора Трис-HCl массовой концентрации 242,2 г/дм^3**

В колбу вместимостью 100 см^3 помещают 24,22 г трис(оксиметил)аминометана по 4.25 [10] и растворяют приблизительно в 80 см^3 особо чистой стерильной воды. Концентрированной соляной кислотой по ГОСТ 3118 доводят pH раствора до 7,5 ед. pH, а объем – до 100 см^3 особо чистой стерильной водой.

Срок хранения при комнатной температуре – не более 6 мес.

6.1.5 Приготовление раствора NaCl массовой концентрации 146,2 г/дм^3

В плоскодонную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 14,62 г хлористого натрия по ГОСТ 4233, растворяют в 70–80 см^3 особо чистой стерильной воды, затем полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см^3 и особо чистой стерильной водой доводят объем раствора до метки.

Срок хранения при комнатной температуре – не более одного года.

6.1.6 Приготовление ЦТАБ-буфера

В стеклянную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 2,0 г сухого цетилтриметиламмония бромида по 4.28 [11], далее добавляют 5 см^3 раствора Трис-HCl, приготовленного по 6.1, 4,56 см^3 раствора NaCl, приготовленного по 6.1.5, и 10 см^3 раствора ЭДТА, приготовленного по 6.1.2. Объем раствора доводят до 100 см^3 особо чистой стерильной водой. Перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения соли.

Срок хранения при комнатной температуре – не более одного года.

6.1.7 Приготовление ЦТАБ-раствора

В стеклянную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 0,5 г сухого цетилтриметиламмония бромида по 4.28 [11] и добавляют 1,6 см^3 раствора NaCl, приготовленного по 6.1.5. Объем раствора доводят до 100 см^3 особо чистой стерильной водой.

Срок хранения при температуре 4 °С – 5 °С – не более месяца, в морозильной камере по ГОСТ 26678 при температуре минус 20 °С – до одного года.

6.1.8 Приготовление разведенного раствора NaCl

В мерную колбу вместимостью 100 см^3 вносят 48 см^3 раствора NaCl, приготовленного по 6.1.5, и особо чистой стерильной водой доводят объем раствора до метки.

Срок хранения при комнатной температуре – не более 6 мес.

6.1.9 Раствор Taq-полимеразы по 4.31 хранят при температуре минус 20 °С не более шести месяцев. Не допускается хранение раствора Taq-полимеразы ниже температуры минус 23 °С.».

Пункты 6.2.1–6.2.6 изложить в новой редакции:

«**6.2.1** Две параллельные пробы анализируемого продукта массой около 100 мг каждая помещают в две чистые стерильные микроцентрифужные пробирки вместимостью 1,5 см^3 по 4.15, добавляют по 500 мм^3 ЦТАБ-буфера, приготовленного по 6.1.6, перемешивают на аппарате для встряхивания по 4.10 [6] в течение 2 мин и выдерживают 15–20 мин при температуре 65 °С в термостате для микропробирок.

6.2.2 Микроцентрифужные пробирки со смесью, приготовленной по 6.2.1, центрифугируют при комнатной температуре в настольной центрифуге по 4.8 [4] при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$ в течение 10 мин.

6.2.3 Надосадочную жидкость, полученную по 6.2.2, отбирают микродозатором (обычно по 500 мм^3) и переносят в чистые микроцентрифужные пробирки, добавляют равный объем хлороформа по ГОСТ 20015. Содержимое перемешивают на аппарате для встряхивания в течение 2 мин и центрифугируют 10 мин при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$.

6.2.4 Верхнюю жидкую фазу из смеси, полученной по 6.2.3, аккуратно отбирают микродозатором в чистые микроцентрифужные пробирки, не захватывая промежуточную или нижнюю фазу. В пробир-

ки добавляют два объема ЦТАБ-раствора, приготовленного по 6.1.7, аккуратно перемешивают, переворачивая пробирки вручную, и выдерживают 60 мин при комнатной температуре.

6.2.5 Смесь, полученную по 6.2.4, центрифугируют 5 мин при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$. Надосадочную жидкость тщательно удаляют микродозатором, а осадок растворяют в 350–600 мм^3 (в зависимости от объема осадка) разведенного раствора NaCl, приготовленного по 6.1.8, добавляют равный объем хлороформа по ГОСТ 20015, перемешивают на аппарате для встряхивания в течение 30 с и центрифугируют 10 мин при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$.

6.2.6 Надосадочную жидкость, полученную по 6.2.5, отбирают микродозатором и переносят в чистые микроцентрифужные пробирки, добавляют равный объем изопропилового спирта по 4.27, аккуратно перемешивают содержимое пробирок вручную и выдерживают в течение 1 ч при комнатной температуре.».

Подраздел 6.2 дополнить пунктами 6.2.7–6.2.9:

«**6.2.7** Смесь, полученную по 6.2.6, центрифугируют 10 мин при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$, надосадочную жидкость аккуратно сливают, а к осадку ДНК добавляют 1 см^3 70%-ного этилового спирта, приготовленного по 6.1.3 и охлажденного до температуры 0 °С – 4 °С, перемешивают и центрифугируют 5 мин при частоте вращения 13 000 мин$^{-1}$.

6.2.8 Полученную надосадочную жидкость вновь тщательно удаляют, а осадок ДНК подсушивают при комнатной температуре до полного удаления этилового спирта, но не более 30 мин.

6.2.9 Осадок ДНК, полученный по 6.2.8, перерастворяют в 40–50 мм^3 особо чистой стерильной воды. Полученный раствор ДНК используют для проведения амПЦР.

Срок хранения раствора ДНК при температуре минус 20 °С – до одного года.».

Пункт 6.3.1.1 изложить в новой редакции:

«**6.3.1.1** Готовят две микроцентрифужные пробирки вместимостью по 1,5 см^3 и маркируют их М1 и М2.

В пробирку М1 микродозатором вносят (из расчета на каждую анализируемую пробу): 2,5 мм^3 десятикратного буфера реакционного для ПЦР по 4.32; 2,5 мм^3 смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов по 4.35 [14], 2 мм^3 фермента Taq-полимеразы по 4.31 [12] (концентрацией 5 ед. акт./мм^3) *, 1 мм^3 флуоресцентного субстрата ФС по 4.36 [15], а также 1 мм^3 водного раствора праймеров ПР-1 по 4.40 [19].

В пробирку М2 микродозатором вносят (из расчета на каждую анализируемую пробу): 2,5 мм^3 десятикратного буфера реакционного для ПЦР по 4.32; 2,5 мм^3 смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов по 4.35 [14], 2 мм^3 фермента Taq-полимеразы по 4.31 [12] (концентрацией 5 ед. акт./мм^3) *, 1 мм^3 флуоресцентного субстрата ФС по 4.36 [15], а также 1 мм^3 водного раствора праймеров ПР-2 по 4.41 [20].

Смесь разбавляют особо чистой стерильной водой до объема 20 мм^3 (из расчета на одну анализируемую пробу) и осторожно перемешивают в течение 3–5 с на аппарате для встряхивания, не допуская образования пены. Общий объем реакционных смесей в микропробирках М1 и М2 для амПЦР готовят с учетом числа анализируемых проб и двух контрольных проб: положительный контроль (заведомо трансгенная ДНК по 4.37) и отрицательный контроль (заведомо нетрансгенная ДНК по 4.38).».

Пункты 7.1.1–7.1.4 изложить в новой редакции:

«**7.1.1** Для каждой анализируемой пробы готовят две чистые микроцентрифужные пробирки вместимостью 0,2 или 0,5 см^3, маркируя их N_1 и N_2, где N – номер анализируемой пробы.

7.1.2 Реакционные смеси для амПЦР М1 и М2, полученные по 6.3.1.1–6.3.1.2, микродозатором вносят в микроцентрифужные пробирки по 20 мм^3 в каждую таким образом, чтобы смесь М1 была распределена по пробиркам с индексом N_1, а смесь М2 – по пробиркам с индексом N_2.

7.1.3 Анализируемую ДНК пробы N, выделенную по 6.2, вносят микродозатором по 5 мм^3 в микроцентрифужные пробирки с реакционной смесью для амПЦР по 7.1.2, маркированные N_1 и N_2 соответственно. При использовании амплификатора ДНК [2] без подогрева крышки в каждую микроцентрифужную пробирку с реакционной смесью вносят по 30 мм^3 вазелинового масла по ГОСТ 3164 для предохранения реакционной смеси от испарения водной фазы при амПЦР. В этом случае анализируемую ДНК вносят под слой масла, в результате чего образуются водная и масляная фазы.

7.1.4 В две другие микроцентрифужные пробирки микродозатором вносят по 5 мм^3 раствора заведомо трансгенной ДНК (положительный контроль).».

Подраздел 7.1 дополнить пунктами 7.1.5, 7.1.6:

7.1.5 Затем еще в две другие микроцентрифужные пробирки микродозатором вносят по 5 мм^3 раствора заведомо нетрансгенной ДНК (отрицательный контроль).

7.1.6 Все микроцентрифужные пробирки со смесями, подготовленными по 7.1.3–7.1.5, помещают в амплификатор ДНК и проводят амПЦР по программе, указанной в таблице 2.

---

* Срок хранения Taq-полимеразы после разведения при температуре от 2 °С до 8 °С – не более 2 ч.

Таблица 2 – Программа проведения амПЦР

Шаг программы	Температура, °С	Время инкубации	Число циклов
1	95	12 мин	1
2	95	30 с	55
	51	30 с	
	72	30 с	
3	72	10 мин	1».

Подраздел 7.2 изложить в новой редакции:

«**7.2 Гибридизация на биологическом микрочипе**

7.2.1 Для проведения этапа гибридизации готовят N + 2 микроцентрифужные пробирки вместимостью 0,5 или 1,5 $см^3$ (N – количество анализируемых проб, две другие пробирки нужны для анализа положительного и отрицательного контроля).

7.2.2 В необходимое количество микроцентрифужных пробирок микродозатором вносят по 18 $мм^3$ гибридизационного буфера по 4.33 [13]. К гибридизационному буферу в пробирку N добавляют по 9 $мм^3$ водной фазы ПЦР-смесей из пробирок N_1 и N_2, полученных в результате проведения амПЦР по 7.1.6, и перемешивают в течение 20–30 с на аппарате для встряхивания по 4.10 с частотой вращения не менее 1 500 $мин^{-1}$ для получения гибридизационной смеси.

7.2.3 Из каждой микроцентрифужной пробирки микродозатором отбирают по 34 $мм^3$ гибридизационной смеси (для каждого биологического микрочипа), полученной по 7.2.2. Смесь вносят через любое из двух отверстий гибридизационной камеры, после чего оба отверстия закрывают крышкой. Гибридизацию проводят в термостате по 4.4 [3] при температуре 37 °С. Минимальное время гибридизации составляет 3 ч. Допускается гибридизация в течение ночи, но не более 16–18 ч.

7.2.4 После окончания гибридизации крышку реакционной камеры открывают и микродозатором отбирают гибридизационную смесь из камеры микрочипа. В любое из двух отверстий камеры вносят 34 $мм^3$ дистиллированной воды по ГОСТ 6709, предварительно прогретой до температуры 37 °С. Воду выдерживают в реакционной камере биологического микрочипа в течение 1 мин, затем отбирают. Процедуру повторяют, после чего составную крышку отсоединяют от подложки. Подложку последовательно промывают дистиллированной водой по ГОСТ 6709, этиловым спиртом по 4.26, дистиллированной водой по ГОСТ 6709 и высушивают при комнатной температуре.

Схема метода идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения приведена в приложении Б.».

Раздел 8 изложить в новой редакции:

«**8 Обработка и интерпретация результатов анализа**

8.1 Результаты гибридизации регистрируют с помощью УАПК [1]. Инсталляция и эксплуатация комплекса осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации УАПК.

8.2 Производят запуск программного обеспечения, поставляемого вместе с комплексом (файл imageware.exe). При запуске на мониторе появляется схема биочипа с указанием отдельных ячеек и обозначением находящихся в них зондов. Названия зондов соответствуют указанным в таблице 1 и на рисунке 1.

8.3 Биологический микрочип после проведения гибридизации, промывки, удаления гибридизационной камеры, ополаскивания и высушивания помещают в держатель УАПК лицевой стороной (содержащей гелевые ячейки) вверх.

8.4 Нажимают пиктограмму с надписью «Пуск» в верхней части диалогового окна «Снимок». При этом происходит возбуждение флуоресценции ячеек биочипа лазерами с длиной волны 640 нм, захват флуоресцентного изображения, его обработка и выдача отчета о присутствии в исследуемом образце ДНК растительного происхождения, идентификации видоспецифичной ДНК (соя, кукуруза, картофель, рис) и наличии/отсутствии генетических элементов, используемых как детерминанты трансгенности. Применение УАПК для анализа биологических микрочипов [1] позволяет автоматизировать все этапы регистрации и интерпретации результатов и получать заключение о наличии/отсутствии ДНК растительного происхождения в исследуемом образце, а также о наличии/отсутствии генетических детерминант трансгенности.

8.5 Анализ биологических микрочипов с прогибридизованными ПЦР-продуктами, полученными при амплификации ДНК, выделенной из различных образцов, начинают с регистрации и интерпретации гибридизационных картин положительного (заведомо трансгенной ДНК) и отрицательного контроля (заведомо нетрансгенной ДНК).

8.6 Результат анализа ДНК сои, содержащей трансгенные элементы, с использованием гибридизации на биочипе, представлен в приложении В.

8.7 В случае если при использовании заведомо нетрансгенной ДНК регистрируют сигнал в ячейках, содержащих олигонуклеотиды, комплементарные последовательностям фрагментов векторных конструкций и маркерных генов, это свидетельствует о получении ложноположительного результата. При этом результаты анализа остальных исследуемых образцов не учитываются. Причиной может быть загрязнение (контаминация) ГМИ реактивов и/или оборудования. В этом случае необходимо обработать поверхности лабораторных столов и оборудования раствором соляной кислоты по ГОСТ 3118 (0,1 моль/дм^3), заменить реактивы на свежеприготовленные и повторить анализ. В случае отсутствия сигналов в ячейках, содержащих зонды, специфичные к различным генетическим детерминантам трансгенности, при использовании заведомо нетрансгенной ДНК делают заключение об отсутствии контаминации и проводят анализ образцов ДНК согласно протоколу.

8.8 Отсутствие флуоресцентных сигналов в ячейках, содержащих олигонуклеотиды, специфичные к гену *RBCL,* при использовании нетрансгенной растительной ДНК свидетельствует о получении ложноотрицательного результата. При этом результаты анализа остальных исследуемых образцов не учитываются. Причиной может быть потеря активности одного из компонентов реакционной смеси для амПЦР или несоблюдение условий проведения амПЦР и (или) гибридизации на биологическом микрочипе. В этом случае необходимо заменить реактивы на свежеприготовленные и повторить анализ. Наличие сигнала в ячейках, содержащих олигонуклеотиды, специфичные к ДНК растительного происхождения, при использовании заведомо нетрансгенной ДНК свидетельствует об эффективно проведенной амПЦР и гибридизации на биочипе. При этом анализ образцов ДНК проводят далее согласно протоколу.».

Приложение Б изложить в новой редакции:

«Приложение Б
(справочное)

Схема метода идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения с использованием биологического микрочипа



А – мультиплексная асимметричная амплификация ДНК образца N в двух независимых пробирках N_1 и N_2 с уникальным набором праймеров для получения преимущественно одноцепочечных флуоресцентно меченных фрагментов;

Б – гибридизация ПЦР-продуктов, полученных в независимых пробирках N_1 и N_2 со специфическими олигонуклеотидами, иммобилизованными на биологическом микрочипе;

В – регистрация и интерпретация флуоресцентной картины гибридизации на биологическом микрочипе

Рисунок Б.1».

Приложение В изложить в новой редакции:

«Приложение В
(обязательное)

Результат анализа ДНК сои, содержащей трансгенные элементы, с использованием гибридизации на биологическом микрочипе (флуоресцентная картина гибридизации, полученная в результате анализа ДНК генетически модифицированной сои, и распределение нормированных сигналов ячеек биологического микрочипа)



А – схема биологического микрочипа для идентификации генетически модифицированного источника растительного происхождения;

Б – гибридизационная картина на биологическом микрочипе флуоресцентных продуктов амПЦР анализируемой ДНК сои, содержащей *35S*-промотор, терминатор *nos*. Стрелками обозначены ячейки, в которых образовались совершенные гибридизационные дуплексы;

В – распределение нормированных сигналов ячеек биологического микрочипа. Жирным шрифтом выделены ячейки, в которых образовались совершенные гибридизационные дуплексы

Рисунок В.1».

Приложение Г изложить в новой редакции:

«**Приложение Г**
(рекомендуемое)

Пример оформления протокола испытаний

наименование организации (испытательная лаборатория)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ _____ от «_____» _____ 20___ г.

Дата поступления на испытания «_____» _____ 20___ г.

Дата окончания испытаний «_____» _____ 20___ г.

Продукция: Котлеты «Московские»

Производитель сырья или продукции: ООО «Вымпел»

Предъявитель сырья или продукции: Орган сертификации «Биотест-М»

Отбор проб произведен по ГОСТ 11856-89

в соответствии с нормативным документом на соответствующую однородную группу сырья или продукции

Акт отбора проб и техническое задание на испытания № 118 от 08.02.2013

Испытания проведены на основании требований ГОСТ Р 52174-2003

Номер образца: 6/кс, 7/кс, 8/кс и 9/кс

Характеристика испытуемого образца (маркировка, вид и состояние упаковки, этикетки, штриховка):

Маркировка на упаковке, информирующая о наличии в продукте ГМИ, в образцах № 6/кс, 7/кс и 8/кс отсутствует, а в образце № 9/кс присутствует.

Маркировка: _____

Годен до: _____ – _____ Штриховой код: _____ – _____

Результаты испытаний

Таблица 1 – Нетрансгенные видоспецифичные последовательности

Последовательности	Номер образца				
	6/кс	7/кс	8/кс	9/кс	При наличии
Ген *RBCL*	+	+	+	+	
GM/ST1(RBCL)	+	+	+	+	
ZM1(RBCL)	–	–	–	–	
OS1(RBCL)	–	–	–	–	
$ST1_2$(RBCL)	+	+	–	–	
GM2(RBCL)	–	–	+	+	
ZM/OS2(RBCL)	–	–	–	–	
ST2(RBCL)	+	+	–	–	
Le1(Gm)	–	–	+	+	
Zein(Zm)	–	–	–	–	
UDP-GP (St)	+	+	–	–	
SPS (Os)	–	–	–	–	

Результат анализа: В образцах 7/кс и 9/кс обнаружены следующие растительные компоненты: в образцах 6/кс и 7/кс обнаружено присутствие ДНК сои, а в образцах 8/кс и 9/кс – присутствие ДНК картофеля.

Таблица 2 – Трансгенные видоспецифичные последовательности

Последовательности	Номер образца				
	6/кс	7/кс	8/кс	9/кс	При наличии
nptII	–	+	–	–	
35S_p CAMV	–	+	–	+	
35S_p FMV	–	–	–	–	
Act1_p	–	–	–	–	
Gus	–	–	–	–	
nos_t	–	–	–	+	
35S_t CAMV	–	–	–	–	
rbcSt	–	–	–	–	
Ocs_t	–	–	–	–	
Bar	–	–	–	–	

Результат анализа: В образцах 7/кс и 9/кс обнаружены следующие трансгенные компоненты: в образце 7/кс обнаружены гомолог гена *nptII*, промотор *35S CaMV* и терминатор *nos*, а в образце 9/кс – промотор *35S CaMV* и терминатор *nos*. В образцах 6/кс и 8/кс трансгенные компоненты не обнаружены. Маркировка на упаковке, информирующая о наличии в продукте ГМИ, в образце 7/кс отсутствует, а в образце 9/кс присутствует.

Вывод: Все образцы содержат растительную ДНК: образец 6/кс – нетрансгенную ДНК сои, образец 7/кс – трансгенную ДНК сои, образец 8/кс – нетрансгенную ДНК картофеля, образец 9/кс – трансгенную ДНК картофеля.

Исполнители:

_____ Иванов И. И.
подпись фамилия, инициалы

_____ Петров П. П.
подпись фамилия, инициалы

Руководитель испытательной лаборатории _____
подпись

М. П. _____
фамилия, инициалы

Заключение распространяется на образец, представленный на испытания.».

Приложение Д изложить в новой редакции:

«Приложение Д
(справочное)

Библиография

[1]	ТУ 9443-004-02699501-2006 ООО «Биочип-ИМБ»	Универсальный аппаратно-программный комплекс для анализа биологических микрочипов (УАПК)
[2]	ТУ 9642-001-4648062-98	Амплификатор «Терцик МС-2»
[3]	ТУ 42-619-61	Термостат суховоздушный ТВР-25
[4]	Корпорация «Эппендорф», кат. № 5425 000.014	Микроцентрифуга настольная 5415С, 13000 $мин^{-1}$
[5]	Корпорация «Хеликон», кат. № MSH-300	Мешалка магнитная с подогревом
[6]	Корпорация «Хеликон», кат. № CV-1500	Аппарат для встряхивания (центрифуга-вортекс)
[7]	Корпорация «Хеликон», кат. № RP-30 и RP-80	Штативы под микроцентрифужные пробирки
[8]	Корпорация «Хеликон», кат. № FA104; FA108; FA 111; FA 113N	Наконечники с фильтром для микропипеток
[9]	ТУ 6-09-11-1721-83	Этилендиаминтетрауксусной кислоты натриевая соль дигидрат
[10]	ТУ 6-09-4292-76	Трис(оксиметил)аминометан [$NH_2C(CH_2OH)_3$]
[11]	Корпорация «Хеликон», кат. № Ат-0833	Цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) [$C_{19}H_{42}NBr$]
[12]	Корпорация «Силекс», кат. № E0320	Фермент HotTaq-полимераза 5 ед. акт. в $мм^3$
[13]	ТУ 9398-003-02699501-2006	Буфер гибридизационный
[14]	Корпорация «Силекс», кат. № N1101	Раствор смеси дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ, по 25 мМ каждого
[15]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН)	Флуоресцентный субстрат «ФС»
[16]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН)	Раствор заведомо трансгенной ДНК около 100 $нг/мм^3$ или 10^6 $копий/мм^3$
[17]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН)	Раствор заведомо нетрансгенной ДНК около 100 $нг/мм^3$ или 10^6 $копий/мм^3$
[18]	ТУ 46-22-603-75	Баня водяная с электрическим или огневым подогревом
[19]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН)	Раствор водный праймеров ПР-1

[20]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН)	Раствор водный праймеров ПР-2
[21]	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН)	Биологические микрочипы (биочипы) гелевые с иммобилизованными олигонуклеотидами
[22]	Государственный комитет Санэпиднадзора Российской Федерации; № 06-19/52-17 от 15.06.95	Методические рекомендации по проведению работ в диагностических лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции. Основные положения
[23]	ЗАО «НПФ ДНК-Технология»	Компьютерная программа «Gene» для учета и интерпретации результатов, полученных при помощи ПЦР-детектора «Джин»
[24]	ТУ 9443-005-46482062-2003	ПЦР-детектор «Джин»
[25]	ООО «БИОМАСТЕР-ПРОМ»	Комплекты реагентов для ПЦР-амплификации ДНК «СКАН-35S», «СКАН-*gus*», «СКАН-*nos*» и «СКАН-*npt*»

(ИУ ТНПА № 3-2018)

МКС 65.140; 65.160;
67.060; 67.080;
67.100; 67.120;
67.140; 67.140.30;
67.160.20; 67.180.20;
67.200.20; 67.220;
67.230

к СТБ ГОСТ Р 52174-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 5	Отбор проб проводят по национальным стандартам	Отбор проб проводят по [25]
Приложение Д	–	[25] Методические указания МУ 2.3.2.1917-04 Пищевые продукты и пищевые добавки. Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги

(ИУ ТНПА № 2-2010)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТБ ГОСТ Р 52174-2005

Биологическая безопасность
СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

Біялагічная бяспека
СЫРАВІНА І ПРАДУКТЫ ХАРЧОВЫЯ
Метад ідэнтыфікацыі генетычна мадыфікаваных крыніц (ГМК) раслінага паходжання з прымяненнем біялагічнага мікрачыпа

(ГОСТ Р 52174-2003, IDT)

Издание официальное



Госстандарт
Минск

УДК 663/664.001.4:006.354	МКС	65.140; 65.160; 67.060; 67.080; 67.100; 67.120; 67.140; 67.140.30; 67.160.20; 67.180.20; 67.200.20; 67.220; 67.230	КП 03	IDT

Ключевые слова: генетически модифицированные источники, идентификация генетически модифицированных источников, сырье и продукты пищевые, ассиметричная мультикомплексная полимеразная цепная реакция, биологический микрочип, гибридизация, праймер, олигонуклеотиды, последовательность ДНК, нетрансгенная ДНК, трансгенная ДНК, интенсивность флуоресценции

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»

1 ПОДГОТОВЛЕН республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

ВНЕСЕН отделом стандартизации Госстандарта Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 24 июня 2005 г. № 28

3 Настоящий стандарт идентичен государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа».

Государственный стандарт Российской Федерации разработан ТК 447 «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов и товаров народного потребления и методы ее контроля», Институтом физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН и Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгарда РАН.

Официальные экземпляры государственных стандартов Российской Федерации, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт и на который дана ссылка, имеются в БелГИСС.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 2007 г.)

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Определения 2
4 Аппаратура, материалы и реактивы 2
5 Отбор проб 4
6 Подготовка к проведению анализа 5
7 Проведение анализа 7
8 Обработка результатов анализа 8
9 Требования безопасности 8
Приложение А (справочное) Определение термина 9
Приложение Б (справочное) Схема метода идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения 10
Приложение В (обязательное) Пример гибридизационной картины на биологическом микрочипе флуоресцентных продуктов амПЦР (гибридизационная картина на экране компьютера, полученная в результате анализа генетически модифицированного картофеля, содержащего промотор *35S*, гены *gus* и *nptII* и промотор *nos*) 11
Приложение Г (рекомендуемое) Пример оформления протокола испытания 12
Приложение Д (справочное) Библиография 13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Биологическая безопасность
СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

Біялагічная бяспека
СЫРАВІНА І ПРАДУКТЫ ХАРЧОВЫЯ
Метад ідентыфікацыі генетычна мадыфікаваных крыніц (ГМК) раслінага паходжання з прымяненнем біялагічнага мікрачыпа

Biological safety
Raw and food-stuffs
Method for the identification of genetically modified organisms (GMO) of plant origin by using biological microchip

Дата введения 2006-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевое сырье (в том числе посевной и посадочный материал), пищевые продукты, цветы (далее – продукт) и устанавливает метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с использованием биологического микрочипа.

Метод основан на асимметричной мультиплексной полимеразной цепной реакции (амПЦР) с последующей гибридизацией продуктов этой амПЦР на биологическом микрочипе. Метод одновременно устанавливает наличие или отсутствие в анализируемой пробе не менее пяти различных трансгенных последовательностей ДНК. Чувствительность метода – не менее 10^{-12} г (1 пг) ДНК.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

Издание официальное

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 биологическая безопасность: (См. приложение А).

3.2 генетически модифицированные источники: Сырье и пищевые продукты (ингредиенты), используемые человеком в натуральном или переработанном виде, полученные из генетически модифицированных организмов или содержащие их в своем составе.

3.3 генетически модифицированный организм: Организм, генетический материал которого изменен с применением методов генной инженерии.

3.4 генная инженерия: Совокупность приемов, методов и технологий, в том числе технологий получения рекомбинантных нуклеиновых кислот, по выделению генов из организма, осуществлению манипуляций с генами и введению их в другие организмы.

3.5 биологический микрочип: Микроматрица с ячейками, в которых иммобилизован набор олигонуклеотидов.

3.6 праймер: Последовательность однотяжевой ДНК длиной до 25 нуклеотидов, применяемая для проведения асимметричной мультиплексной полимеразной цепной реакции.

3.7 асимметричная мультиплексная полимеразная цепная реакция: Полимеразная цепная реакция, где в одной пробирке с участием нескольких пар праймеров одновременно амплифицируются разные последовательности анализируемой ДНК, причем количество одного из праймеров каждой пары в несколько раз превышает количество другого праймера.

4 Аппаратура, материалы и реактивы

4.1 Компьютерная программа «Imageware» для анализа изображений, полученных с помощью «Чипдетектора-03» [1] или «Био-1» [23].

4.2 Комплекс аппаратно-программный для анализа флуоресценции биологических микрочипов типа «Чипдетектор-03» [2] или «Евробио-ВТО» [24].

4.3 Амплификатор ДНК типа «Терцик» под микроцентрифужные пробирки вместимостью 0,2; 0,5 $см^3$ со скоростью нагрева/охлаждения активного элемента не менее 1,5 °С/с [3].

4.4 Термостат суховоздушный типа ТВЗ-25 с рабочей температурой 37 °С, рабочий диапазон от 20 °С до 60 °С, точность поддержания температуры ± 1 °С [4].

4.5 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 высокого класса точности (условное обозначение (П) с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ± 0,0001 г.

4.6 Камера морозильная по ГОСТ 26678, обеспечивающая температуру минус 20 °С.

4.7 Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 26678.

4.8 Микроцентрифуга настольная типа 5415С с частотой вращения не менее 13000 $мин^{-1}$ [5].

4.9 Мешалка магнитная с подогревом [6].

4.10 Аппарат для встряхивания типа СУ-1500 с частотой вращения не менее 1500 $мин^{-1}$ [7].

4.11 pH-метр с набором электродов, с погрешностью измерений ± 0,1 pH.

4.12 Микродозаторы с переменным объемом дозирования: 0,5 – 10,0 $мм^3$ (шаг 0,1 $мм^3$, точность ± 2,5 % – 10 %, воспроизводимость 3 % – 7 %); 5,0 – 50,0 $мм^3$ (шаг 0,5 $мм^3$, точность 2,0 % – 5,0 %, воспроизводимость 2,5 % – 5 %); 20,0 – 200,0 $мм^3$ (шаг 1,0 $мм^3$, точность ± 1,5 % – 2,0 %, воспроизводимость 2 % – 3 %); 100 – 1000 $мм^3$ (шаг 5 $мм^3$, точность ± 1,0 % – 1,5 %, воспроизводимость 1 % – 2 %).

4.13 Штативы под микроцентрифужные пробирки типа RP-30 и RP-80 на 30 и 80 шт. [8].

4.14 Наконечники с фильтром для микродозаторов (микропипеток) с переменным объемом дозирования жидкостей до 10; 20; 200; 1000 мм^3 [9].

4.15 Пробирки микроцентрифужные типа Эппендорф вместимостью 0,2; 0,5 и 1,5 см^3 стерильные.

4.16 Пестик или палочка стеклянные по ГОСТ 21400 для микроцентрифужных пробирок вместимостью 1,5 см^3.

4.17 Цилиндры стеклянные мерные лабораторные по ГОСТ 1770 на 25, 100, 250 и 1000 см^3.

4.18 Колбы стеклянные мерные плоскодонные конические по ГОСТ 25336 вместимостью 50 – 1000 см^3.

4.19 Пипетки стеклянные градуированные по ГОСТ 29227.

4.20 Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

4.21 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.

4.22 Кислота соляная концентрированная по ГОСТ 3118, х.ч.

4.23 Натрий хлористый по ГОСТ 4233, х.ч.

4.24 Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль дигидрат (ЭДТА) [10].

4.25 Трис(оксиметил)аминометан [11].

4.26 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ Р 51652, х.ч.

4.27 Спирт изопропиловый по ГОСТ 9805, х.ч.

4.28 Додецилсульфат натрия (SDS) [12].

4.29 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

4.30 Вода особо чистая стерильная, не содержащая ДНК, РНК и дезоксирибонуклеаз.

4.31 Фермент термостабильный Taq-полимераза, оптимум активности при 70 °С – 72 °С [13].

4.32 ПЦР буфер десятикратный (10×; 12,1 г в 1 дм^3 Трис-HCL, pH 8,8; 37,28 г в 1 дм^3 KCL, 5 % Твин-20, 50 % формамид; 142,83 мг в 1 дм^3 $MgCL_2$).

4.33 Гуанидин тиоцианат [14].

4.34 N-[2-оксиэтил]пиперазин-N′-[2-этансульфоновая кислота] (HEPES) [15].

4.35 Масло вазелиновое медицинское по ГОСТ 3164.

4.36 Раствор водный дезоксирибонуклеозидтрифосфатов: дАТФ, дТТФ, дТТФ, дЦТФ с концентрацией 2 мМ каждого [16].

4.37 Раствор заведомо трансгенной ДНК (около 100 нг/мм^3 или 10^6 копий/мм^3) [17].

4.38 Раствор заведомо нетрансгенной ДНК (около 100 нг/мм^3 или 10^6 копий/мм^3) [18].

4.39 Баня водяная [19].

4.40 Раствор водный праймеров «ПР-1» для амплификации соответствующих участков генома, включающий следующие пары праймеров:

праймеры на промотор *35S* вируса мозаики цветной капусты:

*35S*_п	5' CCT CCT CGG ATT CCA TTG CCC AG	(23 н.о.)
*35S*_оф	5' GTC CAT CTT TGG GAC CAC TGT CGG	(24 н.о.)

праймеры на маркерный ген *gus* из бактерии *Eschrichia coli:*

*gus*_п	5' AAG CCG GGC AAT TGC TGT GCC A	(22 н.о.)
*gus*_оф	5' GAC CGC ATC GAA ACG CAG CAC G	(22 н.о.)

праймеры на промотор *nos* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens:*

*nos*_п	5′ CGA TGA CGC GGG ACA AGC CGT	(21 и.о.)
*nos*_оф	5' GAC CTT AGG CGA CTT TTG AAC GCG C	(25 н.о.)

праймеры на маркерный ген *nptII* из транспазона Tn5 бактериального происхождения:

*npt*_п	5' GTG TTC CGG CTG TCA GCG CAG G	(22 н.о.)
*npt*_оф	5' CGC AAG GAA CGC CCG TCG TGG	(21 н.о.)

праймеры на терминатор *ocs* из агробактерии *Agrobacterium tumefaciens:*

*ocs*_п	5' GCG AGA CGC CTA TGA TCG CAT GAT	(24 н.о.)
*ocs*_оф	5' GAA ACC GGC GGT AAG GAT CTG AGC	(24 н.о.)

Примечание – В обозначениях праймеров индекс «_п» означает «прямой», индекс «_оф» означает «обратный флуоресцентно меченый»; н.о. – нуклеотидные остатки [20].

Биологический микрочип с иммобилизованными олигонуклеотидами, приведенными в таблице 1 [21]:

Таблица 1 – Олигонуклеотиды, иммобилизованные на биологическом микрочипе

Наименование олигонуклеотида	Детектируемая мишень	Последовательность лигонуклеотида
35S_и	Промотор *35S*	5′ GCC ATC ATT GCG ATA AAG G
gus_и	Ген *gus*	5′ CTG GTA TCA GCG CGA A
nos_и	Промкатор *nos*	5′ GCT AAG CAC ATA CGT CAG AA
npt_и	Ген *nptII*	5′ GGC AGC GCG GCT ATC
ocs_и	Терминатор *ocs*	5′ TTC TGT TGT GCA CGT TGT A
Примечание – Индекс «_и» означает «иммобилизованный».		



1 – предметное стекло;
2 – гелевые ячейки

Рисунок 1 – Схема биологического микрочипа для идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения

Биологический микрочип представляет собой стандартное стекло предметное по ГОСТ 9284 для световой микроскопии, на поверхности которого в определенном порядке расположены 10 микроскопических ячеек (рисунок 1), заполненные полиакриламидным гелем. Каждая из пяти верхних ячеек содержит индивидуальный ковалентно иммобилизованный олигонуклеотид *(35S, gus, nos, npt* или *ocs).* Три ячейки с индексом «НК» не содержат ранее перечисленных индивидуальных ковалентно иммобилизованных олигонуклеотидов и выполняют роль отрицательного контроля гибридизации. Две ячейки с индексом «М» содержат ковалентно связанный флуоресцентный краситель и предназначены для однозначной ориентации биологического микрочипа. Поверхность биологического микрочипа с ячейками должна быть закрыта пластиковой крышкой с отверстиями, которая вместе с предметным стеклом образует замкнутое пространство, предназначенное для проведения гибридизации анализируемой пробы.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, а также оборудования и реактивов с техническими характеристиками не хуже указанных выше.

5 Отбор проб

Отбор проб проводят по национальным стандартам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп пищевого сырья (в том числе посевного и посадочного материала), пищевых продуктов, цветов.

6 Подготовка к проведению анализа

6.1 Приготовление растворов

6.1.1 Приготовление раствора гидроокиси натрия концентрации 40 г/дм^3

В колбу стеклянную плоскодонную по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см^3 помещают 4,0 г сухой натрия гидроокиси по ГОСТ 4328 и растворяют в 100 см^3 особо чистой стерильной воды по 4.30. После охлаждения раствора до комнатной температуры его переливают в специальную щелочеустойчивую пластиковую плотно закрывающуюся емкость.

Срок хранения при комнатной температуре – не более одного года.

6.1.2 Приготовление раствора ЭДТА концентрации 186, 12 г/дм^3

В стеклянную плоскодонную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 18,61 г ЭДТА по 4.24, растворяют в 80 см^3 особо чистой стерильной воды при интенсивном перемешивании на магнитной мешалке [6]. Затем раствором гидроокиси натрия по 6.1.1 доводят pH раствора до 8,0. Полученный раствор переливают в колбу мерную по ГОСТ 12738 вместимостью 100 см^3 и особо чистой стерильной водой доводят объем этого раствора до метки.

Срок хранения в холодильнике по ГОСТ 26678 при температуре 4 °С – 5 °С – не более 6 мес.

6.1.3 Приготовление 70 %-ного раствора этилового спирта

В колбу мерную по ГОСТ 12738 вместимостью 200 см^3 вносят 140 см^3 96 %-ного этилового спирта высокой степени очистки по ГОСТ Р 51652, добавляют 52 см^3 особо чистой стерильной воды и перемешивают.

Срок хранения при температуре 4 °С – 5 °С – не более 6 мес.

6.1.4 Приготовление гибридизационного буфера

В стеклянный стакан или плоскодонную колбу вместимостью 300 – 500 см^3 помещают точно отмеренные количества: 44,33 (± 0,01) г гуанидин тиоцианата – по 4.33 [14], 4,88 (± 0,01) г N′-[2-гидроксиэтил]пиперазин-N'-[2-этансульфоновой кислоты] натриевой соли (HEPES) по 4.34 [15]. Затем пипеткой стеклянной по ГОСТ 29227 вместимостью 5 см^3 приливают 3,75 (± 0,05) см^3 раствора ЭДТА, приготовленного по 6.1.2, и цилиндром вместимостью 250 см^3 добавляют 200 см^3 особо чистой стерильной воды. Стакан с раствором помещают на магнитную мешалку по 4.9 [6] и перемешивают до полного растворения компонентов. Доводят значение pH буфера до 7,5 (± 0,1) добавлением раствора гидроокиси натрия, приготовленного по 6.1.1. Полученный раствор из стакана переносят в мерную колбу вместимостью 250 см^3, доводят объем до метки особо чистой стерильной водой и разливают по 50 см^3 в плоскодонные колбы с притертыми пробками.

Срок хранения при температуре 2 °С – 8 °С – не более 12 мес.

6.1.5 Приготовление раствора Трис-HCl концентрации 242,2 г/дм^3

В колбу вместимостью 100 см^3 помещают 24,22 г Трис (оксиметил) аминометана по 4.25 [11] и растворяют в 80 см^3 особо чистой стерильной воды. Кислотой соляной концентрированной по ГОСТ 3118 доводят pH раствора до 7,5, а объем – до 100 см^3 особо чистой стерильной водой.

Срок хранения при комнатной температуре – не более 6 мес.

6.1.6 Приготовление раствора хлористого натрия концентрации 146,2 г/дм^3

В плоскодонную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 14,62 г натрия хлористого по ГОСТ 4233, растворяют в 70 – 80 см^3 особо чистой стерильной воды, затем полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см^3 и особо чистой стерильной водой доводят до метки. Срок хранения при комнатной температуре – не более одного года.

6.1.7 Приготовление раствора 20 %-ного додецилсульфата натрия (SDS) [12]

В стеклянную колбу вместимостью 100 см^3 помещают 20 г сухого додецилсульфата натрия по 4.27 и добавляют 80 см^3 особо чистой стерильной воды. Растворяют при плавном перемешивании на магнитной мешалке и одновременном нагревании до температуры 40 °С – 50 °С до полного растворения.

Срок хранения при комнатной температуре – не более одного года.

6.1.8 Приготовление буфера экстракции

В мерной колбе вместимостью 50 $см^3$ смешивают 5 $см^3$ раствора Трис-HCl, приготовленного по 6.1.5, 5 $см^3$ раствора NaCl, приготовленного по 6.1.6, 1,25 $см^3$ раствора 20 %-ного SDS, приготовленного по 6.1.7, и 2,5 $см^3$ раствора ЭДТА, приготовленного по 6.1.2; каждый раствор отбирают отдельной стеклянной пипеткой. Объем раствора доводят до 50 $см^3$ особо чистой стерильной водой.

Срок хранения при температуре 4 °С – 5 °С – не более двух недель, в камере морозильной по ГОСТ 26678 при температуре минус 20 °С – не более одного года.

6.1.9 Раствор Taq-полимеразы по 4.31 хранят при температуре минус 20 °С не более одного года. Не допускается хранение раствора Тая-полимеразы ниже температуры минус 23 °С.

6.2 Приготовление пробы для анализа (выделение ДНК)

6.2.1 Две навески каждого анализируемого продукта массой 60 – 80 мг помещают в две чистые стерильные микроцентрифужные пробирки по 4.15 вместимостью 1,5 $см^3$, в течение 15 – 20 с доводят до состояния однородной смеси пестиком по ГОСТ 21400 при комнатной температуре и сразу микродозатором добавляют по 400 $мм^3$ буфера экстракции, приготовленного по 6.1.8.

6.2.2 Микроцентрифужные пробирки со смесью, приготовленной по 6.2.1, интенсивно встряхивают в течение 5 с на аппарате для встряхивания по 4.10 [7], быстро нагревают на водяной бане [19] до температуры 65 °С и выдерживают при этой температуре 15 – 20 мин, периодически осторожно перемешивая содержимое.

6.2.3 Микроцентрифужные пробирки со смесью, приготовленной по 6.2.2, центрифугируют при комнатной температуре в настольной центрифуге по 4.8 [5] при частоте вращения 13000 $мин^{-1}$ в течение 5 мин.

6.2.4 Надосадочную жидкость, полученную по 6.2.3, отбирают по 300 $мм^3$ и переносят в чистые микроцентрифужные пробирки, содержащие по 300 $мм^3$ спирта изопропилового по ГОСТ 9805. Содержимое перемешивают, выдерживают 5 мин при комнатной температуре и центрифугируют 5 мин при частоте вращения 13000 $мин^{-1}$.

6.2.5 Надосадочную жидкость по 6.2.4 тщательно удаляют микродозатором, а осадок ДНК, полученный по 6.2.4, промывают 1 $см^3$ 70 %-ного этилового спирта, приготовленного по 6.1.3 и охлажденного до температуры 0 °С – 4 °С, центрифугируют аналогично 6.2.4. Полученную надосадочную жидкость вновь тщательно удаляют, а осадок ДНК подсушивают при комнатной температуре до полного удаления этилового спирта, но не более 30 мин.

6.2.6 Осадок ДНК, полученный по 6.2.5, перерастворяют в 40 – 50 $мм^3$ особо чистой стерильной воды. Полученный раствор ДНК используют для проведения амПЦР.

Срок хранения раствора ДНК при температуре минус 20 °С – не более одного года.

6.3 Подготовка асимметричной мультиплексной ПЦР

6.3.1 Приготовление реакционной смеси для амПЦР*

6.3.1.1 В микроцентрифужную пробирку вместимостью 1,5 $см^3$ микродозатором вносят (из расчета на каждую анализируемую пробу): 3 $мм^3$ 10× буфера реакционного для ПЦР по 4.32; 3 $мм^3$ смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов по 4.36 [16], 2,5 $мм^3$ фермента Taq-полимеразы по 4.31 [13] (концентрацией 5 Ед. акт/$мм^3$)**, а также водный раствор праймеров по 4.40 [20] в следующих концентрациях (нг/$дм^3$):

*35S*_п/*35S*_оф – 15,32/81,02;
*gus*_п/*gus*_оф – 3,75/37,59;
*nos*_п/*nos*_оф – 3,61/84,74;
*npt*_п/*npt*_оф* – 7,51/36,01;
*ocs*_п/*ocs*_оф – 8,18/41,41.

Смесь разбавляют особо чистой стерильной водой до объема 27 $мм^3$ (из расчета на одну анализируемую пробу) и осторожно перемешивают в течение 3 – 5 с на аппарате для встряхивания, не допуская образования пены. Общий объем реакционной смеси для амПЦР готовят с учетом числа анализируемых проб и двух контрольных проб: положительный контроль (заведомо трансгенная ДНК по 4.37) и отрицательный контроль (заведомо нетрансгенная ДНК по 4.38).

---

* Реакционную смесь для амПЦР готовят непосредственно перед анализом при температуре не выше 20 °С.

** Срок хранения Taq-полимеразы после разведения при температуре от 2 °С до 8 °С – не более 2 ч.

6.3.1.2 Реакционную смесь для амПЦР, полученную по 6.3.1.1, осаждают кратковременным 10 – 15-секундным центрифугированием на настольной центрифуге при частоте вращения 1500 – 3000 мин$^{-1}$ и сразу же используют для проведения анализа.

6.3.2 Все этапы амПЦР должен проводить квалифицированный специально обученный персонал в соответствии с требованиями [22]. Для проведения амПЦР допускается использовать только стерильную лабораторную посуду и новые стерильные микроцентрифужные пробирки. При проведении амПЦР каждую микроцентрифужную пробирку открывают только перед отбором или внесением анализируемой пробы, а по окончании манипуляции сразу же закрывают. Запрещается открывать одновременно несколько микроцентрифужных пробирок с анализируемыми пробами и оставлять их открытыми длительное время. Каждую анализируемую пробу отбирают микродозатором с новым стерильным наконечником с фильтром.

7 Проведение анализа

7.1 Проведение асимметричной мультиплексной ПЦР

7.1.1 Реакционную смесь для амПЦР, полученную по 6.3.1.2, микродозатором вносят в чистые микроцентрифужные пробирки вместимостью 0,2 или 0,5 см^3 по 27 мм^3 в каждую.

7.1.2 Анализируемую ДНК, выделенную по 6.2, вносят микродозатором по 3 мм^3 в микроцентрифужные пробирки с реакционной смесью для амПЦР по 7.1.1. При использовании амплификатора ДНК по 4.3 [3] без подогрева крышки в каждую микроцентрифужную пробирку с реакционной смесью вносят по 30 мм^3 масла вазелинового по ГОСТ 3164 для предохранения реакционной смеси от испарения водной фазы при амПЦР. В этом случае анализируемую ДНК вносят под слой масла, в результате чего образуются водная и масляная фазы.

7.1.3 В две другие микроцентрифужные пробирки микродозатором вносят по 3 мм^3 раствора заведомо трансгенной ДНК (положительный контроль) и раствора заведомо нетрансгенной ДНК (отрицательный контроль).

7.1.4 Все микроцентрифужные пробирки со смесями, полученными по 7.1.2, и растворами, подготовленными по 7.1.3, помещают в амплификатор ДНК и проводят амПЦР по программе, указанной в таблице 2.

Таблица 2 – Программа проведения амПЦР

Шаг программы	Температура, °С	Время инкубации	Число циклов
1	95	5 мин	1
2	95	30 с	37
	62	30 с	
	72	30 с	
3	72	5 мин	1

7.2 Гибридизация на биологическом микрочипе

7.2.1 В необходимое количество микроцентрифужных пробирок микродозатором вносят по 24 мм^3 гибридизационного буфера, приготовленного по 6.1.4. Затем к гибридизационному буферу добавляют по 12 мм^3 водной фазы ПЦР-смеси, полученной в результате проведения амПЦР по 7.1.4, и перемешивают в течение 20 – 30 с на аппарате для встряхивания по 4.10 с частотой вращения не менее 1500 мин$^{-1}$ для получения гибридизационной смеси.

7.2.2 Из каждой микроцентрифужной пробирки микродозатором отбирают по 28 мм^3 гибридизационной смеси (для каждого биологического микрочипа), полученной по 7.2.1, и всю смесь помещают на поверхность биологического микрочипа через отверстие в пластиковой крышке. Гибридизацию проводят в термостате [4] при температуре 37 °С в течение 18 ч.

7.2.3 После окончания гибридизации пластиковые крышки снимают, каждый биологический микрочип трижды промывают водой дистиллированной по ГОСТ 6709 при температуре 25 °С и высушивают при комнатной температуре.

Схема метода идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения приведена в приложении Б.

8 Обработка результатов анализа

8.1 Визуализацию гибридизационной картины на биологическом микрочипе для анализируемой пробы осуществляют с помощью аппаратно-программного комплекса для анализа флуоресценции биологических микрочипов «Чипдетектор-03» [2] и компьютерной программы Imageware [1] или «Био-1» [23].

8.2 Полученную на экране компьютера гибридизационную картину для анализируемой пробы сравнивают с гибридизационной картиной для положительного контроля (заведомо трансгенной ДНК) и гибридизационной картиной для отрицательного контроля (заведомо нетрансгенной ДНК). Пример гибридизационной картины флуоресцентных продуктов амПЦР в гелевых ячейках биологического микрочипа приведен в приложении В. Наличие высокого уровня специфического флуоресцентного сигнала в гелевых ячейках биологического микрочипа, содержащих иммобилизационные олигонуклеотиды (для промоторов *35S* и *nos,* терминатора *ocs*, генов *gus* или *nptII),* свидетельствует о присутствии конкретных чужеродных последовательностей ДНК в анализируемой пробе, т. е. о трансгенности анализируемой ДНК. Низкий уровень флуоресцентных сигналов в гелевых ячейках биологического микрочипа после гибридизации, сравнимый с уровнем фоновой флуоресценции отрицательного контроля, но не выше установленного порога чувствительности в программе Imageware, указывает на отсутствие конкретных чужеродных последовательностей ДНК в анализируемой пробе, т. е. о нетрансгенности анализируемой ДНК.

8.3 Интерпретация результатов

8.3.1 Высокий уровень флуоресценции одной, нескольких или всех пяти гелевых ячеек биологического микрочипа, содержащих иммобилизованные олигонуклеотиды, превышающий заданный в программе Imageware [1] порог чувствительности, свидетельствует о наличии генетически модифицированных источников (ГМИ) в анализируемом продукте.

8.3.2 Низкий уровень флуоресценции всех пяти гелевых ячеек биологического микрочипа, содержащих иммобилизованные олигонуклеотиды, близкий к фоновой флуоресценции отрицательных контролей и не достигающий заданного в программе Imageware порога чувствительности, свидетельствует об отсутствии генетически модифицированных источников (ГМИ) в анализируемом продукте.

8.3.3 Высокий уровень флуоресценции гелевых ячеек при использовании заведомо нетрансгенной ДНК свидетельствует о получении ложноположительного результата. Причиной может быть загрязнение ГМИ реактивов и/или оборудования. В этом случае необходимо обработать поверхности лабораторных столов и оборудования раствором соляной кислоты (1 моль/дм^3), заменить реактивы на свежеприготовленные и повторить анализ. Полученный при повторном анализе низкий уровень флуоресценции гелевых ячеек при использовании заведомо нетрансгенной ДНК свидетельствует о достоверном результате, который является окончательным.

8.3.4 Низкий уровень (отсутствие) флуоресцентного сигнала при использовании заведомо трансгенной ДНК свидетельствует о получении ложноотрицательного результата. Причиной могут быть потеря активности одного из компонентов реакционной смеси для амПЦР или несоблюдение условий проведения амПЦР и/или гибридизации на биологическом микрочипе. В этом случае необходимо заменить реактивы на свежеприготовленные и повторить анализ. Полученный при повторном анализе высокий уровень флуоресценции гелевых ячеек при использовании заведомо трансгенной ДНК свидетельствует о достоверном результате, который является окончательным.

9 Требования безопасности

9.1 При выполнении всех работ необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

9.2 Помещение, в котором проводятся работы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

9.3 При работе с электроустановками электробезопасность должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и должно быть оснащено средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Приложение А
(справочное)

Определение термина

Биологическая безопасность: Защищенность человека, общества и окружающей среды от негативного воздействия токсических, аллергенных, канцерогенных, мутагенных биологических веществ и соединений, содержащихся в природных или генноинженерно модифицированных биологических объектах и полученных из них продуктах.

Приложение Б
(справочное)

Схема метода идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения



А – амПЦР с использованием флуоресцентно меченых праймеров (индекс «_оф»);
Б – гибридизация ПЦР-продуктов со специфическими олигонуклеотидами, иммобилизованными на биологическом микрочипе (индекс «_и»)

Рисунок Б.1

Приложение В
(обязательное)

Пример гибридизационной картины на биологическом микрочипе флуоресцентных продуктов амПЦР (гибридизационная картина на экране компьютера, полученная в результате анализа генетически модифицированного картофеля, содержащего промотор *35S*, гены *gus* и *nptII* и промотор *nos*)



А – схема биологического микрочипа для идентификации генетически модифицированного источника растительного происхождения;
Б – гибридизационная картина на биологическом микрочипе флуоресцентных продуктов амПЦР-анализируемой ДНК, содержащей промотор *35S*, гены *gus* и *nptII,* а также промотор *nos*. Пунктиром обозначены гелевые ячейки биологического микрочипа с уровнем флуоресценции, близким к фоновой, не достигающим заданного в программе Imageware порога чувствительности

Рисунок В.1

Приложение Г
(рекомендуемое)

Пример оформления протокола испытания

Наименование организации (испытательная лаборатория)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ _____ от « _____ » _____ 200 ___ г.

Дата поступления на испытание « ____ » ____ 200 ___ г.
Дата конца испытаний « ____ » ____ 200 ___ г.

Продукция: Картофель семенной
Производитель сырья или продукции: ООО «Вымпел»
Предъявитель сырья или продукции: «Биотест-М»
Отбор проб произведен ГОСТ 11856-89
(в соответствии с ТНПА на соответствующую однородную группу сырья или продукции)
Акт отбора проб и техническое задание на испытания № 5 от 01.12.200 г.
Испытания проведены на основании требований ГОСТ Р 52174-2003
Номер образца 6/2004, 7/2004, 8/2004 и 9/2004
Характеристика испытуемого образца (маркировка, вид и состояние упаковки, этикетки, штриховка) ___
Маркировка _____
Годен до _____ Штриховой код _____

Результаты испытаний

Номер образца	Трансгенные последовательности				
	35S	*gus*	*nos*	*nptII*	*ocs*
6/2004	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
7/2004	Присутствует	Присутствует	Отсутствует	Присутствует	Присутствует
8/2004	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
9/2004	Присутствует	Отсутствует	Присутствует	Отсутствует	Отсутствует

Результат анализа: В образцах 7/2004 и 9/2004 обнаружены следующие трансгенные компоненты: в образце № 7/2004 обнаружены гомологи генов *gus* и *nptII*; промоторы *35S, ocs*, а в образце № 9/2004 обнаружены промоторы *35S* и *nos*. В образцах № 6/2004 и 8/2004 трансгенные компоненты не обнаружены. Маркировка на упаковке, информирующая о наличии в продукте ГМИ в образцах № 6/2004, 7/2004 и 8/2004 отсутствует, а в образце № 9/2004 присутствует.

Исполнители: _____ _____
подпись фамилия, инициалы
_____ _____
подпись фамилия, инициалы

Руководитель испытательной лаборатории _____
подпись
_____
фамилия, инициалы

М.П.

Заключение распространяется на образец, представленный на испытания.

Приложение Д
(справочное)

Библиография

[1] Центр биологических микро чипов ИМБ РАН — Компьютерная программа «Imageware» для анализа изображений, полученных с помощью «Чипдектора-03»

[2] ТУ 9443-001-02699501-2003 — Комплекс аппаратно-программный для анализа флуоресценции биологических микрочипов «Чипдектор-03»

[3] ТУ 9642-001-4648062-98 — Амплификатор «Терцик МС-2»

[4] ТУ 42-619-61 — Термостат суховоздушный ТВ3-25

[5] Корпорация «Эппендорф», кат. № 5425000.014 — Микроцентрифуга настольная 5415С, 13000 мин$^{-1}$

[6] Корпорация «Хеликон», кат. № MSH-300 — Мешалка магнитная с подогревом

[7] Корпорация «Хеликон», кат. № CV-1500 — Аппарат для встряхивания (центрифуга-вортекс)

[8] Корпорация «Хеликон», кат. № RP-30 и № RP-80 — Штативы под микроцентрифужные пробирки

[9] Корпорация «Хеликон», кат. № FA 104; FA 108; FA 113N — Наконечники с фильтром для микропипеток

[10] ТУ 6-09-11-1721-83 — Этилендиаминтетрауксусной кислоты натриевая соль дигидрат

[11] ТУ 6-09-4292-76 — Трис(оксиметил)аминометан [$NH_2C(CH2OH)_3$]

[12] Корпорация «Сигма Алдрич» («Sigma»), кат. № L-6026 — Додецилсульфат натрия (SDS)

[13] Корпорация «Сигма Алдрич» («Sigma»), кат. № Д 1806 — Фермент Taq-полимераза 5 Ед.акт./мм^3

[14] Корпорация «Хеликон», кат. № Am-038-0.5 — Гуанидин тиоционат [CH_3N_3-HSCN]

[15] Корпорация «Хеликон», кат. № Am-0485-01 — N-[2-оксиэтил]пиперазин-N′-[этансульфоновая кислота] (HEPES) [$C_8H_{17}N_2O_4SNa$]

[16] Корпорация «Хеликон», кат. № H-4044-0.4 — Раствор смеси дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ, по 25 мМ каждого

[17] ИФР РАН — Раствор заведомо трансгенной ДНК около 100 нг/мм^3 или 10^6 копий/мм^3

[18] ИФР РАН — Раствор заведомо нетрансгенной ДНК около 100 нг/мм^3 или 10^6 копий/мм^3

[19] ТУ 46-22-603-75 — Баня водяная с электрическим или огневым подогревом

[20] Центр биологических микро чипов ИМБ РАН — Раствор водный праймеров «ПР-1»

[21] Центр биологических микрочипов ИМБ РАН — Микрочипы гелевые с иммобилизованными олигонуклеотидами

[22] Методические рекомендации по проведению работ в диагностических лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции. Основные положения — Государственный комитет Санэпиднадзора Российской Федерации; № 06-19/52-17 от 15.06.95

[23] ООО «Биоконтроль» — Компьютерная программа «Био-1»

[24] ООО «Биоконтроль» — Комплекс аппаратно-программный для анализа флуоресценции «Евробио-ВТО»

Ответственный за выпуск *В.Л. Гуревич*

Сдано в набор 16.01.2007. Подписано в печать 13.02.2007. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать ризографическая. Усл. печ. л. 2,32 Уч.- изд. л. 0,90 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.

gost.e-ecolog.ru