МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

№ 1156

30 августа 1985 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ

Москва — 1985 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

г. Москва № 1156 30 августа 1985 года

Об утверждении расчетных норм времени на стерилизацию изделий медицинского назначения персоналом централизованных стерилизационных

В целях улучшения организации труда и рационального использования медицинского персонала централизованных стерилизационных учреждений здравоохранения

1. УТВЕРЖДАЮ:

Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию изделий медицинского назначения персоналом централизованных стерилизационных учреждений здравоохранения согласно приложению.

2. ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Министрам здравоохранения союзных и автономных республик, руководителям органов здравоохранения:

2.1.1. Обеспечить рациональную организацию труда, расстановку и использование медицинского персонала централизованных стерилизационных.

2.1.2. Размножить настоящий приказ в необходимом количестве экземпляров и довести его до соответствующих учреждений здравоохранения.

Министр

С. П. БУРЕНКОВ

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения СССР
от 30 августа 1985 г.
№ 1156

РАСЧЁТНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

в условных единицах
на стерилизацию изделий медицинского назначения персоналом централизованных стерилизационных учреждений здравоохранения

№№ п.п.	Наименование изделий	Метод предстерилизационной обработки	Метод стерилизации	Применяемое оборудование		Вид стерилизационной упаковки	Количество условных единиц
				Для предстерилизационной обработки	Для стерилизации: Тип		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Шприц и 2 иглы (комплект)	Механизированный способ очистки		1. Моечная машина для шприцев и игл. 2. Лотки, подносы, короба, ванна, раковина с устройством струйной подачи воды. 3. Дистилляторы. 4. Емкости для дистиллированной воды. 5. Сушильные шкафы.	С-500/1000		1,0
		Ручной способ очистки		Оборудование, предусмотренное пп. 2—5; Кипятильники дезинфекционные электрические	Д-4, Д-25, С-16, С-40, С-100, С-250 ВП-10, ГП-20, ГП-40, ГП-80, ГП-640, ШСС-500		1,5
			Паровой		Э-67, Э-26, Э-34, Э-40, ГП-36		
					Паровые стерилизаторы: ВК-75, ВК-75-1, ГК-100-3, ГП-400, ГПД-400, ГП-560, ГСП-560, ГПД-560, ЦСУ-1000 (7 вариантов)	Упаковка в 2-х слойную бязь или пергамент марки А, Б, бумагу по ГОСТ 1341-71, 2228-81, 7247-73	
					Стерилизационные коробки: КСК-3, КФ-3, КФ-6, КСК-6, КСК-9, КФ-9, КСК-12, КФ-12, КСК-18, КФ-18, КСПФ-12, КСПФ-16		

1	2	3	4	5
			Воздушный	
2.	Хирургический, стоматологический, гинекологический инструмент	Механизированный способ очистки		Машина для мойки хирургических инструментов; оборудование, предусмотренное пп. 2—5
		Ручной способ очистки		Оборудование, предусмотренное пп. 2—5; кипятильники дезинфекционные электрические
			Паровой	
			Воздушный	
3.	Капельница	Ручной способ очистки		Оборудование, предусмотренное пп. 2—5
			Паровой	
4.	Зонд, катетер (1 единица)	Ручной способ очистки		Оборудование, предусмотренное пп. 2—5
			Паровой	

6	7	8	9
Воздушные стерилизаторы	ГП-80, ШСС-500, ШСС-1000, ГП-640, ГПД-1300, ГП-360-1М, ЦСУ-1000 4 варианта (с 4 по 7)	Упаковка в бумагу	
	МХІ-01		0,5
			1,0
	Э-67, Э-26, Э-34, Э-40, ГП-36		
Паровые стерилизаторы	Предусмотренный для стерилизации шприцев	Упаковка в 2-х слойную бязь или укладка в стерилизационные коробки	
Стерилизационные коробки	— » —		
Воздушные стерилизаторы	— » —	Упаковка в бумагу	
		Упаковка в 2-х слойную бязь, укладка в стерилизационные коробки	1,7
Паровые стерилизаторы	Предусмотренный для стерилизации шприцев		
Стерилизационные коробки	— » —		
		Упаковка в бумагу или пергамент А или В	1,0
	Паровые стерилизаторы Стерилизационные коробки	Предусмотренный для стерилизации шприцев	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Резиновые перчатки (пара)	Механизированный способ очистки		Установка для предстерилизационной обработки хирургических перчаток Лотки, подносы, короба	«Комплекс-300»		Завертывание каждой перчатки в марлю и укладка в стерилизационные коробки	2,5
		Ручной способ очистки		Оборудование, предусмотренное пп. 2—5			— » —	3,0
			Паровой	Паровые стерилизаторы Стерилизационные коробки	Паровые стерилизаторы	Предусмотренный для стерилизации шприцев	Укладка в стерилизационные коробки	1,3
6.	Перевязочный материал (салфетки, тампоны, палочки, повязки и т. д.) — 1 единица (при изготовлении в централизованных стерилизационных)		Паровой			— » —		
7.	Операционное белье (простыни, халаты, маски, бахилы, шапочки, пеленки и т. д.) — 1 един. (при упаковке в централизованной стерилизационной)		Паровой		Паровые стерилизаторы	Предусмотренный для стерилизации шприцев	Упаковка в стерилизационные коробки или 2-х слойную бязь	0,15
8.	Стерилизационная коробка, укомплектованная различными изделиями медицинского назначения, хирургическими инструментами, перевязочным материалом (при изготовлении перевязочного материала, обработке и укладке в стерилизационные коробки в отделениях учреждений здравоохранения)		Паровой или воздушный (в зависимости от вида изделий)		Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	Предусмотренный для стерилизации шприцев		1,3

Примечания: 1. За одну условную единицу стерилизации принимается работа продолжительностью 60 секунд (с учетом предстерилизационной обработки, стерилизации, приема, регистрации и выдачи медицинского инструментария и др.).

2. При внедрении новой аппаратуры или методик, ускоряющих предстерилизационную обработку и стерилизацию, нормы времени на их проведение снижаются руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом на основании объективных данных о затратах рабочего времени.

В таком же порядке устанавливаются нормы времени на стерилизацию изделий медицинского назначения, не предусмотренных настоящим приложением.

Начальник Планово-финансового управления
В. В. ГОЛОВТЕЕВ

Подп. в печ. 30.08.85 г. Зак. 1220 Тир. 1000

Типография Министерства здравоохранения СССР

gost.e-ecolog.ru