МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.

XXII

МОСКВА - 1988 г.

gost.e-ecolog.ru

## Аннотация.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для работников санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разработаны и утверждены с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны к < предельно допустимым концентрациям (ПДК) - санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедренных санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих


Включенные в данный выпуск Методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88" ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ" и одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии". Методические указания являются обязательными при осуществлении вышеуказанного контроля.

Редакционная коллегия: Е.К.Прохорова, И.А.Гребенникова, З.В.Зайцева, А.Г.Осипова, Г.А.Дьякова, Р.И.Македонская, В.Г.Овчкин

Методические указания разрешается размножить в необходимом количестве экземпляров.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного
государственного санитарного
врача СССР
А.И.Заиченко
"21" декабря 1987г.
№ 4498-87

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИНГИБИТОРА ВНХ-5 В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ



$NCH_2CH_2 - O - C_{12}H_{35}$

М.м. 353,4

Ингибитор ВНХ-5 (эфир н-оксиэтилбензотриазола и синтетических жирных кислот) пастообразное вещество коричневого цвета с т.кип.325°С. Хорошо растворяется в органических растворителях: этиловом спирте, диэтиловом эфире, хлороформе, бензоле, н-гексане, В воде не растворяется.

В воздухе находится в виде паров и аэрозоля.

Ингибитор ВНХ-5 обладает кожно-резорбтивным и слабо выраженным сенсибилизирующим действием, кумуляция не выявлена. Поражает преимущественно почки и печень.

ОБУВ 10 мг/м³.

## Характеристика метода

Метод основан на хроматографическом выделении ингибитора ВНХ-5 в тонком слое окиси алюминия, скрепленного гипсом, в системе гексан-ацетон с последующим обнаружением зоны локализации реактивом Драгендорфа в сернокислой среде.

Отбор пробы с концентрированием на фильтр и в поглотительный раствор.

Нижний предел измерения 10 мкг ВНХ-5 в анализируемом объеме раствора пробы.

Нижний предел измерения в воздухе 5 мг/м$^3$ (при отборе 8 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций ВНХ-5 в воздухе от 5 до 25 мг/м$^3$.

Измерению не мешает бензотриазол.

Суммарная погрешность измерения не превышает ±25%.

Время выполнения измерения 4 ч, включая отбор пробы.

## Приборы, аппаратура, посуда

Аспирационное устройство.

Фильтродержатель, ТУ 95.72.05-77.

Поглотительные сосуды с пористой пластинкой.

Пластинки стеклянные 9 х 12 см.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 0,1 и 0,2 мл; 5 и 10 мл с делениями.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 50 мл.

Баня водяная, ТУ 64-423-72.

Камера хроматографическая.

Пульверизаторы стеклянные.

Ступка фарфоровая с пестиком.

Боксы вместимостью 10 мл.

Сушильный шкаф с температурой нагрева до 120°С.

Эксикатор.

Воронки стеклянные химические.

Цилиндры мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 мл.

Р е а к т и в ы, р а с т в о р ы и м а т е р и а л ы

Ингибитор ВНХ-5, ТУ-6-02-7-128-79.

Хлороформ, ТУ 6-09-06-800-76, х.ч.

Стандартный раствор № 1 с концентрацией ВНХ-5 1 мг/мл готовят растворением 0,050 г ингибитора в хлороформе в мерной колбе на 50 мл. Раствор устойчив в течение 5 суток при хранении в темном прохладном месте.

Стандартный раствор № 2 с концентрацией ВНХ-5 100 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 1 хлороформом. Раствор устойчив в течение 3 суток при хранении в темном прохладном месте.

н-Гексан, ТУ 6-09-06-657-75, х.ч.

Ацетон, ГОСТ 2603-79, х.ч.

Серная кислота, ГОСТ 4204-77, х.ч., 25%-ный раствор.

Уксусная кислота, ГОСТ 61-75, х.ч. , ледяная.

Висмут азотнокислый основной, ГОСТ 4110-75, ч.д.а.

Калий йодистый, ГОСТ 4232-74, 40%-ный водный раствор.

Реактив Драгендорфа готовят растворением 850 мг основного азотнокислого висмута в 40 мл воды и 10 мл уксусной кислоты, при-

бавляют 20 мл 40%-ного раствора йодистого калия и объем доводят водой до 100 мл.

Алюминия оксид 2-й степени активности для хроматографии:, ТУ 6-09-3916-75, ч.

Гипс медицинский, ГОСТ 3210-77, подсушенный при температуре 100-110°С в течение 3-4 ч.

Сорбционная масса для приготовления хроматографических пластинок.

Фильтры обеззоленные "синяя лента" ,ТУ 6-09-1678-77.

Подвижная фаза для хроматографирования: смесь гексана и ацетона (20:25).

## Отбор пробы воздуха

Воздух на содержание аэрозоля аспирируют с объемным расходом 2 л/мин через бензольный фильтр "синяя лента". При наличии в воздухе паров воздух аспирируют с объемным расходом 0,4 л/мин через фильтр и последовательно соединенный поглотительный сосуд с 10 мл хлороформа.

Для измерения 0,5 ПДК следует отобрать 8 л воздуха.

Срок хранения отобранных проб - 2 суток при комнатной температуре.

## Подготовка к измерению

Для подготовки хроматографических пластинок к работе сначала готовят сорбционную массу. Для этого 50 г окиси алюминия и 5 г гипса тщательно растирают в фарфоровой ступке, добавляют 70-72 мл воды и перемешивают до получения однородной массы. Полученной массой покрывают равномерно 10-12 пластинок, которые сушат на воздухе

4 часа.

Хранят пластинки в эксикаторе.

## Проведение измерения

Содержимое поглотительного сосуда и фильтра анализируют раздельно. Для этого фильтр с отобранной пробой помещают в бюкс и заливают 7 мл хлороформа на I-I,5 ч. Затем фильтр извлекают из бюкса, помещают на стеклянную воронку и промывают над бюксом еще 3 мл хлороформа. Из полученного раствора пробы с фильтра и из поглотительного сосуда отбирают аликвоты объемами по 2,5 мл, концентрируют их до объемов 0,2-0,3 мл на водяной бане при температуре 55-60°С и количественно переносят на стартовую линию хроматографической пластинки. Раствор наносят медленно и таким образом, чтобы диаметр пятна не превышал 0,5 см. Одновременно с пробами на стартовую линию наносят 0,I0; 0,I5; 0,20 и 0,30 мл стандартного раствора № 2 и 0 05 мл стандартного раствора №I, что соответствует I0,I5,20,30 и 50 мкг ВНХ-5.

Пластинку помещают в хроматографическую камеру, на дно которой за 20-30 мин до хроматографирования наливают подвижную смесь гексан-ацетон в таком количестве, чтобы верхний уровень её достигал высоты I0 мм.

После достижения фронтом растворителя высоты I0 см пластинку извлекают и сушат на воздухе в вытяжном шкафу до полного удаления следов растворителя.

Хроматограммы проявляют последовательно реактивом Драгендорфа и 25%-ным раствором серной кислоты. Ингибитор ВНХ-5 проявляется в виде красно-фиолетовых пятен с величиной $R_f$ =0,55±0,05.

Окраска пятен устойчива в течение 20 мин.

Затем измеряют площади пятен. С этой целью используют про-

масленную миллиметровую бумагу. Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения площадей пятен стандартных растворов (в $мм^2$), на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания ВНХ-5 (в мкг).

Количественное содержание ВНХ-5 во взятой аликвоте находят по одновременно построенному градуировочному графику.

## Расчет концентрации

Концентрацию ингибитора ВНХ-5 C в воздухе (в $мг/м^3$) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot b}{\delta \cdot V}$$ , где

$a$ - количество ВНХ-5, найденное во взятой аликвоте, по градуировочному графику, мкг;

$b$ - общий объем раствора пробы, мл;

$\delta$ - объем раствора пробы, взятый для хроматографирования, мл;

$V$ - объем воздуха (в л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. приложение № I).

За результат принимают суммарную концентрацию ВНХ-5, полученную при анализе проб с фильтра и из поглотительного сосуда.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79 (температура 20°С, давление 760 мм рт.ст.) проводят по следующей формуле:

$$V = \frac{V_t (273+20) \cdot P}{(273+t^\circ) \cdot 101,33}$$ ,где

$V_t$ - объем воздуха ,отобранный для анализа, л;

$P$ - барометрическое давление, кПа

(101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

$t^\circ$ - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета $V$ следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20°С и к давлению 760 мм рт.ст.надо умножить $V_t$ на соответствующий коэффициент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Коэффициент $\alpha$ для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79

| °С | Давление Р, кПа (мм рт.ст.) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97,33 (730) | 97,86 (734) | 98,4 (738) | 99,93 (742) | 99,46 (746) | 100 (750) | 100,53 (754) | 101,06 (758) | 101,33 (760) | 101,86 (764) |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -28 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -26 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -24 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1159 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1400 | 1,1490 | 1,1551 |
| -22 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -20 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0936 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -18 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -16 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| -14 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| -12 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| -10 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| -8 | 0,9944 | 0,999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| -6 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| -4 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9880 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| -2 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9788 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| 0 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +2 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +4 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| +6 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +8 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| +12 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +16 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9198 | 0,248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

## ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 1. | Фотометрическое измерение аллилхлорформиата в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Горький |
| 2. | Нефелометрическое измерение аммиака в воздухе рабочей зоны | НИУИФ НПО "Минудобрения" и ВЦНИОТ ВЦСПС, г.Москва |
| 3. | Газохроматографическое измерение алифатических спиртов $C_1$-$C_8$ в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 4. | Газохроматографическое измерение ацетальдегида и винилацетата в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 5. | Гахохроматографическое измерение бензилового спирта, бензилацетата и бензальдегида в воздухе рабочей зоны | Областная СЭС, г.Иваново |
| 6. | Фотометрическое измерение бензоата моноэтаноламина (ингибитора БМЭА) в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Киев |
| 7. | Газохроматографическое измерение бензола, толуола и п-ксилола в воздухе | ВЦНИОТ ВЦСПС, г.Москва |
| 8. | Газохроматографическое измерение бензина и этилацетата в воздухе рабочей зоны с применением пассивных дозиметров | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 9. | Измерение 3,4-бензпирена методом жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |

Продолжение

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 10. | Фотометрическое измерение ванадия и его соединений в воздухе рабочей зоны | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва и ВНИИТБчермет, г.Челябинск |
| 11. | Газохроматографическое измерение винилфосфата в воздухе рабочей зоны | ВНИИХСЗР, г.Москва |
| 12. | Фотометрическое измерение гексабромбензола в воздухе рабочей зоны | ВНИИГИНТОКС, г.Киев |
| 13. | Хроматографическое измерение гексаметилендиамина в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПВ, г.Тбилиси |
| 14. | Хроматографическое измерение гексаметилендиаммонийсебацината в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПВ, г.Тбилиси |
| 15. | Фотометрическое измерение диборана в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва |
| 16. | Газохроматографическое измерение диизопропилфосфита в воздухе рабочей зоны | ВНИИХСЗР, г.Москва |
| 17. | Измерение диизопропилфосфата аммония методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | Медицинский институт, г.Львов |
| 18. | Фотометрическое измерение дихлоркарбоновых кислот в воздухе рабочей зоны | Областная СЭС, г.Караганда |
| 19. | Газохроматографическое измерение О,О-диметил-2,2-дихлорвинилфосфата (дихлорфос, ДДВФ) в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПВ, г.Москва |
| 20. | Фотометрическое измерение диамета-2 в воздухе рабочей зоны | Областная СЭС, г.Караганда |

Продолжение

| №№ п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 21. | Измерение дикетона методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | ВНИТИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа |
| 22. | Газохроматографическое измерение $\beta,\beta$-диметилакриловой кислоты и этилового эфира $\beta,\beta$-диметилакриловой кислоты в воздухе рабочей зоны | Университет Дружбы народов им.П.Лумумбы, г.Москва |
| 23. | Фотометрическое измерение диметтрамида в воздухе рабочей зоны | Филиал НИХФИ, Московская обл., Купавна |
| 24. | Фотометрическое измерение диметилциклогексиламина в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Горький |
| 25. | Газохроматографическое измерение $\alpha,\alpha$-дихлор-п-хлортолуола (п-хлорбензилиденхлорида) и $\alpha$-хлор-$\alpha,\alpha$-дифтор-п-хлортолуола (п-хлорбензодифторхлорида) в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 26. | Газохроматографическое измерение диэтиленгликоля и моноэтилового эфира триэтиленгликоля в воздухе рабочей зоны | Филиал ГосНИИхлорпроект, г.Киев |
| 27. | Измерение изопропаноламинов методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Киев |
| 28. | Фотометрическое измерение ингибитора ДПФ-I в воздухе рабочей зоны | Медицинский институт, г.Рига |
| 29. | Фотометрическое измерение ингибитора ВНХ-Л-49 в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Киев |
| 30. | Измерение ингибитора ВНХ-5 методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Киев |

Продолжение

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 31. | Полярографическое измерение оксида индия в воздухе рабочей зоны | Первый Московский медицинский институт им.Сеченова |
| 32. | Измерение сульфата калия, калийной магнезии, и хлорида калия методом пламенной фотометрии в воздухе | Первый Московский медицинский институт им.Сеченова |
| 33. | Фотометрическое измерение карбонидов II4 и 2I3 в воздухе рабочей зоны | Белорусский НИсанитарно-гигенический институт, г.Минск |
| 34. | Фотометрическое измерение лизина в воздухе рабочей зоны | ВНИИбиотехника, г.Москва |
| 35. | Атомно-абсорбционное измерение люминофора ФЛД-605 в воздухе рабочей зоны | ВНИИлюминоforов, г.Ставрополь |
| 36. | Фотометрическое измерение метилморфолиноксида в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 37. | Фотометрическое измерение мафенида ацетата в воздухе рабочей зоны | Купавинский филиал. НИХФИ, Московская обл. |
| 38. | Фотометрическое измерение м-нитробензоилхлорида в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Харьков |
| 39. | Фотометрическое измерение I,2-пропиленгликоля в воздухе рабочей зоны | НИИГТиПЗ, г.Москва |
| 40. | Газохроматографическое измерение изо-пропилового, н-бутилового и диацетонового спиртов в воздухе рабочей зоны | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва |
| 4I. | Газохроматографическое измерение изо-пропилового спирта и диизопропилового эфира в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Сумгаит |

Продолжение

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 42. | Газохроматографическое измерение ПХМЦП (перхлор-4-метилендиклопентен) в воздухе рабочей зоны | ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа |
| 43. | Измерение рицида П методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | Медицинский институт, г.Львов |
| 44. | Газохроматографическое измерение рицида П в воздухе рабочей зоны | ВНИИКСВР, г.Москва |
| 45. | Атомно-абсорбционное измерение неорганических соединений ртути в воздухе рабочей зоны | ЦОЛИУВ, г.Москва |
| 46. | Атомно-абсорбционное измерение серебра и его соединений в воздухе рабочей зоны | ЦОЛИУВ, г.Москва |
| 47. | Газохроматографическое измерение себациновой кислоты в воздухе рабочей зоны | НИИТиЛЗ, г.Тбилиси |
| 48. | Фотометрическое измерение сульфалена в воздухе рабочей зоны | Филиал ВНИХФИ, Московская обл., Купавна |
| 49. | Полярографическое измерение селенида цинка в воздухе рабочей зоны | Государственный Университет г. Москва. |
| 50. | Атомно-абсорбционное измерение термолюминофора Т-440 в воздухе рабочей зоны | ВНИИлюминофоров, г.Ставрополь |
| 51. | Газохроматографические измерения $\Delta^4$-тетрагидрофталевого ангидрида, $N$-оксиметилтетрагидрофталимида в воздухе рабочей зоны | Университет Дружбы народов им.П.Лумумбы, г.Москва |
| 52. | Титриметрическое измерение тиосульфата аммония в воздухе рабочей зоны | НИИ общей гигиены и профзаболеваний, г.Ереван |

Продолжение

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 53. | Измерение трициклогексилоловогидроксида методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | Филиал ВНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимеров и пластических масс, г.Ереван |
| 54. | Измерение трициклогексилоловохлорида и дициклогексилоловооксида методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны | - " - |
| 55. | Фотометрическое измерение тиурама ЭСР в воздухе рабочей зоны | НИИ резины, г.Москва |
| 56. | Фотометрическое измерение формальдегида в воздухе рабочей зоны | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва |
| 57. | Фотометрическое измерение формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Донецк и НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, Московская область |
| 58. | Газохроматографическое измерение продуктов термодеструкции фенолоформальдегидных смол (метанола, бензола, толуола, м-ксилола, фенола, о-, м-, п-крезолов, 2,4- и 2,6-ксиленолов) в воздухе рабочей зоны | ВНИИОТ, г.Свердловск |
| 59. | Газохроматографическое измерение хлористого метила и этила в воздухе рабочей зоны | Химзавод, г.Дзержинск |
| 60. | Спектрографическое измерение хлорплатината аммония и хлорпалладозамина в воздухе рабочей зоны | ЦОЛИУВ, Москва |
| 61. | Газохроматографическое измерение циклогексанона и циклогексанола в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана Московская область |

Продолжение

| № п/п | Методические указания | Организация, представившая методические указания |
|---|---|---|
| 62. | Газохроматографическое измерение циклогексанона и метилизобутилкетона в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, Московская обл. |
| 63. | Фотометрическое измерение эритромицина в воздухе рабочей зоны | ВНИИ антибиотиков, г.Москва |
| 64. | Фотометрическое измерение этилендиамина и полиэтиленполиаминов в воздухе рабочей зоны | НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Донецк |
| 65. | Газохроматографическое измерение эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны | ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва |
| 66. | Газохроматографическое измерение этилцеллозольва в воздухе рабочей зоны | НИИГПиПЗ, г.Москва |
| 67. | Газохроматографическое измерение 3М-2 (3,5-дихлорбензил /2,2/1/-гепт-5ен-2он)про/2(4-5-дихлор-4 циклопентен 1-3-дион/ в воздухе рабочей зоны | ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа |
| 68. | Фотометрическое измерение $\beta$-аланина в воздухе рабочей зоны | НИИ ГПиПЗ, г.Москва |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аллилхлорформиата в воздухе рабочей зоны.. 1
2. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций алифатических спиртов $C_1$-$C_8$ в воздухе рабочей зоны . . . . . 6
3. Методические указания по кондуктометрическому измерению концентраций аммиака в воздухе рабочей зоны . . . . . 15
4. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетальдегида и винилацетата в воздухе рабочей зоны . . . . . 25
5. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бензилового спирта, бензилацетата и бензальдегида в воздухе рабочей зоны . . . . . 30
6. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензина и этилацетата в воздухе рабочей зоны с применением пассивных дозиметров . . . . . 36
7. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бензоата моноэтаноламина (ингибитора БМЭА) в воздухе рабочей зоны . . . . . 42
8. Методические указания по измерению концентраций 3,4-бенз пирена в рудничном воздухе и аэрозоле методом жидкостной хроматографии . . . . . 48
9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны . . . . . 53

10. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ванадия и его соединений в воздухе рабочей зоны . . . . . 59
11. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций винилфорфата в воздухе рабочей зоны.. 65
12. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций гексабромбензола в воздухе рабочей зоны. . . . 71
13. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций гексаметилендиамина в воздухе рабочей зоны.. 76
14. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций гексаметилендиаммонийсебацината в воздухе рабочей зоны . . . . . 85
15. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диборана в воздухе рабочей зоны . . . . . 93
16. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диизопропилфосфита в воздухе рабочей зоны . . . . . 97
17. Методические указания по измерению концентраций диизопропилтиофосфата аммония методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 102
18. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций $\alpha,\alpha'$-дихлоркарбоновых кислот в воздухе рабочей зоны . . . . . 107
19. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 0,0-диметил-2,2-дихлорвинилфосфата (дихлорфос, ДДВФ) в воздухе рабочей зоны . . . . . 114
20. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметана-5 в воздухе рабочей зоны . . . . . 118

21. Методические указания по измерению концентраций дикетона методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 124

22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций $\beta\beta$-диметилакриловой кислоты в этиловом эфире $\beta,\beta$-диметилакриловой кислоты в воздухе рабочей зоны . . . . . 130

23. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметрамида в воздухе рабочей зоны. . . . . 137

24. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметилциклогексиламина в воздухе рабочей зоны . . . . . 141

25. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций $\alpha,\alpha$-дихлор-п-хлортолуола/ п- хлорбензилиденхлорида/ и $\alpha,\alpha$-хлор-$\alpha,\alpha$-дифтор-п-хлортолуола/ п-хлорбензотрифторхлорида/ в воздухе рабочей зоны . . . . . 146

26. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диэтиленгликоля и моноэтилового эфира триэтиленгликоля в воздухе рабочей зоны. . . . . 151

27. Методические указания по измерению концентраций изопропиламинов методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 158

28. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ингибитора ДИФ-I в воздухе рабочей зоны. . . . 165

29. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ингибитора ИНК Д-49 в воздухе рабочей зоны . . 171

30. Методические указания по измерению концентраций ингибитора ИНГ-5 методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 176

31. Методические указания по измерению концентраций сульфата калия, калийной магнезии и хлорида калия методом пламенной фотометрии в воздухе рабочей зоны. . . . . 182
32. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций карбонатов II4 и 213 в воздухе рабочей зоны . . . . . 188
33. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цирконида лизина в воздухе рабочей зоны . . . 194
34. Методические указания по измерению концентраций люминофора ФЛД-605 в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. . . . . 199
35. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций метилморфолиноксида в воздухе рабочей зоны . . 204
36. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нафенида ацетата в воздухе рабочей зоны. . . . 209
37. Методические указания по полярографическому измерению концентраций оксида индия в воздухе рабочей зоны . . . . 214
38. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций пара-нитробензохлорида в воздухе рабочей зоны . . . . . 222
39. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций I,2-пропиленгликоля в воздухе рабочей зоны . . 226
40. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изо-пропилового, н-бутилового и диацетонового спиртов в воздухе рабочей зоны. . . . . 231
41. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изо-пропилового спирта и диизопропилового эфира в воздухе рабочей зоны. . . . . 237
42. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ПАИМ (перхлор-4-метиленциклопентен) в

воздухе рабочей зоны. . . . . 243
43. Методические указания по измерению концентраций рицида П методом тонкослойной хромат. графии в воздухе рабочей зоны . . . . . 250
44. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций рицида П в воздухе рабочей зоны . . . . 256
45. Методические указания по измерению концентраций неорганических соединений ртути в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии . . . . . 261
46. Методические указания по измерению концентраций серебра и его соединений в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. . . . . 268
47. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций себациновой кислоты в воздухе рабочей зоны . . . . . 274
48. Методические указания по полярографическому измерению концентраций селенида цинка в воздухе рабочей зоны . . . 279
49. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций сульфалена в воздухе рабочей зоны . . . . . 285
50. Методические указания по измерению концентраций термолюминофора Т-440 в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. . . . . 290
51. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций $\Delta^1$-тетрагидрофталевого ангидрида, $\Delta^1$-тетрагидрофталимида и *N*-оксиметилтетрагидрофталимида в воздухе рабочей зоны . . . . . 295
52. Методические указания по титриметрическому измерению концентраций тиосульфата аммония в воздухе рабочей зоны. . . 300

53. Методические указания по измерению концентраций трициклогексилоловогидроксида методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 303
54. Методические указания по измерению концентраций трициклогексилоловохлорида (ДЦГОХ) и дициклогексилоловооксида (ДЦГОО) методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны . . . . . 308
55. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций тиурама Д в воздухе рабочей зоны. . . . . 315
56. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны . . . . . 320
57. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны . . . . . 327
58. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций продуктов термодеструкции фенолоформальдегидных смол (метанола, бензола, толуола, м-ксилола, фенола, о- и п-крезолов, 2,4 и 2,6 ксиленолов) в воздухе рабочей зоны . . . . . 336
59. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хлористого метила и хлористого этила в воздухе рабочей зоны . . . . . 345
60. Методические указания по спектрографическому измерению концентраций хлорплатината аммония и хлорплатадозамина в воздухе рабочей зоны . . . . . 350
61. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклогексанола и циклогексанона в воздухе рабочей зоны . . . . . 356

62. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклогексанона и метилизобутилкетона в воздухе рабочей зоны при совместном присутствии. . . . 361
63. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций эритромицина в воздухе рабочей зоны. . . . . 365
64. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций этилендиамина и полиэтиленполиаминов в воздухе рабочей зоны . . . . . 371
65. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны.. 378
66. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этилцеллозольва в воздухе рабочей зоны.. 387
67. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 30-2 (3,3-дихлорбицикло /2,2,1/-гепт-5ен-2спиро/2 (4-5-дихлор-4 циклопентен 1-3 диона/ в воздухе рабочей зоны . . . . . 391
68. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации $\int$ - взвеши в воздухе рабочей зоны .....398
Приложение 1. Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ .2.1.016-79 (температура 20°С, давление 760 мм рт. ст.....) .....403
Приложение 2. Коэффициент К для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79.....406
Приложение 3. Список организаций, представивших методические указания .....405

Подписано в печать 21 апреля 1989г. Заказ 945 Тир. 280экз.

Отпечатано в ИК НПО Сорбполиметалл.

gost.e-ecolog.ru