МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

(переработанные технические условия, выпуск 8)

Москва – 1983 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

/переработанные технические условия выпуск 8/

Москва - 1983 г.

Сборник Методических указаний составлен на основе ранее опубликованного 8 выпуска технических условий. Включенные в сборник методики переработаны в соответствии с требованиями ГОСТ'а I2.I.005-76. Некоторые устаревшие методики заменены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле и имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.

Редакционная коллегия: Р.Н.Македонская, С.И.Муравьева
Т.В.Соловьева, В.Г.Овечкин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

I. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций азотистокислого натрия в воздухе .. 4

2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций алюминийорганических соединений в воздухе 8

3. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аминазина в воздухе 13

4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 5-амино-8-окси-3,7-дибром-I,4-нафтохинонимина в воздухе 17

5. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций антрацена в воздухе 21

6. Методические указания по измерению концентраций бромистого метила в воздухе 25

7. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций винилбутилового эфира в воздухе . 29

8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций I,2-дибромпропана в воздухе . . . 33

9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметилацетамида в воздухе 37

10. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций о-дихлорбензола и п-дихлорбензола в воздухе 41

II. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2,3-дихлор-I,4-нафтохинона в воздухе 46

I2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диэтилхлортиофосфата в воздухе . . 50

I3. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций изопропилхлорформиата /изопропилхлоркарбоната/ в воздухе 55

отр.

I4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций кадмия в воздухе 60

I5. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций метилнитрофоса в воздухе 64

I6. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 4-метиламино-I-оксиэтиламино-антрахинона в воздухе 68

I7. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нитрометана в воздухе 71

I8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-оксидифениламина в воздухе . . . 75

I9. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций перхлорметилмеркаптана в воздухе . 78

20. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций симазина, пропазина и антразина в воздухе 82

2I. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций симазина в воздухе 86

22. Методические указания по полярографическому измерению концентраций сурьмы в воздухе 90

23. Методические указания по полярографическому измерению концентраций пятихлористой сурьмы в воздухе . . 97

24. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций толуола, бутилацетата и бутилового спирта в воздухе 102

25. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций треххлористой и треххлористой сурьмы в воздухе 107

26. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трихлорэтилена, тетрахлорэтана и тетрабромэтана в воздухе 111

27. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций трихлорэтилена и тетрахлорэтилена /перхлорэтилена/ в воздухе 117

стр.

28. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций тетрахлорэтилена /перхлорэтилена/ в воздухе 121

29. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трикрезилфосфата и триксиленилфосфата в воздухе 126

30. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций трихлорбензола в воздухе 131

31. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций солянокислого п-фенетидина в воздухе 135

32. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 3-хлор-1-бромпропана и 2-хлорэтансульфохлорида в воздухе 139

33. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций м-хлорфенилизоцианата и п-хлорфенилизоцианата в воздухе 145

34 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-хлоранилина и м-хлоранилина в воздухе 149

35. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлорбензола и бромбензола в воздухе 153

36. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлорангидрида трихлоруксусной кислоты в воздухе 158

37. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианурхлорида /хлористого цианура/ в воздухе 162

Приложение 1. Приведение объема воздуха к стандартным условиям 167

Приложение 2. Таблица коэффициентов для различных температур и давления 168

Приложение 3. Список институтов, представивших методики 169

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР

_____ А.И.ЗАЙЧЕНКО

"22" августа 1983 г.

№ 2743-83

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ АЛЮМИНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Al M = 26,97

Серебристо-белый металл с синеватым оттенком. Плотность 2,7. $T_{пл}$ 660,1°, $T_{кип}$ 2486°. Не реагирует с азотной и серной кислотами, легко растворим в едких щелочах. К воде и водяному пару при высокой температуре индифферентен.

I. Характеристика метода

Определение основано на образовании окрашенного продукта при взаимодействии иона алюминия со стильбазо.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр.

Предел измерения алюминия 0,1 мкг в анализируемом объеме пробы.

Предел измерения в воздухе – 0,05 мг/м^3 /при отборе 10 л/.

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе 0,05–2,0 мг/м^3.

Определению не мешают до 10 мкг железа /+3/ и вещества, встречающиеся в производстве алюминийорганических соединений.

Граница суммарной погрешности измерения в воздухе не превышает ±25%.

Предельно допустимая концентрация окиси алюминия в воздухе мг/м^3.

2. Реактивы и растворы

Окись алюминия, чгд.а., ТУ 6-09-426-75.

Основной раствор, содержащий 100 мкг/мл алюминия. В пластиковый тигель вносят 0,0189 г окиси алюминия и 0,5 г пиросульфата калия, тщательно перемешивают и медленно оплавляют на паяльной горелке в течение 5-7 минут. Затем температуру горелки повышают и полностью удаляют пары серного ангидрида. Плав растворяют в 10 мл горячей воды, раствор количественно переносят в мерную колбу, вместимостью 100 мл промывают тигель 0,1 Н раствором соляной кислоты и доводят этим же раствором до метки.

Стандартный раствор № 1, содержащий 10 мкг/мл, и стандартный раствор № 2, содержащий 1 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением основного раствора 0,1 Н раствором соляной кислоты.

Стандартные растворы устойчивы длительное время.

Калий пиросернокислый, ч.д.а., ГОСТ 7172-76.

Стильбазо, ч.д.а., ТУ 6-09-08-993-75, 0,03% раствор, устойчив в течение 2-х месяцев.

Кислота соляная, х.ч., ГОСТ 3118-77, 0,1 Н раствор.

Уротропин, ч.д.а., ГОСТ 1381-60, 25% раствор.

Кислота аскорбиновая, ч.д.а., ГОСТ 4815-64, 5% раствор, свежеприготовленный.

3. Приборы и посуда

Фотоколориметр или спектрофотометр

Аспирационное устройство

Фильтродержатели

Фильтры бумажные, обеззоленные "синяя лента"

Пробирки колориметрические, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью I, 2, 5 и I0 мл

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25, 50, 100 мл

Стаканы химические, цилиндры мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25, 50, 100 мл

Платиновый тигель или чашка

Баня водяная.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 5-10 л/мин аспирируют через фильтр, помещенный в фильтродержатель. Для определения 1/2 ПДК достаточно отобрать 5 л воздуха в течение 1-2-х минут.

Условия анализа

Фильтр переносят в стакан, приливают I0 мл 0,I Н соляной кислоты и ставят на 4-5 мин в кипящую водяную баню. Раствор сливают в мерный цилиндр на 25 мл, фильтр промывают два раза по 5 мл 0,1 Н соляной кислотой в тот же цилиндр и доводят объем до 25 мл. В колориметрическую пробирку вносят 5 мл пробы, приливают 0,15 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты, 0,3 мл 0,02% раствора стильбазо, 1 мл 25% раствора уротропина, перемешивают и через 5 минут фотометрируют при длине волны 510 нм в кювете с толщиной слоя I0 мм.

Содержание алюминия в анализируемом объеме определяют по предварительно построенному градуировочному графику. Для построения градуировочного графика готовят шкалу стандартов, согласно таблице2.

Таблица 2.

Шкала стандартов

Номер стандарта	Стандартный раствор, содержащий 1 мкг/мл, мл	Стандартный раствор, содержащий 10 мкг/мл, мл	Соляная кислота, 0,1 Н раствор, мл.	Содержание алюминия, мкг
1	0	-	5,0	0
2	0,1	-	4,9	0,1
3	0,2	-	4,8	0,2
4	0,4	-	4,6	0,4
5	0,6	-	4,4	0,6
6	0,8	-	4,2	0,8
7	1	-	4,0	1,0
8	-	0,2	4,8	2,0
9	-	0,4	4,6	4,0

Шкалу стандартов обрабатывают аналогично пробам. Окраска шкалы устойчива в течение 7-8 часов.

Найденные по градуировочному графику количества алюминия пересчитывают на окись алюминия, пользуясь приведенными ниже коэффициентами.

Концентрацию вещества в мг/м^3 воздуха /X/ вычисляют по формуле:

$$X = \frac{a \cdot V_1}{V \cdot V_{20}} K$$, где

a - количество алюминия, найденное в анализируемом объеме пробы, мл;

V_1 - общий объем пробы, мл;

V - объем пробы, взятый для анализа, мл;

V_{20} - объем воздуха /л/, взятый для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле /см. приложение I/;

K - коэффициент пересчета.

Коэффициент пересчета "К"

Название вещества	I	К
Окись алюминия Al_2O_3		I,89
Триэтилалюминий $[Al(C_2H_5)_3]$		4,2
Диэтилалюминий хлорид $[Al(C_2H_5)_2C]$		4,47
Диизобутилалюминийхлорид $[Al(C_4H_9)C]$		6,55
Триизобутилалюминий $[Al(C_4H_9)_3]$		7,35

Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101{,}33}$$, где

V_t – объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P – барометрическое давление, кПа /101,33 кПа = 760 мм рт.ст./;

t – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов /приложение 2/. Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

Приложение 2

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы

Для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°С и атмосферное давление 101,33 кПа /760 мм рт.ст./

°С	Давление Р, кПа										
	97,33	97,86	98,40	98,93	99,46	100	100,53	101,06	101,33	101,86	102,40
-30	1.1582	1.1646	1.1709	1.1772	1.1836	1.1899	1.1963	1.2026	1.2058	1.2122	1.2185
-26	1.1393	1.1456	1.1519	1.1581	1.1644	1.1705	1.1768	1.1831	1.1862	1.1925	1.1986
-22	1.1212	1.1274	1.1336	1.1396	1.1458	1.1519	1.1581	1.1643	1.1673	1.1735	1.1795
-18	1.1036	1.1097	1.1158	1.1218	1.1278	1.1338	1.1399	1.1460	1.1490	1.1551	1.1611
-14	1.0866	1.0926	1.0986	1.1045	1.1105	1.1164	1.1224	1.1284	1.1313	1.1373	1.1432
-10	1.0701	1.0760	1.0819	1.0877	1.0936	1.0994	1.1053	1.1112	1.1141	1.1200	1.1258
-6	1.0540	1.0599	1.0657	1.0714	1.0772	1.0829	1.0887	1.0945	1.0974	1.1032	1.1089
-2	1.0385	1.0442	1.0499	1.0556	1.0613	1.0669	1.0726	1.0784	1.0812	1.0869	1.0925
0	1.0309	1.0366	1.0423	1.0477	1.0535	1.0591	1.0648	1.0705	1.0733	1.0789	1.0846
+2	1.0234	1.0291	1.0347	1.0402	1.0459	1.0514	1.0571	1.0627	1.0655	1.0712	1.0767
+6	1.0087	1.0143	1.0198	1.0253	1.0309	1.0363	1.0419	1.0475	1.0502	1.0557	1.0612
+10	0.9944	0.9999	1.0054	1.0108	1.0162	1.0216	1.0272	1.0326	1.0353	1.0407	1.0460
+14	0.9806	0.9860	0.9914	0.9967	1.0027	1.0074	1.0128	1.0183	1.0209	1.0263	1.0316
+18	0.9671	0.9725	0.9778	0.9830	0.9884	0.9936	0.9989	1.0043	1.0069	1.0122	1.0175
+20	0.9605	0.9658	0.9711	0.9763	0.9816	0.9868	0.9921	0.9974	1.0000	1.0053	1.0105
+22	0.9539	0.9592	0.9645	0.9696	0.9749	0.9800	0.9853	0.9906	0.9932	0.9985	1.0036
+24	0.9475	0.9527	0.9579	0.9631	0.9683	0.9735	0.9787	0.9839	0.9865	0.9917	0.9968
+26	0.9412	0.9464	0.9516	0.9566	0.9618	0.9669	0.9721	0.9773	0.9799	0.9851	0.9902
+28	0.9349	0.9401	0.9453	0.9503	0.9555	0.9605	0.9657	0.9708	0.9734	0.9785	0.9836
+30	0.9288	0.9339	0.9391	0.9440	0.9492	0.9542	0.9594	0.9645	0.9670	0.9723	0.9772
+34	0.9167	0.9218	0.9268	0.9318	0.9368	0.9418	0.9468	0.9519	0.9544	0.9595	0.9644
+38	0.9049	0.9099	0.9149	0.9198	0.9248	0.9297	0.9347	0.9397	0.9421	0.9471	0.9520

Приложение 3

С П И С О К

институтов, предоставивших методики в данный сборник

Вещество	Наименование института
1	2
Азотистокислый натрий	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Алюминийорганические соединения	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Аминазин	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Антрацен	Свердловский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бромистый метил	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Винилбутиловый эфир	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
1,2-Дибромпропан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Диметиланетамид	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
о-Дихлорбензол и п-Дихлорбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Диэтилхлортиофосфат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Изопропилхлорформиат /изопропилхлоркарбонат/	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Кадмий	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Метилнитрофос	ВНИИГинтоко, г. Киев

1	2
Нитрометан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Перхлорметилмеркаптан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Симазин	Институт железнодорожной гигиены ГСУ МПС, г. Москва
Симазин, пропазин, атразин	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Сурьма	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва, Ленинградский институт охраны труда
Пятихлористая сурьма	Ленинградский институт охраны труда
Толуол, бутилацетат, бутиловый спирт	Институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
Трехфтористая и треххлористая сурьма	Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний
Трихлорэтилен, тетрахлорэтан, тетрабромэтан	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Трихлорэтилен, тетрахлорэтилен	Белорусский санитарно-гигиенический институт, г.Минск, Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Трикрезилфосфат и трикоиленилфосфат	Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний
Трихлорбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
о-Хлорфенилизоцианат и п-хлорфенилизоцианат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Хлорбензол и бромбензол	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Цианурхлорид	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний

gost.e-ecolog.ru

А-72113 от 14.08.63г. Зак. 1595 Тир. 7160.
Типография Министерства Здравоохранения СССР.