МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XV

г. Москва 1979

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XV

г. Москва 1979

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

ВЫПУСК XУ

Настоящие методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: Е.Г.Иванюк, М.Д.Бабина, В.Г.Овечкин.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАЙЧЕНКО
" 6 " Июня 1979 г.
№ 1966 - 79

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА, ФОРМАЛЬДЕГИДА, ФЕНОЛА, ФУРФУРОЛА, ФУРФУРИЛОВОГО СПИРТА, БЕНЗИЛОВОГО СПИРТА, КСИЛОЛА, ТОЛУОЛА, О-КРЕЗОЛА, П-КРЕЗОЛА В ВОЗДУХЕ

I. Общая часть

I. Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором.

2. Минимально определяемое количество - 0,I мкг

3. Предельно допустимая концентрация ацетона в воздухе - 200 мг/м^3, формальдегида - 0,5 мг/м^3, фенола - 5 мг/м^3, фурфурола - I0 мг/м^3, фурфурилового спирта - 200 мг/м^3, ксилола - 50 мг/м^3, толуола - 50 мг/м^3. Предельно допустимые концентрации бензилового спирта, о-крезола, п-крезола - не установлены.

II. Реактивы и аппаратура

4. Применяемые реактивы и растворы.

Ацетон, ГОСТ 2603-74.

Фенол, х.ч, ГОСТ 6417-52

Формальдегид.

Фурфурол дважды перегнанный, ГОСТ I0930-64

Фурфуриловый спирт, ТУ-609-6508-70

Бензиловый спирт х.ч, ГОСТ 8751-58

О-крезол перегнанный, ТУ-609-3829-67

П-крезол перегнанный, ТУ-609-2795-66

Толуол, ГОСТ 5789-69

Ксилол х.ч, ТУ-609-5612-68

Жидкая фаза - апиезон L.

Твердый носитель хромосорб W (100-120 меш).

Газообразный гелий, водород, воздух в баллонах с редуктором.

5. Применяемые посуда и приборы.

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором и колонкой из нержавеющей стали.

Пипетки газовые, емкостью 100,200,500 мл.

Аспирационное устройство.

Микрошприцы емкостью 1 и 10 мкл.

Шприцы медицинские стеклянные с тонкими иглами, емкостью от 1 до 20 мл.

Поглотительные приборы с пористой пластинкой №2.

Шкаф сушильный с температурой нагрева 100-110°С.

Набор сит "Физприбор".

Бутыли дозировочные емкостью 3 и 5 л.

Линейка и лупа измерительные.

Секундомер.

III. Отбор пробы воздуха

6. Пробу воздуха на содержание в нем ацетона, формальдегида, фурфурилового спирта, ксилола, толуола отбирают в газовые пипетки емкостью 500 мл. Пипетки закрывают стеклянными заглушками. Пробы воздуха для анализа отбирают в медицинские стеклянные шприцы путем прокола резиновой заглушки. Срок хранения проб не более 3-х суток. Перед анализом газовые пипетки необходимо нагреть до 80-100°С.

Пробу воздуха на содержание в нем фенола, фурфурола, бензилового спирта, о-крезола и п-крезола аспирируют со скоростью 1 л/мин. через поглотительный прибор, содержащий 10 мл этилового спирта (при охлаждении). Для анализа следует отобрать 30 л воздуха.

IУ. Описание определения

7. 5 мл диметилдихлорсилана растворяют в 250 мл толуола. В приготовленный раствор вносят хромосорб W и перемешивают. Через IO мин. раствор сливают и хромосорб W высушивают при комнатной температуре. Жидкую фазу – апиезон L в количестве 25% от веса носителя растворяют в толуоле. В полученный раствор вносят приготовленный носитель и осторожно перемешивают. Толуол испаряют сначала при комнатной температуре, затем высушивают в вакуумном шкафу при температуре I40°С. Заполненную колонку кондиционируют при I50°в потоке газа-носителя первые 2-3 ч. при отключенном детекторе; затем подключают детектор и регистратор и продолжают кондиционирование колонки до дрейфа нулевой (основной) линии, не превышающего 5% от длины шкалы регистратора.

Общую подготовку прибора доводят согласно инструкции. Пробы вводят путем прокола резиновой мембраны шприцем, погружая иглу до отказа и быстро вынимая.

Предварительно проводят контрольный анализ, таких же объемов чистого воздуха.

Условия анализа

Длина колонки	3 м
Диаметр колонки	0,4 см
Температура колонки	II5-I65°С
Газ-носитель	гелий
Скорость потока газа-носителя	40 мл/мин.
Скорость потока водорода	20 мл/мин.
Скорость потока воздуха	I80 мл/мин.
Скорость бумажной ленты	240 мм/час
Максимальный объем анализируемой пробы	
жидкой	IO мкл
газообразной	5 мл

Относительное время удерживания веществ: формальдегид - 45 сек. ацетон - 55 сек; фурфуриловый спирт - I мин. 45 сек.; фурфурол - 3 мин.I5 сек.; толуол - 4 мин.; ксилол - 5 мин.I5 сек.; фенол - 7 мин.I0 сек.; бензиловый спирт - I0 мин.40 сек.; о-крезол - I2 мин.; п-крезол - I3 мин.20 сек.

Количественный анализ проводят по методу абсолютной калибровки. Стандартные смеси готовят в стеклянных бутылях различного объема. Для этого в бутыли вносят навеску фенола, герметически закрывают пробкой со стеклянной заглушкой, а все остальные компоненты вводят микрошприцем путем прокола заглушки.

Калибровку производят стеклянным шприцем, внося различное количество стандартной смеси в хроматограф. Перед анализом необходимо бутыли нагреть до 80-I00°С. На основе полученных данных строят графическую зависимость количества вещества в стандартной смеси и площади пика, найденную путем умножения высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты.

Концентрацию вещества в мг/м^3 воздуха(X)вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot I0^3}{V_{20}}$$

где: G - найденное по графику количество вещества, мг

K - коэффициент пересчета

V_{20} - объем воздуха, л, взятый для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле (см.приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям производят согласно газовым законам Бойля-Мариотта и Гей-Люсака по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273+20) \cdot P}{(273+t) \cdot 760}$$

где: V_t – объем воздуха, отобранный для анализа, л

P – барометрическое давление, мм. рт. ст.

t – температура воздуха в месте отбора пробы, ^{o}C

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (см. приложение 2). Для приведения объема воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°С и атмосферное давление 760 мм рт.ст.

°С	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	730	732	734	736	738	740	742
I	2	3	4	5	6	7	8
-30	I,I582	I,I6I4	I,I646	I,I677	I,I709	I,I74I	I,I772
-28	I,I487	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6I3	I,I644	I,I675
-26	I,I393	I,I425	I,I456	I,I487	I,I5I9	I,I550	I,I58I
-24	I,I302	I,I334	I,I364	I,I39I	I,I427	I,I454	I,I488
-22	I,I2I2	I,I243	I,I274	I,I304	I,I336	I,I366	I,I396
-20	I,II23	I,II55	I,II85	I,I2I5	I,I246	I,I276	I,I306
-I8	I,I036	I,I067	I,I097	I,II27	I,II58	I,II88	I,I2I8
-I6	I,0953	I,098I	I,IOII	I,I04I	I,I07I	I,IIOI	I,II3I
-I4	I,0866	I,0897	I.0926	I,0955	I,0986	I,IOI5	I,I045
-I2	I,0782	I,08I3	I,0842	I,087I	I,090I	I,093I	I,0959
-I0	I,070I	I,073I	I,0760	I,0789	I,08I9	I,0848	I,0877
- 8	I,0620	I,0650	I,0679	I,0708	I,0737	I,0766	I,0795
- 6	I,0540	I,0570	I,0599	I,0627	I,0657	I,0685	I,07I4
- 4	I,0462	I,049I	I,05I9	I,0548	I,0577	I,0605	I,0634
- 2	I,0385	I,04I4	I,0442	I,0470	I,0499	I,0528	I,0556
0	I,0309	I,0338	I,0366	I,0394	I,0423	I,045I	I,0477
+ 2	I,0234	I,0263	I,029I	I,03I8	I,0347	I,0375	I,0402
+ 4	I,0I60	I,0I89	I,02I6	I,0244	I,0272	I,0299	I,0327
+ 6	I,0087	I,0II5	I,0I43	I,0I70	I,0I98	I,0226	I,0253
+ 8	I,00I5	I,0043	I,0070	I,0097	I,0I26	I,0I53	I,0I79
+I0	0,9944	0,9972	0,9999	I,0026	I,0054	I,008I	I,0I08

	2	3	4	5	6	7	8
·I	0,9875	0,990⁻	0,9929	0,9956	0,998·	I,00II	I,0037
·I4	0 ⁻806	0,9833	0,9860	0,9886	0,99I4	0,9940	0,9967
·I⁻	0,9737	0,9765	0,979I	0,98I8	0, 845	0,987I	0,9898
·I	0,967I	0,9698	0,9725	0,975I	0,9778	0,9804	0,9830
⁻20	0,9605	0,9632	0,9658	0,9684	0,97II	0,9737	0,9763
⁻2	0.9539	0.9566	0,9592	0,9618	0.9645	0,967	0.9696
⁻24	0,947⁵	0,9502	0,9527	0,9553	0,9579	0,9605	0,963I
⁻2	0,94I2	0,9438	0,9464	0,9489	0,95I6	0,954]	0.9566
⁻28	0,9349	0,9376	0,940I	0,9426	0,9453	0,9478	0,9503
⁻3	0,9288	0,93I4	0,9339	0,9364	0,939I	0,94I5	0,9440
⁻3_	0,9227	0,9252	0,9277	0,9302	0,.328	0,9353	0, 378
⁻3⁴	0,9I67	0,9I93	0.92I8	0,9242	0,9268	0,9293	0,93I8
⁻3	0,9I07	0,9I33	0.9I⁵8	0,9I82	0.9208	0,.233	0.9257
⁻38	0,9049	0,9074	0,9099	0,9I23	0,9I49	0,9I73	0,9I98
⁻4	0,899I	0,90I7	0,904I	0,9065	0,9090	,9II5	0,9I39

°C	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	744	746	748	750	752	754	756
I	2	3	4	5	6	7	8
-30	I,I803	I,I836	I,I867	I,I899	I,I932	I,I963	I,I994
-28	I,I707	I,I739	I,I770	I,I80I	I,I834	I,I865	I,I896
-26	I,I6I2	I,I644	I,I674	I,I705	I,I737	I,I768	I,I799
-24	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6I2	I,I644	I,I674	I,I705
-22	I,I427	I,I458	I,I488	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6II
-20	I,I337	I,I368	I,I398	I,I428	I,I459	I,I489	I,I5I9
-I8	I,I247	I,I278	I,I308	I,I338	I,I369	I,I399	I,I429
-I6	I,II60	I,II9I	I,I22I	I,I250	I,I282	I,I3II	I,I34I
-I4	I,I074	I,II05	I,II34	I,II64	I,II94	I,I224	I,I253
-I2	I,0989	I,I0I9	I,I049	I,I078	I,II08	I,II37	I,II66
-I0	I,0906	I,0936	I,0965	I,0994	I,I024	I,I053	I,I082
- 8	I,0824	I,0853	I,0882	I,09II	I,094I	I,0969	I,0998
- 6	I,0742	I,0772	I,080I	I,0829	I,0858	I,0887	I,09I6
- 4	I,0662	I,069I	I,07I9	I,0748	I,0777	I,0806	I,0834
- 2	I,0584	I,06I3	I,064I	I,0669	I,0698	I,0726	I,0755
0	I,0506	I,0535	I,0563	I,059I	I,062I	I,0648	I,0676
+ 2	I,0430	I,0459	I,0487	I,05I4	I,0543	I,057I	I,0598
+ 4	I,0355	I,0383	I,04II	I,0438	I,0467	I,0494	I,0522
+ 6	I,0280	I,0309	I,0336	I,0363	I,0392	I,04I9	I,0446
+ 8	I,0207	I,0235	I,0262	I,0289	I,03I7	I,0345	I,0372
+I0	I,0I34	I,0I62	I,0I89	I,02I6	I,0244	I,0272	I,0298
+I2	I,0064	I,0092	I,0II8	I,0I45	I,0I73	I,0I99	I,0226
+I4	0,9993	I,002I	I,0048	I,0074	I,0I02	I,0I28	I,0I55
+I6	0,9924	0,995I	0,9978	I,0004	I,0032	I,0058	I,0084
+I8	0,9856	0,9884	0,9909	0,9936	0,9963	0,9989	I,0010

I	2	3	4	5	6	7	8
+20	0,9789	0,9816	0,9842	0,9868	0,9895	0,9921	0,9947
+22	0,9723	0,9749	0,9775	0,9800	0,9827	0,9853	0,9879
+24	0,9657	0,9683	0,9709	0,9735	0,9762	0,9787	0,9813
+26	0,9592	0,9618	0,9644	0,9669	0,9696	0,9721	0,9747
+28	0,9528	0,9555	0,9580	0,9605	0,9632	0,9657	0,9682
+30	0,9466	0,9492	0,9517	0,9542	0,9568	0,9594	0,9618
+32	0,9403	0,9429	0,9454	0,9479	0,9505	0,9530	0,9555
+34	0,9342	0,9368	0,9393	0,9418	0,9444	0,9468	0,9493
+36	0,9282	0,9308	0,9332	0,9357	0,9382	0,9407	0,9432
+38	0,9222	0,9248	0,9272	0,9297	0,9322	0,9347	0,9371
+40	0,9163	0,9189	0,9213	0,9237	0,9263	0,9287	0,9311

°C	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	758	760	762	764	766	768	770
-30	I,2026	I,2058	I,2089	I,2I22	I,2I53	I,2I85	I,22I7
-28	I,I928	I,I959	I,I990	I,2022	I,2053	I,2084	I,2II7
-26	I,I83I	I,I862	I,I893	I,I925	I,I956	I,I986	I,20I8
-24	I,I736	I,I767	I,I797	I,I829	I,I859	I,I89I	I,I922
-22	I,I643	I,I673	I,I703	I,I735	I,I765	I,I795	I,I827
-20	I,I55I	I,I58I	I,I6II	I,I643	I,I673	I,I703	I,I734
-I8	I,I460	I,I490	I,I5I9	I,I55I	I,I58I	I,I6	I,I642
-I6	I,I372	I,I40I	I,I43I	I,I462	I,I49I	I,I52I	I,I552
-I4	I,I284	I,I3I3	I,I343	I,I373	I,I402	I,I432	I,I463
-I2	I,II97	I,I226	I,I255	I,I285	I,I3I5	I,I344	I,I374
-I0	I,III2	I,II4I	I,II69	I,I200	I,I229	I,I258	I,I288
- 8	I,I028	I,I057	I,I086	I,III5	I,II44	I,II73	I,I203
- 6	I,0945	I,0974	I,I003	I,I032	I,I06I	I,I089	I,III8
- 4	I,0864	I,0892	I,092I	I,0949	I,0978	I,I006	I,I036
- 2	I,0784	I,08I2	I,084I	I,0869	I,0897	I,0925	I,0955
0	I,0705	I,0733	I,076I	I,0789	I,08I7	I,0846	I,0875
+ 2	I,0627	I,0655	I,0683	I,07I2	I,0739	I,0767	I,0795
+ 4	I,055I	I,0578	I,0605	I,0634	I,0662	I,0689	I,07I7
+ 6	I,0475	I,0502	I,0529	I,0557	I,0585	I,06I2	I,064I
+ 8	I,0399	I,0427	I,0454	I,0482	I,0509	I,0536	I,0565
+I0	I,0326	I,0353	I,0379	I,0407	I,0435	I,0462	I,0489
+I2	I,0254	I,028I	I,0307	I,0335	I,0362	I,0388	I,04I6
+I4	I,0I83	I,0209	I,0235	I,0263	I,0289	I,03I6	I,0344
+I6	I,0II2	I,0I38	I,0I64	I,0I92	I,02I8	I,0244	I,0272
+I8	I,0043	I,0069	I,0095	I,0I22	I,0I48	I,0I75	I,0202

I	2	3	4	5	6	7	8
+20	0,9974	I,0000	I,0026	I,0053	I,0079	I,0I05	I,0I32
+22	0,9906	0,9932	0,9957	0,9985	I,00II	I,0036	I,0063
+24	0,9839	0,9865	0,989I	0,99I7	0,9943	0,9968	0,9995
+26	0,9773	0,9799	0,9824	0,985I	0,9876	0,9902	0,9928
+28	0,9708	0,9734	0,9759	0,9785	0,98II	0,9836	0,9863
+30	0,9645	0,9670	0,9695	0,9723	0,9746	0,9772	0,9797
+32	0,958I	0,9606	0,963I	0,9657	0,9682	0,9707	0,9733
+34	0,95I9	0,9544	0,9569	0,9595	0,96I9	0,9644	0,9669
+36	0,9457	0,9482	0,9507	0,9532	0,9557	0,9582	0,9607
+38	0,9397	0,942I	0,9445	0,947I	0,9495	0,9520	0,9545
+40	0,9337	0,936I	0,9385	0,94II	0,9435	0,9459	0,9485

Приложение 3

СПИСОК ИНСТИТУТОВ, ПРЕДСТАВИВШИХ МЕТОДИКИ В ДАННЫЙ СБОРНИК

Вещество	Наименование института
5,6-амино-2п-амино-фенил-бензамидазол(мягчитель 2)	Ростовский медицинский институт
Ацетон, формальдегид, фенол, фурфурол, фурфуриловый спирт, бензиловый спирт, ксилол, толуол, о-крезол, п-крезол	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота	г.Киев[x]
Бензол сульфохлорид	Уфимский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бенлат	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бромофос	ВНИИГИНТОКС
Валексон	ВНИИГИНТОКС
Витавако(карбоксин)	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Водород, окись углерода, метан, этан, двуокись углерода, этилен, ацетилен, пропилен, изопентан, бензол, толуол, стирол, этилбензол.	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Водород, метан, окись углерода, этан, пропан, этилен, пропилен, гексан, циклогексан, бензол	То же
Капролактам	Московский Институт Гигиены труда и профзаболеваний

1	2
Глицидный спирт	Московский институт гигиены труда и профзаболеваний
Дилор	ВНИИГИНТОКС
I,4-Диметилпиперазин	Ростовский медицинский институт
3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид	г.Киев*
4,4'-Дифенилметандиизоцианат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
м-Изопропиланилин	г.Киев*
Изопропилцеллозольв (изопропиловый эфир этиленгликоля) бутилцеллозольв (бутиловый эфир этиленгликоля)	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Калиевая и натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	г.Киев*
Моногидрохлоридпиколин, дигидрохлорид-α-пиколин	То же
Моно-, ди- и трихлоруксусная кислота	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Монохлорацетилхлорид	г.Киев*
2-Монохлор-п-третбутилтолуол, 2,5-дихлор-п-третбутилтолуол, 2,3,6-трихлор-п-третбутилтолуол, 2,3,6-трихлортолуол	То же
Меркаптаны, сульфиды, дисульфиды	Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
Изомеры нитрохлорбензола	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний

1	2
Окись иттрия	I-й Московский медицинский институт
Окись триметилэтилена	Институт мономеров для синтетического каучука
Свинец	Новосибирский санитарный институт
Свинец	Донецкий институт гигиены труда и профзаболеваний
п-Третбутилтолуол	г.Киев*
Толуол, хлорбензол, хлорэтан, бромэтан, этиловый и бутиловый спирты	Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
2,4,4'-триаминобензанилид (таба)	Ростовский медицинский институт
Трихлорбутадиен, тетрахлорбутадиен	ВНИИполимер, г.Ереван
Трихотецин	ВНИИГИНТОКС
Феназон (I-фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6)	Львовский медицинский институт
Хлораминопиколины	г.Киев*
п-Хлорбензотрифторид п-хлорбензотрихлорид	То же
Хлорированные углеводороды	Институт гигиены труда им. Ф.Ф.Эрисмана Московская область
Хлорпиколины	г.Киев*
Цианокс	ВНИИГИНТОКС
Этиловые эфиры акриловой и метакриловой кислот	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Эупарен	ВНИИГИНТОКС
Ялан	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний

Вещество	Институт
Бромофос	ВНИИГИНТОКС
Рамрод	ВНИИГИНТОКС
Диметилтерефталат	Московский институт гигиены труда и профзаболеваний
Хлорит натрия	г.Киев[x]

[x] Точный адрес - в Московском институте гигиены труда и профзаболеваний

Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным и опубликованным Техническим условиям

№ пп	Нормированные вещества	Опубликованные Технические условия
I.	Себациновая кислота	Выпуск II, 1964 г., с. 47 Технические условия на методы определения одноосновных карбоновых кислот.
2.	Иодофенфос	Вып. II, 1964г., с. 34 Технические условия на методы определения фосфорорганических инсектицидов в воздухе.
3.	Диалкилдифенилдитиофосфорная кислота	"
4.	Трифенилфосфит	"
5.	2-этилгексилдифенилфосфит	"
6.	О,О-диметил-(2,4,5-трихлорфенил)фосфат (тролен)	"
7.	Бензонитрил	Вып. УП, 1971г., с. 7 Технические условия на метод определения акрилонитрила в воздухе.
8.	Гидрохинонат меди	Вып. I7, 1965г., с. 45. Технические условия на метод определения трихлорфенолята меди в воздухе.
9.	Салицилат меди	"
0.	Моноэтаноламин	Вып. У I, 1971г., с. 21 Технические условия на метод определения первичных алифатических аминов.
I.	Моноэтанолэтилендиамин	"
2.	Мышьяковистокислый цезий	Вып. IУ, 1965г., с. 3 Технические условия на метод определения мышьяковистого ангидрида и др. соединений мышьяка.
I.	Диацетоновый спирт	Вып. IУ, 1965г., с. II5 Технические условия на метод определения метилпропилкетона и метилгексилкетона в воздухе

I	2
I4.Диэтаноламин	Вып.XI, 1976г., с.3 Технические условия на метод определения первичных и вторичных аминов в воздухе.
I5.Триэтаноламин	Вып.XI, 1976 г., с.7 Технические условия на метод определения третичных аминов в воздухе.
I6.Дибутилсебацинат	Вып.IУ, I965г., с.98 Технические условия на метод определения сложных эфиров одноосновных кислот в воздухе
I7.Дифтортетрахлорацетон	Вып.IУ, I965 г., с.I39 Технические условия на метод определения фторорганических соединений в воздухе.
I8.Трифтортрихлорацетон	"
I9.Перфтордиэтилметиламин	"
20. ильтан	Вып.IУ, I965 г., с.I43 Технические условия на метод определения хлорорганических ядохимикатов в воздухе.
2I. имидный и полиимидный лесспоропласт	Вып.IУ, I965 г., с.I65 Технические условия на метод определения пыли в воздухе промышленных помещений.
22. пром	"
23.Нитрон	"
24.Лавсан	"
25. тибутилметакрилат	"
Низкомолекулярная полиакриловая смола	"
Сополимер марки ВХВД-40	"
28. ный сополимер бутилакрилата и метакриловой кислоты (акриловый загуститель)	"

I	2
29. Аммониты (механическая смесь ТНТ и NH_4NO_3 в соотношении 79:21)	Вып. IУ, 1965 г., с. 165 Технические условия на метод определения пыли в воздухе промышленных помещений.
30. Силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)	"
31. Аэрозоль сырой нефти	"
32. Ситалл с алмазом	"
33. Люминофор - К-86	"
34. Гидроперекись третичного амила	Вып. X, 1974 г., с. 18 Технические условия на метод определения гидроперекиси изопропилбензола в воздухе.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания на фотометрические определения 5,6-амино-2п-аминофенил-бензамидазола (мягчителя-2) в воздухе... 3

Методические указания на хроматографическое определение ацетона, формальдегида, фенола, фурфурола, фурфурилового спирта, бензилового спирта, коилола, толуола, о-крезола, п-крезола в воздухе 6

Методические указания на потенциометрическое определение 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты в воздухе 10

Методические указания на фотометрическое определение бензосульфохлорида в воздухе. 13

Методические указания на хроматографическое определение бенлата в воздухе. 17

Методические указания на хроматографическое определение бромофоса в воздухе. 21

Методические указания на хроматографическое определение валексона в воздухе. 25

Методические указания на хроматографическое и спектрофотометрическое определение витавакса (карбоксина) в воздухе . . . 29

Методические указания на хроматографическое определение водорода, окиси углерода, метана, этана, двуокиси углерода, этилена, ацетилена, пропилена, изопентана, бензола, толуола, стирола и этилбензола в воздухе. 34

Методические указания на хроматографическое определение водорода, метана, окиси углерода, этана, пропана, этилена, пропилена, гексана, циклогексана, бензола, толуола, в воздухе . . . 40

Методические указания на фотометрическое определение инцидного спирта в воздухе. 44

Методические указания на хроматографическое определение [illegible]а в воздухе 48

Методические указания на газохроматографическое определение 4-диметилпиперазина в воздухе. 52

Методические указания на хроматографическое определение метилтерефталата и динила в воздухе. 56

Методические указания на хроматографическое определение 5-динитро-4 хлорбензотрифторида в воздухе. 60

Методические указания на фотометрическое определение 4,4-дифенилметандиизоцианата в воздухе 63
Методические указания на хроматографическое определение N-изопропиланилина в воздухе. 67
Методические указания на фотометрическое определение изопропилцеллозольва (изопропилового эфира этиленгликоля) и бутилцеллозольва (бутилового эфира этиленгликоля) в воздухе. 70
Методические указания на полярографическое определение калиевой и натриевой соли 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты в воздухе. 74
Методические указания на хроматографическое определение капролактама. 77
Методические указания на фотометрическое определение моногидрохлоридпиколина и дигидрохлорид-α-пиколина в воздухе 81
Методические указания на фотометрическое определение моно-, ди- и трихлоруксусных кислот в воздухе 84
Методические указания на фотометрическое определение монохлорметилхлорида в воздухе. 88
Методические указания на хроматографическое определение 2-монохлор-п-третбутилтолуола, 2,5-дихлор-п-третбутилтолуола, 2,3,6-трихлор-п-третбутилтолуола, 2,3,6-трихлортолуола в воздухе.. 91
Методические указания на хроматографическое определение меркаптанов, сульфидов и дисульфидов в воздухе 95
Методические указания на хроматографическое определение изомеров нитрохлорбензола в воздухе 99
Методические указания на пламенно-фотометрическое определение окиси иттрия в воздухе. 102
Методические указания на хроматографическое определение окиси триметилэтилена в воздухе 107
Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе 110
Методические указания на фотометрическое определение свинца в воздухе. 114
Методические указания на хроматографическое определение п-третбутил-толуола в воздухе 118
Методические указания на хроматографическое определение толуола, хлорбензола, хлоратана, бромэтана, этилового и бутилового спиртов в воздухе 121

Методические указания на фотометрическое определение ,4,4^{I} -триаминобензанилида (таба) в воздухе 125
Методические указания на газохроматографическое опре-ление трихлорбутадиена и тетрахлорбутадиена в воздухе . . . 128
Методические указания на хроматографическое определе-ие трикоцетина в воздухе 133
Методические указания на спектрофотометрическое опре-ление феназона (I-фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6) в оздухе 136
Методические указания на хроматографическое определение аминопиколинов в воздухе 139
Методические указания на хроматографическое определение -хлорбензотрифторида и п-хлорбензотрихлорида в воздухе . . . 142
Методические указания на определение хлорированных водородов в приборе ЭТП МНИИГ им. Ф.Ф.Эрисмана 146
Методические указания на хроматографическое определе-ие хлорпиколинов в воздухе 152
Методические указания на хроматографическое определе-ие цианокса в воздухе 156
Методические указания на фотометрическое определение овых эфиров акриловой и метакриловой кислот в воздухе . . 159
Методические указания на фотометрическое определение токсидиэтиленгликол ого эфира акриловой кислоты в воздухе. 163
Методические указания на хроматографическое определе-ие эупарена в воздухе 167
Методические указания на дометрическое определение орита натрия в воздухе 172
Методические указания на хроматографическое определе-е илана в воздухе 174
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Формула для приведения объема воздуха с андартным условиям 177
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица коэффициентов для приведения ъема воздуха к стандартным условиям 178
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список институтов, представивших методики 184
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Список веществ, определяемых по ранее ерженным и опубликованным методикам 188

Перепечатано Министерством электротехнической промышленности СССР

В печать 05.08.87 Тираж 805 экз.

Информэлектро Зак.2383

Л.-86766 от.4/12 Объем п. л.12,5 Зак. №2108 Тир.1000
Типография Министерства здравоохранения СССР

gost.e-ecolog.ru