**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор ФГУ «Федеральный [illegible] анализа и оценки техноген-[illegible]действия»**



**Г.М. Цветков**

**«27» июля 2005 г.**

# КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ

# МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ЛЕТУЧИХ ФЕНОЛОВ В ПРОБАХ ПОЧВ, ОСАДКАХ СТОЧНЫХ ВОД И ОТХОДОВ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПОСЛЕ ОТГОНКИ С ВОДЯНЫМ ПАРОМ

**ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05**

**Методика допущена для целей государственного экологического контроля**

**МОСКВА**
**2005 г.**

gost.e-ecolog.ru

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений содержания летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром.

Диапазон измерения массовой концентрации летучих фенолов для почв от 0,05 до 4,0 мг/кг, для отходов и осадков сточных вод – от 0,05 до 80,0 мг/кг.

Если массовая концентрация летучих фенолов в пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление перегнанной пробы таким образом, чтобы концентрация фенолов соответствовала регламентированному диапазону.

Мешающее влияние сероводорода устраняют прибавлением сернокислой меди при перегонке.

## 1 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

Фотометрический метод определения массовой концентрации летучих фенолов основан на отгонке фенолов из подкисленной пробы почвы, взаимодействии их в отгоне с 4-аминоантипирином в присутствии персульфата аммония и измерении оптической плотности при $\lambda$=510 нм.

## 2 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностью, не превышающей значений, приведённых в таблице 1.

Значения показателя точности методики используют при:

– оформлении результатов анализа, выдаваемых лабораторией;

– оценке деятельности лабораторий на качество проведения испытаний;

– оценке возможности использования результатов анализа при реализации методики в конкретной лаборатории.

Таблица 1 - Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости методики

| Диапазон измерений, мг/кг | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), $\sigma_R$, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности P=0,95), $\pm\delta$, % |
|---|---|---|---|
| Почвы | | | |
| От 0,05 до 0,1 вкл. | 15 | 22 | 44 |
| Св. 0,1 до 0,15 вкл | 10 | 14 | 28 |
| Св. 0,15 до 4 вкл. | 7 | 10 | 20 |
| Отходы, осадки сточных вод | | | |
| От 0,05 до 0,1 вкл. | 15 | 22 | 44 |
| Св. 0,1 до 0,15 вкл. | 10 | 14 | 28 |
| Св. 0,15 до 1,0 вкл. | 7 | 10 | 20 |
| Св. 1,0 до 80 вкл. | 6 | 8 | 16 |

## 3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

### 3.1 Средства измерений

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 540 нм

Кюветы с толщиной поглощающего слоя 50 мм

Весы лабораторные технические ГОСТ 24104-2001

Весы лабораторные аналитические, например, ВЛР-200 ГОСТ 24104-2001

Гири ГОСТ 7328-2001

pH- метр любой марки

Колбы мерные вместимостью 100, 250, 1000 $см^3$ ГОСТ 1770-74

Пипетки градуированные вместимостью 0,5; 1, 5, 10 $см^3$ ГОСТ 29227-91

Цилиндры мерные вместимостью 10, 25, 50, 500 $см^3$ ГОСТ 1770-74

Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора фенола 1 мг/см3 с относительной погрешностью аттестованного значения не более 1% ГСО 7270-96

### 3.2. Вспомогательные устройства и оборудование

| | |
|---|---|
| Плитка электрическая с регулятором температуры и закрытой спиралью | ГОСТ 14919-83 |
| Стаканы для взвешивания (бюксы) | ГОСТ 25336-82 |
| Стаканы химические вместимостью 100, 500, 1000 $см^3$ | ГОСТ 25336-82 |
| Воронки лабораторные | ГОСТ 25336-82 |
| Колбы конические или плоскодонные | ГОСТ 25336-82 |
| Установка для отгонки фенолов (колба емкостью 500 $см^3$, переходник, каплеуловитель с отводом, холодильник) | ГОСТ 25336-82 |
| Стеклянные палочки | |

### 3.3 Реактивы и материалы

| | |
|---|---|
| 4-аминоантипирин, ч.д.а. | ТУ 6-09-3948-75 |
| Персульфат аммония (аммоний надсернокислый), ч.д.а. | ГОСТ 20478-75 |
| Кислота соляная, ч.д.а. | ГОСТ 3118-77 |
| Кислота серная, ч.д.а. | ГОСТ 4204-77 |
| Аммоний хлористый, ч.д.а. | ГОСТ 3773-72 |
| Аммиак водный, ч.д.а. | ГОСТ 3760-79 |
| Хлороформ, х.ч. | ГОСТ 20015-88 |
| Изоамиловый спирт, ч.д.а. | ТУ 6-09-14-1907-76 |
| Медь сернокислая 5 водная, ч.д.а. | ГОСТ 4165-78 |
| Фенол кристаллический | |
| Вода дистиллированная | ГОСТ 6709-72 |
| Фильтры обеззоленные «белая лента» | ТУ 6-09-1678-77 |
| Бумага индикаторная универсальная | ТУ-09-1181-76 |

***Примечание.*** Допускается использование средств измерения, оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1** При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007-76.

**4.2** Электробезопасность при работе с электроустановками соблюдается по ГОСТ 12.1.019-79.

**4.3** Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

**4.4** Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопасности в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к приборам. Организация обучения работающих безопасности труда производится по ГОСТ 12.0.004-90.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА

Выполнение измерений может производить химик-аналитик, владеющий техникой фотометрического анализа и изучивший инструкцию по эксплуатации спектрофотометра или фотоэлектроколориметра.

## 6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Условия окружающей среды, при которых обеспечивается требуемая точность измерений, следующие:

атмосферное давление (84-106) кПа;

температура воздуха (22±6 )°С;

относительная влажность воздуха не более 80 % при t = 25°С;

напряжение питания электросети (220 ± 22) В;

частота переменного тока (50 ± 1) Гц.

## 7 ОТБОР ПРОБ

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» и ПНД Ф 12.4.2.1-99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения» или другими нормативными документами, утвержденными и применяемыми в установленном порядке.

Для определения летучих фенолов в пробах почвы необходимо отобранный образец почвы поместить в стеклянную банку и закрыть крышкой. Для анализа взвешивают 50 г «сырой» пробы (без предварительного высушивания).

Для определения летучих фенолов в пробах отходов и осадков сточных вод отбирают от 2,5 до 50 г пробы в зависимости от предполагаемого содержания фенолов.

## 8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

### 8.1 Подготовка прибора

Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с рабочей инструкцией по эксплуатации прибора.

### 8.2 Приготовление растворов

#### *8.2.1 Аммонийно-аммиачный буферный раствор с pH 10,0-10,2*

50 г хлорида аммония растворяют в 50 см$^3$ дистиллированной воды, добавляют 350 см$^3$ концентрированного раствора аммиака и проверяют pH раствора pH-метром. Если значение pH раствора отличается от величины 10,0-10,2, необходимо добавить раствор аммиака (при pH < 10), либо хлорид аммония или соляную кислоту (при pH > 10,2). На следующий день необходимо опять провести контроль pH и при необходимости довести его до нужной величины. Контроль следует осуществлять каждые 7 дней. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой посуде до 4 месяцев.

#### *8.2.2 Раствор 4-аминоантипирина, 2 %*

1,0 г 4-аминоантипирина растворяют в 50 см$^3$ дистиллированной воды, фильтруют и переносят в посуду из темного стекла. Раствор хранят в холодильнике в течение 7 дней или при комнатной температуре в темном месте не более 3 дней. Для выполнения определений пригоден раствор, имеющий бледно-желтую окраску. При появлении темно-желтой или бурой окраски следует приготовить свежий раствор 4-аминоантипирина, либо взять реактив из другой партии.

#### *8.2.3 Раствор персульфата аммония, 20 %*

50 г персульфата аммония растворяют в 200 см$^3$ дистиллированной воды, нейтрализуют концентрированным раствором аммиака по индикаторной бумаге, доводят объем раствора до 250 см$^3$ и фильтруют.

Раствор устойчив в течение недели.

*8.2.4 Раствор серной кислоты, 10 %*

К 450 см$^3$ дистиллированной воды, помещенной в термостойкий химический стакан, при непрерывном перемешивании приливают 28 см$^3$ концентрированной серной кислоты и охлаждают. Раствор устойчив при хранении в плотно закрытой склянке в течение 1 года.

*8.2.5 Раствор сульфата меди, 10 %*

50 г меди сернокислой 5 водной растворяют в 450 см$^3$ дистиллированной воды. Раствор устойчив в течение 6 мес.

*8.2.6 Приготовление градуировочного раствора*

Градуировочный раствор готовят из стандартного образца (ГСО) с массовой концентрацией фенола 1 мг/см$^3$ или кристаллического фенола.

При использовании ГСО производят разбавление исходного раствора в соответствии с инструкцией по его применению. Массовая концентрация фенола в рабочем градуировочном растворе должна составлять 10,0 мг/дм$^3$. Хранят раствор в холодильнике не более 3 суток.

Приготовление градуировочного раствора из кристаллического фенола выполняют в соответствии с Приложением А.

**8.3 Построение градуировочного графика**

Для построения градуировочного графика необходимо приготовить образцы для градуировки с массовыми концентрациями фенола 0 – 0,80 мг/дм$^3$. Условия проведения анализа должны соответствовать п. 6.

Состав и количество образцов для градуировки для построения градуировочного графика приведены в табл. 2.

Для всех градуировочных растворов погрешности, обусловленные процедурой приготовления, не превышают 3 % относительно приписанного значения массовой концентрации фенола.

Таблица 2 - Состав и количество образцов для градуировки при определении летучих фенолов

| N | Концентрация фенола, мг/дм$^3$ | Объем градуировочного раствора, см$^3$ | Объем колбы, см$^3$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2 | 0,01 | 0,10 | 100 |
| 3 | 0,02 | 0,20 | 100 |
| 4 | 0,05 | 0,50 | 100 |
| 5 | 0,10 | 1,00 | 100 |
| 6 | 0,20 | 2,00 | 100 |
| 7 | 0,25 | 2,50 | 100 |
| 8 | 0,50 | 5,00 | 100 |
| 9 | 0,75 | 7,50 | 100 |
| 10 | 0,80 | 8,00 | 100 |

В каждую колбу добавляют 5 см$^3$ буферного раствора с pH=(10,0-10,2), 3 см$^3$ 2% раствора 4-аминоантипирина (свежеприготовленного) и 1 см$^3$ 20 % раствора персульфата аммония (свежеприготовленного), доводят до метки дистиллированной водой и через 10 минут замеряют оптическую плотность при длине волны 510 нм.

Строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс массовую концентрацию фенола в мг/дм$^3$, а на оси ординат - оптическую плотность растворов.

Анализ градуировочных образцов проводят в порядке возрастания их концентрации. Каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.

### 8.4 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал или при смене реактивов. Средствами контроля являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не менее 3 образцов из приведенных в таблице 2).

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:

$$| X - C | \le 1{,}96 \cdot 0{,}01 \cdot C \cdot \sigma_{R_л},$$

где $X$ – результат контрольного измерения массовой концентрации фенола в образце для градуировки, мг/дм$^3$;

$C$ – аттестованное значение массовой концентрации фенола в образце для градуировки, мг/дм$^3$;

$\sigma_{R_л}$ – среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности, установленное при реализации методики в лаборатории.

***Примечание.*** Допустимо среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: $\sigma_{R_л} = 0{,}84 \cdot \sigma_R$, с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Значения $\sigma_R$ приведены в таблице 1.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

### 8.5 Определение влажности в пробе

Определение влажности в пробе проводят по ГОСТ 28268-89 «Почвы. Методы определения влажности, максимально гигроскопичной влажности и влажности устойчивого завядания растений» и по ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 «Методика выполнения измерений массовой доли влаги (влажности) в осадках, шламах, донных отложениях, активном иле очистных сооружений гравиметрическим методом».

## 9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Пробу помещают в перегонную колбу со шлифом на 500 см$^3$, добавляют 300 см$^3$ дистиллированной воды, 5 см$^3$ 10% раствора сульфата меди и 5 см$^3$ 10% раствора серной кислоты.

Собирают установку для перегонки и отгоняют около 200 $см^3$, затем отгон помещают в мерную колбу вместимостью 250 $см^3$ и доводят до метки дистиллированной водой.

50 $см^3$ отгона помещают в мерную колбу вместимостью 100 $см^3$, прибавляют 5 $см^3$ буферного раствора (pH=10,0-10,2), 3 $см^3$ 2% раствора 4-аминоантипирина (свежеприготовленного) и 1 $см^3$ 20% раствора персульфата аммония, доводят до метки дистиллированной водой.

Одновременно ставят холостой опыт с дистиллированной водой, проводя его через все стадии анализа. Через 10 минут после добавления всех реактивов измеряют оптическую плотность по отношению к холостой пробе в кювете с толщиной оптического слоя 50 мм при длине волны 510 нм.

Концентрацию фенолов в мг/$дм^3$ находят по градуировочному графику.

## 10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Содержание фенола в почве $X_п$ (мг/кг) определяют по формуле:

$$X_п = \frac{X_к \cdot 100 \cdot 250}{V_{пр} \cdot m},$$

где $X_к$ – содержание фенола, найденное по градуировочному графику, мг/$дм^3$;

100 – объем колбы, $см^3$;

250 – объем дистиллята, $см^3$;

$V_{пр}$ – объем пробы, взятой для анализа, $см^3$;

m – навеска пробы, взятая для анализа, в пересчете на абсолютно сухую почву, г.

Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения предела воспроизводимости

| Диапазон измерений, мг/кг | Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений ), R, % при P = 0,95 |
|---|---|
| Почвы | |
| От 0,05 до 0,1 вкл. | 62 |
| Св. 0,1 до 0,15 вкл. | 39 |
| Св. 0,15 до 4 вкл. | 28 |
| Отходы, осадки сточных вод | |
| От 0,05 до 0,1 вкл. | 62 |
| Св. 0,1 до 0,15 вкл. | 39 |
| Св. 0,15 до 1,0 вкл. | 28 |
| Св. 1,0 до 80 вкл. | 22 |

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

## 11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

Результат анализа $X$ в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде: $X \pm \Delta$, P=0,95,

где $\Delta$ - показатель точности методики.

Значение $\Delta$ рассчитывают по формуле: $\Delta = 0{,}01 \cdot \delta \cdot X$. Значение $\delta$ приведено в таблице 1.

Допустимо результат анализа в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде: $X \pm \Delta_л$, P=0,95, при условии $\Delta_л < \Delta$, где

$X$ – результат анализа, полученный в соответствии с прописью методики;

$\pm \Delta_л$ - значение характеристики погрешности результатов анализа, установленное при реализации методики в лаборатории, и обеспечиваемое контролем стабильности результатов анализа.

## 12 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Контроль качества результатов анализа при реализации методики в лаборатории предусматривает:

– оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

– контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).

### 12.1 Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа с использованием метода добавок

Из отгона (п.9) берут две пробы по 50 $см^3$ помещают в колбы вместимостью 100 $см^3$ и к одной из них делают добавку фенола (ГСО). Величина добавки должна составлять 50 - 150 % от содержания фенолов в исходной пробе. Пробы анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы *X*, и рабочей пробы с добавкой - *X'*.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры $K_к$ с нормативом контроля *K*.

Результат контрольной процедуры $К_к$ рассчитывают по формуле

$$К_к = | X' - X - C_д |$$

где $X'$ – результат анализа массовой концентрации фенолов в пробе с известной добавкой;

$X_{ср}$ – результат анализа массовой концентрации фенолов в исходной пробе;

Норматив контроля *K* рассчитывают по формуле

$$К = \sqrt{\Delta_{л,X'}^{2} + \Delta_{л,X}^{2}},$$

где $\Delta_{л,X'}$, $\Delta_{л,X}$ - значения характеристики погрешности результатов анализа, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации фенола в пробе с известной добавкой и в исходной пробе соответственно.

***Примечание.*** Допустимо характеристику погрешности результатов анализа при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: $\Delta_л = 0{,}84 \cdot \Delta$, с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Процедуру анализа признают удовлетворительной, при выполнении условия:

$$K_к \le K \qquad (1)$$

При невыполнении условия (1) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (1) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

### 12.2 Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений с использованием метода варьирования навески

Образцами для контроля являются рабочие пробы почв и отходов.

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры $K_к$ с нормативом контроля $K$.

Результат контрольной процедуры $K_к$ рассчитывают по формуле

$$K_к = \left| X' - X \right|$$

где $X'$ – результат измерения концентрации фенола в рабочей пробе;

$X$ – результат измерения концентрации фенола в рабочей пробе, полученной путем варьирования навески.

Норматив контроля $K$ рассчитывают по формуле

$$K = \sqrt{\Delta_{л,X'}^2 + \Delta_{л,X}^2},$$

где $\Delta_{л,X'}$, $\Delta_{л,X}$ - установленные в лаборатории при реализации методики значения характеристики погрешности результатов измерений массовой концентрации фенола в исходной (рабочей) пробе и в рабочей пробе, полученной путем варьирования навески, соответственно.

*Примечание.* Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: $\Delta_л = 0,84 \cdot \Delta$, с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений.

Процедуру измерений признают удовлетворительной при выполнении условия:

$$K_к \leq K \qquad (2)$$

При невыполнении условия (2) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Приготовление градуировочного раствора из кристаллического фенола

*Для приготовления раствора* допускается использовать препарат фенола с бесцветной или со слабо-розовой окраской. Если окраска более интенсивная фенол следует перегонять. Фенол отгоняют при температуре 182°С.

### А.1 Основной раствор фенола

Навеску фенола около 0,1 г взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,1 мг, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 $см^3$, обмывая стенки стаканчика этиловым спиртом, растворяют фенол, доводят раствор до метки и перемешивают. Массовую концентрацию фенола в полученном растворе рассчитывают по формуле:

$$C = \frac{a \cdot 1000}{50},$$

где С - массовая концентрация фенола в основном растворе, $мг/см^3$;
а - навеска фенола, г.

Хранят раствор в склянке с плотно закрывающейся пробкой в холодильнике не более 6 мес.

### А.2 Промежуточный раствор фенола

Рассчитывают объем основного раствора, который необходимо взять для получения раствора с массовой концентрацией фенола 100 $мкг/см^3$:

$$V = \frac{100 \cdot 50}{C \cdot 1000},$$

где V - объем основного раствора фенола, $см^3$;
С - массовая концентрация фенола в основном растворе, $мг/см^3$.

Рассчитанный объем основного раствора градуированной пипеткой помещают в мерную колбу вместимостью 50 $см^3$, доводят спиртом до метки и перемешивают. Хранят в холодильнике не более 1 мес.

### А.3 Градуировочный раствор с массовой концентрацией фенола 10 $мкг/см^3$

Отбирают пипеткой с одной отметкой 10,0 $см^3$ промежуточного раствора фенола, переносят его в мерную колбу вместимостью 100 $см^3$, и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения в холодильнике не более 3 суток.

0169

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Государственный научный метрологический центр

**ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## об аттестации методики выполнения измерений

## № 224.03.03.104 / 2005

Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв,
наименование измеряемой величины, объекта
осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром
и метода измерений
разработанная Сетевой лабораторией анализа и мониторинга МПР России по Новгородской области
наименование организации (предприятия), разработавшей МВИ
и регламентированная в ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05
обозначение и наименование документа

**Аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563.**

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики выполнения измерений
вид работ: метрологическая экспертиза материалов по разработке МВИ, теоретическое или экспериментальное исследование МВИ, другие виды работ

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней *метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими* характеристиками, приведенными в приложении.

диапазон измерений, характеристики погрешности измерений (неопределенность измерений) и (или) характеристики составляющих погрешности (при необходимости – нормативы контроля)

Приложение: метрологические характеристики МВИ на 1 листе

Зам.директора по научной работе С.Л. Мезенцевский

Зав.лабораторией И.К.Панева

Дата выдачи: 27.06.2005г.

Срок действия:

МП

ФГУП «УНИИМ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

*Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 4*
*тел.:(343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39. E-mail: gost.e-ecolog.ru*

**Приложение к свидетельству № 224.03.03.104 /2005**
об аттестации методики выполнения измерений
массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов
фотометрическим методом после отгонки с водяным паром

1. Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости, воспроизводимости

| Диапазон измерений, мг/кг | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), $\sigma_R$, % | Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности P=0.95), ±δ, % |
|---|---|---|---|
| Почвы | | | |
| От 0.05 до 0.1 вкл. | 15 | 22 | 44 |
| Св. 0.1 до 0.15 вкл | 10 | 14 | 28 |
| Св. 0.15 до 4 вкл. | 7 | 10 | 20 |
| Отходы, осадки сточных вод | | | |
| От 0.05 до 0.1 вкл. | 15 | 22 | 44 |
| Св. 0.1 до 0.15 вкл. | 10 | 14 | 28 |
| Св. 0.15 до 1 вкл. | 7 | 10 | 20 |
| Св. 1 до 80 вкл. | 6 | 8 | 16 |

2: Значения предела воспроизводимости при вероятности P=0.95

| Диапазон измерений, мг/кг | Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений ), R, % |
|---|---|
| Почвы | |
| От 0.05 до 0.1 вкл. | 62 |
| Св. 0.1 до 0.15 вкл | 39 |
| Св. 0.15 до 4 вкл. | 28 |
| Отходы, осадки сточных вод | |
| От 0.05 до 0.1 вкл. | 62 |
| Св. 0.1 до 0.15 вкл. | 39 |
| Св. 0.15 до 1 вкл. | 28 |
| Св. 1 до 80 вкл. | 22 |

3. При реализации методики в лаборатории обеспечивают:
- оперативный контроль процедуры выполнения измерений (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, погрешности).

Алгоритм контроля исполнителем процедуры выполнения измерений приведен в документе на методику выполнения измерений.

Процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории

gost.e-ecolog.ru