ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

# НОРМАЛИ

## ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ЛЕЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

## БОЛЬНИЦЫ

## РЕНТГЕНОВСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

## НП 6.1.1.1-85

Разработаны Гипрониздравом
при методическом руководстве ЦНИИЭП жилища
и ЦНИИЭП учебных зданий

Одобрены Госгражданстроем
Приказ №119 от 23 апреля 1984г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

Настоящий выпуск НП 6.1.1.1–85 разработан институтом „Гипрониздрав": директор института А.Н Голощапов, главный инженер В.В Белов, начальник отдела медицинской технологии и комплексного оснащения А.Л Ганзбург, главный инженер отдела М.Г Парафенюк. Методическое руководство и общее редактирование серии нормалей планировочных элементов жилых и общественных зданий ведет ЦНИИЭП жилища-руководитель сектора методологии типового проектирования жилища кандидат архитектуры Е.С. Раева.

Руководитель темы инженер С.М Козаков. В разработке выпуска принимали участие сотрудники Гипрониздрава: инженеры: В.Н. Верхососов Т.П. Огнева. Т.С. Большакова. техники: О.Б. Новикова, Е.А Матросова, И.Е Виталинская и сотрудники Московского научно-исследовательского рентгено-радиологического института (директор института академик АМН СССР А.С. Павлов): руководитель лаборатории рентгено-радиологического оборудования К.Т.Н Э.Г. Чикирдин и ст. н.с. К.Т.Н. Г.П. Кочетова

Нормали одобрены научно-техническим советом института (протокол от 16 декабря 1982 г) утверждены Минздравом СССР (20 сентября 1983 г.) одобрены Госграждастроем (приказ N 119 от 23 апреля 1984 г.)

Отзывы и замечания по нормалям, а также предложения о дальнейшей работе по нормализации планировочных элементов просьба направлять в два адреса:

127434, Москва, Дмитровское шоссе 9, корп. „0, центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища), отдел типологии и нормирования жилища.

117802, Москва, Н.Черемушки, Научный проезд 12, „Гипрониздрав", отдел медицинской технологии и комплексного оснащения.

Заявки на приобретение выпусков нормалей следует направлять в Центральный институт типового проектирования по адресу:

125878, Москва. ул. Смольная. 22.

# Введение

Нормали планировочных элементов лечебных зданий и данный выпуск нормалей НП 6.1.1.1-85 "Рентгеновские отделения" входят в состав серии нормалей планировочных элементов и габаритов оборудования жилых домов и общественных зданий и являются частью общей типизации, унификации и стандартизации в строительстве зданий крупнопанельной и каркасной конструкции, а также зданий с несущими стенами из кирпича или блоков. Данными нормалями, как пример, предусматривается применение планировочных решений для полносборного строительства зданий каркасно-панельной конструкции с шагом 600×600 см.

Нормали являются пособием по проектированию рентгеновских отделений.

Разработка нормалей проведена на основе опыта проектирования, материалов научно-исследовательских работ и практики эксплуатации зданий. При разработке нормалей учитывались следующие общие условия:

- габариты человека и групп людей в различных условиях;
- функциональные и технологические процессы, связанные с трудовыми функциями человека, а также с работой механизмов и оборудования;
- требования видимости;
- санитарно-гигиенические нормы площади;
- каталоги и рекомендации по типам и габаритам технологического, санитарно-технического оборудования и передвижной мебели;
- противопожарные требования к ширине и длине эвакуационных путей (коридоров, проходов, лестниц, дверей);
- правила техники безопасности при размещении технологического и специального оборудования.

При разработке нормалей были приняты за основу действующие нормативные документы, требования и условия, определяющие объёмно-планировочные решения и параметры нормализуемых помещений, а именно:

1. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Лечебно-профилактические учреждения. Часть II. Глава 69 (СНиП II-69-78).
2. Санитарные правила работы при проведении медицинских рентгенологических исследований №2780-80 от 23 июня 1980 г., Минздрав СССР, М. 1981 г.
3. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/80, М. 1981 г.
4. ССБТ. Кабинеты рентгенодиагностические. Требования безопасности. Отраслевой стандарт (утвержден приказом МЗ СССР №952 от 12.08.83 г.)
5. Приказы Минздрава СССР.

   №340 от 30.04.68 г. "О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, врачебных и фельдшерских здравпунктов."

   №430 от 30.04.76 г. "О внедрении в широкую практику метода электрорентгенографии."

   №595 от 16.08.71 г. "Штатные нормативы медицинского персонала флюорографических установок."

   №733 от 16.07.79 г. "О мерах по ускорению внедрения в медицинскую практику рентгенодиагностических комплексов РУМ-20П с усилителями рентгеновского изображения (УРИ) "Вега" и "Сапфир."

   №1000 от 23.09.81 г. "О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений."

   №1172 от 30.12.77 г. "О мерах по улучшению рентгеновской помощи населению."
6. Медико-технологические вопросы проектирования рентгенодиагностических отделений. Минздрав СССР, М. 1972 г.
7. Планировочно-технологические решения кабинетов электрорентгенографии. Гипронииздрав. Минздрав СССР, М. 1979 г.
8. Методические рекомендации. "Размещение стационарных рентгенодиагностических комплексов. Рентген-30 и РУМ-20 в рентгенодиагностических кабинетах." Минздрав СССР, 1982 г.
9. Е.Д. Белоусов, Е.М. Линде "Отделочные работы в сборном домостроении", М. Стройиздат, 1978 г, стр. 58-59.

10. И.И. Швец, В.А. Ганикин, Н.И. Кушнарёв, Ю.А. Титов "Справочник строителя-отделочника" „Киев, Будвельник", 1974г., стр. 24, табл. 20.

На схемах планировочных узлов и на общих габаритных схемах указываются две категории размеров:

а) размеры элементов оборудования и отдельные твёрдо установленные параметры;

б) минимальные размеры со знаком "≥" (т.е. более и равно).

На схемах планировки помещений, разработанных применительно к конструктивным системам, указаны унифицированные модульные параметры, соответствующие стандарту СЭВ 1001-78 "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения."

При разработке планировочных схем учтено указание СНиП о предпочтительном применении размеров продольных и поперечных шагов, кратных наиболее крупным из установленных производных модулей 60М и 30М (600 и 300 см). Применение модуля 6 М (60 см) допускается в пределах до 720 см, а модуля 3М (30 см) - до 360 см, в отдельных случаях, при обосновании - до 720 см.

Размеры на чертежах планировочных нормалей указаны в см. Нумерация помещений на габаритных схемах и примерах планировки дана по табл. 20 СНиП II-69-78. Высота помещений принимается по СНиП II-69-78.

Площади помещений рентгеновских кабинетов, не предусмотренных нормами, приняты по СНиП II-69-78 применительно к соответствующим помещениям:

а) для кабинета ангиокардиографии: 18а-табл. 20, п. 1в; 18б-табл. 18, п. 28в; 18д-табл. 11, п. 2а; 18ж-табл. 32; п. 35;

б). для кабинета вычислительной томографии: 19а-табл. 20; п. 1а, д; 19б-табл. 18, п. 29б; 19д-табл. 20, п. 6г; 19е-табл. 18, п. 22г; 19в-принята по расстановке оборудования и требованиям для помещений ЭВМ;

в). для рентгеномаммографического кабинета: 21а-табл. 20, п. 2а; 21б-табл. 2, п. 6; 21в-табл. 20, п. 1д;

г) для кабинета панорамной томографии: 20а-табл. 20, п. 2а; 20б-табл. 32, п. 48, 20в-табл. 20, п. 3б.

Для маркировки выпусков нормалей приняты следующие буквенные и цифровые обозначения:

НП - нормали планировочные; первая цифра - порядковый номер главы, охватывающей ряд зданий, объединяемых по однородным функциональным признакам; вторая - порядковый номер раздела, включающего определённый вид зданий; третья - тип здания (сооружения); четвёртая - группу основных помещений в данном типе здания; после дефиса указан год утверждения нормалей. Например, маркой НП 6.1.1.4-60 обозначено:

6. - нормали основных помещений зданий лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха;

6.1. - помещения лечебных зданий;

6.1.1. - больницы;

6.1.1.4 - отделения восстановительного лечения;

80 - год утверждения.

Внутри каждого выпуска листы нормалей имеют свои порядковые номера.

## Основные требования к проектированию

Рентгеновское отделение предназначено для проведения медицинских рентгенологических исследований больных.

Размещение рентгеновских отделений (кабинетов) в жилых зданиях и детских учреждениях (яслях, детских садах, школах) запрещается. Допускается функционирование существующих отделений (кабинетов) в поликлиниках, встроенных в жилые дома, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми. В отдельных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается размещение рентгеновских отделений (кабинетов) в отдельной пристройке к жилому зданию.

Процедурные рентгеновских кабинетов не допускается размещать смежно с палатами, а также над и под ними, за исключением радиологических палат.

Не следует размещать рентгеновские кабинеты под "мокрыми" помещениями (душевые, уборные и т.д.), откуда возможно протекание воды через перекрытие.

Выделяют три типа рентгенодиагностических кабинетов.

К а б и н е т ы  о б щ и х  и с с л е д о в а н и й предназначены для выполнения всех основных видов рентгенологических исследований — рентгеноскопии и рентгенографии (в том числе томографии) различных органов и систем организма. Эти кабинеты оснащаются рентгенодиагностическими аппаратами общего назначения с полным набором штативных устройств.

Кабинет для общих исследований предусматривается в поликлинических отделениях, медсанчастях, небольших больницах и лечебно-профилактических учреждениях других типов, где имеется всего один рентгеновский кабинет, в учреждениях, где нельзя организовать рентгеновское отделение, а также как один из кабинетов в составе рентгеновского отделения, имеющего два и более рентгеновских кабинетов.

К а б и н е т ы  п р о ф и л и р о в а н н ы е предназначены для проведения исследований только определенных органов или систем и оснащаются рентгенодиагностическими аппаратами общего назначения с технологически необходимым (сокращенным) набором штативных устройств. К таким кабинетам относятся кабинеты исследований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-суставной системы, томографии. Профилированные кабинеты предусматриваются в составе рентгеновских отделений, состоящих из нескольких рентгеновских кабинетов.

К а б и н е т ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е предусматриваются для проведения особо сложных и специальных рентгенологических исследований (например, ангиокардиография, бронхология, вычислительная томография, флюорография).

Кабинет ангиокардиографии предназначен для исследований крупных кровеносных сосудов сердца введением в них рентгеноконтрастного вещества и проведением зонда в исследуемую область под рентгеновским контролем. При ангиокардиографии рентгенологическое исследование сочетается с хирургическим вмешательством (для введения зонда). Процедурная ангиокардиографического кабинета оборудуется, как операционная с рентгеновским столом вместо операционного.

Как и в операционном блоке, в кабинете предусматривается предоперационная и стерилизационная.

Для просмотра серий снимков в состав кабинета включается комната просмотра снимков. Кабинет оснащается специальной рентгеновской аппаратурой (предпочтительно с программным управлением).

Рентгеноэндоскопический (рентгенобронхологический) кабинет предназначен для исследования с использованием рентгенологических и эндоскопических методик. Исследование бронхолегочной системы выполняется под наркозом, в связи с этим в таком кабинете предусматривается наркозная. Кабинет оснащается специальным (при отсутствии — обычным) поворотным столом-штативом.

Рентгеноурологический кабинет предназначен для исследований мочеполовой системы с использованием рентгенологических (с введением рентгеноконтрастного вещества) и эндоскопических методик (цистоскопии). Кабинет оснащается специальным рентгеноурологическим столом.

Кабинет вычислительной томографии (компьютерной томографии, томосканирования, реконструктивной томографии) предназначен для послойных исследований различных участков тела, начиная с головного мозга, с помощью специальной аппаратуры, основанной на применении большого количества датчиков рентгеновского излучения, передающих информацию о плотности тканей на

ЭВМ, ПО КОТОРОЙ ВОССОЗДАЕТСЯ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ УЧАСТКОВ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ И ВЫДАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ.

РЕНТГЕНОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ. МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ОДИН ИЗ ДВУХ ТИПОВ КАБИНЕТОВ: ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ ЗУБОВ ИЛИ ПАНОРАМНОЙ ТОМОГРАФИИ. КАБИНЕТ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ ЗУБОВ СЛУЖИТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗДЕЛЬНЫХ РЕНТГЕНОГРАММ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА. КАБИНЕТ ДЛЯ ПАНОРАМНОЙ ТОМОГРАФИИ СЛУЖИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ВСЕЙ ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПАНОРАМНОГО ТОМОГРАФА. РЕНТГЕНОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ В ЭТОМ КАБИНЕТЕ ПОЛУЧАЮТ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО АППАРАТА.

РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ НА СПЕЦИАЛЬНОМ АППАРАТЕ ( МАММОГРАФЕ).

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ ИЛИ СКРЫТО ПРОТЕКАЮЩИХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ЗДЕСЬ ЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОБСЛЕДУЕМЫХ.

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ РАЗМЕЩАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ОСТАЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ, ВБЛИЗИ ВЕСТИБЮЛЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОЩНОСТЬЮ И СТРУКТУРОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ КАБИНЕТЫ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВБЛИЗИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ИЛИ БЛОКОВ БОЛЬНИЦЫ.

## Назначение основных помещений

Р Е Н Т Г Е Н О Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т – СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА РЕНТГЕНОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ – НАБОР ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

В СОСТАВ КАБИНЕТА ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЛИ ПРОФИЛИРОВАННОГО) ВХОДЯТ: ПРОЦЕДУРНАЯ, КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ, ФОТОЛАБОРАТОРИЯ, КСЕРОЛАБОРАТОРИЯ, КАБИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАРИЯ, КАБИНЫ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ, УБОРНАЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ. ФОТОЛАБОРАТОРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕЙ ДЛЯ 2-6 КАБИНЕТОВ. НАЛИЧИЕ КСЕРОЛАБОРАТОРИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

П Р О Ц Е Д У Р Н А Я  РЕНТГЕНОВСКОГО КАБИНЕТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОБСТВЕННО РЕНТГЕНОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ В СМЕЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. В НЕЙ РАЗМЕЩАЮТСЯ ШТАТИВНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА И ГЕНЕРАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ В КОМНАТЕ УПРАВЛЕНИЯ).

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

1. НА ПУТИ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛА НЕ ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬСЯ КАБЕЛИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ ШИРМЫ, МЕБЕЛЬ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНОЙ.

2. РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ СНИМКОВ И ТОМОГРАФИИ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КОМНАТЕ УПРАВЛЕНИЯ.

3. ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗВОРОТА КАТАЛКИ ИЛИ НОСИЛОК С БОЛЬНЫМ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ ЕГО НА ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ-ШТАТИВ ИЛИ СТОЛ СНИМКОВ.

4. ПРОХОД БОЛЬНЫХ В ПРОЦЕДУРНУЮ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ОЖИДАЛЬНОЙ (КОРИДОРА).

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ И БОЛЬНЫХ РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАССТОЯНИЕ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО СТЕН ПРОЦЕДУРНОЙ ПРИНИМАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ 1,5 М ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ И НЕ МЕНЕЕ 2 М ПРИ РЕНТГЕНОСКОПИИ. УВЕЛИЧЕНИЕ ЭТИХ РАЗМЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТИВНЫМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАВКИ АППАРАТУРЫ ИЗ КОРИДОРА В ПРОЦЕДУРНУЮ ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЁМА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1,2 М, ШИРИНА ОСТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ – НЕ МЕНЕЕ 1,0 М. ВЫСОТА ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ.

ОТКРЫВАНИЕ ВСЕХ ДВЕРЕЙ КАБИНЕТА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ХОДУ ЭВАКУАЦИИ. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТКАТНОГО ТИПА ПОСЛЕДНИЕ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ВНУТРИ ПРОЦЕДУРНОЙ. ДВЕРИ ПРОЦЕДУРНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИТНЫМИ, КРОМЕ ДВЕРЕЙ УБОРНОЙ.

В ПРОЦЕДУРНОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

К О М Н А Т А  У П Р А В Л Е Н И Я  А П П А Р А Т О М  ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ, НИЗКОВОЛЬТНОГО ШКАФА И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНОЕ СМОТРОВОЕ ОКНО ЗА БОЛЬНЫМ В ПРОЦЕДУРНОЙ. СМОТРОВОЕ ОКНО ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ МОГ ВИДЕТЬ БОЛЬНОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СНИМКОВ. КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ

является обязательным для кабинета помещением, позволяющим вывести рентгенолаборанта из зоны неослабленного излучения при управлении аппаратом (комната управления отделяется от процедурной рентгенозащитной перегородкой). В кабинетах для флюорографии с защитной кабиной, а также в кабинетах для работы на низких напряжениях до 60 кв (маммография и дентальные снимки) комната управления не требуется.

Комната управления должна быть связана с процедурной переговорным устройством. Проход больных через комнату управления не допускается.

Фотолаборатория предназначена для фотохимической обработки рентгеновской, флюорографической пленки и кинопленки.

Ксеролаборатория предназначается для обработки электрорентгенограмм, заключающейся в зарядке селеновых пластин, их проявлении и переносе рентгеновского изображения на бумагу с последующим его закреплением. В рентгеновском отделении может быть оборудована одна или несколько ксеролабораторий в зависимости от его мощности, профиля и структуры. Одновременно с ксеролабораторией в отделении необходимо иметь фотолабораторию, так как электрорентгенография полностью не заменяет рентгенографию на пленке.

Ксеролаборатория должна быть максимально приближена к процедурной с учетом коротких непересекающихся путей движения рентгенолаборантов, выполняющих обработку рентгенограмм (чем раньше будет обработана селеновая пластина, тем выше качество электрорентгенограммы-это объясняется быстрым спадом заряда пластины). В ксеролаборатории рекомендуется устанавливать не более двух одновременно работающих электрорентгенографических аппаратов (возможны резервные аппараты), используемых не более чем для двух рентгеновских кабинетов. (Каждый рентгенодиагностический кабинет обслуживает один рентгенолаборант, выполняющий одновременно полный цикл производства только одного снимка, не допуская накопления экспонированных селеновых пластин).

Кабина для раздевания без кушетки — защищенное от излучения помещение, предназначенное для раздевания больного.

Кабина для раздевания с кушеткой — защищенное от излучения помещение, предназначенное для размещения и укладки больного в процессе поэтапного исследования с различными интервалами (как правило желудочно-кишечного тракта). В кабинетах общих исследований целесообразно объединять ее в одно помещение с кабиной для раздевания с сокращением суммарной площади до 3,2 м² вместо 3,7 м² (1,2 + 2,5).

Уборная для больных служит для опорожнения кишечника от введенной бариевой взвеси.

Помимо рентгенодиагностических кабинетов в состав рентгеновского отделения могут входить: кабинет врача, комната просмотра снимков, кабина для приготовления бария, ожидальные и др.

Кабинет врача предназначен для предварительного ознакомления с историями болезней больных, назначаемых на исследование, описания рентгенограмм и оформления заключений после исследования больных.

Комната просмотра снимков (в составе отделения) служит для демонстрации и обсуждения рентгенограмм.

Кабина для приготовления бария — помещение для приготовления взвеси сернокислого бария, служащей контрастным веществом при исследовании желудочно-кишечного тракта.

Двери комнат управления, фотолабораторий, ксеролабораторий, кабин для раздевания, уборных для больных должны открываться наружу.

## Требования к устройству рентгенодиагностических кабинетов

Рентгеновские кабинеты должны иметь отдельную от других помещений систему вентиляции.

В процедурной рентгеновского кабинета вытяжка должна предусматриваться из верхней (60%) и нижней (40%) зон.

В процедурной, где производится просвечивание, и фотолаборатории вентиляционные устройства не должны нарушать затемнения. Вентиляционные устройства не должны создавать шум, мешающий работе рентгеновского кабинета.

Управление вентиляцией осуществляется непосредственно из рентгеновского отделения, где устраивается световая сигнализация, оповещающая о работе вентиляторов.

В помещениях фотолаборатории установка отопительных приборов обязательна.

Для работы с электрорентгенографическими аппаратами должна предусматриваться местная

вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф или зонт).

Электротехническая часть рентгеновских кабинетов (электросиловое, электроосветительное оборудование и защита от статического электричества) должна выполняться в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами.

Рентгеновский кабинет должен иметь самостоятельную силовую питающую линию, идущую от ввода питания или распределительного устройства, и присоединяться к сети через щит с выключателем с ручным приводом и предохранителями; при размыкании выключателя все без исключения части рентгеновского аппарата должны полностью обесточиваться. Щит устанавливается на расстоянии не более 1.5м от пульта управления.

В помещениях рентгеновского кабинета должна быть предусмотрена скрытая прокладка изолированных кабелей и проводов, соединяющих части рентгеновского аппарата. Высоковольтные кабели от генераторного устройства к рентгеновским излучателям прокладываются скрыто (в полу) или подвешиваются под потолком в стороне от проходов персонала и пациентов. Для прокладки всех кабелей и проводов допускается устройство подпольных кабельных каналов, перекрываемых в уровень с поверхностью пола.

Металлические части рентгеновских аппаратов и других электротехнических устройств в рентгеновских кабинетах, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.2.018-76. Сопротивление растекания заземлителей должно быть не более 10 ом.

В процедурной рентгенодиагностического кабинета должно быть две системы искусственного освещения — общее и рабочее (адаптационное). При наличии двух электрических сетей в здании рабочее освещение должно снабжаться энергией от той же сети, что и рентгеновский аппарат, а общее освещение — от другой сети. Светильники общего освещения должны располагаться таким образом, чтобы была исключена возможность появления глубоких теней от штативов, ширм и т. д. Объединение управления рабочим (адаптационным) освещением с включением высокого напряжения не разрешается. Рабочее (адаптационное) освещение в кабинетах для рентгеноскопии должно включаться от органов управления рентгеновского аппарата.

Включатели общего и рабочего освещения в фотолаборатории, процедурной, комнате управления, кабинах для раздевания, кабинах с кушеткой и в уборной при процедурной должны находиться в той комнате, где расположены включаемые ими светильники.

Вблизи стола врача в процедурной устанавливаются штепсельные розетки от сети рабочего и общего освещения, а также розетка от силовой сети и переговорного устройства.

В процедурной рентгеновского кабинета для просвечивания должны быть предусмотрены светозащитные устройства, в процедурных для снимков — жалюзийные шторы. При входе в темную комнату фотолаборатории необходимо предусматривать светозащитные шторы.

В процедурных, кабинетах врачей, ксеролабораториях должны быть установлены умывальники, в фотолабораториях — раковины с подводкой холодной и горячей воды.

Металлические открытые поверхности коммуникаций в процедурной должны экранироваться негорючими материалами.

Поверхности стационарных защитных устройств и приспособлений, выполненных из свинца, необходимо покрывать двойным слоем масляной или эмалевой краски.

Для хранения рентгеновской пленки и рентгенограмм должны предусматриваться металлические ящики или шкафы с плотно закрывающимися крышками (дверцами).

## Радиационная защита

Расчет стационарной защиты в рентгеновских кабинетах должен быть дифференцирован в зависимости от установленной для данной категории облучаемых лиц допустимой мощности экспозиционной дозы (ДМД) излучения на поверхности защиты при величинах стандартного напряжения и стандартного тока.

Защита лиц, находящихся в смежных с процедурной рентгеновского кабинета помещениях, включая персонал этого кабинета, должна проектироваться в расчете на прямой пучок излучения.

В помещениях рентгеновского кабинета, в которых пол расположен непосредственно над грунтом или потолок находится непосредственно под крышей*, защита от излучений в этих направлениях не предусматривается.

Расчет защиты для двух или более рентгенодиагностических излучателей, установленных в одной процедурной, должен проводиться для излучателя с наибольшим значением номинального напряжения на трубке, приведенного в паспорте аппарата.

В случаях, когда возможно воздействие на людей излучения, проникающего через оконные проемы, в частности при расположении кабинетов на первом этаже, окна процедурной должны экранироваться защитными ставнями.

Стационарные защитные ограждения рентгеновских кабинетов, в том числе защитные ставни для окон процедурных, должны иметь свинцовый эквивалент, позволяющий снизить мощность экспозиционной дозы до величины ДМД.

В защитных ограждениях допускается устройство отверстий, необходимых по условиям работы, например, для транспортера, подающего кассеты. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

а) размеры отверстий должны быть минимально необходимыми;

б) отверстия должны быть расположены возможно дальше от направления прямого пучка излучения;

в) отверстия не должны располагаться против рабочих мест персонала.

Прокладка труб водопровода, канализации и других коммуникаций в стенах и перекрытиях, служащих защитой от рентгеновского излучения, должна исключать возможность ослабления защиты.

Металлические открытые поверхности коммуникаций в процедурной должны экранироваться негорючими материалами (штукатурка, асбест и др.)

Материалы с повышенными защитными свойствами (свинец, сталь, барит и др.) применяются при устройстве защиты только там, где это технически и экономически оправдано и необходимо. Цементно-баритовые растворы** используются для снижения веса и толщины ограждений, во избежание применения индивидуальных строительных элементов и для сохранения рабочей площади помещений. Свинец используется при устройстве защитных дверей, ставней, передаточных окон, подпольных каналов. Поверхность свинца должна быть закрыта или закрашена масляной краской. Стыки защитных устройств должны обеспечить в любом направлении требуемый свинцовый эквивалент.

Толщина защиты из свинца в миллиметрах для ослабления первичного пучка рентгеновского излучения определяется для различных напряжений в зависимости от коэффициента К, имеющего физический смысл кратности ослабления мощности дозы:

$$K = \frac{J_{ст.}}{R^2 \cdot ДМД} \cdot \frac{мА}{м^2 мр/час}$$

где Jст — стандартный анодный ток рентгеновской трубки в миллиамперах (мА),

R — расстояние от рентгеновской трубки до защиты в метрах (м),

ДМД — допустимая мощность экспозиционной дозы излучения в миллирентгенах в час (мр/час).

Пример расчета по приведенной выше формуле и выбора защиты дан в виде таблицы.

Расчетная мощность дозы излучения, стандартные значения напряжения и тока, расчетный свинцовый эквивалент, свинцовые эквиваленты строительных материалов приняты по "Санитарным правилам работы при проведении медицинских рентгенологических исследований" (табл. 1.1, 1.2, приложения 1.2, 1.3).

* За исключением случаев, когда в пределах санитарно-защитной зоны или зоны наблюдения оказываются здания, имеющие высоту больше уровня расположения рентгеновского кабинета, и возможно облучение людей, находящихся в этих зданиях (мощность дозы определяется категорией облучаемых лиц).

**См. стр. 10

## Таблица к расчету радиационной защиты

Стандартное напряжение $V_{ст}$ = 100 кв, стандартный ток $J_{ст}$ = 2 ма*

| Защитное ограждение | Верхнее перекрытие | Нижнее перекрытие | Стена "А" (условно) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стена | Дверь | Стена | Смотровое окно |
| Смежное помещение | Кровля | Служебные помещения | Фотолаборатория | Комната управления | | |
| Расчетная мощность дозы излучения (мр/час) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Расстояние защита-источник (м) | 2,0** | 2,0** | 2,0** | 2,0** | 2,0** | 2,0** |
| Коэффициент кратности ослабления (К) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расчетный свинцовый эквивалент (мм) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Материал ограждения, | бетон | бетон | кирпич | — | кирпич | — |
| его плотность (г/см³) | 2,3 | 2,3 | 1,6 | — | 1,6 | — |
| и толщина (мм) | 60*** | 60*** | 120 | — | 120 | — |
| Свинцовый эквивалент материала (мм) | 0,7 | 0,7 | 0,9 | — | 0,9 | — |
| Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент (мм) | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| Материал дополнительной защиты, | барит | барит | барит | свинец | барит | стекло ТФ-5 |
| его плотность (г/см³) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 11,3 | 2,7 | 4,77 |
| и толщина (мм) | 65 | 65 | 60 | 1,5 | 30 | 10 |

В качестве рентгенозащитного материала барит применяется в виде цементно-баритовых растворов различного состава. Ниже приводится один из разработанных в последние годы составов раствора, который характеризуется значительно большей прочностью по сравнению с ранее применявшимися растворами. Усадочные трещины легче заполняются благодаря его повышенной пластичности.

### Состав баритового раствора (в частях по массе)

| | |
|---|---|
| Молотый баритовый концентрат | 4 |
| Быстротвердеющий портландцемент марки 500 | 1 |
| Пластифицированная поливинилацетатная (ПВА) дисперсия любой марки | 0,1 |
| Вода | до требуемой подвижности |

Раствор приготовляют в лопастном растворосмесителе. Сначала загружают сухие компоненты и перемешивают их до однородной массы, затем в смеситель вводят дисперсию ПВА и воду, после чего компоненты перемешивают не менее 4 мин.

Из полученного раствора в деревянных формах готовят образцы в виде квадратной плитки с длиной стороны 150 мм и толщиной 10 мм. Плитки выдерживают до полного отвердения. Если образцы при отвердении дают большое количество усадочных трещин, то в раствор можно добавить немного песка, который уменьшит усадку.

Образцы испытывают в городском рентгенорадиологическом отделении где при необходимости корректируют состав раствора и определяют нужную толщину наметов в зависимости от мощности излучения рентгеновских аппаратов. Максимальная толщина намета 30 мм.

Кирпичные стены под баритовую штукатурку должны быть выложены впустошовку с пустотой швов на 20-25 мм. Бетонные и гипсобетонные стены оштукатуривают баритовым раствором по металлической сетке. Металлическую сетку, а также бетонную или гипсобетонную поверхность огрунтовывают цементным молоком.

Наносят баритовую штукатурку слоями толщиной 4-6 мм до достижения расчётной толщины. Усадочные трещины в каждом слое должны перекрывать друг друга не менее чем на 3/4 толщины слоя штукатурки. Каждый слой баритовой штукатурки разравнивают деревянным полутерком. Последний слой раствора выдерживают от 2 до 3 суток, после чего его сглаживают шкуркой. Затем стены шпатлюют и окрашивают либо облицовывают плиткой или листами сухой гипсовой штукатурки.

Примечание. На габаритных схемах и вариантах компоновки защита стен и перегородок показана штриховкой или жирной линией по контуру процедурных.

---

* Принято максимальное значение тока для обеспечения возможности установки любого рентгеновского аппарата.

** Принято минимальное расстояние, позволяющее многовариантную расстановку рабочих мест рентгеновского аппарата

*** Эквивалент многопустотной железобетонной плиты толщиной 220 мм.




На схеме обозначено:

1. Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований
2. Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы
3. Рентгенодиагностический кабинет для томографии
4. Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов грудной клетки
5. Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов пищеварения
6. Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом
7. Рентгенмаммографический кабинет
8. Рентгеностоматологические кабинеты:
   - 8а. Кабинет для рентгеновских снимков зубов
   - 8б. Кабинет для панорамной томографии
9. Кабинет рентгенобронхологический
10. Кабинет артерио-и венографии
11. Кабинет ангиокардиографии
12. Кабинет вычислительной томографии

Условные обозначения:

дверь — окно смотровое защитное — окно передаточное

# Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с двумя столами-штативами (аппарат РУМ 20-СГ312)

1г. Комната управления
1б. Процедурная с двумя столами
14. Фотолаборатория
1и Уборная. 1з. Кабина для раздевания с кушеткой




Опора для крепления стойки снимков в комплект оборудования не входит, разрабатывается в архитектурно-строительной части проекта

В процедурных для просвечивания и в фотолабораториях на оконных и дверных проемах предусматриваются защитные шторы.

Потолочные рельсы (направляющие) штативов рентгеновского аппарата не должны пересекаться с ригелем перекрытия

Зеркальное изображение процедурных, выполненных по данной схеме, не допускается.

Жирной линией показана баритовая защита.

Д3 – дверь защитная рентгеновская

ОЗС – окно защитное смотровое

ОУ – отключающее устройство

Экспликацию оборудования см. на стр. 13.

0 1 2

# РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДВУМЯ СТОЛАМИ - ШТАТИВАМИ (АППАРАТ РУМ 20-СГ312)

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1б | 1г | 1з | 1ч | | | 1б | 1г | 1з | 1ч |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-67Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | — | — | — | Р-67В | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | Р-67Г | Стол-штатив поворотный с излучателем | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул полумягкий | 3 | 1 | — | — | Р-67Д | Штатив снимков с излучателем | 1 | — | — | — |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-67Е | Стол снимков горизонтальный | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | | Р-67Ж | Стойка для вертикальных снимков | 2 | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-673 | Привод приставки для томографии | 1 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Р-67И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Р-67К | Ширма защитная малая | 1 | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для хранения рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — |
| Р-67 | Комплекс рентгенодиагностический стационарный | | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-67А | Пульт управления | — | 1 | — | — | | | | | | |

## РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДВУМЯ СТОЛАМИ-ШТАТИВАМИ (АППАРАТ РУМ 20М-СГ312)

1г. Комната управления
1б. Процедурная с двумя столами
14. Фотолаборатория
1и. Уборная
13. Кабина для раздевания с кушеткой




Экспликацию оборудования см. на стр. 15

# Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с двумя столами-штативами (аппарат РУМ 20М - СГ312)

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1б | 1г | 1з | 1и | | | 1б | 1г | 1з | 1и |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-876I | Блок силовой | 1 | | | |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | — | — | — | Р-87В | Стойка низковольтная | 1 | — | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | Р-87Г | Стол-штатив поворотный с излучателем РИД-1 (без решетки) | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул полумягкий | 3 | 1 | — | — | | | | | | |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-87Д | Штатив снимков с излучателем РИД-2 | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | | Р-87Е | Стол снимков горизонтальный | 1 | | | |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-87Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | | | | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Р-873 | Привод приставки для томографии. | 1 | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Р-87И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Р-87К | Ширма защитная малая | 1 | | | |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками. | — | 1 | — | 1 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| | | | | | | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-87 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — |
| Р-87А | Пульт управления | — | 1 | — | — | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-87Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — | | | | | | |

## Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с двумя столами-штативами (Аппарат РУМ 20-СГ312П2)

1г. Комната управления 1б. Процедурная с двумя столами

1а. Фотолаборатория 1и. Уборная 13. Кабина для раздевания с кушеткой




Для обеспечения паспортной высоты подвески видеоконтрольного устройства при строительстве необходимо заменить ригель двутавровой балкой с укладкой плит перекрытия на ее нижнюю полку

Экспликацию оборудования см. на стр. 17.

## РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДВУМЯ СТОЛАМИ-ШТАТИВАМИ (АППАРАТ РУМ20- СГ312П2)

### ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1б | 1г | 1з | 1и | | | 1б | 1г | 1з | 1и |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-74Д | Штатив снимковс излучателем | 1 | — | — | — |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | — | — | — | Р-74Е | Стол снимков горизонтальный | 1 | — | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | Р-74Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул полумягкий | 2 | 1 | — | — | Р-743 | Привод приставки для томографии | 1 | — | — | — |
| 139 | Тумба прикроватная | — | 1 | — | — | Р-74И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | — | — | — |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-74К | Ширма защитная малая | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | | | | | Р-74Л | Усилитель рентгеновского изображения | 1 | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-74М | Устройство видеоконтрольное | 1 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Р-74Н | Устройство видеоконтрольное | — | 1 | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Р-740 | Уравновешиватель (без направляющей) | 1 | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Р-74П | Подвеска видеоконтрольного устройства | 1 | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Р-74Р | Направляющая | 4 | — | — | — |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 | Р-74С | Шкаф | — | 1 | — | — |
| Р-74 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-74А | Пульт управления | — | 1 | — | — | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-74Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — |
| Р-74В | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-74Г | Стол-штатив поворотн. с излучателем | 1 | — | — | — | | | | | | |

## Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с двумя столами-штативами (аппарат РУМ 20М-СГ312П)

1г. Комната управления
1б. Процедурная с двумя столами
1д. Фотолаборатория
1и. Уборная. 1з. Кабина для раздевания с кушеткой




Экспликацию оборудования см. на стр. 19

# РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДВУМЯ СТОЛАМИ-ШТАТИВАМИ (АППАРАТ РУМ 20М-СГЗ 12П)

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1б | 1г | 1з | 14 | | | 1б | 1г | 1з | 14. |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | – | – | Р-94Д | Штатив снимков с излучателем. | 1 | – | – | – |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | – | – | – | Р-94Е | Стол снимков горизонтальный | 1 | – | – | – |
| 42 | Кушетка смотровая | – | – | 1 | – | Р-94Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | – | – | – |
| 54 | Стул столярный | 2 | 1 | – | – | Р-943 | Привод приставки для томографии | 1 | – | – | – |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | – | – | – | 1 | Р-94И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | – | – | – |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | – | – | – | 1 | Р-94К | Ширма защитная малая | 1 | – | – | – |
| Р-11А | Бак термостата | – | – | – | 1 | Р-94Л | Усилитель яркости рентгеновского изображения | 1 | – | – | – |
| Р-11б | Бак промывной | – | – | – | 1 | Р-94М | Блок питания (и управления) | 1 | – | – | – |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | – | 1 | Р-94Н | Система стабилизации яркости „Стабилирент" | | | | |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | – | – | – | 2 | Р-940 | Устройство видеоконтрольное | 1 | – | – | – |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | – | – | – | 1 | Р-94П | Устройство видеоконтрольное | – | 1 | – | – |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | – | 1 | – | 1 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | – | – | – | 1 |
| Р-94 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | 1 | – | – | – |
| Р-94А | Пульт управления | – | 1 | – | – | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | – | – | – | 1 |
| Р-94б | Генераторное устройство | 1 | – | – | – | Ю-122 | Шкаф металлический | – | 1 | – | – |
| Р-94б1 | Блок силовой | 1 | – | – | – | | | | | | |
| Р-94в | Стойка низковольтная | – | 1 | – | – | | | | | | |
| Р-94г | Стол-штатив поворотный с излучателем | 1 | – | – | – | | | | | | |

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ОДНИМ СТОЛОМ-ШТАТИВОМ (АППАРАТ РЕНТГЕН-30)

1и. Уборная
1а. Процедурная с одним столом
1б. Кабина для раздевания с кушеткой
1г. Комната управления
14. Фотолаборатория




Экспликацию оборудования см. на стр.21

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ОДНИМ СТОЛОМ-ШТАТИВОМ

(АППАРАТ РЕНТГЕН-30)

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1а | 1г | 1з | 1и | | | 1а | 1г | 1з | 1и |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | – | – | Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | | | | 1 |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | – | – | – | Р-11А | Бак термостата | – | – | – | 1 |
| 42 | Кушетка смотровая | – | – | 1 | – | Р-11Б | Бак промывной | – | – | – | 1 |
| 54 | Стул столярный | 2 | 1 | – | – | Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | – | 1 |
| А-231 | Стол лабораторный химический | – | – | – | 1 | Р-16 | Фонарь неактиничный | – | – | – | 2 |
| Р-2 | Комплекс рентгенодиагностический стационарный | | | | | Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | – | – | – | 1 |
| Р-2А | Пульт управления | 1 | – | – | – | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | – | 1 | – | 1 |
| Р-2Б | Генераторное устройство | 1 | – | – | – | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | – | 1 | – | – |
| Р-2В | Шкаф низковольтный питающего устройства | – | 1 | – | – | Э-37 | Раковина стальная-эмалированная | – | – | – | 1 |
| Р-2г | Стол-штатив поворотный с колонной для снимков и томографии | 1 | – | – | – | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | – | – | – |
| Р-2Д | Стойка снимков | 1 | – | – | – | Ю-122 | Шкаф металлический | – | – | – | 1 |
| Р-2Е | Ширма малая защитная | 1 | – | – | – | | | | | | |

# Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов пищеварения (аппарат РУМ 20-С110)

1г. Комната управления
14. Фотолаборатория
1а. Процедурная с одним столом
1и. Уборная
1з. Кабина для раздевания с кушеткой




Экспликацию оборудования см. на стр. 23.

1 0 1 2

## РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ АППАРАТ РУМ 20–С110)

### ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1а | 1г | 13 | 14 | | | 1а | 1г | 13 | 14 |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-69 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | — | — | — | | | | | | |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | Р-69А | Пульт управления | — | 1 | — | — |
| 54 | Стул столярный | 2 | 1 | — | — | Р-69Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-69В | Шкаф низковольтный | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | | Р-69г | Стол-штатив поворотный с излучателем | 1 | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-69К | Ширма защитная малая | 1 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 | | | | | | |

# Рентгенодиагностический кабинет для исследования органов пищеварения (аппарат РУМ 20-С11 ОП2)

1г. Комната управления

1а. Процедурная с одним столом

1з. Кабина для раздевания с кушеткой

14. Фотолаборатория

1и. Уборная




Экспликацию оборудования см. на стр. 25

# Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов пищеварения (аппарат РУМ 20-С11 ОП2)

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме № Ia | Ir | Iз | 14 | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N Ia | Ir | Iз | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-75б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — |
| 24 | Табурет винтовой | 1 | — | — | — | Р-75в | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | Р-75г | Стол-штатив поворотный с излучателем | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул полумягкий | 2 | 1 | — | — | Р-75к | Ширма защитная малая | 1 | — | — | — |
| 139 | Тумба прикроватная | — | 1 | — | — | Р-75л | Усилитель рентгеновского изображения | 1 | — | — | — |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-75м | Устройство видеоконтрольное | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | 1 | Р-75н | Устройство видеоконтрольное | — | 1 | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-75о | Уравновешиватель (без направляющей) | 1 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Р-75п | Подвеска видеоконтрольного устройства | 1 | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Р-75р | Направляющая | 4 | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Р-75с | Шкаф | 1 | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-75 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — |
| Р-75А | Пульт управления | — | 1 | — | — | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |

# Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы

1а. Процедурная с одним столом

1ж. Кабина для раздевания без кушетки

1г. Комната управления

14. Фотолаборатория




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам 1а | 1г | 1ж | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | – | – |
| 42 | Кушетка смотровая | 1 | – | – | – |
| 54 | Стул полумягкий | 1 | 1 | 2 | – |
| А-231 | Стол лабораторный химический | – | – | – | 1 |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | – | – | – | 1 |
| Р-11А | Бак термостата | – | – | – | 1 |
| Р-11Б | Бак промывной | – | – | – | 1 |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | – | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | – | – | – | 2 |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | – | – | – | 1 |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | – | 1 | – | 1 |
| Р-71 | Комплекс рентгеновский диагностический | | | | |
| Р-71А | Пульт управления | – | 1 | – | – |
| Р-71б | Генераторное устройство | 1 | – | – | – |
| Р-71В | Шкаф низковольтный питающего устройства | – | 1 | – | – |
| Р-71Д | Штатив снимков с изучателем рид-2 | 1 | – | – | – |
| Р-71Е | Стол снимков горизонтальный | 1 | – | – | – |
| Р-71Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | – | – | – |
| Р-713 | Привод приставки для томографии. | 1 | – | – | 1 |
| Р-71И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | – | – | – |
| Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | – | 1 | – | – |
| Э-37 | Раковина стальная эмалированная | – | – | – | 1 |
| Э-101 | Умывальник прямоугольный фаянсовый со спинкой | 1 | – | – | – |
| Ю-122 | Шкаф металлический | – | – | – | 1 |

Примечание. В кабинете может проводиться диагностическая рентгенография с применением флюорографической камеры.



1 0 1 2

# РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ С ФОТО- И КСЕРОЛАБОРАТОРИЯМИ

## ВАРИАНТ 1

1а. Процедурная с одним столом
1ж. Кабина для раздевания без кушетки
1г. Комната управления
17. Ксеролаборатория
14. Фотолаборатория




Экспликацию оборудования см. на стр. 28

Вариант компоновки см. на стр. 58, 59

1 0 1 2

# Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы с фото- и ксеролабораториями

## ВАРИАНТ 1

### Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме | | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1а | 1г | 1ж | 1и | 1т | | | 1а | 1г | 1ж | 1и | 1т |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | — | Р-71Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | 1 | — | — | — | — | Р-71В | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул столярный | 1 | 1 | 2 | — | — | Р-71Д | Штатив снимков с излучателем | 1 | — | — | — | — |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | 1 | Р-71Е | Стол снимков | 1 | — | — | — | — |
| А-267 | Шкаф для химических реактивов | — | — | — | — | 1 | Р-71Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | — | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | 1 | — | Р-713 | Привод приставки для томографии | 1 | — | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | — | Р-71И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | — | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | — | | | | | | | |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | — | Р-105 | Электрорентгенограф | — | 1 | — | — | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | — | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | — | — | 1 | 1 |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | — | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 | — |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками. | — | 1 | — | 1 | — | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — | — |
| Р-71 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 | 1 |
| Р-71А | Пульт управления | — | 1 | — | — | — | | | | | | | |



# Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы с фото- и ксеролабораториями
## Вариант II

1а. Процедурная с одним столом

1г. Комната управления
1ж. Кабина для раздевания без кушетки
17. Ксеролаборатория
14. Фотолаборатория




Экспликацию оборудования см. на стр. 30.

Вариант компоновки см. на стр. 58.

# РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ С ФОТО-И КСЕРОЛАБОРАТОРИЯМИ

## ВАРИАНТ II

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1а | 1г | 1ж | 14 | 17 | | | 1а | 1г | 1ж | 14 | 17 |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | — | Р-71 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | | | | | |
| 10 | Стол палатный | — | — | — | 1 | — | | | | | | | |
| 42 | Кушетка смотровая | 1 | — | — | — | — | Р-71А | Пульт управления | — | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул столярный | 1 | 1 | 2 | — | — | | | | | | | |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | 2 | Р-71Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — | — |
| Л-267 | Шкаф для химических реактивов | — | — | — | — | 1 | Р-71В | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | 1 | — | Р-71Д | Штатив снимков с излучателем | 1 | — | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | — | Р-71Е | Стол снимков | 1 | — | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | — | Р-71Ж | Стойка для вертикальных снимков | 1 | — | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | — | Р-713 | Привод приставки для томографии | 1 | — | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 3 | — | Р-71И | Пульт управления приставки для томографии | 1 | — | — | — | — |
| Р-17 | Рентгенокимограф | | | | | | | | | | | | |
| Р-17А | Аппарат | 1 | — | — | — | — | Р-105 | Электрорентгенограф универсальный | — | — | — | — | 2 |
| Р-17Б | Пульт управления | — | 1 | — | — | — | | | | | | | |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 2 | — | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — | — |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 | — | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 | — |
| | | | | | | | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | — | — | — |
| | | | | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 | 1 |

## РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ

1а. Процедурная с одним столом

1ж Кабина для раздевания без кушетки

1г. Комната управления

1ч. Фотолаборатория




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1а | 1г | 1ж | 14 | | | 1а | 1г | 1ж | 14 |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-38Г | Томограф | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул столярный | 1 | 1 | 1 | — | Р-38Д | Пульт управления №1 | — | 1 | — | — |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-38Е | Пульт управления №2 | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | | | | 1К | Р-38Ж | Стол приставной | 1 | — | — | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Р-383 | Электрошкаф | — | 1 | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Р-38И | Щит с набором приспособлений и принадлежностей | 1 | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 | Р-38К | Щит с набором приспособлений и принадлежностей | 1 | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 1 | Р-38Л | Приставная лестница | 1 | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 |
| Р-38 | Томограф универсальный продольный | 1К | | | | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-38А | Пульт управления (питающего устройства) | — | 1 | — | — | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | 1 | — | — | 1 |
| Р-38Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | — | — | — | — |
| Р-38В | Шкаф низковольтный | — | 1 | — | — | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |



1 0 1 2

## Флюорографический кабинет

2а. Процедурная
2б. Раздевальная (с регистратурой)
2в. Фотолаборатория*




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2а | 2б | 2в | | | 2а | 2б | 2в |
| 2 | Стол врача | — | 1 | — | Р-37А | Пульт управления | 1 | — | — |
| 10 | Стол палатный | — | — | 1 | Р-37Б | Кабина | 1 | — | — |
| 50 | Банкетка | — | 4 | — | Р-37В | Генераторное устройство | 1 | — | — |
| 54 | Стул столярный | — | 4 | — | Р-37Г | Камера флюорографическая | 1 | — | — |
| 62 | Шкаф картотека | — | 1 | 1 | Р-37Д | Сетевой щиток | 1 | — | — |
| Р-8 | Прибор для проявления флюорографических пленок | — | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | 1 | Ю-47 | Шкаф для сушки фото- и кинопленок | — | — | 1 |
| Р-31 | Флюороскоп универсальный | — | 1 | — | | | | | |
| Р-37 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | 1 |

* Принята по СНиП 11-69-78: 2в-табл. 20. п. 3б.

Примечание: Дверь кабины рентгенофлюорографического аппарата должна быть обращена в сторону входа в процедурную из раздевальной

1 0 1 2м

# РЕНТГЕНОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

## Кабинет для рентгеновских снимков зубов

3а. Процедурная

3б. Фотолаборатория




## Кабинет для панорамной томографии

20а. Процедурная*

20б. Комната управления*

20в. Фотолаборатория*




* Приняты по СНиП II 69-78: 20а – табл. 20, п. 2а; 20б – табл. 32, п. 48б; 20в – табл. 20, п. 3б.

Примечание: кресло стоматологическое С-18 показано в неразвернутом положении

Экспликацию оборудования см. на стр. 34.

1 0 1 2м

# Рентгеностоматологические кабинеты

## Кабинеты для рентгеновских снимков зубов и панорамной томографии

### Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3а | 3б | 20а | 20б | 20в | | | 3а | 3б | 20а | 20б | 20в |
| 2 | Стол врача | — | — | 1 | 1 | — | Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | — |
| 10 | Стол палатный | 1 | — | — | — | — | | | | | | | |
| 20 | Тумбочка прикроватная | — | 1 | — | — | — | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | — | — | 1 | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | — | — | | | | | | | |
| 54 | Стул столярный | 2 | — | 2 | 1 | — | | | | | | | |
| А-231 | Стол лабораторный химический | — | 1 | — | — | 1 | Р-62 | Томограф панорамный | — | — | 1 | | |
| С-18 | Кресло стоматологическое | 1 | — | 1 | — | — | Р-62а | Аппарат | — | — | 1 | — | — |
| Р-5 | Аппарат рентгенодиагностический стационарный | 1 | — | | — | — | Р-62б | Электрошкаф | — | — | — | 1 | — |
| | | | | | | | Р-62в | Пульт управления | — | — | — | 1 | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм. | — | — | — | — | 1 | Р-430 | Негатоскоп стоматологический | 1 | — | — | — | — |
| Р-11а | Бак термостата | — | — | — | — | 1 | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — | — |
| Р-11б | Бак промывной | — | — | — | — | 1 | | | | | | | |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | 1 | — | — | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | 1 | — | 2 | — | | | | | | | |
| Р-27 | Ширма защитная для медицинских рентгеновских кабинетов большая | 1 | — | — | — | — | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | 1 | — | — |
| | | | | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | — | 1 |

# КАБИНЕТ РЕНТГЕНОБРОНХОЛОГИЧЕСКИЙ

14. ФОТОЛАБОРАТОРИЯ 4б. КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ 4а. ПРОЦЕДУРНАЯ

4в. НАРКОЗНАЯ




Экспликацию оборудования см. на стр. 36

1 0 1 2м

# Кабинет рентгенобронхологический

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4а | 4б | 4в | 14 | | | 4а | 4б | 4в | 14 |
| 2 | Стол врача | 1 | 1 | — | — | Р-47 | Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования | 1 | — | — | — |
| 24 | Стул винтовой | 4 | — | — | — | | | | | | |
| 54 | Стул столярный | — | 1 | — | — | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 |
| 139 | Тумба прикроватная | — | 1 | — | — | | | | | | |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический | — | — | 2 | — | Р-75 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | 1 | — | — | 1 |
| А-231 | Стол лабораторный химический | 1 | — | — | 1 | Р-75А | Пульт управления | — | 1 | — | — |
| А-258 | Микроскоп | 1 | — | — | — | | | | | | |
| М-14 | Столик медицинский инструментальный | 2 | — | 3 | — | Р-75Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — |
| М-15 | Стол-шкаф манипуляционный | 2 | — | — | — | | | | | | |
| М-24 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | — | 1 | — | Р-75В | Шкаф низковольтный питающего устройства | — | 1 | — | — |
| О-12 | Штатив для длительных вливаний | 1 | — | 1 | — | Р-75Г | Стол-штатив поворотный с излучателем | 1 | — | — | — |
| О-25 | Электроотсасыватель хирургический переносный | 1 | — | — | — | Р-75К | Ширма защитная малая | 1 | — | — | — |
| О-40 | Термостат для эндоскопов | 1 | — | — | — | Р-75А | Усилитель рентгеновского изображения | 1 | — | — | — |
| О-44 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 1 | — | — | — | Р-75М | Устройство видеоконтрольное | 1 | — | — | — |
| | | | | | | Р-75Н | Устройство видеоконтрольное | — | 1 | — | — |
| О-47 | Столик для операций и манипуляций на руке | — | — | 1 | — | Р-75О | Уравновешиватель (без направляющей) | 1 | — | — | — |
| О-50 | Аппарат для высокочастотной хирургии | 1 | — | — | — | Р-75П | Подвеска видеоконтрольного устройства | 1 | — | — | — |
| О-51 | Дефибриллятор импульсный | 1 | — | — | — | Р-75Р | Направляющая | 4 | — | — | — |
| О-88 | Аппарат для ингаляционного наркоза | — | — | 1 | — | Р-75С | Шкаф (с блоками УРИ) | 1 | — | — | — |
| О-428 | Стол перевязочный | — | — | 1 | — | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | | Х-204 | Холодильник бытовой „ЗИЛ" | — | — | 1 | — |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Ц-6 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | — | — | — |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 2 | — | — | 1 | Э-101 | Умывальник прямоугольный фарфоровый со спинкой | 1 | — | 1 | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | — | 2 | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 | | | | | | |

# Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом

5а. Процедурная

5б. Комната управления аппаратом

5в. Слив

14. Фотолаборатория




Экспликацию оборудования см. на стр. 38.

0 1 2

# КАБИНЕТ ЦИСТОСКОПИИ С РЕНТГЕНОУРОЛОГИЧЕСКИМ СТОЛОМ

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5а | 5б | 5в | 14 | | | 5а | 5б | 5в | 14 |
| 2 | Стол врача | 2 | 1 | — | — | Р-16 | Фонарь кварцевый | — | — | — | 2 |
| 24 | Стул винтовой | 1 | — | — | — | Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | — | 1 |
| 32 | Стул на металлическом каркасе жесткий | 3 | — | — | — | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | 1 | — | 1 |
| 42 | Кушетка смотровая | 1 | — | — | — | | | | | | |
| 54 | Стул столярный | 1 | — | — | — | | | | | | |
| 58 | Ширма четырехстворчатая | 1 | — | — | — | Р-80 | Стол универсальный рентгеноурологический | 1 | — | — | — |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный | 1 | — | — | — | | | | | | |
| А-36 | Кипятильник дезинфекционный | 1 | — | — | — | Р-80А | Пульт управления | — | 1 | — | — |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | — | — | — | 1 | Р-80Б | Генераторное устройство | 1 | — | — | — |
| | | | | | | Р-80В | Низковольтный шкаф | — | 1 | — | — |
| М-14 | Столик инструментальный медицинский | 2 | — | — | — | Р-80Г | Стол | 1 | — | — | — |
| | | | | | | Р-80Д | Штатив с рентгеновской трубкой | 1 | — | — | — |
| М-15 | Столик манипуляционный | 1 | — | — | — | | | | | | |
| М-24 | Шкаф медицинский двустворчатый | 1 | — | — | — | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — |
| | | | | | | Ц-6 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | — | — | — |
| О-37 | Светильник передвижной четырехрефлекторный | 1 | — | — | — | Э-2 | Слив больничный | — | — | 1 | — |
| О-88 | Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока | 1 | — | — | — | Э-24 | Мойка чугунная эмалированная на 2 отделения | 1 | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | — | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | — | — | — | 1 |
| Р-11А | Бак термостата | — | — | — | 1 | Э-101 | Умывальник прямоугольный | 1 | — | — | 1 |
| Р-11Б | Бак промывной | — | — | — | 1 | Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | — | 1 |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 2 | 1 | — | 1 | | | | | | |

## КАБИНЕТ АРТЕРИО- И ВЕНОГРАФИИ




Экспликацию оборудования см. на стр.40.

# Кабинет артерио-и венографии

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | | | 6а | 6б | 6в | 6г | 6д |
| 2 | Стол врача | – | – | 1 | 1 | – | Р-13 | Негатоскоп общего назначения | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 10 | Стол лабораторный | – | 1 | – | – | – | | | | | | | |
| 42 | Кушетка смотровая | 1 | – | – | – | – | Р-16 | Фонарь неактиничный | – | – | – | – | 2 |
| 54 | Стул столярный | – | – | 1 | 10 | – | Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | – | – | – | – | 1 |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический | – | 1 | – | – | – | | | | | | | |
| А-67 | Стерилизатор воздушный | – | 1 | – | – | – | Р-43 | Негатоскоп демонстрационный | – | – | – | 1 | – |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | – | – | – | – | 1 | Р-44 | Установка для артерио-венографии | | | | | |
| М-9 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | – | – | – | – | Р-44А | Пульт управления (питающего устройства | – | – | 1 | – | – |
| М-10 | Подставка для тазов | 2 | 3 | – | – | – | Р-44Б | Генераторное устройство | 1 | – | – | – | – |
| М-14 | Столик инструментальный разборный | 3 | 2 | – | – | – | Р-44В | Низковольтный шкаф | – | – | 1 | – | – |
| | | | | | | | Р-44Г | Установка | 1 | – | – | – | – |
| М-15 | Столик манипуляционный | 1 | – | – | – | – | Р-44Д[x] | Стол | 1 | – | – | – | – |
| М-24 | Шкаф медицинский 2-х створчатый | – | 1 | – | – | – | Р-44Е[x] | Штатив | 1 | – | – | – | – |
| | | | | | | | Р-44Ж[x] | Пульт управления | – | 1 | – | – | – |
| О-12 | Штатив для длительных вливаний | 1 | – | – | – | – | Р-443[x] | Приставка для ангиографии конечностей | 1 | – | – | – | – |
| О-26 | Отсасыватель электрический с электроприводом | 1 | – | – | – | – | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | – | – | 1 | – | 1 |
| О-37 | Светильник передвижной 4-х рефлекторный | 1 | – | – | – | – | | | | | | | |
| О-87 | Аппарат для ингаляционного наркоза | 1 | – | – | – | – | Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | – | 1 | – | – | – |
| | | | | | | | Х-204 | Холодильник бытовой | – | 1 | – | – | – |
| О-428 | Стол перевязочный | – | 1 | – | – | – | Ц-6 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | – | – | – | – |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | – | – | – | – | 1 | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | – | – | – | – | 1 |
| Р-11А | Бак термостата | – | – | – | – | 1 | Э-46 | Умывальник хирургический | – | 2 | – | – | – |
| Р-11Б | Бак промывной | – | – | – | – | 1 | Э-101 | Умывальник прямоугольный | – | – | – | 1 | 1 |
| | | | | | | | Ю-122 | Шкаф металлический | – | 1 | – | – | – |

x Входит в состав Р-44г

# КАБИНЕТ АНГИОКАРДИОГРАФИИ




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18а | 18б | 18в | 18г | 18д | 18е | 18ж |
| 2 | Стол врача | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 10 | Стол палатный | — | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 24 | Стул медицинский | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 54 | Стул столярный | — | 2 | 1 | 10 | — | — | — |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический | — | — | — | — | 1 | — | — |
| А-67 | Стерилизатор воздушный | — | — | — | — | 1 | — | — |
| АКГ x | Комплект аппаратуры для ангиокардиографии | | | | | | | |
| 1а | Шкаф управления | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 2а | Шкаф управления | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 3а | Шкаф управления | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 4а | Шкаф управления | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 5а | Силовой шкаф | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 6а | Генератор | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 7а | Сетевой шкаф | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 8а | Стабилизатор | — | 1 | — | — | — | — | — |

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18а | 18б | 18в | 18г | 18д | 18е | 18ж |
| 9а | Электрокардиографии | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 10а | Телевизор-монитор (на подвеске) | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 11а | Кардиоскоп (на подвеске) | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12а | Стол катетеризации | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13а | Потолочный штатив с трубкой | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14а | Напольный штатив с трубкой для боковой проекции | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15а | Автоматическая 2-х проекционная кассета | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 16а | Автоматический шприц | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 17а | Коробка для подключения шприца | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 18а | Коробка для подключения кассеты | 1 | — | — | — | — | — | — |

Продолжение экспликации оборудования см. на стр. 42.

Примечание

x Состав и наименование аппаратуры приняты по зарубежным моделям.

xx Приняты по СНиП II-69-78; 18а-табл. 20, п. 10; 18б-табл. 18, п. 28в; 18д-табл. 11, п. 3а; 18е-табл. 11, п. 2а; 18ж-табл. 32, п. 35.

1 0 1 2м

# Кабинет ангиокардиографии

## Экспликация оборудования

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18а | 18б | 18в | 18г | 18д | 18е | 18ж |
| Б-24 | Аквадистиллятор | — | — | — | — | 1 | — | — |
| В-24 | Электроэнцефалограф переносный | — | — | — | — | — | — | 1 |
| В-119 | Электрокардиограф | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Л-231 | Стол лабораторный | — | — | 1 | — | — | — | — |
| М-9 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | — | — | — | — | — | — |
| М-10 | Подставка для тазов | 4 | — | — | — | — | 2 | — |
| М-14 | Столик инструментальный разборный | 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| М-15 | Столик манипуляционный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| М-24 | Шкаф медицинский 2-х створчатый | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| О-12 | Штатив для длительных вливаний | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| О-29 | Респиратор объемный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-37 | Светильник медицинский 4-х рефлекторный стационарный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-43 | Электрокардиостимулятор | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-47 | Столик для операций и манипуляций на руке | — | — | — | — | — | — | 1 |
| О-50 | Аппарат для высокочастотной хирургии | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-51 | Дефибриллятор импульсный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-87 | Аппарат для ингаляционного наркоза | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-107 | Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем | — | — | — | — | — | — | 1 |

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18а | 18б | 18в | 18г | 18д | 18е | 18ж |
| О-125 | Индикатор стадий наркоза | 1 | — | — | — | — | — | — |
| О-428 | Стол перевязочный | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп стационарный | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Р-43 | Негатоскоп демонстрационный | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Х-204 | Холодильник | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Ц-6 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ц-11 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Э-24 | Мойка на два отделения | — | — | — | — | 1 | 2 | — |
| Э-46 | Умывальник хирургический | — | — | — | — | — | — | — |
| Э-101 | Умывальник | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | 1 | — | — | — | — |

# Кабинет вычислительной томографии

19д. Генераторная* 19а. Процедурная* 19б. Комната управления* 19ж. Кабинет врача 19г. Просмотровая* 14. Фотолаборатория 19в. Компьютерная*




Примечание: При входе в комнату управления предусматривается проем без двери.

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 19а | 19б | 19в | 19г | 19д | 19ж |
| 2 | Стол врача | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 24 | Стул медицинский рабочий | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 54 | Стул столярный | — | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| 57 | Шкаф книжный | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 96 | Стол рабочий конторский | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Л-231 | Стол лабораторный | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Р-16 | Фонарь неактиничный | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Р-30 | Шкаф сушильный для рентгеновской пленок электрический | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Р-58 | Сканирующий рентгеновский томограф для исследований мозга | | | | | | | |
| Р-58а | Центральный пульт управления (пульт, дисплей цифровой, фотографирующее устройство) | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Р-58б | Питающее рентгеновское устройство | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Р-58в | Силовой распределительный щит | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Р-58г | Сканирующее устройство | — | 1 | — | — | — | — | — |

| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 19а | 19б | 19в | 19г | 19д | 19ж |
| Р-58д | Шкаф барабана | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Р-58е | Стол пациента | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Р-58ж | Система автоматизированного управления | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Р-58з | Дисплей полутоновый | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Р-58и | Система масляного охлаждения | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Р-58к | Монтажная панель водяных трубопроводов | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Р-58л | Преобразователь частоты | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Р-58м | Вычислительный комплекс | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-58н | Печатающее устройство | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-58о | Корзина | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-58п | Устройство для ввода программ | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-58р | Устройство для ввода перфолент | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-115 | Шкаф для хранения магнитных лент в кассетах | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-215 | Стеллаж стационарный двухсторонний | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Р-664 | Стекло рентгеновское защитное | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Э-37 | Раковина стальная | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Э-101 | Умывальник | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Ю-122 | Шкаф металлический | 1 | — | — | — | — | — | — |

* Приняты по СНиП II-69-78: 19а-табл. 20, п. 1а, д; 19б-табл. 18, п. 29б; 19в-принята по расстановке оборудования и требованиям к помещениям для ЭВМ; 19г-табл. 20, п. 6г; 19д-табл. 18, п 28г; 19ж-табл. 20, п. 1д.

НП 6.1.1.1-85



0 1 2м

## РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

21а. Процедурная* 21б. Процедурная спецметодик* 21в. Кабинет врача*
14. Фотолаборатория




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | | Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схеме N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 21а | 21б | 21в | | | 14 | 21а | 21б | 21в |
| 2 | Стол врача | — | 1 | 1 | 1 | Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | | | | |
| 24 | Стул медицинский рабочий | — | — | 1 | — | Р-11А | Бак термостата, | 1 | — | — | — |
| 42 | Кушетка смотровая | — | — | 1 | 1 | Р-11Б | Бак промывной | 1 | — | — | — |
| 54 | Стул столярный | — | 4 | 2 | 2 | Р-14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | — | 1 |
| А-36 | Кипятильник дезинфекционный электрический | — | — | 1 | — | Р-16 | Фонарь неактиничный | 2 | — | — | — |
| Л-231 | Стол лабораторный химический | 1 | — | — | — | Р-30 | Шкаф сушильный для обработки рентгенограмм | 1 | — | — | — |
| М-14 | Столик инструментальный разборный | — | — | 2 | — | Р-60 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | 1 | — | — | — |
| Р-9 | Аппарат рентгеновский для маммографии | | | | | Э-37 | Раковина стальная эмалированная | 1 | — | — | — |
| Р-9А | Устройство рентгеновское питающее | — | 1 | — | — | Э-101 | Умывальник | — | 1 | 1 | 1 |
| Р-9Б | Штатив | — | 1 | — | — | Ю-122 | Шкаф металлический | 1 | — | — | — |

* Приняты по СНиП II-69-78: 21а-табл. 20, п.2а; 21б-табл.2, п.8; 21в-табл.20, п.1д.

1 0 1 2м

### 1е. КАБИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАРИЯ




### 10. КЛАДОВАЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




### 12. ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОПЛЕНКИ




| Индекс | Наименование оборудования | Колич. шт. по схемам | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1е | 10 | 12 |
| 2 | Стол врача | — | — | 1 |
| 54 | Стул столярный | — | — | 1 |
| К-660 | Стеллаж стационарный | — | 4 | 1 |
| Л-231 | Стол лабораторный | 1 | — | — |
| Р-410 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной смеси | 1 | — | — |
| Э-37 | Раковина | 1 | — | — |
| Ю-122 | Шкаф металлический | — | — | 3 |



1 0 1 2 м

| N п.п. | Индекс* и N оборудования | Наименование оборудования | Тип, марка | Габаритные размеры (длина, ширина высота (мм) | Вес (кг) | Электротехнические данные | | | ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ Завод-изготовитель или NN рабочих чертежей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | напряжение (в) | фаз | потр. мощность (квт) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | Стол врача | — | 1100×630×740 | 30 | — | — | — | проект МОН 421-04; инд. ОН-7-924/4; Московский мебельно-сборочный комбинат |
| 2 | 10 | Стол палатный | — | 850×630×740 | 12 | — | — | — | инд. ОН-7-301/3; проект МОН-404--03 1.ПО „Харьковдрев"; Румынцевская фабрика медицинской мебели. |
| 3 | 20 | Тумбочка прикроватная | — | 500×470×850 | 15 | — | — | — | проект МОН 421-08А инд. ОН-7-921/8А; Московский мебельно-сборочный комбинат |
| 4 | 24 | Стул винтовой | СВ | D=320, H=430-545 | 4,6 | — | — | — | ТУ 46-22-693-83; Касимовский завод „Зооветоборудование" |
| 5 | 32 | Стул на металлическом каркасе жесткий | — | 430×440×770 | 8 | — | — | — | инд. ОС-8-602/1; ЛПМДО „Ладога" |
| 6 | 42 | Кушетка смотровая | — | (1850-1900)×(600-650)×500 | 15 | — | — | — | ГОСТ 19917-80; проект МОН 404-12; инд. ОН-7-301/12; Румынцевская фабрика медицинской мебели |
| 7 | 50 | Банкетка | — | 1406×400×400 | 15 | — | — | — | ГОСТ 19917-80; проект МОН 404-11 инд. ОН-7-301/11; Румынцевская фабрика медицинской мебели |
| 8 | 54 | Стул столярный | — | 430×440×770 | 8 | — | — | — | инд. ОН-7; 301/7; Проект МОН-404-07; Румынцевская фабрика медицинской мебели |
| 9 | 57 | Шкаф для книг | — | 800×378×1717 | — | — | — | — | инд. ОН-4-730/4; Северо-Осетинское произв. мебельное объединение „Казбек" |
| 10 | 59 | Шкаф медицинский | — | 900×440×1800 | 44 | — | — | — | проект МОН 421-02Б инд. ОН-7-921/2Б Московский мебельно-сборочный комбинат |

* Индексация мебели и оборудования принята по составленному Гипроний-здравом Автоматизированному каталогу оборудования учреждении здравоохранения (АКОУЗ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 62 | ШКАФ-КАРТОТЕКА | ШК-24-01 | 1020×518×1004 | 40 | | | | ИНД. ОХ-3-1232/3; ТО-13-43-7982 МЕХ. З-Д „АСТРАХАНЕЦ" |
| 12 | А-35 | КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Э-40 | 438×199×153 | 4,8 | 220 | 1 | 1 | ТУ-64-1-324-76; ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ |
| 13 | А-36 | КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Э-34 | 373×176×138 | 3,4 | 220 | 1 | 1 | ТУ 64-1-324-76; ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ |
| 14 | А-67 | СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ | ГП-40 | 460×800×630 | 50 | 220 | 1 | 1,8 | ТУ 64-1-3180-80; БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |
| 15 | Б-24 | АКВАДИСТИЛЛЯТОР | ДЭ-4 | 360×220×660 | 14 | 220 | 1 | 3,6 | ТУ 64-1-1640-78; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРАСНОГВАРДЕЕЦ". |
| 16 | Б-24Б | ЭЛЕКТРОЩИТ | — | 261×135×207 | — | — | — | — | ——— |
| 17 | В-24 | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ ПЕРЕНОСНЫЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ | ЭЭГП4-02 | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ 780×430×233 ТЕЛЕЖКА 950×451×540 | 65 | 220 | 1 | 0,12 | ТУ 64-1-1072-77; НАУЧНО-ПРОИЗВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ МЕД. АППАРАТУРЫ „РЭМА" |
| 18 | В-24А | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ | — | 780×430×233 | 35 | — | — | — | ——— |
| 19 | В-24Б | ТЕЛЕЖКА | — | 846×451×539,5 | 12 | — | — | — | ——— |
| 20 | В-119 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ СЕТЕВОЙ | ЭК1Т-0,3М | 270×200×100 | 3,9 | 220 | 1 | 0,25 | ТУ 92-299-76; ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ В/О „СОЮЗМЕДТЕХНИКА" |
| 21 | К-660 | СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | — | 1500×700×1500 | 23 | — | — | — | ТУ 100-19-237; МОСКОВСКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ КОМБИНАТ |
| 22 | Л-134 | МИКРОСКОП | „БИОЛАМП" | 600×300×450 | 14 | 220 | 1 | 0,4 | ТУ 3-3,1729-79; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОПТИКО МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. В.И ЛЕНИНА |
| 23 | Л-231 | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ | — | 1100×600×850 | 55 | — | — | — | ПРОЕКТ N СЭС-401-01; ИНД. ОН-7-589/1 ВИЛЬНЮССКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ „МЕДТЕХНИКА" МИНЗДРАВА ЛИТОВСКОЙ ССР |
| 24 | Л-267 | ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ | | 1100×510×1800 | | | | | ПРОЕКТ N СЭС-401-11; ИНД. ОН-7-589/11 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „НОВГОРОД". |
| 25 | М-9 | ПОДСТАВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК | — | 520×550×1100 | 7 | — | — | — | ТУ 64-1-3154-78; ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | М-10 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ | ПТ | 450×520×900 | 6 | — | — | — | ТУ 64-1-3154-78; ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ |
| 27 | М-14 | СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ | СИ | 760×490×840 | 16 | — | — | — | ОСТ 64-1-164-82; ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ |
| 28 | М-15 | СТОЛИК МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | СМ | 735×455×900 | 25 | — | — | — | ОСТ 64-1-164-82; ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ |
| 29 | М-24 | ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ | — | 830×451×1610 | 70 | — | — | — | ТУ 64-1-141-78; НАУЧНО-ПРОИЗВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ МЕД АППАРАТУРЫ „РЭМА" |
| 30 | М-62 | ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ, СО СЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ | ТБС | 1820×542×806 | 40 | — | — | — | ОСТ 64-1-185-81; КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДАППАРАТУРА" |
| 31 | О-12 | ШТАТИВ ДЛЯ ДАЛИ ТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ | ШДВ-2 | 650×650×2130 | 8 | — | — | — | ТУ 64-1-650-79; НАУЧНО-ПРОИЗВОД. ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ МЕД. АППАРАТУРЫ „РЭМА" |
| 32 | О-25 | ЭЛЕКТРООТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ | ЭОХП | 425×205×360 | 16 | 220 | 1 | 0,2 | ТУ 64-1-2237-78; КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДАППАРАТУРА" |
| 33 | О-26 | ОТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ОХ-2 | 650×260×380 | 23 | 220 | 1 | 0,5 | ТУ 64-1-1423-80; ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД „ТОЧМЕДПРИБОР" |
| 34 | О-29 | Респиратор объемный | РО-2 | | 100 | 220 | 1 | 0,3 | ТУ 64-1-2423-73; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРАСНОГВАРДЕЕЦ" |
| 35 | О-29А | РЕСПИРАТОР | — | 740×494×1200 | — | — | — | — | ——— |
| 36 | О-29Б | СТОЙКА | — | 550×370×904 | — | — | — | — | ——— |
| 37 | О-37 | СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 4-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | СМ-28 | H = 1900; D = 550; LОСН = 550; L ШТАНГИ С ПРОТИВОВЕСОМ И КОЖУХОМ – 1750 мм | 58 | 220 | 1 | 0,17 | ТУ 64-1-483-77; СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ „ЭМА" |
| 38 | О-40 | ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ | ТЭ-60 (ТСЭ-30П) | 440×310×880 | 25 | 220 | 1 | 0,15 | ТУ 64-1-3012-78; ОДЕССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДЛАБОРТЕХНИКА" |
| 39 | О-43 | ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР | ЭКСН-3Д | 190×160×60 | 1,6 | — | — | — | ТУ ЕХ3, 293; 032; ОСТ 64-1-158-75; ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ В/О „СОЮЗМЕДТЕХНИКА" |
| 40 | О-44 | РЕСПИРАТОР ОБЪЕМНЫЙ | РО-5 | — | 160 | 127/220 | 1 | 0,4 | ТУ 64-1-233-80; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВ. ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРАСНОГВАРДЕЕЦ" |
| 41 | О-44А | РЕСПИРАТОР | — | 900×600×1200 | — | — | — | — | ——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | О-44б | СТОЙКА | — | Ø=300-400<br>Н=750-1300 | — | — | — | — | ——— |
| 43 | О-47 | СТОЛИК ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ | СР | 600×400×1100 | 20 | — | — | — | ОСТ 64-1-164-82; ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ |
| 44 | О-50 | АППАРАТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ | ЭН-57М | 520×540×1250 | 70 | 220 | 1 | 1.8 | ТУ 64-1-2821-80; ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ ИМ САККО И ВАНЦЕТТИ |
| 45 | О-51 | ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИМПУЛЬСНЫЙ (С БЛОКОМ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ) | ДИ-03 | — | 22 | 127/220 | 1 | 0.5 | ТУ 64-1-1156-76; НАУЧНО-ПРОИЗВ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ МЕД АППАРАТУРЫ „РЭМА" |
| 46 | О-51А | ДЕФИБРИЛЛЯТОР | — | 425×335×250 | 22 | — | — | — | ——— |
| 47 | О-51б | БЛОК ПИТАНИЯ | БП-03 | 355×180×245 | 12 | — | — | — | ——— |
| 48 | О-87 | АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА | НАРКОН-П | 405×355×440 | 16 | — | — | — | ТУ 64-1-2706-75; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРАСНОГВАРДЕЕЦ |
| 49 | О-88 | АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПРЕРЫВИСТОГО ПОТОКА | НАПП-2 | 486×593×960 | 40 | — | — | — | ТУ 64-1-1031-79; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПРОИЗВ ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРАСНОГВАРДЕЕЦ" |
| 50 | О-107 | АППАРАТ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ РУЧНОЙ С ОТСАСЫВАТЕЛЕМ | АДР-1 | 385×145×300 | 4.5 | — | — | — | ТУ 64-1-1953-78; КОКЧЕТАВСКИЙ ЗАВОД КИСЛОРОДНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ |
| 51 | О-125 | ИНДИКАТОР СТАДИЙ НАРКОЗА ПЕРЕНОСНЫЙ | ИСНП-1 | 350×350×1752 | 32 | 220 | 1 | 0.02 | ТУ 64-1-1299-79; НАУЧНО-ПРОИЗВ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ МЕД. АППАРАТУРЫ „РЭМА" |
| 52 | О-428 | СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ | П-1 | 2000×500×850 | 36 | | | | ТУ 64-1-3021-78; КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДАППАРАТУРА |
| 53 | Р-2 | КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | „РЕНТГЕН-30" | — | 1870 | 220/380 | 3 | 85 (В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ), 4 (В ДЛИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ) | ТУ 25-06-1839-82; ЗАВОД „СЕВКАВРЕНТГЕН" |
| 54 | Р-2А | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | ——— |
| 55 | Р-2б | ГЕНЕРАТОР ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | ——— |
| 56 | Р-2В | ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | ——— |
| 57 | Р-2Г | СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ С КОЛОННОЙ ДЛЯ СНИМКОВ И ТОМОГРАФИИ | СШПСТ | 3500×1900×2850 | 900 | — | — | — | ——— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Р-2А | Стойка снимков | — | 590×760×2200 | 180 | — | — | — | ——— |
| 59 | Р-2Е | Ширма малая защитная | — | 1028×462×935 | 50 | — | — | — | ——— |
| 60 | Р-5 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный | 5Д-2 | L=1530 H=560 | 25 | 220 | 1 | 1.3 | ТУ 25-06.1925-79 завод „Актюбрентген" |
| 61 | Р-8 | Прибор для проявления флюрографических пленок | — | 900×589×945 | 100 | 220 | 1 | 0,22 | ТУ 64-1-3364-79; Киевское производственное объединение „Медаппаратура". |
| 62 | Р-9 | Аппарат рентгеновский для маммографии | АРС 50 МА | — | 475 | 380 | 3 | 10 | ТУ 25-06.2506-82 завод „Севкаврентген" |
| 63 | Р-9А | Устройство рентгеновское питающее | — | 580×340×2120 | — | — | — | — | ——— |
| 64 | Р-9Б | Штатив | — | 580×995×2120 | — | — | — | — | ——— |
| 65 | Р-11 | Баки для обработки рентгенограмм | БР-1 | — | 152 | 220 или 127 | 1 | 2 | ТУ 64-1-2470-82 Досчатинский завод медоборудования |
| 66 | Р-11А | Бак термостата | ——— | 745×800×915 | 106 | — | — | — | ——— |
| 67 | Р-11Б | Бак промывной | ——— | 688×450×860 | 47 | — | — | — | ——— |
| 68 | Р-13 | Негатоскоп | НШ-80 (НС-4) | 970×200×572 | 28 | 220 | 1 | 0.25 | ТУ 64-1-2732-82 Киевское производственное объединение „Медаппаратура |
| 69 | Р-14 | Негатоскоп общего назначения | Н-48 | 420×222×660 | 10 | 220 | 1 | 0.1 | ТУ 64-1-1196-79, Киевское производственное объединение „Медаппаратура |
| 70 | Р-16 | Фонарь неактиничный | ФН-2 | 355×200×340 | 4 | 127 220 | 1 | 0.025 | ТУ 64-1-655-81; Киевское производственное объединение „Медаппаратура |
| 71 | Р-17 | Рентгенокимограф | РКМ | ——— | 215 | 220 | 1 | 0,25 | ТУ 64-1-1387-79 Киевское производственное объединение „Медаппаратура". |
| 72 | Р-17А | Аппарат | — | 690×750×2080 | — | — | — | — | ——— |
| 73 | Р-17Б | Пульт управления | — | 450×408×848 | — | — | — | — | ——— |
| 74 | Р-27 | Ширма защитная для медицинских рентгеновских кабинетов большая | Б-40 | 1205×630×2040 | 100 | — | — | — | ТУ 64-1-1769-75 НПО „Медфизприбор" (г. Казань) |
| 75 | Р-30 | Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический | 2Ц-1193 | 675×550×1657 | 82 | 220 | 1 | 1.4 | ТУ 64-1-1867-80 Киевское производств. объединение „Медаппаратура" |
| 76 | Р-31 | Флюороскоп универсальный | ФУ | 330×230×310 | 3.5 | 127/ 220 | 1 | 0.04 | ТУ 3.3-1562-78; фондодержатель в/о „Союзмедтехника" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Р-37 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | 12Ф7К | 2750×955×2023 | 870 | 220/380 | 3 | 18 | ТУ 25-06-1869-78; завод „Актюбрентген" |
| 78 | Р-37А | Пульт управления | — | 700×440×1020 | 60 | — | — | — | — |
| 79 | Р-37Б | Кабина | — | 967×941×2023 | 430 | — | — | — | — |
| 80 | Р-37В | Генератор | — | 540×300×422 | 95 | — | — | — | — |
| 81 | Р-37Г | Камера флюорографическая | КФ-70Т | 1140×470×474 | 70 | — | — | — | — |
| 82 | Р-37А | Сетевой щиток | — | 308×150×435 | — | — | — | — | — |
| 83 | Р-38 | Томограф универсальный продольный | РПУ | 1300×600×865 | 2000 | 220/380 | 3 | 85(в кратковременном режиме) | ТУ 64-1-717-78; Киевское производственное объединение „Медаппаратура" |
| 84 | Р-38А | Пульт управления питающего устройства ПУР-3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 85 | Р-38Б | Генератор питающего устройства ПУР3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 86 | Р-38В | Шкаф низковольтный питающего устройства ПУР-3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 87 | Р-38Г | Томограф | — | 3470×1875×2440 | 1000 | — | — | — | — |
| 88 | Р-38А | Пульт управления №1 | — | 450×300×720 | 6 | — | — | — | — |
| 89 | Р-38Е | Пульт управления №2 | — | 450×300×720 | 6 | — | — | — | — |
| 90 | Р-38Ж | Стол приставной | — | 1300×35×1000 | 46 | — | — | — | — |
| 91 | Р-43 | Негатоскоп демонстрационный | НД-1 | 3280×815×1940 | 400 | 220 | 1 | 0,8 | ТУ 64-1-236-79; Киевское производственное объединение „Медаппаратура" |
| 92 | Р-44 | Установка для артерио- и венографии конечностей и области таза | РАВКТ | — | 1000 | 220 | 3 | 85(в кратковременном режиме) | ТУ 64-1-2766-78; Киевское производственное объединение „Медаппаратура" |
| 93 | Р-44А | Пульт управления питающего устройства ПУР3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 94 | Р-44Б | Генератор питающего устройства ПУР 3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 95 | Р-44В | Шкаф низковольтный питающего устройства ПУР3 | — | 600×600×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 96 | Р-44Г | Установка | — | 4000×1700×(3000–5000) | 60 | — | — | — | — |
| 97 | Р-44А | Стол | — | 2040×870×750 | 120 | — | — | — | — |
| 98 | Р-44Е | Штатив | — | 1220×1050×2740 | 145 | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Р-44Ж | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | — | 410×400×860 | 30 | — | — | — | — |
| 100 | Р-443 | ПРИСТАВКА ДЛЯ АНГИОГРАФИИ КОНЕЧНОСТЕЙ | — | 1370×750×680 | 78 | — | — | — | — |
| 101 | Р-47 | СТОЛ-КРЕСЛО ДЛЯ ПОЛИПОЗИЦИОННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ | — | 1800×565×1215 | 130 | 380 | 3 | 0.65 | ТУ 64-1-2579-79; ОДЕССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДЛАБОРТЕХНИКА" |
| 102 | Р-58 | СКАНИРУЮЩИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА | СРТ-1000 | — | — | — | — | — | КИЕВСКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ И АВТОМАТИКИ |
| 103 | Р-58А | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ, ДИСПЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО) | — | 1850×770×1420 | — | — | — | — | — |
| 104 | Р-58Б | ПИТАЮЩЕЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ УСТРОЙСТВО | — | 700×500×1200 | — | 380 | 3 | 4 кВА | |
| 105 | Р-58В | СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ | — | 500×200×200 | — | — | — | — | |
| 106 | Р-58Г | СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | — | 4000×2000×2000 | 2000 | — | — | — | — |
| 107 | Р-58Д | ШКАФ БАРАБАНА | — | 800×600×1000 | 100 | — | — | — | — |
| 108 | Р-58Е | СТОЛ ПАЦИЕНТА | — | 2000×1200×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 109 | Р-58Ж | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ | — | 800×600 | — | — | — | — | — |
| 110 | Р-58З | ДИСПЛЕЙ ПОЛУТОНОВЫЙ | — | 600×800×600 | — | — | — | — | — |
| 111 | Р-58И | СИСТЕМА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | — | 600×600×700 | 150 | — | — | — | — |
| 112 | Р-58К | МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ВОДЯНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | — | 500×250×500 | — | — | — | — | — |
| 113 | Р-58Л | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | — | 800×800×1000 | — | — | — | — | — |
| 114 | Р-58М | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | — | (600×850×1600) 4 | — | 220 | 1 | 11 кВА | — |
| 115 | Р-58Н | ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | — | 1000×800×1000 | — | — | — | — | — |
| 116 | Р-58О | КОРЗИНА | — | 800×400×800 | — | — | — | — | — |
| 117 | Р-58П | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ПРОГРАММ | — | 600×650×1200 | — | — | — | — | — |
| 118 | Р-58Р | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ПЕРФОЛЕНТЫ | — | 600×650×1200 | — | — | — | — | — |
| 119 | Р-60 | КАССЕТНИЦА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАССЕТ С РЕНТГЕНОВСКИМИ ПЛЕНКАМИ | КККРН | 675×387×750 | 25 | — | — | — | ТУ 64-1-1167-79; КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДАППАРАТУРА" |
| 120 | Р-62 | ТОМОГРАФ ПАНОРАМНЫЙ | ТП-1 | — | 250 | 380 ИЛИ 220 | 3 | 6 | ТУ 64-1-3004-77; МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД „ТЕХНОЛОГ" |
| 121 | Р-62А | АППАРАТ | — | 1180×930×1998 | — | — | — | — | — |
| 122 | Р-62Б | ЭЛЕКТРОШКАФ | — | 360×250×1205 | — | — | — | — | — |
| 123 | Р-62В | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | — | 494×450×905 | 60 | — | — | — | — |
| 124 | Р-67 | КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | РУМ-20 ИСП. СР-312 | — | 2800 | 220/380 | 3 | 85 (в кратковременном режиме) 4 (в длительном режиме) | ТУ 25-06-908-76; ЗАВОД „МОСРЕНТГЕН" |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Р-67А | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 126 | Р-67Б | ГЕНЕРАТОР ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 700×500×100 | 300 | — | — | — | — |
| 127 | Р-67В | ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 128 | Р-67Г | СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-1 (БЕЗ РЕШЕТКИ) | ПСШ-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |
| 129 | Р-67Д | ШТАТИВ СНИМКОВ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-2 | ШД-НП | 1100×1500×2900 | 250 | — | — | — | — |
| 130 | Р-67Е | СТОЛ СНИМКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | СД-Н | 2000×720×800 | 80 | — | — | — | — |
| 131 | Р-67Ж | СТОЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СНИМКОВ | СС-НС-1 | 590×760×2200 | 100 | — | — | — | — |
| 132 | Р-67З | ПРИВОД ПРИСТАВКИ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ ПТ-Г | — | 200×400×2500 | 45 | — | — | — | — |
| 133 | Р-67И | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ ПТ-Г | — | 200×250×300 | 5 | — | — | — | — |
| 134 | Р-67К | ШИРМА ЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ | — | 1020×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 135 | Р-69 | КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | РУМ-20; ИСП. С-110 | — | 1600 | 220/380 | 3 | 85 (В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ); 4 (В ДЛИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ) | ТУ 25-06-906-76; „ЗАВОД „МОСРЕНТГЕН" |
| 136 | Р-69А | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 137 | Р-69Б | ГЕНЕРАТОР ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 138 | Р-69В | ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 139 | Р-69Г | СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-1 (БЕЗ РЕШЕТКИ) | ПСЩ-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |
| 140 | Р-69Ж | ШИРМА ЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ | — | 1028×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 141 | Р-71 | КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | РУМ-20; ИСП. Г-202 | — | 1900 | 220/380 | 3 | 85 (В КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ) | ТУ 25-06, 908-76; „ЗАВОД „МОСРЕНТГЕН" |
| 142 | Р-71А | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 900×700×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 143 | Р-71Б | ГЕНЕРАТОР ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 144 | Р-71В | ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУР-3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Р-71А | Штатив снимков с излучателем РИД-2 | ШО-НП | 1100×1500×2900 | 250 | — | — | — | — |
| 146 | Р-71Е | Стол снимков горизонтальный | СО-Н | 2000×720×800 | 180 | — | — | — | — |
| 147 | Р-71Ж | Стойка для вертикальных снимков | СС-НС-1 | 590×760×2200 | 180 | — | — | — | — |
| 148 | Р-713 | Привод приставки для томографии ПТ-Г | — | 200×400×2500 | 45 | — | — | — | — |
| 149 | Р-71И | Пульт управления приставки для томографий | ПТ-Т | 200×250×300 | 5 | — | — | — | — |
| 150 | Р-74 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20 СГ-312 П2. | | 3300 | 220 380 | 3 | 85 (в кратковременном режиме) 4 (в длительном режиме) | ТУ 25-06 1876-78; „МОСРЕНТГЕН" ЗАВОД |
| 151 | Р-74А | Ульт управления питающего устройства ПУР-3 | — | 900×700×1000 | 200 | — | — | — | — |
| 152 | Р-74Б | Генератор питающего устройства ПУР-3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 153 | Р-74В | Шкаф низковольтный питающего устройства ПУР-3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 154 | Р-74Г | Стол-штатив поворотный с излучателем РИД-1 (без решетки) | ПСШ-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |
| 155 | Р-74Д | Штатив снимков с излучателем РИД-2 | ШД-НП | 1100×1500×2900 | 250 | — | — | — | — |
| 156 | Р-74Е | Стол снимков горизонтальный | СД-Н | 2000×720×800 | 80 | — | — | — | — |
| 157 | Р-74Ж | Стойка для вертикальных снимков | СС-НС-1 | 590×760×2200 | 180 | — | — | — | — |
| 158 | Р-743 | Привод приставки для томографии ПТ-Г | — | 200×400×2500 | 45 | — | — | — | — |
| 159 | Р-74И | Пульт управления приставки для томографии ПТ-Г | — | 200×250×300 | 5 | — | — | — | — |
| 160 | Р-74К | Ширма защитная малая | — | 1028×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 161 | Р-74Л | Усилитель рентгеновского изображения | ОЕГА-20Х | 380×380×1100 | 35.0 | — | — | — | — |
| 162 | Р-74М | Устройство видеоконтрольное | — | 460×491×410 | 37.0 | — | — | — | — |
| 163 | Р-74Н | Устройство видеоконтрольное | — | 422×240×272 | 18.0 | — | — | — | — |
| 164 | Р-740 | Уравновешиватель (без направляющей) | — | 400×570×1230 | 50.0 | — | — | — | — |
| 165 | Р-74П | Подвеска видеоконтрольного устройства | — | 458×595×3140 | 53.0 | — | — | — | — |
| 166 | Р-74Р | Направляющая | — | 58×305×3140 | 39.4 | — | — | — | — |
| 167 | Р-74С | Шкаф | — | 580×340×2120 | 185.0 | — | — | — | — |
| 168 | Р-75 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20 С-110П2 | | | 220/380 | 3 | 85 (в кратковременном режиме) 4 (в длительном режиме) | ТУ 25-06-1876-78; ЗАВОД „МОСРЕНТГЕН" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Р-75А | Пульт управления питающего устройства | — | 900×700×1000 | 200 | — | — | — | — |
| 170 | Р-75Б | Генератор питающего устройства ПУР-3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 171 | Р-75В | Шкаф низковольтный питающего устройства | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 172 | Р-75Г | Стол-штатив поворотный с излучателем РИД-1 (без решетки) | ПСШ-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |
| 173 | Р-75К | Ширма защитная малая | — | 1028×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 174 | Р-75Л | Усилитель рентгеновского изображения | Вега-20Х | 380×380×1100 | 35.0 | — | — | — | — |
| 175 | Р-75М | Устройство видеоконтрольное | — | 460×491×410 | 37.0 | — | — | — | — |
| 176 | Р-75Н | Устройство видеоконтрольное | — | 422×240×272 | 18.0 | — | — | — | — |
| 177 | Р-75О | Уравновешиватель (без направляющей) | — | 400×570×1230 | 50.0 | — | — | — | — |
| 178 | Р-75П | Подвеска видеоконтрольного устройства | — | 458×595×3140 | 53.0 | — | — | — | — |
| 179 | Р-75Р | Направляющая | — | 58×305×3140 | 39.4 | — | — | — | — |
| 180 | Р-75С | Шкаф | — | 580×340×2120 | 185.0 | — | — | — | — |
| 181 | Р-80 | Стол рентгеноурологический | 2М70 | — | 950 | 380 | 1 | 85 (в кратковременном режиме) | ТУ 64-1-1964-76; Волгоградский завод медоборудования им. Сакко и Ванцетти |
| 182 | Р-80А | Пульт управления питающего устройства ПУР3 | — | 900×100×1000 | 220 | — | — | — | — |
| 183 | Р-80Б | Генератор питающего устройства ПУР3 | — | 700×500×1000 | 300 | — | — | — | — |
| 184 | Р-80В | Шкаф низковольтный питающего устройства ПУР3 | — | 600×500×2000 | 200 | — | — | — | — |
| 185 | Р-80Г | Стол | — | 2050×1090×1420 | 400 | — | — | — | — |
| 186 | Р-80Д | Универсальный штатив с колонной | — | 2592×1430×2137 | — | — | — | — | — |
| 187 | Р-87 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20М СГ-312 | — | 2800 | 220/380 | 3 | 85 (в кратковрем. режиме), 10 (в дительном режиме | ТУ 25-06,1821-78; завод „Мосрентген" |
| 188 | Р-87А | Пульт управления питающего устройства УРП-125/800 | — | 770×420×850 | 52 | — | — | — | — |
| 189 | Р-87Б | Генератор питающего устройства УРП-125/800 | — | 670×485×833 | 277 | — | — | — | — |
| 190 | Р-87Б1 | Блок силовой, питающего устройства УРП-125/800 | — | 900×425×1057 | 228 | — | — | — | — |
| 191 | Р-87В | Стойка низковольтная питающего устройства УРП 125/800 | — | 580×340×2120 | 220 | — | — | — | — |
| 192 | Р-87Г | Стол-штатив поворотный с излучателем РИД-1 (без решетки) | ПШС-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Р-87Д | ШТАТИВ СНИМКОВ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-2 | ШД-НП | 1100×1500×2900 | 250 | | | | — |
| 194 | Р-87Е | СТОЛ СНИМКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | СД-Н | 2000×720×800 | 80 | | | | — |
| 195 | Р-87Ж | СТОЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СНИМКОВ | СС-НС-1 | 590×760×2200 | 180 | | | | — |
| 196 | Р-873 | ПРИВОД ПРИСТАВКИ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ | ПТ-Г | 200×400×2500 | 45 | — | — | — | — |
| 197 | Р-87И | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСТАВОК ДЛЯ ТОМОГРАФИИ ПТ-Г | — | 200×250×300 | 5 | — | — | — | — |
| 198 | Р-87К | ШИРМА ЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ | — | 1028×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 199 | Р-94 | КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | РУМ-20М СГ-312П | — | 3300 | 220/380 | 3 | 85 (В КРАТКОВРЕМЕН. РЕЖИМЕ); 4 (В ДЛИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ) | ТУ 25-06,1821-78; ЗАВОД „МОСРЕНТГЕН" |
| 200 | Р-94А | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УРП-125/800 | — | 770×420×850 | 32 | — | — | — | — |
| 201 | Р-94Б | ГЕНЕРАТОР ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УРП-125/800 | — | 670×485×833 | 277 | — | — | — | — |
| 202 | Р-94Б1 | БЛОК СИЛОВОЙ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УРП-125/800 | — | 900×425×1057 | 228 | — | — | — | — |
| 203 | Р-94В | СТОЙКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УРП 125/800 | — | 580×340×2120 | 220 | — | — | — | — |
| 204 | Р-94Г | СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-1 (БЕЗ РЕШЕТКИ) | ПШС-3-1 | 1300×1600×2600 | 700 | — | — | — | — |
| 205 | Р-94Д | ШТАТИВ СНИМКОВ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ РИД-2 | ШД-НП | 1100×1500×2900 | 250 | — | — | — | — |
| 206 | Р-94Е | СТОЛ СНИМКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | СД-Н | 2000×720×800 | 80 | — | — | — | — |
| 207 | Р-94Ж | СТОЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СНИМКОВ | СС-НС-1 | 590×760×2200 | 180 | — | — | — | — |
| 208 | Р-943 | ПРИВОД ПРИСТАВКИ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ | ПТ-Г | 200×400×2500 | 45 | — | — | — | — |
| 209 | Р-94И | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ТОМОГРАФИИ ПТ-Г | — | 200×250×300 | 5 | — | — | — | — |
| 210 | Р-94К | ШИРМА ЗАЩИТНАЯ МАЛАЯ | — | 1028×462×935 | 30 | — | — | — | — |
| 211 | Р-94Л | УСИЛИТЕЛЬ ЯРКОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | УРИ-М | — | — | — | — | — | — |
| 212 | Р-94М | БЛОК ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ | — | 578×360×355 | — | — | — | — | — |
| 213 | Р-94Н | СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ЯРКОСТИ „СТАБИЛИРЕНТ" | — | 566×518×1200 | — | — | — | — | — |
| 214 | Р-940 | УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | Р-94П | УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | — | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Р-105 | ЭЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | ЭРГА-02 | 1480×550×1353 | — | 220 ИЛИ 127 | 1 | 0.15 | ТУ 25-06-1806-76; ЗАВОД „СЕВКАВРЕНТГЕН". |
| 217 | Р-105А | БЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ | БТ | 414×473×443 | 30 | — | — | — | ——— |
| 218 | Р-105Б | БЛОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ | БЗ | 406×473×68 | 4.6 | — | — | — | ——— |
| 219 | Р-115 | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЛЕНТ В КАССЕТАХ | ШНЗ-2 | 1000×450×2000 | 130 | — | — | — | ТУ 7-15-95-80 ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ ЦНИПНАСС ГОССТРОЯ СССР |
| 220 | Р-215 | СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ | СБ2-16 | 1020×496×1992 | 52 | — | — | — | ТУ 43-РСФСР-672-75 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД „УРАЛЕЦ" |
| 221 | Р-410 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВЗВЕСИ | | 260×250×500 | 20 | 220 | 1 | 0.12 | ТУ 64-1-3047-78 КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕДАППАРАТУРА" |
| 222 | Р-664 | СТЕКЛО РЕНТГЕНОВСКОЕ ЗАЩИТНОЕ | ТФ-5 | 500×500×10 | — | — | — | — | ГОСТ 9541-75Е ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ В/О „СОЮЗМЕДТЕХНИКА" |
| 223 | С-18 | КРЕСЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | КСЭМ-03 | 1950×612×1620 | 125 | 220 | 1 | 0.75 | ТУ 64-1-3037-78; ОСТ 64-1-83-77; ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД МЕДОБОРУДОВАНИЯ ИМ. САККО И ВАНЦЕТТИ |
| 224 | Х-204 | ХОЛОДИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ „ЗИЛ" | КШ-260 (МОДЕЛЬ 63) | 590×650×1385 | 90 | 220 | 1 | 0,15 | ГОСТ 16317-76Е; АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЛИХАЧЕВА |
| 225 | Ц-6 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ | ОБН-150 | 1070×140×80 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | ТУ 64-1-1445-78 СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ „ЭМА" |
| 226 | Ц-11 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | ОБН-300 | 1070×160×155 | 11 | 220 | 1 | 0.2 | ТУ 64-1-1445-78 СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ „ЭМА" |
| 227 | Э-2 | СЛИВ БОЛЬНИЧНЫЙ ФАЯНСОВЫЙ (ВИДУАР) | СБ-1 | 500×450×480 | 20.4 | — | — | — | ТУ 21-РСФСР-327-75 КИРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОЙФАЯНСА |
| 228 | Э-24 | МОЙКА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ НА СТАЛЬНОМ ЭМАЛИРОВАННОМ ШКАФЧИКЕ | МЧ-2 | 800×600×850 | 69 | — | — | — | ГОСТ 7506-83; ГОСТ 18297-80 ВОРОШИЛОВГРАДСКИЙ ЭМАЛЬЗАВОД ИМ. АРТЕМА |
| 229 | Э-37 | РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С ОБЪЕМНОЙ СПИНКОЙ | РСТО-1 | 500×400×540 | 40 | — | — | — | ГОСТ 23695-79; ВОРОШИЛОВГРАДСКИЙ ЭМАЛЬЗАВОД ИМ. АРТЕМА ЛИПЕЦКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД |
| 230 | Э-46 | УМЫВАЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ | — | 650×590×190 | 18 | — | — | — | ТУ 21-РСФСР-328-75 ЛОБНЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙФАРФОРА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ |
| 231 | Э-101 | УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФАРФОРОВЫЙ СО СПИНКОЙ (ВТОРАЯ ВЕЛИЧИНА) | — | 550×420×150 | 11.1 | — | — | — | ГОСТ 23759-79; КИРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОЙФАЯНСА |
| 232 | Ю-47 | ШКАФ ДЛЯ СУШКИ ФОТО И КИНОПЛЕНОК | СШ-1-69 | 530×450×2200 | 56 | 220 | 1 | 0.75 | ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| 232 | Ю-122 | ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ | 2ШМО-2 | 450×650×1480 | 130 | — | — | — | ТО 205 РСФСР 1844-79 ТО 478-022-79 МОСКОВСКИЙ ЗАВОД МЕТХОЗИЗДЕЛИЙ |

## Вариант 1




## Вариант 2




## Экспликация помещений

1а 1 – процедурная кабинета исследований костно-суставной системы (с одним столом)
1г – комната управления диагностическим аппаратом
1е – кабина для приготовления бария
1ж – кабина для раздевания без кушетки
14 – фотолаборатория
17 – ксеролаборатория

Наименования и индексы мебели и оборудования даны на соответствующих габаритных схемах



1 0 1 2

Кабинет для исследований костно-суставной системы

Кабинет для исследований органов пищеварения




Кабинет для исследований костно-суставной системы

Кабинет для общих исследований




Экспликация помещений

1а1 – Процедурная кабинета исследований костно-суставной системы (с одним столом)

1а2 – Процедурная кабинета исследований органов пищеварения (с одним столом)

1в – Процедурная кабинета общих исследований

1г – Комната управления диагностическим аппаратом

1ж – Кабина для раздевания без кушетки

1з – Кабина для раздевания с кушеткой

1и – Уборная

14 – Фотолаборатория



2 4 6 8

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 1 КАБИНЕТ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ




## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 1 КАБИНЕТ С КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врача
1. Е. Кабина для приготовления бария
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория
7. Ожидальная
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгенопленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала и кладовая запасных частей
17. Ксеролаборатория
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения



## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 1 КАБИНЕТ С КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ И КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ




## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 1 КАБИНЕТ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1.В. Процедурная рентгенодиагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1.Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1.Д. Кабинет врача
1.Е. Кабина для приготовления бария
1.З. Кабина для раздевания с кушеткой
1.И. Уборная
3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
а) процедурная
б) фотолаборатория
7. Ожидальная
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгенопленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала и кладовая запасных частей
17. Ксеролаборатория
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения

2 0 2 4 6 8

# РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 3 КАБИНЕТА С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1.А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом

1.А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом

1.В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения

1.Г. Комната управления диагностическим аппаратом

1.Д. Кабинет врачей

1.Е. Кабина для приготовления бария

1.Ж. Кабина для раздевания без кушетки

1.З. Кабина для раздевания с кушеткой

1.И Уборная

3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория

7. Ожидальная

8. Кабинет заведующего

10. Кладовая запасных частей

11. Кладовая предметов уборки

12. Помещение временного хранения рентгенопленки

13. Уборная

14. Фотолаборатория

15. Комната персонала

17. Ксеролаборатория

22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения

2 0 2 4 6 8

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 3 КАБИНЕТА С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1. А.Ч. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врачей
1. Е. Кабина для приготовления бария
1. Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгено-пленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
17. Ксеролаборатория
21. Рентгеномаммографический кабинет:
    а) процедурная
    б) процедурная спецметодик
    в) кабинет врача
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения



2 0 2 4 6 8

# РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 3 КАБИНЕТА С КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1. А.Ч. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врачей
1. Е. Кабина для приготовления бария
1. Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгено-пленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения

2 0 2 4 6 8

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 3 КАБИНЕТА С РЕНТГЕНОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1. А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врачей
1. Е Кабина для приготовления бария
1. Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгено-пленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
20. Рентгеностоматологический кабинет:
    а) процедурная
    б) комната управления
    в) фотолаборатория
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения



2 0 2 4 6 8

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 6 КАБИНЕТОВ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1. А.2. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов пищеварения с одним столом
1. А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врачей
1. Е. Кабина для приготовления бария
1. Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория
5. Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) слив
6. Кабинет артерио- и венографии.
   а) процедурная
   б) предоперационная-подготовительная
   в) комната управления аппаратом
   г) комната просмотра снимков
   д) фотолаборатория
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгенопленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
16. Комната личной гигиены персонала
17. Ксеролаборатория



## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 6 КАБИНЕТОВ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1.А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно- суставной системы с одним столом

1.А.2. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов пищеварения с одним столом

1.А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом

1.В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения

1.Г. Комната управления диагностическим аппаратом

1.Д. Кабинет врачей

1.Е. Кабина для приготовления бария

1.Ж. Кабина для раздевания без кушетки

1.З. Кабина для раздевания с кушеткой

1.И. Уборная

5. Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом:
- а) процедурная
- б) комната управления аппаратом
- в) слив

6. Кабинет артерио - и венографии:
- а) процедурная
- б) предоперационная-подготовительная
- в) комната управления аппаратом
- г) комната просмотра снимков
- д) фотолаборатория

7. Ожидальная

8. Кабинет заведующего

10. Кладовая запасных частей

11. Кладовая предметов уборки

12. Помещение временного хранения рентгенопленки

13. Уборная

14. Фотолаборатория

15. Комната персонала

16. Комната личной гигиены персонала

17. Ксеролаборатория

21. Рентгеномаммографический кабинет
- а) процедурная
- б) процедурная спецметодик
- в) кабинет врача

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 6 КАБИНЕТОВ С КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




### ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1.А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом

1.А.2. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов пищеварения с одним столом

1.А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом

1.В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для обших исследозаний с двумя столами и усилителем изображения

1.Г. Комната управления диагностическим аппаратом

1.Д. Кабинет врачей

1.Е. Кабина для приготовления бария

1.Ж. Кабина для раздевания без кушетки

1.З. Кабина для раздевания с кушеткой

1.И. Уборная

3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория

5. Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) слив

6. Кабинет артерио- и венографии:
   а) процедурная
   б) предоперационная-подготовительная
   в) комната управления аппаратом
   г) комната просмотра снимков
   д) фотолаборатория

7 Ожидальная

8. Кабинет заведующего

10. Кладовая запасных частей

11. Кладовая предметов уборки

12. Помещение временного хранения рентгенопленки

13. Уборная

14. Фотолаборатория

15. Комната персонала

16. Комната личной гигиены персонала

22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения



## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 6 КАБИНЕТОВ С РЕНТГЕНОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ




## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1. А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1. А.2. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов пищеварения с одним столом
1. А.4. Процедурная рентгенодиагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1. В. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображения
1. Г. Комната управления диагностическим аппаратом
1. Д. Кабинет врачей
1. Е. Кабина для приготовления бария
1. Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1. З. Кабина для раздевания с кушеткой
1. И. Уборная
5. Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) слив
6. Кабинет артерио- и венографии:
   а) процедурная
   б) предоперационная-подготовительная
   в) комната управления аппаратом
   г) комната просмотра снимков
   д) фотолаборатория
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгенопленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
16. Комната личной гигиены персонала
17. Ксеролаборатория
20. Рентгеностоматологический кабинет
    а) процедурная
    б) комната управления
    в) фотолаборатория
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения

2 0 2 4 6 8

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 9 КАБИНЕТОВ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ

### ВАРИАНТ 1







Примечание: Экспликацию помещений см. - стр. 75

# РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 9 КАБИНЕТОВ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ
## ВАРИАНТ II










Примечание: Экспликацию помещений см. - стр. 75

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 9 КАБИНЕТОВ С КСЕРОЛАБОРАТОРИЕЙ И РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ




Примечание: Экспликацию помещений см.-стр. 75

# РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 9 КАБИНЕТОВ С КАБИНЕТОМ ДЛЯ СНИМКОВ ЗУБОВ




Примечание: Экспликацию помещений см.-стр. 75

## РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 9 КАБИНЕТОВ С РЕНТГЕНОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ







Примечание: Экспликацию помещений см. - стр. 75

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1.А.1. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований костно-суставной системы с одним столом
1.А.2. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов пищеварения с одним столом
1.А.3. Процедурная кабинета томографии
1.А.4. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для исследований органов грудной клетки с одним столом
1.Б. Процедурная рентгено-диагностического кабинета для общих исследований с двумя столами и усилителем изображений
1.Г. Комната управления аппаратом
1.Д. Кабинет врачей
1.Е. Кабина для приготовления бария
1.Ж. Кабина для раздевания без кушетки
1.З. Кабина для раздевания с кушеткой
1.И. Уборная
3. Кабинет для рентгеновских снимков зубов:
   а) процедурная
   б) фотолаборатория
4. Кабинет рентгенобронхологический:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) наркозная
5. Кабинет цистоскопии с рентгено-урологическим столом:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) слив
7. Ожидальная
8. Кабинет заведующего
10. Кладовая запасных частей
11. Кладовая предметов уборки
12. Помещение временного хранения рентгенопленки
13. Уборная
14. Фотолаборатория
15. Комната персонала
16. Комната личной гигиены персонала
17. Ксеролаборатория
18* Кабинет ангиокардиографии:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) фотолаборатория
   г) комната просмотра снимков
   д) стерилизационная
   е) предоперационная
   ж) комната пребывания больных после исследований
19.* Кабинет вычислительной томографии:
   а) процедурная
   б) комната управления аппаратом
   в) компьютерная
   г) просмотровая
   д) генераторная
   е) подготовительная
   ж) кабинет врача
20.* Рентгеностоматологический кабинет
   а) процедурная
   б) комната управления
   в) фотолаборатория
21.* Рентгеномаммографический кабинет
   а) процедурная
   б) процедурная спецметодик
   в) кабинет врача
22. Помещение инженерного и хозяйственного назначения

---

* См. примечание на стр. 33;41;43,44

КАРТА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

| Наименование помещений | Виды покрытий: Полы | | | | Стены | | Потолки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Электроизоляционное (паркет, линолеум, по деревянному основанию) | Антистатическое, водостойкое, водонепроницаемое (керамическая плитка, мозаика*) | Водостойкое, водонепроницаемое (керамическая плитка и др.) | Моющееся гладкое без впадин и выступов (линолеум и др.) | Водоотталкивающее, моющееся (глазурованная плитка) | Моющееся (масляная, водоэмульсионная покраска) | Моющееся (масляная, водоэмульсионная покраска) | Немоющееся (клеевая покраска, известковая побелка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рентгенодиагностический кабинет | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |
| Комната управления диагностическим аппаратом | + | | | | | + | | + |
| Кабинет врача | | | | + | | + | | + |
| Кабина для приготовления бария | | | | + | Н = 1,6 м. | + | | + |
| Кабина для раздевания | | | | + | | + | | + |
| Флюорографический кабинет | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |
| Раздевальная | | | | + | | + | | + |
| Кабинет для рентгеновских снимков зубов | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |
| Фотолаборатория | | | + | | Н = 1,6 м | + | | + |
| Кабинет рентгенобронхологический | | | | | | | | |
| Процедурная | | + | | | + | | + | |
| Наркозная | | + | | | Н = 2,5 м | + | | |
| Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом | | | | | | | | |
| Процедурная | | + | | | + | | + | |
| Кабинет артерио- и венографии | | | | | | | | |
| Процедурная | | + | | | + | | + | |
| Предоперационная-подготовительная | | | + | | Н = 2,5 м | + | + | |
| Комната просмотра снимков | | | | + | | + | | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет ангиокардиографии | | | | | | | | |
| Процедурная (операционная) | | + | | | + | | + | |
| Стерилизационная | | | + | | + | | + | |
| Комната временного пребывания больного после исследования | | + | | | + | | + | |
| Кабинет вычислительной томографии | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |
| Компьютерная | | | | + *) | | + | | + |
| Просмотровая | | | | + | | + | | + |
| Кладовая запасных частей | | | | + | | + | | + |
| Помещения временного хранения рентгенопленки | | | + | | | Известковая побелка | | + |
| Ксеролаборатория | | | + | | + | | + | |
| Рентгеномаммографический кабинет | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |
| Процедурная спецметодик | | | + | | Н=2,5м | + | + | |
| Кабинет панорамной томографии | | | | | | | | |
| Процедурная | + | | | | | + | | + |

В местах установки сантехнических приборов отделка выполняется в соответствии с п. 3.24 СНиП П-69-78. Знак "+" указывает на применение данного вида покрытий по всей поверхности ограждения или выше отметки, обозначенной знаком "Н", до которой применяется покрытие, соответствующее месту знака "Н" в таблице.

*) С устройством для отвода статического электричества.

Облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за исключением зданий V степени огнестойкости), а также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов из сгораемых материалов не допускается.

# СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|---|
| Введение | 3 |
| Основные требования к проектированию | 5 |
| Схема взаимосвязи помещений | 11 |
| Габаритные схемы | |
| Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с 2-мя столами-штативами (аппарат РУМ 20-СГ312) | 12 |
| Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с двумя столами-штативами (аппарат РУМ-20М-СГ312) | 14 |
| Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с 2-мя столами-штативами (аппарат РУМ 20-СГ312П2) | 16 |
| Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с 2-мя столами-штативами (аппарат РУМ 20М-СГ312П2) | 18 |
| Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований с одним столом-штативом (аппарат Рентген-30) | 20 |
| Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов пищеварения (аппарат РУМ 20-С110) | 22 |
| Рентгенодиагностический кабинет для исследований органов пищеварения аппарат РУМ-20-С110П2 | 24 |
| Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы | 26 |
| Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы с фото-и ксеролабораториями | 27 |
| Вариант I | |
| Рентгенодиагностический кабинет для исследований костно-суставной системы с фото-и ксеролабораториями | 29 |
| Вариант II | |
| Рентгенодиагностический кабинет дляТомографии | 31 |
| Флюорографический кабинет | 32 |
| Рентгеностоматологические кабинеты | 33 |
| Кабинет рентгенобронхологический | 35 |
| Кабинет цистоскопии с рентгеноурологическим столом | 37 |
| Кабинет артерио-и венографии | 39 |
| Кабинет ангиокардиографии | 41 |
| Кабинет вычислительной томографии | 43 |
| Рентгеномаммографический кабинет | 44 |
| Кабинет врача | 43,44 |
| Кабина для приготовления бария | 45 |
| Кладовая запасных частей. Помещение временного хранения рентгенопленки | 45 |
| Комната просмотра снимков | 39,41 |
| Фотолаборатория | 12-44 |
| Номенклатура оборудования | 46 |
| Варианты компоновки кабинетов | 58 |
| Примеры планировки | |
| Рентгеновское отделение на 1 кабинет | 60 |
| Рентгеновское отделение на 3 кабинета | 62 |
| Рентгеновское отделение на 6 кабинетов | 66 |
| Рентгеновское отделение на 9 кабинетов | 70 |
| Карта отделочных работ | 76 |


gost.e-ecolog.ru