Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
(Госстандарт России)

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
( В Н И И М С )

**Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я**
**Государственная система обеспечения единства измерений**

# ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**МИ 2322-99**

МОСКВА
1999

gost.e-ecolog.ru

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**РАЗРАБОТАНА** Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта России ( В Н И И М С )

**ПРИНЯТА** Научно-технической комиссией Госстандарта по метрологии и измерительной техники 19 января 1999 года, протокол №1.

**УТВЕРЖДЕНА** ВНИИМС 19 января 1999 года.

Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
(Госстандарт России)

Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
( В Н И И М С )

**Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я**
**Государственная система обеспечения единства измерений**

# ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**МИ 2322-99**

МОСКВА
1999

## СОДЕРЖАНИЕ


| Код | Вид измерений | Стр. |
|---|---|---|
| 27 | Геометрические измерения | 3 |
| 28 | Механические измерения | 19 |
| 29 | Измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока | 26 |
| 30 | Измерения давления и вакуума | 32 |
| 31 | Физико-химические измерения | 34 |
| 32 | Температурные и теплофизические измерения | 38 |
| 33 | Измерения времени и частоты | 43 |
| 34 | Электрические измерения | 45 |
| 35 | Радиоэлектронные измерения | 54 |
| 36 | Виброакустические измерения | 61 |
| 37 | Оптические и оптико-физические измерения | 64 |
| 38 | Измерения параметров ионизирующих излучений | 68 |
| 39 | Средства измерений медицинского назначения | 72 |

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

МИ 2322-99

# Типовые нормы времени на поверку средств измерений

Настоящая рекомендация определяет типовые нормы времени на поверку средств измерений, категории сложности поверки, необходимое количество поверителей.

Рекомендация предназначена для использования при построении прейскурантов ЦСМ на поверочные работы, при оценке объемов выполненных работ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Норма времени** - продолжительность поверки в часа, определяемая независимо от числа занятых поверителей. Доли часа указаны десятичной дробью.

**Типовая норма времени** - показатель, определяемый как среднее статистическое значение из соответствующих норм времени, устанавливаемых органами государственной метрологической службы и метрологическими службами, аккредитованными на право поверки средств измерений.

**Число поверителей** - значение показателя определяют в соответствии с документами на методику поверки.

**Категория сложности** - показатель, устанавливаемый организациями, осуществляющими поверку средств измерений, определяющий минимальную квалификацию поверителя, достаточную для выполнения поверки. Числовые значения показателя рекомендуется устанавливать в соответствии с таблицей 1.

В настоящей рекомендации указаны средние значения показателя, определенные по представительной выборке материалов органов государственной метрологической службы.

Таблица 1

| Минимальная квалификация поверителя, достаточная для выполнения поверочной работы | Обозначение категории сложности поверочной работы |
|---|---|
| Техник | 4 |
| Старший техник | 3 |
| Инженер | 2 |
| Старший инженер | 1 |

Примечание 1.

При назначении категории сложности поверочной работы рекомендуется учитывать следующие особенности поверочной работы:

- сложность измерительной схемы при поверке - количество элементов схемы, наличие специальных требований к их установке, настройке, устранению взаимных влияний и т.п.;
- сложность рабочего поля поверителя - количество одновременно контролируемых отсчетных устройств, точность и сложность отсчета показаний, количество одновременно используемых органов управления;
- сложность процесса поверки, вызываемая необходимостью изменять процесс в зависимости от промежуточных результатов, необходимостью контролировать и регулировать параметры процесса, необходимостью синхронизировать составляющие процесса и т.п.;
- напряженность внимания из-за принудительно высокого или наоборот замедленного темпа работы, из-за наличия помех, неустойчивости показаний средств измерений и т.п.;
- уровень опасности работы с измерительной схемой, поверяемым средством измерений или поверочной установкой;
- сложность обработки результатов измерений при поверке.

Примечание 2:

В графе "НД на методику поверки" приведены ссылки только на нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

В частности не приведены ссылки на методики, включенные разделами в эксплуатационную документацию на средство измерений; документы на методики поверки, представленные разработчиком в комплекте документов для утверждения типа средств измерений.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27А1730 | Автоколлиматоры АК-0,2 и т.п. | РД 50-434-83 | 4.40 | 3 | 1 |
| 27А1740 | Автоколлиматоры фотоэлектрические | РД 50-434-83 | 3.80 | 3 | 1 |
| 27Б0030 | Бабки измерительные ИБ-21 и т.п. | МИ 236-81 | 1.30 | 3 | 1 |
| 27Б0210 | Базисы для поверки светодальномеров | МИ 1996-89 | 27.00 | 2 | 1 |
| 27Б3220 | Биениемеры | ГОСТ 8.147-75 | 2.30 | 3 | 1 |
| 27Б4540 | Блоки уровенные УБ-1; УБ-2 | | 1.30 | 3 | 1 |
| 27Б4546 | Блоки уровенные электронные ЦД 0,1" | МИ 811-85 | 8.00 | 2 | 1 |
| 27Б4548 | Блоки уровенные электронные ЦД 0,5" | МИ 811-85 | 6.00 | 2 | 1 |
| 27Б4550 | Блоки уровенные электронные ЦД 1" и более | МИ 811-85 | 4.00 | 2 | 1 |
| 27Б5320 | *Боковички* | МИ 2066-90 | 0.19 | 3 | 1 |
| 27Б6820 | Бруски контрольные 150..500 мм | ГОСТ 8.345-79 | 2.40 | 3 | 1 |
| 27Б8740 | Буссоли геодезические БГ-1; БШ-1; ОБК | МИ 1815-87; МИ 1816-87; МИ 1817-87 | 1.50 | 3 | 1 |
| 27В0440 | Валики цилиндрические контрольные | ГОСТ 8.051-81; РД 50-98-86 | 2.30 | 3 | 1 |
| 27В3240 | Визиры лазерные ЛВ5М | | 16.00 | 3 | 2 |
| 27В3430 | Вилки и скобы лесные | Инстр. 92-55; Инстр. 91-55 | 0.07 | 4 | 1 |
| 27В7730 | Вставки к резьбовым микрометрам | МИ 2077-90 | 0.26 | 3 | 1 |
| 27Г3640 | Гирокомпасы | ГКИНП 17-199-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Г4830 | Глубиномеры индикаторные | МИ 2006-89 | 0.44 | 4 | 1 |
| 27Г4840 | Глубиномеры микрометрические КТ 2 до 100 мм | МИ 2018-89 | 0.45 | 4 | 1 |
| 27Г5430 | Головки оптические делительные ЦД 5"; 10" | ГОСТ 8.046-85 | 3.90 | 2 | 1 |
| 27Г5431 | Головки оптические делительные ЦД 20" ОДГ-60 | ГОСТ 8.046-85 | 2.60 | 2 | 1 |
| 27Г5480 | Головки рычажно-зубчатые ИГ ЦД 0,001; 0,002 мм | МИ 2195-92 | 0.90 | 3 | 1 |
| 27Г5530 | Гониометры ГС-1Л 0..360 градус | ГОСТ 8.266-77 | 16.00 | 1 | 1 |
| 27Г5540 | Гониометры ГС-1М; ГС-2 | ГОСТ 8.266-77 | 11.40 | 2 | 1 |
| 27Г5550 | Гониометры ГС-5 | ГОСТ 8.266-77 | 8.80 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Д2810 | Дефектоскопы вихретоковые ВД-23; ВД-80К; ВД-30К | МИ 733-85; МИ 418-83 | 9.90 | 2 | 1 |
| 27Д2830 | Дефектоскопы электростатические | | 22.50 | 1 | 1 |
| 27Д2840 | Дефектоскопы магнитные МД-40К; МД-42К | ГОСТ 8.283-78 | 10.90 | 2 | 1 |
| 27Д2860 | Дефектоскопы рентгеновские импульсные | | 4.00 | 1 | 1 |
| 27Д2880 | Дефектоскопы ультразвуковые с комплектом преобразователей | МИ 436-84; МИ 571-84; МИ 1268-86 | 14.80 | 2 | 1 |
| 27Д2890 | Дефектоскопы импедансные акустические АД-40М; АД-60 | | 11.20 | 2 | 1 |
| 27Д3430 | Дилатометры ДКВ-5 | МИ 294-83 | 40.00 | 1 | 1 |
| 27Д4330 | Длиномеры оптические вертикальные ДВО; ДВЭ | ГОСТ 8.114-74 | 1.60 | 1 | 1 |
| 27Д4335 | Длиномеры оптические вертикальные ИЗВ-5; ИЗВ-6 | МИ 316-83 | 4.50 | 3 | 1 |
| 27Д4350 | Длиномеры оптические горизонтальные ИЗГ-5; ИЗГ-6 | ГОСТ 12441-66 | 6.00 | 3 | 1 |
| 27Д4360 | Длиномеры оптические горизонтальные ДГЭ | МУ 341 | 2.30 | 3 | 1 |
| 27Ж2201 | Жезлы геодезические 1 разряда до 1 м | МИ 1987-89 | 80.00 | 2 | 2 |
| 27Ж2202 | Жезлы геодезические 2 разряда до 1 м | МИ 1987-89 | 60.00 | 2 | 2 |
| 27Ж2203 | Жезлы геодезические 3 разряда до 1 м | МИ 1987-89 | 40.00 | 2 | 2 |
| 2732540 | Зенит-лоты | | 7.00 | 3 | 1 |
| 2738040 | Зубомеры оптические и индикаторные | МИ 181-79 | 0.58 | 3 | 1 |
| 2738060 | Зубомеры смещения | | 2.10 | 3 | 1 |
| 27И2160 | Измерители деформации клейковины ИДК-1; ИДК-2; ИДК-3; ИДК-4 | | 3.80 | 3 | 1 |
| 27И3240 | Измерители защитного слоя | МИ 369-83 | 5.80 | 1 | 1 |
| 27И5150 | Индикаторы многооборотные ЦД 0,001; 0,002 мм 1МИГ; 2МИГ | МИ 1876-88 | 1.10 | 3 | 1 |
| 27И5160 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ | МИ 1928-88 | 0.65 | 3 | 1 |
| 27И5175 | Индикаторы часового типа КТ 0 и 1 ИЧ-2; ИЧ-5; ИЧ-10 | МИ 2192-92 | 0.43 | 4 | 1 |
| 27И5180 | Индикаторы часового типа КТ 0 и 1 ИЧ-25; ИЧ-50 | МИ 694-85 | 0.76 | 4 | 1 |
| 27И5720 | Интерферометры контактные вертикальные ИКПВ | Инстр. 102-58 | 3.20 | 3 | 1 |
| 27И5730 | Интерферометры контактные горизонтальные ИКПГ | Инстр. 102-58 | 4.00 | 3 | 1 |
| 27И5750 | Интерферометры неплоскостности ИТ-100; ИТ-200; ИФ-77 | МИ 500-84; МИ 501-84 | 8.20 | 3 | 1 |
| 27И5762 | Интерферометры лазерные для линейных измерений | МИ 1214-86 | 40.00 | 2 | 1 |
| 27И5763 | Интерферометры ИПЛ (линейный канал до 1 м) | МИ 1214-86 | 60.00 | 1 | 2 |
| 27И5764 | Интерферометры ИПЛ (линейный канал до 24 м) | МИ 1214-86 | 150.00 | 1 | 2 |
| 27И5766 | Интерферометры лазерные для измерений неперпендикулярности | МИ 1214-86 | 32.00 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27И5770 | Интерферометры лазерные для измерений непрямолинейности | МИ 1214-86 | 40.00 | 2 | 1 |
| 27И5772 | Интерферометры ИПЛ (канал прямолинейности 1 м) | МИ 1214-86 | 60.00 | 1 | 2 |
| 27И5774 | Интерферометры ИПЛ (канал прямолинейности 24 м) | МИ 1214-86 | 150.00 | 1 | 2 |
| 27И5780 | Интерферометры лазерные для угловых измерений | МИ 1214-86 | 24.00 | 2 | 1 |
| 27И5782 | Интерферометры ИПЛ (угловой канал) | МИ 1214-86 | 40.00 | 1 | 2 |
| 27И5840 | Интроскопы рентгеновские | МИ 821-85 | 5.00 | 1 | 1 |
| 27И5860 | Интроскопы ультразвуковые УИ-70 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 27К0440 | Калибры гладкие до 50 мм и выше | ГОСТ 17320-71; МИ 1927-88; Инстр. 71-58 | 0.24 | 3 | 1 |
| 27К0480 | Калибры резьбовые до 50 мм и выше | МИ 1904-88 | 0.38 | 3 | 1 |
| 27К0640 | Каратомеры | | 2.00 | 3 | 1 |
| 27К0740 | Катетометры КМ-6; КМ-8; В-630 | МИ 1586-86 | 7.70 | 3 | 1 |
| 27К1040 | Квадранты оптические 0..360 градус КО-2; КО-10 | ГОСТ 8.393-80 | 3.30 | 3 | 1 |
| 27К1060 | Квадранты оптические 0..120 градус КО-60 | ГОСТ 8.393-80 | 2.30 | 3 | 1 |
| 27К3640 | Кипригели КА-2; КН | МИ 1966-89 | 15.00 | 2 | 2 |
| 27К4344 | Клинья оптические (1шт.) | | 8.00 | 1 | 1 |
| 27К5340 | Коллиматоры геодезические | РД 50-434-83 | 6.00 | 2 | 2 |
| 27К5440 | Колеса зубчатые измерительные мелкомодульные | ГОСТ 8.235-77 | 15.00 | 3 | 1 |
| 27К5462 | Колеса зубчатые измерительные модуль более 1 мм СТ 3 и выше | ГОСТ 8.235-77 | 23.60 | 3 | 1 |
| 27К5464 | Колеса зубчатые измерительные модуль более 1 мм СТ 4 | ГОСТ 8.235-77 | 18.00 | 3 | 1 |
| 27К5466 | Колеса зубчатые измерительные модуль более 1 мм СТ 5 | ГОСТ 8.235-77 | 11.00 | 3 | 1 |
| 27К5540 | Кольца к сферометру (1 шт.) | ГОСТ 8.089-73 | 3.50 | 2 | 1 |
| 27К5550 | Кольца 3 разряда | МИ 928-85 | 2.80 | 3 | 1 |
| 27К5552 | Кольца 4 разряда до 200 мм (1 шт.) | МИ 82-87 | 2.10 | 3 | 1 |
| 27К5562 | Кольца установочные КТ 4 и 5 до 10 мм | МИ 2106-90 | 0.95 | 3 | 1 |
| 27К5564 | Кольца установочные КТ 4 и 5 10..50 мм | МИ 2106-90 | 0.95 | 3 | 1 |
| 27К5566 | Кольца установочные КТ 4 и 5 50..100 мм | МИ 2106-90 | 0.92 | 3 | 1 |
| 27К5568 | Кольца установочные КТ 4 и 5 100..250 мм | МИ 2106-90 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27К5640 | Компараторы оптико-механические МК-1 | | 63.00 | 2 | 2 |
| 27К5650 | Компараторы с перфлектометром до 200 мм | | 13.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27К5660 | Компараторы горизонтальные ИЗА-2; ИЗА-7 | МИ 268-82; Инстр. 70-59 | 2.40 | 3 | 1 |
| 27К5740 | Комплекты угломерные высокоточные УВК | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 40.00 | 2 | 2 |
| 27К5770 | Комплекты для измерений соединителей коаксиальных КИСК 3,5 | МИ 818-85 | 3.00 | 3 | 1 |
| 27К5775 | Комплекты для измерений соединителей коаксиальных КИСК 7 | МИ 820-85 | 4.00 | 3 | 1 |
| 27К5777 | Комплекты для измерений соединителей коаксиальных КИСК 16 | МИ 819-85 | 4.00 | 3 | 1 |
| 27К6840 | Кругломеры мод. 290 | ГОСТ 8.481-82 | 27.50 | 3 | 1 |
| 27К8640 | Курвиметры дорожные | | 8.00 | 3 | 2 |
| 27Л2540 | Ленты измерительные 2 разряда 0..20 м | МИ 1780-87 | 17.50 | 3 | 1 |
| 27Л2545 | Ленты измерительные 3 разряда 0..20 м | МИ 1780-87 | 6.00 | 3 | 1 |
| 27Л2550 | Ленты измерительные 3 разряда 0..50 м | МИ 1780-87 | 11.50 | 3 | 1 |
| 27Л2555 | Ленты измерительные КТ 3 0..20 м | МИ 1780-87 | 6.00 | 3 | 1 |
| 27Л2560 | Ленты землемерные | ГКИНП 17-197-85 | 0.32 | 4 | 1 |
| 27Л3535 | Линейки измерительные металлические до 1000 мм | МИ 2024-89 | 0.11 | 4 | 1 |
| 27Л3540 | Линейки поверочные КТ 2 до 400 мм | МИ 1729-87 | 1.35 | 3 | 1 |
| 27Л3543 | Линейки поверочные КТ 2 400..1000мм | МИ 1729-87 | 1.80 | 3 | 1 |
| 27Л3545 | Линейки поверочные КТ 2 свыше 1000 мм | МИ 1729-87 | 3.50 | 3 | 1 |
| 27Л3549 | Линейки поверочные всех типов 2 разряда КТ 0 250..3000 мм | МИ 1729-87 | 2.80 | 2 | 1 |
| 27Л3550 | Линейки поверочные всех типов 3 разряда КТ 1 400..1000 мм | МИ 1729-87 | 2.00 | 3 | 1 |
| 27Л3551 | Линейки поверочные всех типов 3 разряда КТ 1 свыше 1000 мм | МИ 1729-87 | 3.00 | 3 | 1 |
| 27Л3553 | Линейки лекальные КТ 0 и 1 80..500 мм | МИ 1729-87 | 0.28 | 3 | 1 |
| 27Л3554 | Линейки лекальные КТ 0 и 1 200..500 мм ЛТ | МИ 1729-87 | 0.55 | 3 | 1 |
| 27Л3555 | Линейки лекальные КТ 0 и 1 200..500 мм ЛЧ | МИ 1729-87 | 0.90 | 3 | 1 |
| 27Л3575 | Линейки усадочные | Инстр. 84-55 | 0.10 | 4 | 1 |
| 27Л3578 | Линейки Дробышева ЛД | | 3.00 | 3 | 1 |
| 27Л3580 | Линейки масштабные ЛПМ-1 | | 3.00 | 3 | 1 |
| 27Л3582 | Линейки большие латунные ЛБЛ | | 3.00 | 3 | 1 |
| 27Л3663 | Линейки оптические ОЛ-800; ОЛ-1600 | МИ 2082-90 | 7.60 | 2 | 1 |
| 27Л3665 | Линейки оптические 1 разряда | МИ 2082-90 | 12.20 | 1 | 1 |
| 27Л3770 | Линейки синусные КТ 1 и 2 | МИ 2191-92 | 2.10 | 3 | 1 |
| 27Л8640 | Лупы измерительные | | 1.35 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27М0940 | Машины оптико-механические ИЗМ-1 | ГОСТ 8.336-78 | 9.90 | 2 | 1 |
| 27М0941 | Машины оптико-механические ИЗМ-2 | ГОСТ 8.336-78 | 13.00 | 2 | 1 |
| 27М0942 | Машины оптико-механические ИЗМ-3 | ГОСТ 8.336-78 | 20.50 | 2 | 1 |
| 27М0943 | Машины оптико-механические ИЗМ-4 | ГОСТ 8.336-78 | 24.50 | 2 | 1 |
| 27М0945 | Машины оптико-механические ИЗМ-6 | ГОСТ 8.336-78 | 32.00 | 2 | 1 |
| 27М0950 | Машины оптико-механические измерительные за каждый метр свыше 3 м | ГОСТ 8.336-78 | 5.60 | 2 | 1 |
| 27М0970 | Машины для измерения длины текстильного полотна | ГОСТ 8.471-82 | 5.60 | 3 | 1 |
| 27М0975 | Машины кожемерные | ГОСТ 13818-68; Инстр. 152-54 | 3.30 | 4 | 1 |
| 27М0980 | Машины для измерения площади лекал | ГОСТ 13818-68 | 4.00 | 3 | 1 |
| 27М0990 | Машины зубомерные | МИ 1579-89 | 4.90 | 1 | 1 |
| 27М2240 | Межосемеры, межцентромеры | ГОСТ 8.490-83 | 3.30 | 2 | 1 |
| 27М2540 | Меры высоты ступенчатые с цифровым отсчетом | МИ 709-85 | 5.50 | 3 | 1 |
| 27М2640 | Меры длины концевые 1 разряда 0,5..10 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1604-87 | 2.00 | 3 | 1 |
| 27М2642 | Меры длины концевые 1 разряда 10..50 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1604-87 | 2.80 | 3 | 1 |
| 27М2644 | Меры длины концевые 1 разряда 50..100 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1604-87 | 5.60 | 3 | 1 |
| 27М2646 | Меры длины концевые 2 разряда 0,5..100 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1994-89 | 0.32 | 3 | 1 |
| 27М2648 | Меры длины концевые 2 разряда 100..500 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1994-89 | 2.60 | 3 | 1 |
| 27М2650 | Меры длины концевые 2 разряда 500..1000 мм (1 шт.) | ГОСТ 8.367-79; МИ 1994-89 | 3.80 | 3 | 1 |
| 27М2652 | Меры длины концевые 3 разряда 0,1..0,29 мм (1 шт.) 0,3..0,9 мм (1 шт.) | МИ 2079-90 | 0.24 | 3 | 1 |
| 27М2654 | Меры длины концевые 3 разряда | МИ 2079-90 | 0.27 | 3 | 1 |
| 27М2656 | Меры длины концевые 3 разряда до 100 мм (1 шт.) | МИ 2079-90 | 0.18 | 3 | 1 |
| 27М2658 | Меры длины концевые 3 и 4 разряда 100..1000 мм (1 шт.) | МИ 2186-92 | 0.80 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27М2660 | Меры длины концевые 4 разряда 0,1..0,29 мм (1 шт.) | МИ 2079-90 | 0.24 | 3 | 1 |
| 27М2662 | Меры длины концевые 4 разряда до 100 мм (1 шт.) | МИ 2079-90 | 0.18 | 3 | 1 |
| 27М2740 | Меры длины штриховые Тип IY (линейки контрольные КЛ) | ГОСТ 8.528-85; МИ 1987-89 | 4.10 | 2 | 1 |
| 27М2750 | Меры длины штриховые КТ 2..4 Тип П | МИ 1987-89 | 4.10 | 2 | 1 |
| 27М2755 | Меры длины штриховые 2 разряда Тип П | МИ 1721-87 | 16.00 | 2 | 1 |
| 27М2758 | Меры длины штриховые 3 разряда Тип П | МИ 1987-89 | 10.00 | 2 | 1 |
| 27М2760 | Меры длины штриховые 3 разряда до 1000 мм Тип Ш | МИ 1987-89 | 2.70 | 2 | 1 |
| 27М2840 | Меры толщины покрытия (1 образец) | МИ 1903-88 | 2.70 | 2 | 1 |
| 27М2943 | Меры угловые призматические 2 разряда Типы 4 и 5 (1 угол) | МИ 1758-87 | 1.50 | 3 | 1 |
| 27М2944 | Меры угловые призматические 3 разряда Типы 1; 2 и 3 (1 угол) | МИ 1758-87 | 0.31 | 3 | 1 |
| 27М2945 | Меры угловые призматические 3 разряда 4 типа (1 угол) | МИ 1758-87 | 1.10 | 3 | 1 |
| 27М2950 | Меры угловые призматические 4 разряда Типы 1; 2; 3 и 4 (1 угол) | МИ 1758-87 | 0.19 | 2 | 1 |
| 27М3040 | Меры установочные 25..125 мм к микрометрам гладким | МИ 782-85 | 0.18 | 3 | 1 |
| 27М3045 | Меры установочные 150..600 мм к микрометрам гладким | МИ 782-85 | 0.46 | 3 | 1 |
| 27М3050 | Меры установочные к микрометрам со вставками | МИ 2077-90 | 0.47 | 3 | 1 |
| 27М3060 | Меры установочные к нутромерам микрометрическим | ГОСТ 17215-71 | 1.60 | 3 | 1 |
| 27М3080 | Меры шероховатости эталонные с регулярным профилем (1 шт.) | | 7.00 | 2 | 1 |
| 27М3090 | Меры эвольвентные 3 разряда (один профиль) | МИ 2165-91 | 9.00 | 1 | 1 |
| 27М3160 | Метр-компараторы 3 разряда до 1000 мм | МИ 936-85; Инстр. 68-59 | 1.00 | 3 | 1 |
| 27М3170 | Метроштоки | ГОСТ 8.247-77 | 0.60 | 3 | 1 |
| 27М3180 | Метры брусковые деревянные и металлические | Инстр. 86-55 | 0.13 | 4 | 1 |
| 27М3190 | Метры складные | МИ 1848-88 | 0.11 | 4 | 1 |
| 27М3340 | Микаторы 1ИПМ; 2ИПМ | МИ 1790-87 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27М3350 | Микрокаторы, микаторы ЦД 0,0005 мм и менее | МИ 1790-87; МИ 1813-87 | 2.10 | 3 | 1 |
| 27М3360 | Микрокаторы ЦД 0,001 мм и более | МИ 1813-87 | 1.80 | 3 | 1 |
| 27М3370 | Миникаторы | МИ 53-87 | 1.50 | 3 | 1 |
| 27М3406 | Микробарометры (баронивелиры) | | 10.00 | 2 | 2 |
| 27М3410 | Микроинтерферометры МИИ-4 | МИ 120-77 | 6.80 | 2 | 1 |
| 27М3420 | Микрометры до 200 мм | МИ 782-85 | 0.24 | 4 | 1 |
| 27М3425 | Микрометры 200..600 мм | МИ 782-85 | 0.37 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27М3430 | Микрометры настольные | МИ 2087-90 | 1.10 | 4 | 1 |
| 27М3445 | Микромеры окулярные | ГОСТ 8.211-84; МИ 350-83 | 2.10 | 3 | 1 |
| 27М3450 | Микрометры рычажные МР; МРИ | ГОСТ 8.411-81; МУ 235 | 0.50 | 4 | 1 |
| 27М3460 | Микрометры со вставками | МИ 2077-90 | 0.43 | 4 | 1 |
| 27М3470 | Микрометры призматические МТИ; МПИ; МСИ | МИ 379-83 | 2.00 | 3 | 1 |
| 27М3482 | Микрометры листовые | МИ 1782-85 | 0.33 | 4 | 1 |
| 27М3490 | Микрометры трубные | МИ 905-85 | 0.35 | 4 | 1 |
| 27М3570 | Микронивелиры МН-2 | | 3.80 | 2 | 1 |
| 27М3610 | Микроскопы универсальные цифровые | МИ 236-81 | 6.20 | 2 | 1 |
| 27М3620 | Микроскопы универсальные УИМ | МИ 236-81 | 5.80 | 2 | 1 |
| 27М3630 | Микроскопы инструментальные цифровые | ГОСТ 8.003-83 | 3.90 | 2 | 1 |
| 27М3640 | Микроскопы инструментальные | ГОСТ 8.003-83 | 2.60 | 3 | 1 |
| 27М3650 | Микроскопы двойные МИС-11 | Инстр. 147-58 | 6.20 | 3 | 1 |
| 27М3680 | Микроскопы отсчетные МПБ-2; МИР-2; МИР-3 | МИ 36-75; МИ 734-85; МУ 314 | 1.20 | 3 | 1 |
| 27Н3110 | Нивелиры эталонные Н-05 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Н3111 | Нивелиры Н-05 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 14.60 | 2 | 2 |
| 27Н3115 | Нивелиры с компенсатором эталонные Н-05К | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 19.00 | 2 | 2 |
| 27Н3116 | Нивелиры с компенсатором Н-05К | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 12.00 | 2 | 2 |
| 27Н3117 | Нивелиры Ni-0,04 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 15.00 | 2 | 2 |
| 27Н3130 | Нивелиры НТ | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 6.70 | 2 | 2 |
| 27Н3140 | Нивелиры Н-1 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 15.00 | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Н3141 | Нивелиры НА1 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 15.00 | 2 | 2 |
| 27Н3142 | Нивелиры НВ1 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 6.70 | 3 | 2 |
| 27Н3143 | Нивелиры Н2 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 15.00 | 2 | 2 |
| 27Н3160 | Нивелиры Н3 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 7.00 | 3 | 2 |
| 27Н3161 | Нивелиры с компенсатором Н3К | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 8.00 | 3 | 2 |
| 27Н3163 | Нивелиры НС3 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 8 00 | 3 | 2 |
| 27Н3164 | Нивелиры НС4 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 6.70 | 3 | 2 |
| 27Н3171 | Нивелиры Н-10 | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 8.00 | 3 | 2 |
| 27Н3175 | Нивелиры с компенсатором Н10К | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 8.80 | 3 | 2 |
| 27Н3177 | Нивелиры с компенсатором Н10КЛ | МИ БГЕИ 07-90; ГКИНП 17-196-85 | 8.00 | 3 | 2 |
| 27Н3220 | Нивелиры гидростатические Мод.117; Мейссера; НШТ-1 | | 6.00 | 3 | 2 |
| 27Н5240 | Ножи измерительные (1 шт.) | ГОСТ 8.236-77 | 0.80 | 3 | 1 |
| 27Н5640 | Нормалемеры | МИ 1440-86; МИ 1946-88 | 0.92 | 3 | 1 |
| 27Н8730 | Нутромеры микрометрические 50..175 мм | ГОСТ 17215-71 | 2.30 | 3 | 1 |
| 27Н8735 | Нутромеры микрометрические 175..2500 мм | ГОСТ 17215-71 | 3.30 | 3 | 1 |
| 27Н8740 | Нутромеры микрометрические 2500..6000 мм | ГОСТ 17215-71 | 5.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Н8760 | Нутромеры ЦД 0,001; 0,002 мм | МИ 2193-92 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27Н8770 | Нутромеры индикаторные ЦД 0,01 мм | МИ 2194-92 | 0.50 | 4 | 1 |
| 27О0230 | Объект-микрометры 2 разряда | МИ 1721-87; МИ 1987-89 | 4.80 | 3 | 1 |
| 27О0240 | Объект-микрометры рабочие | МИ 253-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 27О0640 | Образцы шероховатости сравнения (1 шт.) | МИ 1850-88 | 0.37 | 4 | 1 |
| 27О6640 | Оправки контрольные для определения радиального биения | ГОСТ 8.051-81; РД 50-98-86 | 2.80 | 3 | 1 |
| 27О6720 | Оптикаторы ЦД 0,0005 мм и менее | МИ 1863-88 | 2.80 | 3 | 1 |
| 27О6740 | Оптикаторы ЦД 0,001 мм | МИ 1863-88 | 2.60 | 3 | 1 |
| 27О6760 | Оптиметры горизонтальные | МИ 1958-89 | 1.60 | 3 | 1 |
| 27О6770 | Оптиметры вертикальные | МИ 1958-89 | 1.50 | 3 | 1 |
| 27П2540 | Пентапризмы геодезические ПГ 0,1..0,5" | | 20.00 | 2 | 1 |
| 27П2545 | Пентапризмы геодезические ПГ 0,5..1" | | 14.00 | 2 | 1 |
| 27П2550 | Пентапризмы геодезические ПГ 1..5" | | 10.00 | 2 | 1 |
| 27П2555 | Пентапризмы геодезические ПГ от 5" | | 7.00 | 2 | 1 |
| 27П4040 | Планиметры пропорциональные и корневые ПП; ПК | МИ 1053-85 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27П4050 | Планиметры полярные ПП-М | | 1.70 | 3 | 1 |
| 27П4310 | Плиты поверочные КТ 00 | МИ 2007-89 | 23.00 | 2 | 1 |
| 27П4320 | Плиты поверочные КТ 0 и 1 до 1000 мм | МИ 2007-89 | 3.70 | 2 | 1 |
| 27П4325 | Плиты поверочные КТ 0 1000..4000 мм | МИ 2007-89 | 12.20 | 2 | 1 |
| 27П4330 | Плиты поверочные КТ 2 и 3 до 1000 мм | МИ 2007-89 | 2.40 | 3 | 1 |
| 27П4340 | Плиты поверочные КТ 1; 2 и 3 1000..4000 мм | МИ 2007-89 | 7.20 | 3 | 1 |
| 27П4540 | Плоскомеры 0П1-М | | 8.30 | 2 | 1 |
| 27П4710 | Пластины плоские стеклянные КТ 1 ПИ-60; ПИ-80; ПИ-100 (1 шт.) | ГОСТ 8.215-76 | 2.30 | 4 | 1 |
| 27П4720 | Пластины плоские стеклянные КТ 1 ПИ-120 ( 1 шт.) | ГОСТ 8.215-76 | 2.80 | 4 | 1 |
| 27П4730 | Пластины плоские стеклянные КТ 1 ПИ-140 (1 шт.) | ГОСТ 8.215-76 | 2.70 | 3 | 1 |
| 27П4740 | Пластины плоские стеклянные КТ 2 | ГОСТ 8.215-76 | 0.30 | 4 | 1 |
| 27П4780 | Пластины плоскопараллельные стеклянные ПМ | МИ 1875-83 | 0.35 | 4 | 1 |
| 27П5860 | Профилографы-профилометры мод. 201; 250; 252 | | 6.40 | 3 | 1 |
| 27П6210 | Приборы для поверки головок измерительных ППГ-2 | | 5.90 | 3 | 1 |
| 27П6212 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3; ППИ-4 | МУ 342 | 5.40 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27П6214 | Приборы для поверки микрометров ППМ-600 | МИ 218-80 | 4.10 | 3 | 1 |
| 27П6218 | Приборы для поверки путевых шаблонов | | 6.50 | 3 | 1 |
| 27П6230 | Приборы для поверки мер угловых КПУ-3 | ГОСТ 15031-69 | 1.90 | 3 | 1 |
| 27П6231 | Приборы КЛИН | | 2.30 | 3 | 1 |
| 27П6350 | Приборы измерительные двухкоординатные ДИП-1; ДИП-6 | МИ 263-82 | 10.50 | 1 | 1 |
| 27П6360 | Приборы для определения неплоскостности ППС-11 | МИ 1779-87 | 10.90 | 2 | 1 |
| 27П6370 | Приборы показывающие с индуктивными пребразователями | | 6.30 | 1 | 1 |
| 27П6374 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | | 1.70 | 4 | 1 |
| 27П6375 | Приборы универсальные зубоизмерительные механические | | 3.70 | 3 | 1 |
| 27П6378 | Приборы универсальные зубоизмерительные электронные | | 6.90 | 2 | 1 |
| 27П6380 | Приборы для створных соединений (визирование до 3 м) | | 15.00 | 2 | 2 |
| 27П6382 | Приборы для створных соединений (визирование до 30 м) | | 30.00 | 2 | 2 |
| 27П6390 | Приборы для определения плотности набивки папирос и сигарет | | 0 95 | 3 | 1 |
| 27П6392 | Приборы для измерения ширины табачного волокна | | 0.95 | 3 | 1 |
| 27П6440 | Призмы 3 разряда 4-гранные | | 3.50 | 1 | 1 |
| 27П6442 | Призмы 3 разряда 8-гранные | | 7.30 | 1 | 1 |
| 27П6444 | Призмы 3 разряда 12-гранные | МИ 1758-87 | 7.90 | 1 | 1 |
| 27П6446 | Призмы 3 разряда 24-гранные | МИ 1758-87 | 19.50 | 1 | 1 |
| 27П6448 | Призмы 3 разряда 36-гранные | МИ 1758-87 | 29.00 | 1 | 1 |
| 27П6455 | Призмы поверочные и разметочные | МИ 1758-87 | 0.95 | 3 | 1 |
| 27П6525 | Приспособления микрометрические для поверки индикаторов и нутромеров | МИ 1758-87<br>МИ 2031-89 | 0,85 | 3 | 1 |
| 27П6530 | Приспособления для измерения внутренних размеров резьбы ИЗО-1 | МИ 1601-87 | 1.90 | 4 | 1 |
| 27П6540 | Приспособления к длиномерам | МИ 236-81<br><br>ГОСТ 8.114-74; ГОСТ | 2.90 | 3 | 1 |
| 27П6550 | Приспособления для поверки уровней рамных | 12441-66; МУ 341 | 1.60 | 4 | 1 |
| 27П6640 | Проволочки и ролики для среднего диаметра резьбы | МИ 1532-86 | 0.39 | 4 | 1 |
| 27П6750 | Прогибомеры | МИ 2078-90 | 1.90 | 3 | 1 |
| 27П6780 | Проекторы измерительные | | 2.80 | 4 | 1 |
| 27П6840 | Профилометры | МИ 956-85 | 3.90 | 3 | 1 |
| 27Р0140 | Радиодальномеры | МИ 1825-88 | 45.00 | 2 | 2 |
| 27Р2240 | Резьбомеры со вставками РМ | <br><br>МИ 682-85 | 1.60 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Р2340 | Рейки нивелирные деревянные РН-3; РН-10 | МИ БГЕИ 02-89; ГКИНП 17-196-85 | 1.10 | 3 | 2 |
| 27Р2342 | Рейки нивелирные инварные РИ-05 | МИ БГЕИ 02-89; ГКИНП 17-196-85 | 4.00 | 2 | 2 |
| 27Р8410 | Рулетки измерительные металлические КТ 1 до 20 м | МИ 1780-87 | 0.88 | 4 | 2 |
| 27Р8420 | Рулетки измерительные металлические КТ 2 и 3 до 10 м | МИ 1780-87 | 0.32 | 4 | 1 |
| 27Р8422 | Рулетки измерительные металлические КТ 2 и 3 до 20 м | МИ 1780-87 | 0.47 | 4 | 2 |
| 27Р8424 | Рулетки измерительные металлические КТ 2 и 3 до 100 м | МИ 1780-87 | 0.90 | 4 | 2 |
| 27Р8440 | Рулетки измерительные металлические с лотом до 10 м | МИ 1780-87 | 1.40 | 3 | 2 |
| 27Р8442 | Рулетки измерительные металлические с лотом до 20 м | МИ 1780-87 | 4.50 | 3 | 2 |
| 27Р8492 | Рулетки и меры портновские | | 0.14 | 4 | 1 |
| 27С1240 | Светодальномеры группы Г | МИ БГЕИ 15-93; ГКИНП 17-197-85 | 36.00 | 2 | 3 |
| 27С1250 | Светодальномеры группы Т | МИ БГЕИ 15-93; ГКИНП 17-197-85 | 24.50 | 2 | 3 |
| 27С1260 | Светодальномеры группы П | МИ БГЕИ 15-93; ГКИНП 17-197-85 | 21.00 | 2 | 3 |
| 27С1280 | Светодальномеры маркшейдерские | МИ БГЕИ 15-93; ГКИНП 17-197-85 | 27.50 | 2 | 3 |
| 27С2340 | Секстанты промерные СП | | 2.00 | 3 | 1 |
| 27С2740 | Сетки координатные контрольные | | 30.00 | 2 | 2 |
| 27С3540 | Скобы с отсчетным устройством до 100 мм | ГОСТ 8.359-79; МИ 1919-88 | 0.49 | 4 | 1 |
| 27С3550 | Скобы с отсчетным устройством свыше 100 мм | ГОСТ 8.359-79; МИ 1919-88 | 0.65 | 4 | 1 |
| 27С3730 | Системы спутниковые геодезические | МИ 2408-97 | 120.00 | 1 | 3 |
| 27С3760 | Сита-контрольные (измерение размеров ячеек) | ГОСТ 4403-91; ГОСТ 6613-86 | 2.00 | 3 | 1 |
| 27С5730 | СО для структуроскопии (1 шт.) | | 4.10 | 2 | 1 |
| 27С5860 | СО для УЗ дефектоскопии толщины | МИ 1034-85 | 5.20 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27С7430 | Столы делительные оптические ЦД 1..2" | МУ 238 | 6.00 | 3 | 1 |
| 27С7440 | Столы делительные оптические ЦД более 2" | МУ 238 | 5.70 | 3 | 1 |
| 27С7450 | Столы круглые | МИ 236-81; МИ 319-83 | 1.90 | 3 | 1 |
| 27С7540 | Стойки и штативы 150..400 мм | МИ 1673-87 | 0.44 | 4 | 1 |
| 27С7560 | Столы промерочные | ГОСТ 3811-72 | 3.20 | 3 | 1 |
| 27С7570 | Столы специальные для поверки щупов | МИ 1893-88 | 0.80 | 3 | 1 |
| 27С7640 | Структуроскопы вихретоковые | | 8.20 | 3 | 1 |
| 27С7650 | Структуроскопы магнитные | | 7.30 | 3 | 1 |
| 27С8240 | Сферометры (без колец) | ГОСТ 8.089-73 | 12.10 | 3 | 1 |
| 27Т0830 | Тахеометры номограммные 2ТН | | 15.00 | 2 | 2 |
| 27Т0840 | Тахеометры электронные | | 35.00 | 2 | 2 |
| 27Т2510 | Теодолиты Т05 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 24.00 | 2 | 2 |
| 27Т2511 | Теодолиты эталонные Т05 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 75.00 | 1 | 2 |
| 27Т2520 | Теодолиты Т1 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 22.00 | 1 | 2 |
| 27Т2521 | Теодолиты эталонные Т1 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 60.00 | 1 | 2 |
| 27Т2522 | Теодолиты автоколлимационные эталонные Т1А | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 64.00 | 1 | 2 |
| 27Т2523 | Теодолиты автоколлимационные Т1А | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 42.00 | 1 | 2 |
| 27Т2525 | Теодолиты ТБ-1 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Т2530 | Теодолиты Т2 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Т2531 | Теодолиты эталонные Т2 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 23.00 | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Т2532 | Теодолиты 2Т2 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Т2533 | Теодолиты автоколлимационные Т2А | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Т2534 | Теодолиты автоколлимационные эталонные Т2А | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 30.00 | 2 | 2 |
| 27Т2535 | Теодолиты автоколлимационные 2Т2-А | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 20.00 | 2 | 2 |
| 27Т2537 | Теодолиты с компенсатором эталонные Т2К | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 32.00 | 2 | 2 |
| 27Т2538 | Теодолиты с компенсатором Т2К | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 18.00 | 2 | 2 |
| 27Т2550 | Теодолиты Т5 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 14.10 | 2 | 2 |
| 27Т2551 | Теодолиты эталонные Т5 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 20.50 | 2 | 2 |
| 27Т2552 | Теодолиты с компенсатором Т5К | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 16.00 | 2 | 2 |
| 27Т2553 | Теодолиты с компенсатором эталонные Т5К | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 25.00 | 2 | 2 |
| 27Т2554 | Теодолиты электронные Т5Э | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 22.00 | 2 | 2 |
| 27Т2570 | Теодолиты Т15 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 11.40 | 2 | 2 |
| 27Т2571 | Теодолиты с компенсатором Т15К | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 12.30 | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Т2580 | Теодолиты Т30 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 9.10 | 2 | 2 |
| 27Т2585 | Теодолиты Т60 | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 6.50 | 3 | 2 |
| 27Т2590 | Теодолиты ОТ-02; ОТ-02М | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 35.00 | 2 | 2 |
| 27Т2596 | Теодолиты аэрологические | МИ БГЕИ 08-90; ГКИНП 17-195-85 | 12.00 | 3 | 2 |
| 27Т2598 | Гиротеодолиты | ГКИНП 17-199-85 | 27.00 | 1 | 2 |
| 27Т5420 | Толщиномеры,стенкомеры индикаторные | МИ 1724-87; МИ 1814-87 | 0.46 | 4 | 1 |
| 27Т5440 | Толщиномеры покрытия МИП; МТ; ВТ; ИТГП | ГОСТ 8.502-84; МИ 158-78; МИ 406-83; МИ 407-83 | 4.50 | 3 | 1 |
| 27Т5450 | Толщиномеры покрытия ИТП-1; МТА-2 | ГОСТ 8.502-84 | 3.80 | 3 | 1 |
| 27Т5470 | Толщиномеры ультразвуковые | ГОСТ 8.495-83 | 9.00 | 3 | 1 |
| 27Т5480 | Толщиномеры радиоизотопные ТОР-3; ТУ-495; ТШ-496 | МИ 942-85; МУ 315 | 5.70 | 2 | 1 |
| 27Т6040 | Транспортиры геодезические | ГОСТ 13494-80 | 1.00 | 3 | 1 |
| 27У1420 | Угломеры с нониусом | МИ 2131-90 | 0.30 | 4 | 1 |
| 27У1440 | Угломеры оптические | МИ 2131-90 | 0.30 | 4 | 1 |
| 27У1530 | Угольники поверочные до 400 мм | МИ 1799-87 | 0.37 | 4 | 1 |
| 27У1531 | Угольники поверочные эталонные свыше 400 мм | МИ 1799-87 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27У1540 | Угольники поверочные свыше 400 мм | МИ 1799-87 | 0.30 | 4 | 1 |
| 27У1541 | Угольники поверочные эталонные до 400 мм | МИ 1799-87 | 1.40 | 3 | 1 |
| 27У3040 | Указатели направлений ЛУН7-2М | | 16.00 | 3 | 2 |
| 27У3430 | Уклонемеры гидростатические | | 1.30 | 3 | 1 |
| 27У3440 | Уклонемеры циферблатные УЦ | | 1.00 | 3 | 1 |
| 27У3450 | Уклонемеры УК-1; УК-2 | | 1.30 | 3 | 1 |
| 27У5320 | Универсалы астрономические АУ-01 | | 50.00 | 1 | 2 |
| 27У6530 | Уровни микрометрические от 2 до 20" | | 1.50 | 3 | 1 |
| 27У6540 | Уровни электронные | ГОСТ 15982-70 | 6.10 | 2 | 1 |
| 27У6550 | Уровни рамные и брусковые | МИ 390-87 | 0.70 | 4 | 1 |
| 27У6560 | Уровни строительные | МИ 1532-86 ГОСТ 9416-83 | 1.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27У7720 | Установки УПТП-1 для поверки толщиномеров покрытий | МИ 231-81 | 12.50 | 2 | 1 |
| 27У7730 | Установки для поверки дефектоскопов ультразвуковых | | 15.00 | 1 | 1 |
| 27У7740 | Установки дефектоскопические рентгеновские | МИ 1346-86 | 6.00 | 1 | 1 |
| 27У7750 | Установки автоколлимационные для поверки нивелиров АУПН | | 25.00 | 2 | 2 |
| 27У7760 | Установки коллиматорные для поверки теодолитов УК-1 | | 70.00 | 2 | 2 |
| 27У7770 | Установка УСГИ-планшет | | 8.00 | 3 | 1 |
| 27Ц2540 | Центры повышенные | | 1.50 | 4 | 1 |
| 27Ц2550 | Центры оптические ОУП; ЦО-30 | | 7.00 | 3 | 1 |
| 27Ш0030 | Шаблоны резьбовые (1 шт.) | | 0.18 | 4 | 1 |
| 27Ш0040 | Шаблоны радиусные (1 шт.) | | 0.18 | 4 | 1 |
| 27Ш0060 | Шаблоны путевые контрольные | МИ 1795-87; Инстр. 93-58 | 1.05 | 4 | 1 |
| 27Ш0065 | Шаблоны сварщика универсальн. УШСЗ | | 1.00 | 4 | 1 |
| 27Ш0070 | Шаблоны от машины для измерения площади лекал | | 1.00 | 3 | 1 |
| 27Ш0080 | Шаблоны от машины фотоэлектронной | | 1.60 | 3 | 1 |
| 27Ш0090 | Шаблоны кожемерные | ГОСТ 13818-68 | 1.20 | 4 | 1 |
| 27Ш0140 | Шагомеры шага зацепления и окружного шага | ГОСТ 8.459-82; МИ 1265-86; МИ 1303-86 | 1.00 | 4 | 1 |
| 27Ш3010 | Шкалы 50 мм 10 дел | МИ 1987-89 | 4.70 | 2 | 1 |
| 27Ш3020 | Шкалы 200 мм 20 дел | МИ 1987-89 | 9.30 | 2 | 1 |
| 27Ш3030 | Шкалы 1000 мм 100 дел | МИ 1987-89 | 1.25 | 2 | 1 |
| 27Ш3040 | Шкалы 400 мм 40 дел | МИ 1987-89 | 18.50 | 2 | 1 |
| 27Ш3050 | Шкалы 500 мм 50 дел | МИ 1987-89 | 23.00 | 2 | 1 |
| 27Ш3710 | Шкалы стеклянные 1 разряда L до 100 мм | МИ 1987-89 | 13.30 | 2 | 1 |
| 27Ш3720 | Шкалы стеклянные 1 разряда L 200 мм | МИ 1987-89 | 28.80 | 2 | 1 |
| 27Ш3730 | Шкалы стеклянные 2 разряда L 0..50 мм | МИ 1721-87 | 4.00 | 2 | 1 |
| 27Ш3740 | Шкалы стеклянные 2 разряда L 0..100 мм 20 дел. | МИ 1721-87 | 8.70 | 2 | 1 |
| 27Ш3750 | Шкалы стеклянные 2 разряда L 0..200 мм 34 дел. | МИ 1721-87 | 15.00 | 2 | 1 |
| 27Ш3760 | Шкалы стеклянные 70 мм 7 дел | МИ 1987-89 | 3.25 | 2 | 1 |
| 27Ш3770 | Шкалы стеклянные 100 мм 10 дел | МИ 1987-89 | 4.70 | 2 | 1 |
| 27Ш3840 | Шкалы с перекрестием ШК-2 20х20 дел. | МУ 159 | 4.00 | 4 | 1 |
| 27Ш7030 | Штангенциркули до 200 мм | ГОСТ 8.113-88 | 0.23 | 4 | 1 |
| 27Ш7035 | Штангенциркули 200..2000 мм | ГОСТ 8.113-88 | 0.37 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Ш7040 | Штангенциркули св 2000 до 3000 мм | ГОСТ 8.113-88 | 0.62 | 3 | 1 |
| 27Ш7050 | Штангенрейсмасы до 2500 мм | МИ 2190-92 | 0.40 | 4 | 1 |
| 27Ш7060 | Штангензубомеры | МИ 524-89 | 0.44 | 4 | 1 |
| 27Ш7080 | Штангенглубиномеры до 400 мм | МИ 2196-92 | 0.32 | 4 | 1 |
| 27Щ8640 | Щупы наборы 1; 2; 3; 4 (1 щуп) | МИ 1893-88 | 0.10 | 4 | 1 |
| 27Э1520 | Эвольвентомеры 2 разряда | МИ 2130-91 | 7.70 | 4 | 1 |
| 27Э1530 | Эвольвентомеры | ГОСТ 8.376-80 | 5.30 | 4 | 1 |
| 27Э3220 | Экзаменаторы 1 и 2 разряда | МИ 1254-86 | 6.80 | 2 | 1 |
| 27Э3230 | Экзаменаторы АЭРОГЕОПРИБОР | | 5.00 | 2 | 1 |
| 27Э3240 | Экзаменаторы Мод.130 | ГОСТ 13012-67 | 2.90 | 2 | 1 |
| 27Э3250 | Экзаменаторы ЭГЕМ (каждый диапазон) | | 6.00 | 2 | 1 |
| 27Э3270 | Экеры | | 1.00 | 3 | 1 |
| 27Э3490 | Эклиметры | | 1.00 | 3 | 1 |
| 27Э7310 | Эталоны чувствительные канавочные | МИ 564-84 | 1.00 | 3 | 1 |

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28В1610 | Весы автоматические и полувтоматические,дозаторы весовые до 50 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.00 | 4 | 1 |
| 28В1615 | Весы автоматические и полуавтоматические 50..500 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.40 | 4 | 1 |
| 28В1618 | Весы автоматические и полуавтоматические св. 500 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.90 | 4 | 1 |
| 28В1632 | Весы дозировочные до 100 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.00 | 4 | 1 |
| 28В1634 | Весы и дозаторы весовые до 200 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.20 | 4 | 1 |
| 28В1636 | Весы и дозаторы весовые до 500 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.50 | 4 | 1 |
| 28В1638 | Весы,дозаторы весовые свыше 500 кг | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 3.20 | 4 | 1 |
| 28В1640 | Весы дозировочные до 2 т | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 3.50 | 4 | 1 |
| 28В1670 | Весы конвейерные рычажные непрерывного действия | ГОСТ 8.005-82 | 8.00 | 3 | 1 |
| 28В1680 | Весовые устройства для дозирования сжиженного газа | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.00 | 4 | 1 |
| 28В2010 | Весы автомобильные до 10 т | ГОСТ 8.453-82 | 3.80 | 2 | 1 |
| 28В2015 | Весы автомобильные 15 т | ГОСТ 8.453-82 | 4.20 | 3 | 1 |
| 28В2025 | Весы автомобильные до 25 т | ГОСТ 8.453-82 | 4.70 | 3 | 1 |
| 28В2030 | Весы автомобильные до 30 т | ГОСТ 8.453-82 | 6.30 | 3 | 1 |
| 28В2035 | Весы автомобильные 40 т | ГОСТ 8.453-82 | 8.00 | 3 | 1 |
| 28В2040 | Весы автомобильные до 60 т | ГОСТ 8.453-82 | 8.50 | 3 | 1 |
| 28В2060 | Весы вагонеточные 5 т | ГОСТ 8.453-82 | 2.00 | 2 | 1 |
| 28В2072 | Весы вагонные до 200 т | ГОСТ 8.453-82 | 9.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28В2088 | Весы для взвешивания скота,возовые, вагонеточные, врезные, ковшовые | ГОСТ 8.453.82 | 2.00 | 4 | 1 |
| 28В2090 | Весы ковшовые 10 т | ГОСТ 8.453-82 | 4.00 | 4 | 1 |
| 28В2092 | Весы ковшовые, бункер 25 т | ГОСТ 8.453-82 | 4.50 | 4 | 1 |
| 28В2094 | Весы монорельсовые 10 т | ГОСТ 8.453-82 | 4.00 | 4 | 1 |
| 28В2211 | Весы лабораторные 1 и 2 разряда | ГОСТ 8.520-84 | 2.50 | 1 | 1 |
| 28В2216 | Весы лабораторные 3 и 4 разряда | ГОСТ 8.520-84 | 2.00 | 3 | 1 |
| 28В2217 | Весы лабораторные 3 разряда 2т | ГОСТ 8.520-84 | 4.00 | 3 | 1 |
| 28В2218 | Весы разъездные эталонные НРО-5-4 (каждое коромысло) | ГОСТ 8.520-84 | 1.70 | 3 | 1 |
| 28В2219 | Весы грузопоршневые | МУ 181 | 8.00 | 3 | 1 |
| 28В2220 | Весы лабораторные эталонные повышенной точности | ГОСТ 8.520-84 | 3.80 | 1 | 1 |
| 28В2232 | Весы лабораторные со встроенными гирями КТ 1 и 2 | ГОСТ 8.520-84 | 4.30 | 2 | 1 |
| 28В2233 | Весы лабораторные со встроенными гирями КТ 3 | ГОСТ 8.520-84 | 1.70 | 4 | 1 |
| 28В2237 | Весы лабораторные равноплечие КТ 1 и 2 | ГОСТ 8.520-84 | 2.70 | 2 | 1 |
| 28В2257 | Весы лабораторные КТ 3 | ГОСТ 8.520-84 | 1.40 | 3 | 1 |
| 28В2258 | Весы лабораторные равноплечие КТ 4 | ГОСТ 8.520-84 | 0.25 | 4 | 1 |
| 28В2259 | Весы лабораторные квадрантные | ГОСТ 8.520-84 | 1.25 | 3 | 1 |
| 28В2270 | Весы лабораторные электронные до 3 г | ГОСТ 8.520-84 | 4.30 | 2 | 1 |
| 28В2272 | Весы лабораторные электронные до 25 г | ГОСТ 8.520-84 | 4.40 | 2 | 1 |
| 28В2274 | Весы лабораторные электронные до 200 г | ГОСТ 8.520-84 | 3.70 | 2 | 1 |
| 28В2278 | Весы лабораторные электронные до 1000 г | ГОСТ 8.520-84 | 2.50 | 2 | 1 |
| 28В2280 | Весы лабораторные электронные до 60 кг | ГОСТ 8.520-84 | 2.90 | 3 | 1 |
| 28В2288 | Весы лабораторные электронные КТ 2, 3 и 4 (2 диапазона) | ГОСТ 8.520-84; МИ 1683-87 | 5.40 | 2 | 1 |
| 28В2710 | Весы электронные до 50 кг (1 диапазон) | ГОСТ 8.453-82 | 1.50 | 3 | 1 |
| 28В2730 | Весы электронные с регистрацией массы, цены, стоимости | ГОСТ 8.453-82; МИ 1276-86 | 1.40 | 3 | 1 |
| 28В2732 | Весовые чекопечатающие комплексы ДИНА | ГОСТ 8.453-82; МИ 1276-86 | 2.40 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28В2750 | Весы настольные гирные до 20 кг | ГОСТ 8.453-82 | 0.29 | 4 | 1 |
| 28В2752 | Весы настольные циферблатные до 20 кг | ГОСТ 8.453-82 | 0.49 | 3 | 1 |
| 28В2764 | Весы электронные свыше 60 кг | ГОСТ 8.453-82 | 3.00 | 3 | 1 |
| 28В2766 | Весы рычажные до 200 кг | ГОСТ 8.453-82 | 0.90 | 4 | 1 |
| 28В2770 | Весы рычажные до 500 кг | ГОСТ 8.453-82 | 1.00 | 4 | 1 |
| 28В2772 | Весы рычажные 500..1000 кг | ГОСТ 8.453-82 | 1.65 | 3 | 1 |
| 28В2775 | Весы рычажные 1000..5000 кг | ГОСТ 8.453-82 | 2.00 | 3 | 1 |
| 28В2780 | Весы рычажные свыше 5 т | ГОСТ 8.453-82 | 3.50 | 3 | 1 |
| 28В3001 | Весы ручные равноплечие | ГОСТ 8.520-84 | 0.35 | 4 | 1 |
| 28В3002 | Весы торсионные | ГОСТ 13718-68 | 1.10 | 3 | 1 |
| 28В3010 | Весы детские | ГОСТ 8.453-82 | 0.92 | 4 | 1 |
| 28В3012 | Весы медицинские и почтовые до 50 кг | ГОСТ 8.453-82 | 0.95 | 4 | 1 |
| 28В3016 | Весы медицинские и почтовые 100 кг | ГОСТ 8.453-82 | 1.05 | 4 | 1 |
| 28В3032 | Весы для взвешивания молока СМИ-500 | ГОСТ 8.453-82 | 2.15 | 4 | 1 |
| 28В3034 | Весы маслопробные | ГОСТ 13675-68 | 0.85 | 4 | 1 |
| 28В3036 | Весы гидростатические | ГОСТ 8.520-84 | 1.20 | 3 | 1 |
| 28В3040 | Весы счетные 50 кг | ГОСТ 8.453-82 | 2.00 | 3 | 1 |
| 28В3044 | Весы счетные 1 т | ГОСТ 8.453-82 | 3.00 | 3 | 1 |
| 28В3045 | Весы для проб картофеля | ГОСТ 13591-68 | 1.00 | 4 | 1 |
| 28Г1740 | Граммометры | ГОСТ 14017-68 | 0.50 | 4 | 1 |
| 28Г3620 | Гири 1; 2 разряда и КТ 1 килограммовые,градуировка (1 шт.) | МИ 1747-87 | 2.80 | 1 | 2 |
| 28Г3630 | Гири 1; 2 разряда и КТ 1 граммовые,градуировка (1 шт.) | МИ 1747-87 | 1.90 | 1 | 2 |
| 28Г3635 | Гири 1; 2 разряда и КТ 1 миллиграммовые,градуировка (1 шт.) | МИ 1747-87 | 1.50 | 1 | 2 |
| 28Г3640 | Гири 1; 2 разряда и КТ 2 сличение | МИ 1747-87 | 0.60 | 2 | 1 |
| 28Г3670 | Гири 3 разряда и КТ 3 | МИ 1747-87 | 0.50 | 2 | 1 |
| 28Г3675 | Гири 4 разряда и КТ 4 до 500 г | МИ 1747-87 | 0.08 | 4 | 1 |
| 28Г3678 | Гири 4 разряда до 20 кг | МИ 1747-87 | 0.20 | 3 | 1 |
| 28Г3680 | Гири параллелепипедные 4 разряда 20 кг и специальные грузы | МИ 1747-87 | 0.20 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Г3690 | Гири 4 разряда свыше 20 кг | МИ 1747-87 | 0.70 | 3 | 1 |
| 28Г3693 | Гири КТ 2 (метод Менделеева) | МИ 1747-87 | 0.42 | 2 | 1 |
| 28Г3695 | Гири КТ 5 и 6 | МИ 1747-87 | 0.05 | 4 | 1 |
| 28Д1750 | Датчики силы тензорезисторные | МИ 1934-88 МИ 548-84 | 0 45 | 2 | 1 |
| 28Д3525 | Динамометры растяжения эталонные до 50 тс ДОР; ДР | ГОСТ 8.287-78 | 2.40 | 2 | 1 |
| 28Д3530 | Динамометры сжатия эталонные до 5 тс | ГОСТ 8.287-78 | 2.00 | 2 | 1 |
| 28Д3535 | Динамометры сжатия эталонные 5..20 тс | ГОСТ 8.287-78 | 3.00 | 3 | 1 |
| 28Д3536 | Динамометры сжатия эталонные 20..100 тс | ГОСТ 8.287-78 | 3.70 | 3 | 1 |
| 28Д3538 | Динамометры эталонные ДПС | РД 50-274-81 | 8.00 | 2 | 1 |
| 28Д3550 | Динамометры специальные | ГОСТ 8.287-78 | 0.80 | 3 | 1 |
| 28Д3583 | Динамометры универсальные, тс ДУ и ДОУ | ГОСТ 8.287-78 | 3.80 | 2 | 1 |
| 28Д3586 | Динамометры 50 тс | ГОСТ 8.287-78 | 4.10 | 2 | 1 |
| 28Д3589 | Динамометры от 200 тс и выше | ГОСТ 8.287-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 28Д3591 | Динамометры общего назначения до 20 кгс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 0.85 | 3 | 1 |
| 28Д3592 | Динамометры общего назначения 20 кгс..1 тс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 1.20 | 3 | 1 |
| 28Д3593 | Динамометры общего назначения 1..5 тс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 1.60 | 3 | 1 |
| 28Д3594 | Динамометры общего назначения 5..10 тс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 2.10 | 3 | 1 |
| 28Д3595 | Динамометры общего назначения 10..50 тс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 2.40 | 2 | 1 |
| 28Д3596 | Динамометры общего назначения свыше 50 тс ДПУ | ГОСТ 13782-68 | 3.50 | 2 | 1 |
| 28Д5288 | Дозаторы весовые автоматические с двумя весовыми головками | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 2.40 | 4 | 1 |
| 28Д5289 | Дозаторы весовые автоматические с тремя весовыми головками | ГОСТ 8.469-82; МИ 1540-91 | 3.20 | 4 | 1 |
| 28И2160 | Измерители деформации цифровые ИДЦ-1 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 28И3720 | Измерители скорости Барьер-2; -2М и т.п. | | 2.50 | 4 | 1 |
| 28К1020 | Квадранты номерные и весовые ВЛК; ВЛКТ | Инстр. 64-56 | 0.85 | 3 | 1 |
| 28К4910 | Ключи динамометрические | | 1.00 | 4 | 1 |
| 28К5620 | Копры маятниковые МК-30; КМ-5 | МИ 1782-87 | 3.30 | 2 | 1 |
| 28М0920 | Машины силоизмерительные эталонные 5 тс ДО-2-5 | ГОСТ 14017-82 | 16.40 | 2 | 2 |
| 28М0930 | Машины силоизмерительные эталонные 10 тс ДОГ-10 | ГОСТ 14017-82 | 17.40 | 2 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28М0940 | Машины силоизмерительные эталонные 50 тс ДОГ-50 | ГОСТ 14017-82 | 17.40 | 2 | 2 |
| 28М0945 | Машины силоизмерительные эталонные 100 тс ОСМ-2-100 | ГОСТ 14017-82 | 25.40 | 2 | 2 |
| 28М0950 | Машины испытательные гидроприводные ГМС-50; ГРМ-2 | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.70 | 2 | 2 |
| 28М0960 | Машины испытательные разрывные до 1 тс РН | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.40 | 2 | 2 |
| 28М0963 | Машины испытательные разрывные свыше 1 тс | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.60 | 2 | 2 |
| 28М0965 | Машины испытательные универсальные Р-5; УМ-5 | РД 50-482-84 | 4.70 | 2 | 2 |
| 28М0967 | Машины испытательные с одной шкалой | РД 50-482-84 | 2.00 | 2 | 2 |
| 28М0968 | Машины испытательные с двумя шкалами до 50 кгс | РД 50-482-84 | 2.80 | 2 | 2 |
| 28М0969 | Машины испытательные с двумя шкалами свыше 50 кгс | РД 50-482-84 | 2.90 | 2 | 2 |
| 28М0970 | Машины испытательные электронные с 1 датчиком | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.50 | 2 | 2 |
| 28М0975 | Машины испытательные электронные с 2 датчиками | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 3.60 | 2 | 2 |
| 28М0980 | Машины испытательные электронные с 3 датчиками | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 5.60 | 2 | 2 |
| 28М0985 | Машины испытательные электронные с 4 датчиками | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 7.40 | 2 | 2 |
| 28М0990 | Машины испытательные электронные с 5 датчиками | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 9.80 | 2 | 2 |
| 28М0991 | Машины испытательные для ткани, резины, кожи, бумаги | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.00 | 2 | 2 |
| 28М0993 | Машины для испытания пружин МИП | РД 50-482-84 | 2.00 | 2 | 2 |
| 28М0994 | Машины разрывные для бумаги | РД 50-482-84; МИ 421-83 | 2.00 | 2 | 2 |
| 28М2640 | Меры твердости Бриннель ( 1 шт.) | ГОСТ 8.335-78 | 1.00 | 4 | 1 |
| 28М2650 | Меры твердости Виккерс (1 шт.) | ГОСТ 8.335-78 | 1.00 | 4 | 1 |
| 28М2660 | Меры твердости Роквелл (1 шт.) | ГОСТ 8.335-78 | 0.50 | 4 | 1 |
| 28М2670 | Меры твердости Супер-Роквелл (1 шт.) | ГОСТ 8.335-78 | 0.70 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28М2680 | Меры твердости по Шору Д МТШ (1 шт.) | МИ 245-82 | 0.90 | 4 | 1 |
| 28М3350 | Микротвердомеры ПМТ | МИ 244-82 | 2.60 | 3 | 1 |
| 28П6140 | Преобразователи силы СВК | | 2.00 | 4 | 1 |
| 28П6230 | Прессы до 1 тс | ГОСТ 8.136-74 | 4.50 | 2 | 2 |
| 28П6240 | Прессы 1..10 тс | ГОСТ 8.136-74 | 2.80 | 2 | 2 |
| 28П6280 | Прессы гидравлические до 100 тс | ГОСТ 8.136-74 | 3.40 | 2 | 2 |
| 28П6282 | Прессы гидравлические ПСУ-125 | ГОСТ 8.136-74 | 4.00 | 2 | 2 |
| 28П6290 | Прессы технологические до 500 тс | ГОСТ 8.136-74 | 0.55 | 2 | 2 |
| 28П6520 | Приборы твердости по Бриннелю | ГОСТ 8.398-80 | 1.00 | 2 | 2 |
| 28П6530 | Приборы твердости по Виккерсу | ГОСТ 8.398-80 | 1.10 | 2 | 2 |
| 28П6540 | Приборы твердости по Роквеллу | ГОСТ 1469-86 | 1.00 | 2 | 1 |
| 28П6550 | Приборы твердости по Супер-Роквеллу | ГОСТ 1469-86 | 1.00 | 2 | 1 |
| 28П6560 | Приборы твердости по Шору | ГОСТ 8.426-81 | 1.00 | 2 | 1 |
| 28П6565 | Приборы для измерения твердости резины | ГОСТ 8.398-80 | 1.00 | 4 | 1 |
| 28П6570 | Приборы твердости универсальные ХП; ХПО | ГОСТ 8.335-78 | 1.60 | 2 | 1 |
| 28П6671 | Приспособления для поверки испытательных машин | | 0.80 | 4 | 1 |
| 28П8630 | Пурки 2 разряда | МИ 2022-89 | 1.45 | 2 | 1 |
| 28П8640 | Пурки | МИ 2022-89 | 1.00 | 3 | 1 |
| 28С3510 | Скоростемеры локомотивные | ГОСТ 8.281-78 | 2.00 | 4 | 1 |
| 28С6320 | Спидометры механические | ГОСТ 8.262-77 | 0.43 | 4 | 1 |
| 28С6340 | Спидометры электрические | ГОСТ 8.262-77 | 0.48 | 4 | 1 |
| 28С7204 | Стенды ГАИ и автотранспортные | | 15.50 | 2 | 1 |
| 28С7205 | Стенды для поверки измерителей скорости С-2М; -3М | МИ 606-84 | 7.70 | 2 | 1 |
| 28С7210 | Стенды для поверки скоростемеров локомотивных А.1240.06 | МИ 325-87 | 7.60 | 2 | 1 |
| 28С7220 | Стенды СТП-2000 | МИ 1385-86 | 0.50 | 4 | 1 |
| 28С7620 | Строботахометры СТ5; 2ТСТ32; ТС-100 | ГОСТ 8.285-78 | 2.90 | 2 | 1 |
| 28С9230 | Счетчики оборотов механические СО 35 | ГОСТ 8.285-78 | 0.60 | 4 | 1 |
| 28С9250 | Счетчики оборотов до 100000 СОП105 | ГОСТ 8.285-78 | 1.50 | 4 | 1 |
| 28С9270 | Счетчики трехшкальные | ГОСТ 8.285-78 | 2.20 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28С9271 | Счетчики электрических импульсов | ГОСТ 8.285-78 | 0.50 | 4 | 1 |
| 28Т0320 | Таксометры автомобильные | ГОСТ 8.291-78 | 0.70 | 2 | 1 |
| 28Т0810 | Тахометры РВТ | ГОСТ 8.285-78 | 14.00 | 2 | 1 |
| 28Т0830 | Тахометры стендовые ТСФУ | ГОСТ 8.285-78 | 2.00 | 3 | 1 |
| 28Т0850 | Тахометры цифровые ЦАТ; ЦТ;ТЭСА | ГОСТ 8.285-78 | 1.40 | 4 | 1 |
| 28Т0860 | Тахометры механические | ГОСТ 8.285-78 | 0.55 | 4 | 1 |
| 28Т0870 | Тахометры часовые Т410-Р; СК-751; ЧП | ГОСТ 8.285-78 | 0.75 | 4 | 1 |
| 28Т0880 | Тахометры центробежные ТС-100; -120; -160; -200; ТСД-200; ТЦ-40; -45 | ГОСТ 8.285-78 | 1.50 | 3 | 1 |
| 28Т0890 | Тахометры электрические ИСТ-1; 2; К-16; -17; -18 | МИ 1332-86 | 1.00 | 3 | 1 |
| 28Т2520 | Тензорезисторы | МИ 1020-85 | 1.10 | 2 | 1 |
| 28У7710 | Установки для поверки крутящего момента | | 2.00 | 3 | 1 |
| 28У7720 | Установки прямого нагружения | МИ 1978-89; МИ 1060-85 | 16.00 | 2 | 1 |
| 28У7730 | Установки для поверки спидометров УСПА-5 | | 6.90 | 3 | 1 |
| 28У7740 | Установки для поверки спидометров УПС-4; КИ-12548 | МИ 1409-86 | 7.10 | 3 | 1 |
| 28У7750 | Установки для поверки спидометров УПСО-1А | | 8.00 | 2 | 1 |
| 28У7755 | Установки для поверки таксометров УПТ-1 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 28У7760 | Установки тахометрические УТО5-60 | | 8.80 | 2 | 1 |
| 28У7770 | Установки для поверки тахометров | | 5.00 | 3 | 1 |
| 28У7780 | Установки для поверки счетчиков оборотов | | 4.00 | 3 | 1 |
| 28Э4220 | Электротаксометры | ГОСТ 8.291-78; МИ 1446-86 | 0.98 | 2 | 1 |

## ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, ВМЕСТИМОСТИ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29А1740 | Автоматы торговые | ГОСТ 8.364-79 | 3.50 | 4 | 1 |
| 29А1840 | Агрегаты механизированные заправочные вместимостью до 2000 т | | 3.10 | 4 | 1 |
| 29А1932 | Автоцистерны калиброванные до 3000 л | Инстр. 36-55 | 1.70 | 4 | 1 |
| 29А1934 | Автоцистерны калиброванные 3000..5000 л | Инстр. 36-55 | 2.50 | 4 | 1 |
| 29А1936 | Автоцистерны калиброванные 5000..10000 л | Инстр. 36-55 | 4.00 | 4 | 1 |
| 29А1938 | Автоцистерны калиброванные свыше 10000 л | Инстр. 36-55 | 7.20 | 4 | 1 |
| 29А1962 | Автоцистерны пищевые до 3000 л | ГОСТ 8.404-80 | 1.70 | 4 | 1 |
| 29А1964 | Автоцистерны пищевые 3000..5000 л | ГОСТ 8.404-80 | 2.50 | 4 | 1 |
| 29А1966 | Автоцистерны пищевые 5000..10000 л | ГОСТ 8.404-80 | 3.10 | 4 | 1 |
| 29А5240 | Анемометры | МИ 1284-86 | 0.60 | 4 | 1 |
| 29Б4530 | Блоки центральные обработки информации по СОЛАТРОН | МИ 2035-95 | 12.30 | 3 | 1 |
| 29Б4560 | Блоки обработки сигналов учета тепловой энергии, преобразователи БОС; ФС | МИ 2035-95 | 1.40 | 3 | 1 |
| 29Б4580 | Блоки обработки информации по учету нефти централизованные | МИ 2037-89 | 24.00 | 1 | 1 |
| 29В5140 | Водосчетчики до 15 мм ДУ | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 0.60 | 4 | 1 |
| 29В5150 | Водосчетчики 15..80 мм ДУ | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 1.50 | 4 | 1 |
| 29В5160 | Водосчетчики 100 мм и более ДУ | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 2.30 | 4 | 1 |
| 29В5240 | Воздухозаборники КОМПОНЕНТ | | 3.00 | 4 | 1 |
| 29В7540 | Вторичные приборы ТУРБОКВАНТ | | 4.00 | 4 | 1 |
| 29Д3850 | Дифманометры-расходомеры с интегратором, с дистанционной передачей | ГОСТ 8.146-75 | 2.20 | 3 | 1 |
| 29Д3855 | Дифманометры-расходомеры без интегратора | ГОСТ 8.146-75 | 1.50 | 3 | 1 |
| 29Д5240 | Дозаторы пипеточные | | 3.00 | 3 | 1 |
| 29Д5244 | Дозаторы пипеточные многопредельные | | 6.80 | 2 | 1 |
| 29Д5250 | Дозаторы медицинские | | 8.00 | 2 | 1 |
| 29Д5440 | Дозаторы поршневые | МИ 851-85 | 6.10 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29И4440 | Имитаторы расхода ИРЖ | | 3.80 | 4 | 1 |
| 29К5340 | Колонки топливораздаточные | МИ 1864-88 | 2.00 | 4 | 1 |
| 29К5350 | Колонки маслораздаточные | ГОСТ 8.220-76 | 2.20 | 4 | 1 |
| 29К5360 | Колонки для отпуска двухкомпонентных смесей | | 4.00 | 4 | 1 |
| 29К5452 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 1-ниточные | | 2.10 | 4 | 1 |
| 29К5454 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 2х-ниточные | | 2.80 | 4 | 1 |
| 29К5456 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 3х-ниточные | | 3.80 | 4 | 1 |
| 29К5462 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 1-ниточные сдвоенные | | 2.50 | 4 | 1 |
| 29К5464 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 2х-ниточные сдвоенные | | 3.60 | 4 | 1 |
| 29К5466 | Комплексы СУПЕРФЛОУ 3х-ниточные сдвоенные | | 4.80 | 4 | 1 |
| 29К6840 | Кружки мерные | Инстр. 32-53 | 0.32 | 4 | 1 |
| 29М2440 | Мерники газовые эталонные до 20 л | ГОСТ 8.400-80 | 4.10 | 3 | 1 |
| 29М2450 | Мерники газовые эталонные св. 20 л | ГОСТ 8.400-80 | 7.40 | 3 | 1 |
| 29М2510 | Мерники 1 разряда 2; 5 л | ГОСТ 8.400-80 | 2.50 | 3 | 1 |
| 29М2512 | Мерники 1 разряда 10..20 л | ГОСТ 8.400-80 | 3.80 | 3 | 1 |
| 29М2514 | Мерники 1 разряда 50..100 л | ГОСТ 8.400-80 | 5.20 | 3 | 1 |
| 29М2516 | Мерники 1 разряда 200 л | ГОСТ 8.400-80 | 12.00 | 2 | 1 |
| 29М2518 | Мерники 1 разряда 500..1000 л | ГОСТ 8.400-80 | 15.00 | 2 | 1 |
| 29М2520 | Мерники 2 разряда и технические до 20 л | ГОСТ 13844-68 ГОСТ 8.400-80 | 1.60 | 3 | 1 |
| 29М2530 | Мерники 2 разряда и технические 20..50 л | ГОСТ 13844-68 ГОСТ 8.400-80 | 1.90 | 3 | 1 |
| 29М2534 | Мерники 2 разряда и технические до 100 л | ГОСТ 13844-68 ГОСТ 8.400-80 | 2.30 | 2 | 1 |
| 29М2536 | Мерники 2 разряда и технические 200..500 л | ГОСТ 13844-68 ГОСТ 8.400-80 | 4.70 | 2 | 1 |
| 29М2550 | Мерники с градуировочной горловиной 2 разряда 2; 5; 10 л | ГОСТ 8.400-80 | 3.50 | 3 | 1 |
| 29М2552 | Мерники с градуировочной горловиной 2 разряда 20 л | ГОСТ 8.400-80 | 4.50 | 3 | 1 |
| 29М2630 | Мерники с градуировочной горловиной 2 разряда 50 л | ГОСТ 8.400-80 | 5.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29М2630 | Мерники технические и шкальные до 1000 л | ГОСТ 13844-68 | 8.40 | 4 | 1 |
| 29М2632 | Мерники технические и шкальные 1000..2500 л | ГОСТ 13844-68 | 9.50 | 4 | 1 |
| 29М2634 | Мерники технические и шкальные 2500..5000 л | ГОСТ 13844-68 | 10.50 | 4 | 1 |
| 29М2636 | Мерники технические и шкальные 5000..10000 л | ГОСТ 13844-68 | 12.00 | 4 | 1 |
| 29М2638 | Мерники технические и шкальные свыше 10000 л | ГОСТ 13844-68 | 16.00 | 4 | 1 |
| 29М2730 | Меры вместимости стеклянные технические | ГОСТ 8.234-77 | 0.40 | 3 | 1 |
| 29М2731 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 1 отм. | ГОСТ 8.100-73 | 0.90 | 3 | 1 |
| 29М2732 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 2 отм. | ГОСТ 8.100-73 | 1.20 | 3 | 1 |
| 29М2733 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 3 отм. | ГОСТ 8.100-73 | 2.30 | 3 | 1 |
| 29М2735 | Меры вместимости стеклянные эталонные и технические на 5 отметок и более | ГОСТ 8.100-73 | 5.90 | 3 | 1 |
| 29М5440 | Молокомеры | ГОСТ 13697-68 | 0.14 | 4 | 1 |
| 29П6240 | Пребразователи расхода турбинные | МИ 584-84; МИ 1974-95 | 12.50 | 3 | 1 |
| 29П6244 | Преобразователи расхода турбинные НОРД; МИГ | МИ 585-84; МИ 1241-86 | 16.00 | 3 | 1 |
| 29П6260 | Преобразователи расхода электромагнитные ИПРЭ; ИПРЭ-1М | МИ 1501-86 | 4.50 | 2 | 1 |
| 29П6340 | Преобразователи импульсов | МИ 1025-85 | 3.20 | 3 | 1 |
| 29Р0720 | Расходомеры корреляционные ДРК | МИ 974-87 | 1.50 | 2 | 1 |
| 29Р0730 | Расходомеры с интегратором, без дистанционной передачи | | 1.30 | 3 | 1 |
| 29Р0750 | Расходомеры индукционные | МИ 249-83; МИ 1703-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 29Р0760 | Расходомеры СУПЕРФЛОУ | | 8.00 | 3 | 1 |
| 29Р0770 | Расходомеры ультразвуковые УЗРВ | МИ 1652-90 | 5.30 | 2 | 1 |
| 29Р0773 | Расходомеры ультразвуковые проливной метод | | 5.00 | 2 | 1 |
| 29Р0777 | Расходомеры, счетчики воды ультразвуковые АКУСТРОН; РАСХОД-7 градуировка на месте | МИ 2157-91; МИ 2371-96 | 6.50 | 2 | 1 |
| 29Р0780 | Расходомеры электронные | | 32.00 | 3 | 1 |
| 29Р2221 | Резервуары горизонт.цилиндрические до 5000 л (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 17.20 | 3 | 2 |
| 29Р2223 | Резервуары горизонт.цилиндрические 5000..10000 л (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 19.60 | 3 | 2 |
| 29Р2225 | Резервуары горизонт.цилиндрические 10000..25000 л (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 23.00 | 3 | 2 |
| 29Р2227 | Резервуары горизонт.цилиндрические 25000..50000 л (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 24.70 | 3 | 2 |
| 29Р2229 | Резервуары горизонт.цилиндрические 50000..75000 л (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 30.00 | 3 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Р2232 | Резервуары горизонт.цилиндрические 75000..100000 (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 32.00 | 3 | 2 |
| 29Р2234 | Резервуары горизонт.цилиндрические 100..125 м куб. (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 34.00 | 3 | 2 |
| 29Р2236 | Резервуары горизонт.цилиндрические 125..150 м куб. (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 36.00 | 3 | 2 |
| 29Р2237 | Резервуары горизонт.цилиндрические 150..175 м куб. (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 38.00 | 3 | 2 |
| 29Р2238 | Резервуары горизонт.цилиндрические 175..200 м куб. (геометрич.метод) | ГОСТ 8.346-79 | 40.00 | 3 | 2 |
| 29Р2240 | Резервуары горизонт.цилиндрические 5..15 м куб.(объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 42.00 | 3 | 2 |
| 29Р2243 | Резервуары горизонт.цилиндрические 15..25 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 59.00 | 3 | 2 |
| 29Р2245 | Резервуары горизонт.цилиндрические 25..50 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 72.00 | 3 | 2 |
| 29Р2246 | Резервуары горизонт.цилиндрические 50..75 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 80.00 | 3 | 2 |
| 29Р2247 | Резервуары горизонт.цилиндрические 75..100 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 96.00 | 3 | 2 |
| 29Р2248 | Резервуары горизонт.цилиндрические 100..125 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 112.00 | 3 | 2 |
| 29Р2249 | Резервуары горизонт.цилиндрические 125..150 м куб. (объемный метод) | ГОСТ 8.346-79 | 128.00 | 3 | 2 |
| 29Р2540 | Реометры РДС | ГОСТ 8.122-85 | 0.90 | 4 | 1 |
| 29Р5754 | Ротаметры (градуировка) | ГОСТ 8.122-85 | 3.80 | 3 | 1 |
| 29Р5755 | Ротаметры, аспираторы до 2 м куб./ч | ГОСТ 8.122-85 | 1.20 | 4 | 1 |
| 29Р5760 | Ротаметры свыше 2 м куб./ч | ГОСТ 8.122-85 | 2.50 | 4 | 1 |
| 29Р5780 | Ротаметры ингаляционного наркоза | ГОСТ 8.122-85 | 0.90 | 4 | 1 |
| 29С8240 | Сужающие устройства, диафрагмы с камерами (комплект) | ГОСТ 26969-86; РД 50-211-80 | 1.80 | 4 | 1 |
| 29С8250 | Сужающие устройства, диафрагмы без камер (комплект) | ГОСТ 26969-86; РД 50-211-80 | 1.50 | 4 | 1 |
| 29С9120 | Счетчики газа барабанные ГСБ | ГОСТ 8.324-78 | 2.90 | 4 | 1 |
| 29С9125 | Счетчики газа ротационные до 1000 м куб./ч РГ | ГОСТ 8.324-78 | 1.70 | 4 | 1 |
| 29С9127 | Счетчики газа ротационные свыше 1000 м куб./ч РГ | ГОСТ 8.324-78 | 1.90 | 4 | 1 |
| 29С9129 | Счетчики газа ротационные РД-7000 | ГОСТ 8.324-78 | 4.00 | 4 | 1 |
| 29С9135 | Счетчики газовые турбинные до 400 м куб./ч ТГС | МИ 2276-93 | 4.00 | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29С9137 | Счетчики газовые турбинные свыше 400 м куб./час ТГС | МИ 2276-93 | 6.00 | 4 | 1 |
| 29С9250 | Счетчики жидких нефтепродуктов | ГОСТ 8.451-81 | 1.90 | 4 | 1 |
| 29С9260 | Счетчики-расходомеры РОСТ-3; -4; -4МП; -5 | | 5.00 | 4 | 1 |
| 29С9262 | Счетчики-расходомеры РОСТ-13 | | 3.00 | 4 | 1 |
| 29С9370 | Счетчики горячей воды ДУ до 15 мм | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 0.60 | 4 | 1 |
| 29С9373 | Счетчики горячей воды ДУ 15..80 мм | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 1.50 | 4 | 1 |
| 29С9375 | Счетчики горячей воды ДУ свыше 80 мм | ГОСТ 8.156-83; МИ 1592-86 | 2.30 | 4 | 1 |
| 29Т2630 | Тепловычислители АСМИ | | 4.80 | 2 | 1 |
| 29Т2633 | Тепловычислители ТПУ; НИЧИМЕН (градуировка) | | 24.60 | 2 | 1 |
| 29Т2639 | Вычислители тепла ИПКТ-1 | | 1.20 | 2 | 1 |
| 29Т2642 | Тепловычислители СУПЕРКАЛ; WR-120 | | 1.60 | 2 | 1 |
| 29Т2646 | Тепловычислители ВТД | | 3.00 | 2 | 1 |
| 29Т2649 | Тепловычислители ТС-03 | | 12.00 | 2 | 1 |
| 29Т2835 | Теплосчетчики ТВ1; ТОР | МИ 1309-86 | 8.00 | 2 | 1 |
| 29Т2838 | Теплосчетчики ТС-35 | | 5.50 | 2 | 1 |
| 29Т2841 | Теплосчетчики ТС-45 | МИ 1534-86 | 11.30 | 2 | 1 |
| 29Т2843 | Теплосчетчики СПТ-92 | МИ 2399-97 | 4.00 | 2 | 1 |
| 29Т2865 | Счетчики количества тепла MAKLO с одним пребразователем | | 7.00 | 2 | 1 |
| 29Т2866 | Каждый дополнительный преобразователь MAKLO | | 0.20 | 2 | 1 |
| 29Т2868 | Теплосчетчики СТД с одним входом | | 2.60 | 2 | 1 |
| 29Т2869 | Каждый дополнительный вход СТД | | 0.50 | 2 | 1 |
| 29Т2880 | Счетчики количества тепла СКТ-1 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 29У2240 | Узлы НИЧИМЕН (градуировка) | МИ 2037-89 | 4.10 | 2 | 1 |
| 29У2242 | Узлы КОР-МАС (аттестация) | МИ 2035-95 | 4.00 | 2 | 1 |
| 29У6530 | Уровнемеры и перепадомеры дистанционные самопишущие | ГОСТ 8.146-75; ГОСТ 8.052-73 | 2.70 | 4 | 1 |
| 29У6533 | Уровнемеры | ГОСТ 8.321-78 | 3.80 | 3 | 1 |
| 29У6540 | Уровнемеры эталонные УО | | 16.60 | 3 | 1 |
| 29У7540 | Установки для поверки автоцистерн | | 18.30 | 2 | 1 |
| 29У7730 | Установки грузокольцевые газомерные ГКУ | МИ 1063-85 | 25.30 | 1 | 1 |
| 29У7750 | Установки для поверки водосчет-ков, счетчиков промышленных жидкостей и счетчиков газа до 0,25 м куб. | МИ 703-85; МИ 704-85; МИ 705-85 | 16.00 | 1 | 1 |
| 29У7755 | Установки для поверки водосчет-ков, счетчиков промышленных жидкостей и газа свыше 0,25 м куб. | МИ 703-85; МИ 704-85; МИ 705-85 | 24.00 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29У7780 | Установки расходомерные имитационные ПОТОК | МИ 250-83 | 32.00 | 1 | 1 |
| 29У7840 | Установки измерений объема сжиженного газа УИЖГ-20 | | 3.00 | 3 | 1 |
| 29У7912 | Установки уровнемерные 1 разряда с имитацией изменения уровня жидк. и сыпуч.материалов УУО1р-И-20 | | 92.00 | 1 | 1 |
| 29У7922 | Установки уровнемерные 2 разряда с имитацией изменения уровня жидк. и сыпуч.материалов УУО2р-И-20 | | 92.00 | 1 | 1 |
| 29У7925 | Установки уровнемерные 2 разряда с непосредственным измерением уровня жидкостей УУО2р-Н-10 | | 96.00 | 1 | 1 |
| 29У7945 | Установки уровнемерные с непосредственным измерением уровня жидкостей УУП-Н-10 | | 84.00 | 2 | 1 |
| 29У7950 | Установки уровнемерные с имитацией изменения уровня жидких и сыпучих материалов УУП-И-10 | | 80.00 | 2 | 1 |
| 29У7960 | Установки уровнемерные ППР-2М | | 40.00 | 1 | 1 |
| 29Э2240 | Электроаспираторы ПРУ; Мод.822 | МИ 232-81; МИ 233-81 | 4.10 | 3 | 1 |

## ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМА

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30Б0640 | Барометры грузопоршневые БП | | 40.00 | 2 | 2 |
| 30Б0650 | Барометры-анероиды БАММ; М-67 | МИ 1802-87 | 2.70 | 3 | 1 |
| 30В0150 | Вакуумметры ионизационные ВСБ; ВИ | МИ 140-89 | 4.90 | 3 | 1 |
| 30В0155 | Вакуумметры ионизационные термопарные ВИТ | МИ 140-89 | 3.00 | 4 | 1 |
| 30В0160 | Вакуумметры ВИ-12; -14 | МИ 140-89 | 2.00 | 4 | 1 |
| 30В0170 | Вакуумметры термопарные ВТ-2; -3 | МИ 140-89 | 2.20 | 4 | 1 |
| 30В0183 | Вакуумметры 13 ВТЗ-003 | МИ 1481-86 | 8.00 | 1 | 1 |
| 30В0353 | Вакуумметры магнитоблокировочные ВМБ | МИ 1582-86 | 4.00 | 4 | 1 |
| 30В0378 | Вакуумметры ВМБ-11; -12; -14 | МИ 1582-86 | 20.00 | 4 | 1 |
| 30В0385 | Вакуумметры ВМБЦ-12 | МИ 1582-86 | 16.00 | 2 | 1 |
| 30В0640 | Вакуумметры грузопоршневые ВП | | 16.30 | 2 | 1 |
| 30В0645 | Вакуумметры грузопоршневые ВПП | | 6.40 | 2 | 1 |
| 30В0875 | Вакуумметры ВО | МИ 2145-91 | 2.10 | 3 | 1 |
| 30Г0501 | Грузы грузопоршневого манометра (1 шт.) | ГОСТ 8.479-82 | 0.20 | 4 | 1 |
| 30Г0505 | Мановакуумметры грузопоршневые 2 разряда МВП-2,5 | ГОСТ 8.111-74 | 8.30 | 2 | 1 |
| 30Г0508 | Манометры грузопоршневые 1 разряда МП-2,5; -6; -60 | ГОСТ 8.479-82 | 16.00 | 2 | 1 |
| 30Г0510 | Манометры грузопоршневые абсолютного давления МПА-14; -15 | МИ 2238-92 | 36.50 | 4 | 1 |
| 30Г0535 | Манометры грузопоршневые МП-04 | ГОСТ 8.340-78 | 6.00 | 2 | 1 |
| 30Г0540 | Манометры грузопоршневые 2 и 3 разряда до 60 кгс/см кв. | ГОСТ 8.479-82 | 4.40 | 2 | 1 |
| 30Г0545 | Манометры грузопоршневые 1;2 и 3 разряда св. 60 кгс/см кв. | ГОСТ 8.340-78 | 6.00 | 2 | 1 |
| 30Г0580 | Манометры грузопоршневые 2 и 3 разряда 2500 кгс/см кв. | ГОСТ 8.340-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 30Г0590 | Манометры грузопоршневые МС | | 1.00 | 4 | 1 |
| 30З0104 | Задатчики давления АЗД 0,4 | МИ 1879-88 | 4.00 | 3 | 1 |
| 30З0140 | Задатчики давления АЗД-2,5; -4 | МИ 1879-88 | 8.70 | 3 | 1 |
| 30З0160 | Задатчики давления АЗДГП-16; -60; -600 | МИ 1879-88 | 15.40 | 3 | 1 |
| 30З1160 | Задатчики давления ВОЗДУХ-250; -2,5; -6,3 | МИ 603-86 | 16.00 | 3 | 1 |
| 30И6210 | ИПД преобразователи давления однопредельные | МИ 677-84 | 5.30 | 3 | 1 |
| 30И6220 | ИПДЦ комплексы измерительные давления цифровые однопредельные | МИ 677-84 | 5.00 | 3 | 1 |
| 30К0430 | Калибраторы давления импортные | | 4.50 | 3 | 1 |
| 30К5340 | Комплексы измерительные давления ИК; Д6; ДФ | | 3.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30К5440 | Компрессиометры | МИ 2085-90 | 0.60 | 4 | 1 |
| 30М0480 | Мановакуумметры жидкостные V-образные | | 5.00 | 3 | 1 |
| 30М0482 | Манометры с наклонной трубкой ММН-240 | Инстр. 7-63 | 3.00 | 3 | 1 |
| 30М0510 | Манометры, вакуумметры КТ 0,15 МО; ВО | МИ 2145-91<br>МИ 2101-90 | 2.10 | 3 | 1 |
| 30М0511 | Манометры, вакуумметры МО; ВО КТ 0,15 Градуирование | МИ 2102-90 | 2.40 | 3 | 1 |
| 30М0512 | Манометры, вакуумметры КТ 0,25; 0,4 МО; ВО | МИ 2145-91<br>МИ 2101-90 | 1.33 | 3 | 1 |
| 30М0513 | Манометры, вакуумметры МО; ВО КТ 0,25 Градуирование | МИ 2102-90 | 1.60 | 3 | 1 |
| 30М0514 | Манометры электроконтактные лабораторные контрольные с дистанционным управлением КТ 0,6;1.0;1.5 | МИ 2124-90 | 0.40 | 3 | 1 |
| 30М0520 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические ОБМ | МИ 2124-90 | 0.16 | 3 | 1 |
| 30М0526 | Манометры автомобильные | | 0.67 | 4 | 1 |
| 30М0540 | Манометры дистанционные | МИ 2124-90 | 0.80 | 3 | 1 |
| 30М0550 | Манометры МП с унифицированным выходным сигналом | ГОСТ 8.092-73 | 2.00 | 3 | 1 |
| 30М0552 | Манометры пневматические с электровыходным сигналом НПЭ-МИ | | 3.00 | 3 | 1 |
| 30М0580 | Манометры кислородные | МИ 2124-90 | 0.25 | 3 | 1 |
| 30М0640 | Манометры сверхвысокого давления СВ | | 0.50 | 3 | 1 |
| 30М3340 | Микроманометры компенсационные винтовые с вертикальной трубкой МКВ-250 | ГОСТ 8.302-78 | 8.60 | 2 | 1 |
| 30М3350 | Микроманометры компенсационные МКМ-4 | | 30.00 | 4 | 1 |
| 30М3380 | Микроманометры с V-образной трубкой | | 5.00 | 4 | 1 |
| 30П6220 | Преобразователи давления измерительные | МИ 1997-89 | 3.70 | 3 | 1 |
| 30П6260 | Преобразователи давления САПФИР и т.п. | МИ 1997-89 | 3.70 | 3 | 1 |
| 30П6320 | Приборы Петрова ППР | МУ 147 | 6.50 | 2 | 1 |
| 30С8340 | Сфигманометры ППМ; ППР | МИ 2124-90;<br>Инстр. 7-63 | 0.24 | 3 | 1 |
| 30С8346 | Сфигманометры с электрическим выходным сигналом | МИ 2124-90;<br>Инстр. 7-63 | 0.40 | 4 | 1 |
| 30Т5540 | Тонометры с электрическим выходным сигналом | МИ 2124-90;<br>Инстр. 7-63 | 0.30 | 4 | 1 |
| 30Т7940 | Тягомеры,тягонапоромеры,напоромеры ТНЖ; НМП; ТМП; ППМ; ППР | МИ 2124-90;<br>Инстр. 7-63 | 0.60 | 3 | 1 |
| 30У3040 | Указатели давления медицинские УДМ-60 | | 0.40 | 3 | 1 |
| 30У7740 | Установки для поверки вакуумметров УСПВ | | 13.30 | 2 | 1 |

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31А5020 | Анализаторы КАС-01М | | 8.20 | 2 | 1 |
| 31А5050 | Анализаторы лабораторные АН-7529 | | 12.90 | 3 | 1 |
| 31А5060 | Анализаторы остаточного алюминия МОНИТОР-90 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 31А5070 | Анализаторы ртути ЮЛИЯ-2; АГП-01 | МИ 1686-87 | 7.60 | 3 | 1 |
| 31А5080 | Анализаторы влажности ЭВЛАС-1;-2 | | 4.20 | 3 | 1 |
| 31А6240 | Ареометры для спирта,сахара,общего назначения 1 и 2 разряда (по методике ВНИИМ на АРМП) | МУ ВНИИМ | 8.20 | 2 | 2 |
| 31А6241 | Ареометры для спирта,сахара,общего назначения 1 и 2 разряда | МИ 1288-88; МИ 1606-87; МИ 1697-87; МУ 265 | 7.40 | 2 | 2 |
| 31А6245 | Ареометры общего назначения | МИ 1914-88 | 3.00 | 3 | 1 |
| 31А6250 | Ареометры-сахарометры АС 1 (по методике ВНИИМ на АРМП) | МУ ВНИИМ | 2.80 | 3 | 2 |
| 31А6251 | Ареометры-сахарометры АС 1 | МИ 1914-88 | 0.70 | 3 | 2 |
| 31А6265 | Ареометры для нефти АНТ; АН | МИ 1914-88 | 1.10 | 3 | 1 |
| 31А6266 | Ареометры для нефти АНТ; АН (по методике ВНИИМ на АРМП) | МУ ВНИИМ | 3.00 | 3 | 1 |
| 31А6270 | Ареометры для спирта АСП-1; АСП-2 (по методике ВНИИМ на АРМП) | МУ ВНИИМ | 2.40 | 3 | 1 |
| 31А6271 | Ареометры для спирта АСП-1; АСП-2 | МИ 1914-88 | 1.30 | 3 | 1 |
| 31А6640 | Аппаратура для определения нефтепродуктов в сточных водах | | 6.60 | 3 | 1 |
| 31Б0440 | Баллоны реперные, градуировка (1 баллон) | | 5.00 | 3 | 1 |
| 31Б4540 | Блоки автоматического фильтрования | | 8.00 | 2 | 1 |
| 31Б4550 | Блоки делителей выходного сигнала (хроматаграфы) | МИ 137-77 | 2.40 | 2 | 1 |
| 31В3740 | Вискозиметры капиллярные | МИ 1748-87 | 2.70 | 3 | 1 |
| 31В3750 | Вискозиметры ротационные РЕОТЕСТ | | 15.50 | 3 | 1 |
| 31В3760 | Вискозиметры с падающим шаром Гепплера | РД 50-366-82; МИ 1975-89 | 15.50 | 3 | 1 |
| 31В3770 | Вискозиметры условной вязкости ВЗ-1; ВЗ-4; ВЗ-246Т | ГОСТ 8.290-78; МИ 1740-87 | 2.20 | 4 | 1 |
| 31В3775 | Вискозиметры условной вязкости ВУ | | 1.60 | 4 | 1 |
| 31В4040 | Влагомеры газов ВВ-4 | | 5.00 | 2 | 1 |
| 31В4050 | Влагомеры диэлькометрические ПВЭ-10Д, КОЛОС-1; -2 | РД 50.157-79; МИ 1611-89; МИ 1970-89 | 2.30 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31В4055 | Влагомеры диэлькометрические ИЗВ; ЦЗВ | РД 50.157-79; МИ 1611-89; МИ 1970-89 | 5.70 | 3 | 1 |
| 31В4060 | Влагомеры древесины ЭВ-2К | МИ 2226-92 | 1.40 | 3 | 1 |
| 31В4065 | Влагомеры резистивные ВП-4 | МИ 1979-89 | 0.82 | 3 | 1 |
| 31Г0140 | Газы нулевые (поверка 1 баллона) | | 2.00 | 3 | 1 |
| 31Г0240 | Газоанализаторы выхлопных газов ГАИ-1; ИНФРАЛИТ | МИ 1564-86; МИ 1616-87 | 2.80 | 3 | 1 |
| 31Г0245 | Газоанализаторы на NO 344ХЛ-04 | | 1.80 | 3 | 1 |
| 31Г0247 | Газоанализаторы выхлопных газов ГИАМ; ИКАФ; МЕКСА; НЕПТУН; 102ФА 123ФА01; 121ФА01 | МИ 938-85; МИ 1401-86; МИ 1471-86; МИ 1797-87; МИ 1798-88 | 3.70 | 3 | 1 |
| 31Г0248 | Газоанализаторы "Автотест" (3 канала) | | 6.00 | 3 | 1 |
| 31Г0250 | Газоанализаторы переносные ПГФ; СТХ-5А; ШИ и т.п. | МИ 508-84; МИ 750-85; МИ 876-85; | 1.80 | 3 | 1 |
| 31Г0260 | Газоанализаторы переносные HS-82; ИВП; импортные | МИ 1083-86 | 1.70 | 3 | 1 |
| 31Г0265 | Газосигнализаторы ЩИТ-1; СТМ-10; СИГНАЛЬМИК (1 канал) | МИ 889-85; МИ 662-84; МИ 1854-88 | 2.90 | 3 | 1 |
| 31Г0266 | Газосигнализаторы ДЖЕ-2000 | | 4.70 | 3 | 1 |
| 31Г0267 | Газоанализаторы СИГНАЛ-2; СМП-1; СШ-2 | МИ 896-85 | 2.00 | 3 | 1 |
| 31Г0268 | Газоанализаторы фотоколориметрические ФКГ; ФЛС | | 3.20 | 3 | 1 |
| 31Г0270 | Газоанализаторы стационарные ТХС; ГМК; СТХ и т.п. | МИ 806-85; МИ 875-85; | 2.90 | 3 | 1 |
| 31Г0276 | Газоанализаторы стационарные АКМ (1 датчик) | МИ 1565-86 | 2.00 | 3 | 1 |
| 31Г0278 | Газоанализаторы стационарные ТХГ; СВК; ПАЛЛАДИЙ; ТП; ТН; ГАЗОТЕСТ; МН; ОА и т.п. | МИ 1002-85; МИ 1259-86; МИ 1260-86; МИ 1261-85; МИ 1262-86; МИ 1442-86; МИ 1738-87 | 2.70 | 3 | 1 |
| 31Г0280 | Газоанализаторы эталонные | | 8.00 | 2 | 1 |
| 31Г0290 | Газоанализаторы промышленные стационарные фотоколориметрические СИРЕНА | МИ 1901-88 | 4.00 | 3 | 1 |
| 31Г0540 | Газометры тарировочные ГТ-1 | | 4.00 | 3 | 1 |
| 31Г2540 | Генераторы влажности газа РОДНИК-1; ПОЛЮС-1 | МИ 260-82 | 12.40 | 2 | 1 |
| 31Г3140 | Гигрометры ДЕЛЬТА-1; ГС-210; АПВ-201; ВОЛНА-1М; -2М; -5 | МИ 1717-87 | 6.40 | 2 | 1 |
| 31Г3145 | Гигрометры кулонометрические БАЙКАЛ | МИ 400-83; МИ 1099-86 | 8.50 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Г3150 | Гигрометры ИВА-6; ГП-22П | МИ 1715-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 31Г3160 | Гигрометры М-19; М-28; М-68 | МИ 1768-87 | 5.50 | 3 | 1 |
| 31Г3170 | Гигрометры психрометрические ВИТ-1; ВИТ-2 | | 0.30 | 3 | 1 |
| 31Г3530 | Гигрографы М21М | МИ 1768-87 | 5.50 | 3 | 1 |
| 31Г3640 | Гигростаты ГСТ-510; ГПТ-130 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 31Ж6040 | Жидкости градуировочные для поверки вискозиметров | МИ 1289-86 | 14.90 | 3 | 1 |
| 31И2240 | Измерители индекса расплава термопласта | | 4.00 | 3 | 1 |
| 31И3440 | Имитаторы электродной системы И-01; И-02 | | 2.30 | 3 | 1 |
| 31К0440 | Камера КИМ | | 4.00 | 4 | 1 |
| 31К5440 | Комплексы средств поверки гигрометров КСПГ-79; ПСГ-120 | МИ 869-85 | 16.00 | 2 | 1 |
| 31К5540 | Кондуктометры лабораторные КТ 1 и 2 КЭЛ-1М; КЛ-1; -2; -3; -4 | ГОСТ 8.292-84; ГОСТ 8.354-85 | 10.00 | 2 | 1 |
| 31К5560 | Кондуктометры промышленные КК-8; -9; АКК-201 и т.п. | ГОСТ 8.292-84; ГОСТ 8.354-85 | 8.00 | 3 | 1 |
| 31Л3540 | Линии полуавтоматические для определения сахаристости УЛС-1 и УПЛС-1 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 31Н3740 | Нитратомеры | МИ 1990-89 | 4.00 | 2 | 1 |
| 31П1740 | ПГС (ГСО-ПГС) для поверки газоаналитических СИ | | 1.70 | 3 | 1 |
| 31П5440 | Полярографы ПУ-1; ППТ-1; РА-1; -2 | МИ 1004-85; МИ 1980-89 | 11.60 | 2 | 1 |
| 31П5940 | pH-метры лабораторные однопредельные РН-47; -125; -222 | МИ 1619-87 | 2.50 | 3 | 1 |
| 31П5960 | pH-метры и иономеры лабораторные многопред.(комплект) РН-121;-262;-340;-673;И-115;-130; -135;ЭВ и т.д. | МИ 1403-86; МИ 1619-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 31П6240 | Преобразователи промышленные П-201; -205; -210; -215 | МИ 1403-86; МИ 1619-87 | 2.10 | 3 | 1 |
| 31П6340 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов эталонные ПВНЭ | Инстр. 175-55 | 6.20 | 2 | 1 |
| 31П6360 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов ПВНЭ | Инстр. 175-55 | 5.00 | 2 | 1 |
| 31П6370 | Приборы для определения поверхностного натяжения латекса трансформаторов тока | | 8.00 | 2 | 1 |
| 31П6380 | Приборы контроля влажности изоляции трансформаторов тока | | 3.30 | 3 | 1 |
| 31П6390 | Приборы точки росы ИВА-1 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 31П7350 | Психрометры аспирационные | МИ 1908-88 | 1.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31С3140 | Сигнализатор СВИП-2 | | 5.30 | 3 | 1 |
| 31С3740 | Системы аналитические АСГА | | 6.00 | 3 | 1 |
| 31С3750 | Системы КЕЛЬТЕК; КЪЕЛЬ-ФЬОС; СПЕКТРАН | | 1.00 | 4 | 1 |
| 31С4240 | Смеси газовые поверочные, градуировка периодическая (1 реестр) | | 16.00 | 2 | 1 |
| 31С5440 | Солемеры | МИ 176-79 | 8.00 | 3 | 1 |
| 31С6340 | Спиртомеры металлические рабочие | МИ 138-77 | 3.40 | 3 | 1 |
| 31С6350 | Спиртомеры металлические эталонные | МИ 139-77 | 16.00 | 2 | 1 |
| 31У7640 | Устройства пробозаборные к газоанализаторам УГ-2; ГХ; ПГА-ВПМ | МИ 1516-86; МИ 1852-88 | 1.50 | 3 | 1 |
| 31У7740 | Установки воздушные тепловые для измерения влажности зерна СЭШ-3 | РД 50 584-85 | 8.40 | 2 | 1 |
| 31У7750 | Установки газоаналитические УПО-1; ГУО; УДГ-02; УЛТ-1 | | 7.40 | 2 | 1 |
| 31У7760 | Установки УПКП-1 | МИ 89-76 | 19.50 | 2 | 1 |
| 31У7780 | Установки для градуировки СИ влажности зерна УВТО | | 12.00 | 2 | 1 |
| 31Х6540 | Хроматографы переносные ГАЗОХРОМ; 3101 | МИ 137-77; МИ 499-84 | 13.00 | 2 | 1 |
| 31Х6550 | Хроматографы стационарные ЛХМ-80; ЦВЕТ и т.п. | ГОСТ 8.485-83; МИ 137-77; МИ 371-83; МИ 414-83; МИ 540-84; МИ 1058-85; МИ 2402-97; | 13.20 | 2 | 1 |
| 31Э4240 | Электроды измерительные ЭСП; ЭСЛ | МИ 1760-87; МИ 1770-88 | 1.30 | 3 | |
| 31Э4250 | Электроды сравнения эталонные ЭСО-01 | МИ 1773-87 | 3.40 | 3 | 1 |

## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32Б4580 | Блоки обработки сигналов учета тепловой энергии | | 2.60 | 4 | 1 |
| 32Б5410 | Бомбы калориметрические | МИ 2096-90 | 1.00 | 4 | 1 |
| 32Г6010 | Градуировка термоэлектрических преобразователей через 20С -200..0С МК; ХК; ХА | ГОСТ 14894-69 | 3.20 | 2 | 1 |
| 32Г6015 | Градуировка термоэлектрических преобразователей через 20С 0..100С ХА; ХК; ПП | ГОСТ 8.338-78 | 1.50 | 3 | 1 |
| 32Г6020 | Градуировка термоэлектрических преобразователей через 10С 0..300С | ГОСТ 8.338-78 | 3.80 | 3 | 1 |
| 32Г6030 | Градуировка термоэлектрических преобразователей через 50С 0..1200С ХА; ХК; ПП | ГОСТ 8.338-78 | 6.00 | 3 | 1 |
| 32И3720 | Измерители теплопроводности ИТ-400 | МИ 115-77 | 16.00 | 2 | 1 |
| 32И3721 | Измерители тепловых параметров ПРИТ-01; РПТ-2200 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 32К0410 | Калориметры эталонные (градуировка) | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32К0415 | Калориметры эталонные В-06 | | 40.00 | 2 | 1 |
| 32К0420 | Калориметры эталонные В-08 | МИ 2096-90 | 21.80 | 1 | 1 |
| 32К0430 | Калориметры ЮНКАЛОР | | 25.20 | 1 | 1 |
| 32К0440 | Калибраторы температуры СУПЕРКАЛ | | 6.00 | 3 | 1 |
| 32К0470 | Камеры тепла и холода для положительных и отрицательных температур до 5 точек | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32К0480 | Камеры тепла и холода для положительных температур, градуировка до 5 точек | | 16.00 | 2 | 1 |
| 32К0485 | Камеры тепла и холода, градуировка свыше 5 точек (1 точка) | | 4.00 | 3 | 1 |
| 32Л0420 | Лампы на цветовую температуру в ИК диапазоне ТРУ 1100-2350; СИ-10-300 | | 10.70 | 1 | 1 |
| 32Л0430 | Лампы на цветовую температуру в видимой области ТРУ 1100-2350; СИ-10-300 | | 1.00 | 1 | 1 |
| 32Л0440 | Лампы температурные на яркостную температуру 2000 и 2300С ТРУ; СИ-10-300 | ГОСТ 8.155-75 | 6.20 | 1 | 1 |
| 32Л5130 | Логометры показывающие КТ 0,25 ЛМП-06; ЛП | ГОСТ 8.209-76 | 0.70 | 4 | 1 |
| 32Л5160 | Логометры, милливольтметры показывающие и регулирующие | ГОСТ 8.012-72 | 0.90 | 4 | 1 |
| 32Л5170 | Логометры,милливольтметры показывающие пирометрические | ГОСТ 8.012-72 | 0.60 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32М2620 | Меры теплопроводности | МИ 1869-88 | 12.00 | 2 | 1 |
| 32М3425 | Миллиамперметры, потенциометры и мосты автоматические КТ 0,25 (3 канала) | ГОСТ 8.280-78 | 1.50 | 3 | 1 |
| 32М3470 | Миллиамперметры, потенциометры и мосты автоматические КТ 0,25 (6 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 1.90 | 3 | 1 |
| 32М3480 | Миллиамперметры,потенциометры, мосты автоматические КТ 0,25 (12 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 2.20 | 3 | 1 |
| 32М3483 | Миллиамперметры,мосты и потенциометры автоматические КТ 0.5 (1 канал) | ГОСТ 8.280-78 | 1.00 | 3 | 1 |
| 32М3485 | Миллиамперметры,мосты и потенциометры автоматические и регулирующие (3 канала) | ГОСТ 8.280-78 | 1.40 | 3 | 1 |
| 32М3487 | Миллиамперметры,мосты и потенциометры автоматические и регулирующие (6 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 1.60 | 3 | 1 |
| 32М3490 | Миллиамперметры,мосты и потенциометры автоматические и регулирующие (12 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 1.90 | 3 | 1 |
| 32М5715 | Милливольтметры с элементом Щ4501 | ГОСТ 8.012-72 | 1.20 | 3 | 1 |
| 32М5720 | Мосты и потенциометры автоматические регулирующие КТ 0,25 | ГОСТ 8.280-78 | 1.10 | 3 | 1 |
| 32М5730 | Мосты и потенциометры автоматические регулирующие | ГОСТ 8.280-78 | 1.20 | 3 | 1 |
| 32М5750 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (1 канал) | ГОСТ 8.280-78 | 0.90 | 3 | 1 |
| 32М5760 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (3 канала) | ГОСТ 8.280-78 | 1.30 | 3 | 1 |
| 32М5780 | Мосты и потенциометры автоматические самопишущие (6 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 1.50 | 3 | 1 |
| 32М5790 | Мосты и потенциометры автоматические и самопишущие (12 каналов) | ГОСТ 8.280-78 | 1.70 | 3 | 1 |
| 32П2920 | Печи МТП-2; -2М; СУОЛ | | 10.00 | 3 | 2 |
| 32П3630 | Пирометры яркостные 1 и 2 разряда 800..3000С ЭОП-66 | МИ 1733-87 | 54.00 | 1 | 2 |
| 32П3640 | Пирометры яркостные 800..3000С ЭОП-66; ЛОП-22,ОП-48 | МИ 1733-87 | 19.00 | 1 | 1 |
| 32П3650 | Пирометры оптические 800..2000С ОППИР; ПРОМИНЬ | ГОСТ 8.130-74 | 3.60 | 2 | 1 |
| 32П3660 | Пирометры оптические 800..5000С ОППИР; ПРОМИНЬ | ГОСТ 8.130-74 | 6.00 | 2 | 1 |
| 32П3670 | Пирометры и микропирометры оптические ОМП; ВИМП | МИ 1733-87 | 11.50 | 2 | 1 |
| 32П3675 | Пирометры радиационные ППТ-121; -131; -142 | МИ 1200-86 | 4.00 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32П3680 | Пирометры частичного излучения ПЧД-131; -121 | МИ 1628-87 | 1.60 | 2 | 1 |
| 32П3687 | Пирометры частичного излучения СМОТРИЧ-4 | ГОСТ 8.478-82 | 8.00 | 2 | 1 |
| 32П3688 | Пирометры СМОТРИЧ-40 | МИ 1200-86 | 8.00 | 2 | 1 |
| 32П5720 | Потенциометры ПП-1; ПП-63 (см.34П5720) | ГОСТ 8.280-78; ГОСТ 8.478-82 | 4.00 | 3 | 1 |
| 32П5760 | Потенциометры и мосты автоматические регулирующие, показыв.,самопиш.ПП63 (1канал) | | 1.30 | 3 | 1 |
| 32П5770 | Потенциометры и мосты автоматические регулир.показыв., самопишущие ДИСК-250 (1канал) | | 1.60 | 3 | 1 |
| 32П6210 | Преобразователи термоэлектрические 500..1800С ВР | ГОСТ 8.338-75 | 10.00 | 1 | 1 |
| 32П6215 | Преобразователи термоэлектрические константановые (копелевые) 2 разряда МКО | МИ 1298-86 | 8.70 | 2 | 1 |
| 32П6220 | Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые 2 и 3 разряда ППО | МИ 1744-87 | 6.00 | 1 | 1 |
| 32П6240 | Преобразователи термоэлектрические платинородиевые, платиновые 2 и 3 разряда ПРО | МИ 1746-87 | 7.80 | 2 | 1 |
| 32П6250 | Преобразователи термоэлектрические (градуировка за точку) | | 3.50 | 3 | 1 |
| 32П6260 | Преобразователи термоэлектрические МК | | 2.50 | 3 | 1 |
| 32П6270 | Преобразователи термоэлектрические ПП; ХА; ХК | ГОСТ 8.338-78 | 2.50 | 2 | 1 |
| 32П6280 | Преобразователи термоэлектрические 0..300С | ГОСТ 8.338-78 | 1.50 | 3 | 1 |
| 32П6285 | Преобразователи термоэлектрические 300..1000С через 100С | ГОСТ 8.338-78 | 3.00 | 3 | 1 |
| 32П6290 | Преобразователи термоэлектрические 0..1200С ТХА; ТХК | ГОСТ 8.338-78 | 2.00 | 3 | 1 |
| 32П6292 | Преобразователи термоэлектрические ТПР | ГОСТ 8.338-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 32П6293 | Преобразователи термоэлектрические ТСПУ; ТСМУ; ТХАУ | МИ 1031-85 | 3.00 | 3 | 1 |
| 32П6294 | Преобразователи ПТ-ТП; ПТ-ТС | | 2.00 | 3 | 1 |
| 32П6295 | Преобразователи термоэлектрические -200..0С МК; ХА; ХК | ГОСТ 14894-69 | 1.40 | 2 | 1 |
| 32П6296 | Преобразователи термоэлектрические -100..100С через 10С | ГОСТ 8.461-82 | 4.00 | 3 | 1 |
| 32П6298 | Преобразователи вторичные ПВ-3; ПВ-0 | | 1.70 | 4 | 1 |
| 32П6330 | Приборы А-100; А-542 (двухшкальные) | ГОСТ 8.280-72 | 2.20 | 3 | 1 |
| 32П6340 | Приборы А-100Н (двухшкальные) | ГОСТ 8.280-72 | 4.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32П6350 | Приборы А-542; А-543 (трехшкальные) | ГОСТ 8.280-72 | 3.00 | 3 | 1 |
| 32П6380 | Приборы универсальные измерительные Р-4833 (см.34П6380) | ГОСТ 8.449-81; ГОСТ 8.478-82; МИ 1695-87 | 5.00 | 3 | 1 |
| 32П6382 | Приборы универсальные измерительные УПИП-60 и т.п. (см. 34П6382) | ГОСТ 8.449-81; ГОСТ 8.478-82; МИ 1695-87 | 4.50 | 3 | 1 |
| 32П8460 | Пульты установок УВПТ-2АМ и УТТ | | 8.00 | 3 | 1 |
| 32Р2170 | Регуляторы температуры | | 1.20 | 4 | 1 |
| 32Т2420 | Телескопы радиационного пирометра эталонные ТЭРА-50 | МИ 1838-88; МИ 1839-88 | 3.10 | 2 | 1 |
| 32Т2440 | Телескопы радиационного пирометра ТЭРА-50 | МИ 1200-86 | 1.90 | 2 | 1 |
| 32Т2520 | Термометры манометрические самопишущие 0..300С ТГ; ТЖ; ТГС; ТЖС | ГОСТ 8.305-78 | 1.20 | 4 | 1 |
| 32Т2560 | Термометры манометрические показывающие самопишущие и регулирующие | ГОСТ 8.305-78 | 1.00 | 4 | 1 |
| 32Т2600 | Термографы | | 1.70 | 4 | 1 |
| 32Т2610 | Термометры метастатические эталонные (градуировка) | ГОСТ 8.317-78 | 4.90 | 1 | 1 |
| 32Т2615 | Термометры метастатические | ГОСТ 8.279-78 | 4.30 | 2 | 1 |
| 32Т2616 | Термометры полупроводниковые 30..120С | ГОСТ 8.279-78 | 1.30 | 4 | 1 |
| 32Т2618 | Термометры полупроводниковые 30..70С; 70..120С | ГОСТ 8.279-78 | 2.70 | 4 | 1 |
| 32Т2620 | Термометры термоэлектрические 1 разряда ППО | МИ 1744-87 | 12.00 | 1 | 1 |
| 32Т2630 | Термометры сопротивления 1 и 2 разряда -200..0С ПТС-10; ТСПН | МИ 1511-86 | 9.00 | 1 | 1 |
| 32Т2640 | Термометры сопротивления 1 и 2 разряда 0..630С ПТС-10 | ГОСТ 8.427-81 | 9.00 | 1 | 1 |
| 32Т2645 | Термометры сопротивления ВТС | ГОСТ 8.461-82 | 11.50 | 1 | 1 |
| 32Т2650 | Термометры сопротивления ЭСП и ЭЧП | ГОСТ 8.461-82 | 2.90 | 3 | 1 |
| 32Т2670 | Термометры сопротивления платиновые и медные неразборные | ГОСТ 8.461-82 | 2.00 | 3 | 1 |
| 32Т2680 | Термометры сопротивления платиновые и медные разборные | ГОСТ 8.461-82 | 1.40 | 3 | 1 |
| 32Т2720 | Термометры стеклянные равноделенные эталонные и рабочие ТР | ГОСТ 8.317-78 | 2.60 | 1 | 1 |
| 32Т2730 | Термометры стеклянные эталонные 2 и 3 разряда ЦД 0,1..0,2С | ГОСТ 8.317-78 | 2.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32Т2740 | Термометры стеклянные эталонные для измерения низких температур | ГОСТ 8.279-78 | 2.50 | 1 | 1 |
| 32Т2760 | Термометры стеклянные для измерения низких температур | ГОСТ 8.279-78 | 1.50 | 2 | 1<br>1 |
| 32Т2770 | Термометры стеклянные лабораторные ЦД 0,1..0,2 ТЛ | ГОСТ 8.279-78 | 1.00 | 3 | 1 |
| 32Т2780 | Термометры стеклянные технические ЦД 0,5..2 | ГОСТ 8.279-78 | 0.50 | 3 | 1 |
| 32Т2820 | Термометры цифровые (градуировка) | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32Т2830 | Термометры цифровые прецезионные ДТТ-1000 | | 60.00 | 2 | 1 |
| 32Т2833 | Термометры цифровые до 100С ТТЦ | МИ 1657-87 | 8.80 | 3 | 1 |
| 32Т2835 | Термометры цифровые до 300С ТТЦ | МИ 1657-87 | 9.00 | 3 | 1 |
| 32Т2840 | Термометры цифровые ТЦМ | МИ 2341-95 | 2.00 | 4 | 1 |
| 32Т2850 | Термометры цифровые Ф-226 | | 6.00 | 3 | 1 |
| 32Т2860 | Термометры электрические цифровые и стрелочные ТС; ТП | | 1.50 | 3 | 1 |
| 32Т2870 | Термометры электроконтактные ТПК; ТЭК | ГОСТ 8.279-78 | 1.00 | 4 | 1 |
| 32Т2875 | Термостаты градуировочные КВ-25 | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32Т3010 | Термостаты водяные ТВ-4 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 32Т3030 | Термостаты, камеры ТЧК; Т-Х1 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 32Т3060 | Термостаты масляные ТМЗ | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32Т3070 | Термостаты ТН-12 и ТП-5 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 32У3075 | Установки УТТ6-ВМА | | 24.00 | 2 | 1 |
| 32Ш3080 | Шкафы сушильные | | 3.00 | 4 | |

## ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ЧАСТОТЫ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33Б4530 | Блоки сменные к частотомерам | МИ 1835-88 | 4.00 | 2 | 1 |
| 33Д2440 | Делители частоты счетчиковые | | 5.20 | 2 | 1 |
| 33И2130 | Измерители временных интервалов И2-5; И2-7 | | 4.50 | 2 | 1 |
| 33И2140 | Измерители временных интервалов И2-8; -9; -14; -23 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 33И2150 | Измерители временных интервалов И2-24; -25; -26 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 33И2830 | Измерители параметров хода часов ППЧ-4; -7; -7М; П-90; -151; -15 | | 6.00 | 1 | 1 |
| 33И2840 | Измерители параметра хода часов П-180 | | 20.00 | 1 | 1 |
| 33И2850 | Измерители параметров хода часов П-133; -157; -157М; -161 и т.п. | | 14.20 | 1 | 1 |
| 33И2920 | Измерители частоты резонансные | ГОСТ 12692-67 | 2.90 | 3 | 1 |
| 33И3930 | Измерители частоты гетеродинные Ч4 и т.п. | | 7.00 | 2 | 1 |
| 33К5430 | Компараторы-приемники Ч7-38 | | 11.00 | 2 | 1 |
| 33К5440 | Компараторы,приемники сигналов эталонных частот Ч7-5; -12; -13; -15 | | 12.00 | 2 | 1 |
| 33К5450 | Компараторы-приемники Ч7-9; ПК-66 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 33М2620 | Меры частоты прецезионные Ч1-50; Ч1-73 и т.п. | МИ 2188-92 | 28.00 | 2 | 1 |
| 33М2630 | Меры частоты Ч1-5 | МИ 2188-92 | 8.60 | 2 | 1 |
| 33М2640 | Меры частоты ограниченной точности | МИ 2188-92 | 10.50 | 3 | 1 |
| 33М3440 | Миллисекундомеры электрические | ГОСТ 8.286-78 | 2.50 | 2 | 1 |
| 33О7440 | Отметчики времени | | 7.60 | 2 | 1 |
| 33П2640 | Переносчики частоты С-61 и т.п. | | 9.00 | 2 | 1 |
| 33П6240 | Преобразователи частоты Ч5-11; -12; -13 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 33Р0140 | Радиочасы АВТОХРОН | | 9.00 | 1 | 1 |
| 33С2320 | Секундомеры-калибраторы | ГОСТ 8.339-78 | 7.50 | 1 | 1 |
| 33С2340 | Секундомеры-таймеры | МИ 1243-86 | 5.00 | 3 | 1 |
| 33С2350 | Секундомеры электрические | ГОСТ 8.286-78 | 0.80 | 3 | 1 |
| 33С2352 | Секундомеры электрические П-30М;ПВ-53 | | 1.00 | 3 | 1 |
| 33С2355 | Секундомеры электрические ЭМС-54 | | 1.10 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33С2360 | Секундомеры механические 30 мин | ГОСТ 8.423-81 | 0.62 | 2 | 1 |
| 33С2365 | Секундомеры механические 60 мин | ГОСТ 8.423-81 | 0.63 | 2 | 1 |
| 33С3510 | Синхрометры кварцевые Ч7-15 | | 6.00 | 2 | 1 |
| 33С3520 | Синхрометры Ч7-37 | | 6.00 | 2 | 1 |
| 33С3540 | Синтезаторы частот Ч6-31; -71; -74 | | 13.00 | 1 | 1 |
| 33С3550 | Синтезаторы частот РЧ6-04 | | 15.00 | 2 | 1 |
| 33С9260 | Счетчики импульсов Ф-588 и т.п. | | 3.50 | 2 | 1 |
| 33У4540 | Умножители частоты | | 7.90 | 2 | 1 |
| 33У7740 | Установки воспроизведения частоты АУПМЧ и т.п. | | 40.00 | 1 | 1 |
| 33У7750 | Установки для поверки электрических и механических секундомеров | | 7.90 | 1 | 1 |
| 33У7760 | Установки частотоизмерительные АКПЧ-1 | | 51.50 | 1 | 1 |
| 33Х6550 | Хронометры | ГОСТ 8.466-82 | 15.00 | 2 | 1 |
| 33Х6570 | Хроноскопы | ГОСТ 8.423-81 | 0.95 | 2 | 1 |
| 33Ч0730 | Частотомеры электронные счетные Ч3-12; -22; -24; -28; -32 | МИ 1835-88 | 8.00 | 2 | 1 |
| 33Ч0735 | Частотомеры электронные счетные Ч3-35; -35А;-57; Ф5043 | МИ 1835-88 | 6.00 | 2 | 1 |
| 33Ч0740 | Частотомеры со сменными блоками Ч3-34;-34А;-54;-38 (базовые блоки) | МИ 1835-88 | 11.50 | 2 | 1 |
| 33Ч0745 | Частотомеры Ч3-64; -65; -66 и импортные | МИ 1835-88 | 9.30 | 2 | 1 |
| 33Ч0750 | Частотомеры Р407-0001; Р407-0002 | МИ 1835-88 | 24.00 | 3 | 1 |
| 33Ч0760 | Частотомеры периодомеры, частотомеры Ф5035 и т.п. | МИ 1835-88 | 8.00 | 3 | 1 |
| 33Ч0770 | Частотомеры стрелочные | ГОСТ 8.422-81 | 2.50 | 3 | 1 |
| 33Ч0790 | Частотомеры вибрационные до 1000 Гц | МИ 1835-88 | 0.80 | 3 | 1 |
| 33Ч1740 | Часы АЧС-1; АЧС-1х; 60-ЧП | | 3.50 | 2 | 1 |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34А4510 | Амперметры,вольтметры,ваттметры постоянного тока св.6 пределов КТ 0,1..0,5 М502 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.50 | 3 | 1 |
| 34А4515 | Амперметры,вольтметры постоянного тока до 6 пределов КТ 0,1..0,5 М252; М1105; М2016 и т.п. | ГОСТ 8.497-83 | 1.90 | 3 | 1 |
| 34А4516 | Амперметры,вольтметры,ваттметры переменного тока св.6 пределов КТ 0,1..0,5 Д556 и т.п. | ГОСТ 8.497-83 | 3.00 | 3 | 1 |
| 34А4520 | Амперметры,вольтметры,ваттметры постоянного и переменного тока КТ 0,1..0,5 Д553;Д566;Д5017 | ГОСТ 8.497-83 | 3.70 | 3 | 1 |
| 34А4540 | Амперметры,вольтметры,ваттметры постоян.перемен.тока однопред. КТ 1..4 М4231; М4247; М4275 | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 0.60 | 4 | 1 |
| 34А4550 | Амперметры,вольтметры,ваттметры самопиш.однопред.пер.и пост.тока Н-30; Н-32; Н-33 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34А4610 | Ампервольтметры постоянного тока эталонные КТ 0,1..0,5 М1104; М1109; М2007 | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 6.00 | 3 | 1 |
| 34А4615 | Ампервольтметры постоянного тока КТ 0,1..0,5 М1104; М1109; М2007 | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.80 | 3 | 1 |
| 34А4625 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока эталонные Ц4311 | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 6.50 | 2 | 1 |
| 34А4630 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока Ц4311 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.70 | 3 | 1 |
| 34А4655 | Ампервольметры самопишущие многопре дельные постоянного и переменного тока Н-314; -344; -3140 | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34А4740 | Амперметры, миллиамперметры термоэлектрические | МУ 276 | 3.30 | 3 | 1 |
| 34А6640 | Аппараты для поверки измерительных трансформаторов К-507; АИТ; АТТ | МИ 114-77 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34А6645 | Аппараты для поверки измерительных трансформаторов | МИ 989-85 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34Б4510 | Блоки конденсаторов на 1 частоте | ГОСТ 8.255-77 | 5.30 | 3 | 1 |
| 34Б4520 | Блоки конденсаторов на 4 частотах | ГОСТ 8.255-77 | 4.40 | 3 | 1 |
| 34Б4640 | Блоки поверки БП | | 5.00 | 2 | 1 |
| 34Б5040 | Блоки питания | | 3.20 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34В0710 | Ваттметры постоянного и переменного тока Д5016; Д5020; Д5104 и т.п. | ГОСТ 8.497-83 | 4.40 | 3 | 1 |
| 34В0720 | Ваттметры переменного тока на повышенной частоте КТ 1..4 Д30; Д37; Д305; Ц301 | ГОСТ 8.497-83 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34В5410 | Вольтметры цифровые повышенной точности Ц30; Ц31; Ц300; Ц301; С28; С1202; С1206; С1212 | МИ 1202-86 | 6.00 | 3 | 1 |
| 34В5414 | Вольтметры цифровые постоянного тока Ц304; Ц384; Ц1612; В2-20; Ф4834 и т.п. | МИ 1553-86 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34В5416 | Вольтметры постоянного тока КТ 0,2..0,5 М2 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; МИ 184-62 | 2.70 | 3 | 1 |
| 34В5424 | Вольтметры цифровые дифференциальные В2-27; -34; -36 | МИ 1202-86 | 6.00 | 3 | 1 |
| 34В5440 | Вольтметры цифровые универсальные В7-22;-35; Ц-301;-4308 и т.п. | | 6.00 | 2 | 1 |
| 34В5444 | Вольтметры цифровые универсальные В7-16; -18; -20; -23; -27; -37 | | 5.00 | 3 | 1 |
| 34В5446 | Вольтметры цифровые-электрометры В7-29; В7-30 и т.п. | | 7.50 | 3 | 1 |
| 34В5448 | Вольтметры цифровые универсальные с динамическим и частотным диапазонами В7-34; В7-40 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 34В5449 | Вольтметры цифровые свыше 100 КГц В7-16А; -21; -27А и т.п. | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34В5460 | Вольтамперметрыфазометры ВАФ-85-М1 | ГОСТ 8.497-83; МИ 2009-89 | 3.00 | 3 | 1 |
| 34В5480 | Вольтметры цифровые однопредельные Ф214; Ф217; Ф2000..Ф2003 | МИ 1202-86 | 2.60 | 3 | 1 |
| 34В5482 | Вольтметры электронные с приставкой Ф506; Ф563; Ф584; Ф5263 | ГОСТ 8.118-85 | 6.30 | 3 | 1 |
| 34В5484 | Вольтметры электронные Ф533; Ф534; Ф564; Ф5053 | ГОСТ 8.118-85 | 3.10 | 3 | 1 |
| 34Г0440 | Гальванометры постоянного тока М195 и т.п. | ГОСТ 8.261-77 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34Г3720 | Гисторезиметры Ф5155/1; Ф5155/5 | МИ 1930-88 | 2.80 | 2 | 1 |
| 34Г3730 | Гисторезиметры Ф1555/2 | МИ 1930-88 | 3.90 | 3 | 1 |
| 34Д2410 | Делители напряжения ДНВ-5; -6 | ГОСТ 8.278-78; МИ 210-80 | 16.00 | 2 | 1 |
| 34Д2415 | Делители напряжения ДНВ-10; -100 | ГОСТ 8.278-78 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34Д2420 | Делители напряжения ДНС-01 и т.п. | ГОСТ 8.278-78 | 5.00 | 2 | 1 |
| 34Д2450 | Делители напряжения Р 5/1; ДН1 | ГОСТ 8.278-78 | 1.60 | 3 | 1 |
| 34Д2460 | Делители напряжения Р 3027 | ГОСТ 8.278-78 | 6.00 | 3 | 1 |
| 34Д2470 | Делители напряжения с градуировкой Р35; Р356; Р313 | ГОСТ 8.278-78 | 3.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34Д2475 | Делители напряжения без градуировки Р35; Р313; Р356 | ГОСТ 8.278-78 | 2.40 | 3 | 1 |
| 34И2240 | Измерители нестабильности В8-7; -8 и т.п. | | 6.00 | 3 | 1 |
| 34И2260 | Измерители отношений переменных напряжений В8-6; -7 | | 6.20 | 3 | 1 |
| 34И2340 | Измерители индуктивности,емкости, мосты переменного тока Е7-4; Р556 и т.п. | ГОСТ 8.294-85 | 5.60 | 3 | 1 |
| 34И2350 | Измерители индуктивности,емкости, мосты перемен.тока Е7-8 и т.п. | ГОСТ 8.294-85 | 7.50 | 3 | 1 |
| 34И2420 | Измерители магнитной индукции Ш1-7; -8; ЭМЦ-20; ЭМ2-14; Ф1-1; -9 | ГОСТ 8.144-75 | 10.00 | 3 | 1 |
| 34И2422 | Измерители магнитной индукции с градуировкой Ш1-7; ЭМЦ-20 и т.п. | ГОСТ 8.144-75 | 10.00 | 3 | 1 |
| 34И2430 | Измерители магнитной индукции ЭМЦ2-17; -21; ЭМ2-17; -21 | ГОСТ 8.144-75 | 6.50 | 3 | 1 |
| 34И2440 | Измерители магнитной индукции ЭМЦ2-17; -21; ЭМ2-17 с градуировкой | ГОСТ 8.144-75 | 9.50 | 3 | 1 |
| 34И2442 | Измерители магнитной индукции И1-7; -8; с градуировкой | ГОСТ 8.144-75 | 12.00 | 3 | 1 |
| 34И2444 | Измерители магнитной индукции ЭМ2-14; -20 с градуировкой | ГОСТ 8.144-75 | 11.00 | 3 | 1 |
| 34И2741 | Измерители тока короткого замыкания Щ41160 | | 12.00 | 3 | 1 |
| 34И2840 | Измерители фазовых сдвигов Ф2-28; -34 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34И2940 | Измерители цепи фаза-ноль М-417 | | 1.30 | 4 | 1 |
| 34И3040 | Измерители электростатических зарядов ИНЕП-1 и т.п. | | 2.90 | 3 | 1 |
| 34И3140 | Измерители электропроводности ВЭ-17НЦ и т.п. | | 8.50 | 3 | 1 |
| 34И7610 | Источники питания | | 4.30 | 4 | 1 |
| 34И7740 | Источники эталонного напряжения ИОНА и т.п. | | 4.00 | 3 | 1 |
| 34И7750 | Источники эталонных сигналов ИСТ; ИСМ | | 8.00 | 2 | 1 |
| 34И8020 | Источники малых токов ИТ-12 и т.п. | | 29.50 | 2 | 1 |
| 34К0410 | Калибраторы В1-13 | | 10.30 | 2 | 1 |
| 34К0420 | Калибраторы постоянного тока и напряжения П320; -321; В1-12 | МИ 1199-86 | 16.00 | 2 | 1 |
| 34К0430 | Калибраторы Ф-7046 | МИ 1199-86 | 24.00 | 3 | 1 |
| 34К0440 | Калибраторы П-327 | МИ 1199-86 | 18.00 | 2 | 1 |
| 34К0445 | Калибраторы П 4108 | МИ 1199-86 | 11.70 | 2 | 1 |
| 34К0450 | Калибраторы ЕК1-6 | | 20.00 | 2 | 1 |
| 34К0470 | Калибраторы фазовых сдвигов Ф5125 и т.п. | МИ 109-88 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34К0730 | Катушки сопротивления 3 разряда Р310; -321; -322; -323; -331; -361; ОКС-1; -2 | ГОСТ 8.237-77 | 1.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34К0732 | Катушки сопротивления 2 разряда Р310; -321; -322; -323; -331; -361; ОКС-1; -2 | ГОСТ 8.237-77 | 2.70 | 3 | 1 |
| 34К0735 | Катушки сопротивления (опред.ТКС) Р310; -321; -322; -323; -331; Р361; ОКС-1; -2 | ГОСТ 8.237-77 | 6.10 | 3 | 1 |
| 34К0740 | Катушки сопротивления КТ 0,005 Р4023; Р4013 | ГОСТ 8.237-77 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34К0750 | Катушки сопротивления Р401; -402; -4011; -4021 и т.п. | ГОСТ 8.237-77 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34К0780 | Катушки измерительные магнитного поля | | 7.20 | 3 | 1 |
| 34К0790 | Катушки индуктивности Р547 | МИ 1985-89 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34К2640 | Комплекты поверителя переносные ПКП | | 16.00 | 3 | 1 |
| 34К3420 | Киловольтметры до 1 КВ С-53; С-503..С-509 и т.п. | МИ1416-86 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34К3430 | Киловольтметры до 3 КВ | МИ1416-86 | 1.90 | 3 | 1 |
| 34К3440 | Киловольтметры до 30 КВ С-196 и т.п. | МИ1416-86 | 2.60 | 3 | 1 |
| 34К3460 | Киловольтметры до 100 КВ | | 5.50 | 3 | 1 |
| 34К3490 | Комплекты измерительные К-50; -505; -540 и т.п. | ГОСТ 8.497-83 | 5.20 | 3 | 1 |
| 34К3492 | Комплекты измерительные К-51; -506; -541 и т.п. | ГОСТ 8.497-83 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34К3885 | Киловаттметры,мегаваттметры Д367; Э365 | ГОСТ 8.497-83 | 1.00 | 3 | 1 |
| 34К4240 | Клещи токоизмерительные Ц-4501; -4502; -4505 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; ГОСТ 8.409-81; МИ 2159-91 | 0.90 | 2 | 1 |
| 34К4250 | Клещи для измерения мощности Д90 | ГОСТ 8.497-83 | 1.20 | 2 | 1 |
| 34К5130 | Конденсаторы постоянной емкости Р533; -535 и т.п. | МИ 255-77 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34К5150 | Конденсаторы переменной емкости с числом отсчетных точек менее 20 | МИ 255-77 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34К5160 | Конденсаторы переменной емкости с числом отсчетных точек 20..150 | МИ 255-77 | 6.50 | 3 | 1 |
| 34К5170 | Конденсаторы переменной емкости с числом отсчетных точек более 150 | МИ 255-77 | 8.90 | 3 | 1 |
| 34К5180 | Конденсаторы воздушные высоковольтные | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34К5420 | Компараторы сопротивления Р346; 3015 | | 15.00 | 2 | 1 |
| 34К5430 | Компараторы сопротивления Ц68200; Ц68201 и т.п. | | 12.00 | 3 | 1 |
| 34К5445 | Компараторы напряжения Р3003 | | 12.00 | 2 | 1 |
| 34К5450 | Компараторы напряжения с подстройкой Р3017 | | 13.00 | 2 | 1 |
| 34К5475 | Компараторы термоэлектрические с подстройкой Т-119 | ГОСТ 8.458-82 | 10.00 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34К5480 | Компараторы термоэлектрические с подстройкой У410; У411 | ГОСТ 8.458-82 | 19.80 | 2 | 1 |
| 34К5495 | Компараторы для сличения НЭ | | 16.00 | 2 | 1 |
| 34М0420 | Магазины емкости эталонные Р513; 544; 5025 и т.п. | ГОСТ 8.255-77 | 5.70 | 3 | 1 |
| 34М0450 | Магазины емкости с отсчетом менее 20 точек Р-524; -561; -583 и т.п. | ГОСТ 8.255-77 | 2.70 | 3 | 1 |
| 34М0460 | Магазины емкости с отсчетом более 20 точек Р-524; -561; и т.п. | ГОСТ 8.255-77 | 6.70 | 3 | 1 |
| 34М0462 | Магазины емкости с отсчетом более 20 точек Р5025 и т.п. | ГОСТ 8.255-77 | 4.80 | 3 | 1 |
| 34М0540 | Магазины взаимоиндуктивности Р5000; Р5017 и т.п. | МИ 1985-89 | 8.30 | 3 | 1 |
| 34М0550 | Магазины индуктивности Р546; Р567 и т.п. | МИ 1985-89 | 3.40 | 3 | 1 |
| 34М0560 | Магазины индуктивности ВЧ Р5014 | МИ 1985-89 | 6.00 | 3 | 1 |
| 34М0710 | Магазины сопротивления эталонные МСР-60; -63; Р-326; -327; -4831 | МИ 1695-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34М0715 | Магазины сопротивления МСР-60; -63; Р-326; -327; -4831 | МИ 1985-89 | 3.00 | 3 | 1 |
| 34М0720 | Магазины сопротивления КСМ-4; -6; Р14; Р33;Р58; -314; МСР-55 и т.п. | МИ 1985-89 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34М0730 | Магазины сопротивления однозначные Р-400; -403; -404; -405; -407 | МИ 1985-89 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34М0740 | Магазины сопротивления многозначные Р4001; Р400; Р40102 | МИ 1985-89 | 3.50 | 3 | 1 |
| 34М0750 | Магазины сопротивления переменного тока Р5018; Р5054 и т.п. | МИ 1985-89 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34М1040 | Машины подрывные конденсаторные | | 3.50 | 3 | 1 |
| 34М2130 | Мегаомметры, измерители заземления МС-05; -06; М-416; -1101; -4100 и т.п. | ГОСТ 8.409-81 | 1.20 | 3 | 1 |
| 34М2140 | Мегаомметры электронные многопредельные Ф-415; -4101; МОМ-3; -4 и т.п. | ГОСТ 8.409-81 | 1.80 | 3 | 1 |
| 34М2615 | Меры емкости 1,2 и 3 разряда КСД; КВД и т.п. (1 шт.) | ГОСТ 8.255-77 | 2.50 | 3 | 1 |
| 34М2640 | Меры малой емкости КМЕ-11; -101 (1 шт.) | ГОСТ 8.255-77 | 3.30 | 1 | 1 |
| 34М2650 | Меры емкости Р597; Р5050 и т.п. (1 шт.) | ГОСТ 8.255-77 | 2.10 | 3 | 1 |
| 34М2660 | Меры переменной емкости Р534 и т.п. | ГОСТ 8.255-77 | 5.20 | 3 | 1 |
| 34М2720 | Меры взаимной индуктивности Р536; Р5009 (1 шт.) | МИ 1985-89 | 2.30 | 3 | 1 |
| 34М2731 | Меры индуктивности 1 разряда(1 шт.) | МИ 1985-89 | 3.50 | 3 | 1 |
| 34М2732 | Меры индуктивности 2 разряда(1 шт.) | МИ 1985-89 | 1.90 | 3 | 1 |
| 34М2733 | Меры индуктивности 3 разряда(1 шт.) | МИ 1985-89 | 1.40 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34М2740 | Меры индуктивности (набор) Р596; 5101; 51015 | МИ 1985-89 | 11.00 | 3 | 1 |
| 34М2741 | Меры взаимной индуктивности Р536; 5009 (первичная градуировка) | МИ 1985-89 | 3.40 | 3 | 1 |
| 34М2750 | Меры индуктивности ВЧ (набор) L-0170-2; Р593 | МИ 1985-89 | 20.00 | 3 | 1 |
| 34М2772 | Меры магнитной индукции 2 разряда по переменному и постоянному полю | | 40.00 | 1 | 1 |
| 34М2773 | Меры магнитной индукции 3 разряда по переменному и постоянному полю | | 8.00 | 1 | 1 |
| 34М2840 | Меры сопротивления Р3030; Р3031 | ГОСТ 8.237-77 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34М2850 | Меры сопротивления переходные и подобные Р4064..Р4066; Р4080 | МИ 1695-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34М2860 | Меры сопротивления многозначные Р3021; Р3026 | МИ 1695-87 | 8.40 | 3 | 1 |
| 34М2880 | Меры сопротивления кодоуправляемые Р3041; Р3045 | МИ 1695-87 | 16.30 | 2 | 1 |
| 34М3330 | Микровеберметры Ф1; -18; -190; -191; -199; Ф5050 | МИ 1930-88; МИ 1630-87 | 6.70 | 3 | 1 |
| 34М3340 | Милливеберметры М19; -119; -1119 | МИ 1930-88; МИ 1630-87 | 2.30 | 3 | 1 |
| 34М3430 | Микротесламетры Г79 | ГОСТ 8.144-75 | 8.00 | 2 | 1 |
| 34М3440 | Миллитесламетры Ф4355 и т.п. | ГОСТ 8.144-75 | 7.00 | 3 | 1 |
| 34М3450 | Миллитесламетры градуировка Ф4355 | ГОСТ 8.144-75 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34М3540 | Микрофарадометры, фарадометры | | 1.60 | 4 | 1 |
| 34М5720 | Мосты переменного тока Р-525; -5026 | ГОСТ 8.294-85 | 7.30 | 2 | 1 |
| 34М5740 | Мосты переменного тока Р5058 и т.п. | ГОСТ 8.294-85 | 16.00 | 2 | 1 |
| 34М5750 | Мосты переменного тока универсальные Р-595 | ГОСТ 8.294-85 | 8.00 | 2 | 1 |
| 34М5770 | Мосты переменного тока высоковольтные | | 7.30 | 2 | 1 |
| 34М5780 | Мосты цифровые Щ-402М | ГОСТ 8.449-81 | 5.00 | 3 | 1 |
| 34М5845 | Мосты постоянного тока Р-3009 | ГОСТ 8.449-81 | 17.30 | 3 | 1 |
| 34М5850 | Мосты постоянного тока Р-39 | ГОСТ 8.449-81 | 12.10 | 3 | 1 |
| 34М5855 | Мосты постоянного тока ММВ; МКМВ и т.п. | ГОСТ 8.449-81 | 1.40 | 3 | 1 |
| 34М5865 | Мосты постоянного тока МТВ; Р-329; МОД-58; -59; МО-61 и т.п. | ГОСТ 8.449-81 | 5.00 | 2 | 1 |
| 34М5870 | Мосты постоянного тока Р-4053; -4060 и т.п. | ГОСТ 8.449-81 | 5.70 | 3 | 1 |
| 34М5880 | Мосты цифровые постоянного тока высокоомные | ГОСТ 8.449-81 | 10.70 | 3 | 1 |
| 34М5940 | Мосты кабельные | ГОСТ 8.449-81 | 3.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34М6040 | Мосты-потенциометры Р-304 | ГОСТ 8.478-82 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34Н5040 | Нановольтмиллиамперметры Р325; -341; Ф136 | | 6.30 | 3 | 1 |
| 34О4420 | Омметры,миллиомметры,микроомметры М-246; Р-380; Р-382 и т.п. | ГОСТ 8.409-81 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34О4430 | Омметры цифровые Щ30; Щ34 и т.п. | ГОСТ 8.366-79 | 3.00 | 3 | 1 |
| 34О4440 | Омметры цифровые Щ306 | ГОСТ 8.366-79 | 4.10 | 3 | 1 |
| 34П5720 | Потенциометры постоянного тока КТ 0,01..0,05 Р2/1; Р37; Р307; ПП-1; -63 и т.п. (см.32П5720) | ГОСТ 8.280-78; ГОСТ 8.478-82 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34П5735 | Потенциометры постоянного тока самоповеряемые Р309; -345; -346; -363 | ГОСТ 8.280-78 | 8.20 | 2 | 1 |
| 34П5740 | Потенциометры постоянного тока Р355 | ГОСТ 8.280-78 | 13.80 | 3 | 1 |
| 34П5745 | Потенциометры низкоомные Р306; Р330 и т.п. | ГОСТ 8.478-82 | 5.90 | 3 | 1 |
| 34П5760 | Потенциометры переменного тока К509 | ГОСТ 8.333-78 | 9.40 | 3 | 1 |
| 34П5780 | Потенциометры планшетные двухкоординатные | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34П6220 | Преобразователи переменного тока и напряжения | МИ 1570-86 | 1.60 | 3 | 1 |
| 34П6230 | Преобразователи напряжения В9-1; -5; -6; -10 | | 9.70 | 3 | 1 |
| 34П6270 | Преобразователи измерительные мощности | МИ 1570-86 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34П6310 | Приборы испытательные по всем параметрам Д552 | ГОСТ 8.497-83 | 7.40 | 3 | 1 |
| 34П6320 | Приборы комбинированные (тестеры) Ц56; Ц57; 43101; 4312; 4313 и т.п. | ГОСТ 8.497-83; ГОСТ 409-81; МИ 184-62 | 1.50 | 3 | 1 |
| 34П6340 | Приборы для поверки вольтметров В1-9; -20; -25 | МИ 1199-86 | 20.00 | 2 | 1 |
| 34П6350 | Приборы комбинированные Ф-4320 | ГОСТ 8.294-85 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34П6360 | Приборы комбинированные цифровые Щ4310; Щ4311 | ГОСТ 8.409-80; МИ 1202-86 | 4.90 | 3 | 1 |
| 34П6380 | Приборы универсальные измерительные Р4833 (см.32П6380) | ГОСТ 8.409-80; ГОСТ 8.478-82; МИ 1695-87 | 5.00 | 3 | 1 |
| 34П6382 | Приборы универсальные измерительные УПИП (см.32П6382) | ГОСТ 8.409-80; ГОСТ 8.478-82; | 4.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34П6395 | Приборы кабельные переносные ПКП-2; -3; -4; -5 | | 6.20 | 3 | 1 |
| 34П6640 | Приставки для измерения сопротивлений ПС-1 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34С5340 | СО коэрцетивной силы | | 8.00 | 2 | 1 |
| 34С5430 | СО ММСМ 3 разряда | | 13.00 | 2 | 1 |
| 34С5440 | СО магнитной восприимчивости | | 16.00 | 2 | 1 |
| 34С5450 | СО МТК градуировка | | 5.00 | 2 | 1 |
| 34С5460 | СО МТМ | | 5.00 | 1 | 1 |
| 34С5640 | Сопротивления добавочные ДС; ДВ; ДВТ | ГОСТ 8.497-83; МИ 1991-89 | 0.60 | 4 | 1 |
| 34С9230 | Счетчики электроэнергии индукционные однофазные СО-5; СО-И445; СО-2М2 и т.п. | ГОСТ 8.259-77 | 0.30 | 4 | 1 |
| 34С9241 | Счетчики электроэнергии индукционные 3-х фазные СФЗ-И680; САЗУ-И680 и т.п. | ГОСТ 8.259-77 | 0.50 | 4 | 1 |
| 34С9250 | Счетчики 3-х двухтарифные КТ 2 | ГОСТ 8.259-77 | 8.00 | 3 | 1 |
| 34С9255 | Счетчики постоянного тока Д621 и т.п. | ГОСТ 8.259-77 | 0.16 | 3 | 1 |
| 34С9272 | Счетчики электронные однофазные | МИ 2158-91 | 1.60 | 3 | 1 |
| 34С9275 | Счетчики электронные эталонные | МИ 2158-91 | 16.00 | 2 | 1 |
| 34С9280 | Счетчики электронные постоянного тока Ф604; Ф605 и т.п. | МИ 2158-91 | 0.64 | 3 | 1 |
| 34С9285 | Счетчики электронные 3-х фазные | МИ 2158-91 | 8.00 | 4 | 1 |
| 34С9290 | Счетчики электронные переменного тока Ф441; Ф443 и т.п. | МИ 1775-87 | 6.70 | 3 | 1 |
| 34Т2640 | Термопреобразователи напряжения ПН; ПНТЭ-6; -12 | ГОСТ 8.458-82 | 8.40 | 2 | 1 |
| 34Т2650 | Термопреобразователи тока ПТТЭ; Т300 и т.п. | ГОСТ 8.458-82 | 9.10 | 2 | 1 |
| 34Т2740 | Теслаамперметры Ф4354/1 | ГОСТ 8.144-75 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34Т2840 | Тераомметры Е6-16 и т.п. | ГОСТ 8.409-81 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34Т6010 | Трансформаторы напряжения эталонные НМ-15; -35; ТНО и т.п. | ГОСТ 8.216-88 | 16.00 | 3 | 1 |
| 34Т6020 | Трансформаторы напряжения эталонные И50; И510; УТН и т.п. | ГОСТ 8.216-88 | 6.80 | 2 | 1 |
| 34Т6030 | Трансформаторы напряжения до 35 КВ КТ 0,05..0,1 | ГОСТ 8.216-88 | 16.00 | 2 | 1 |
| 34Т6035 | Трансформаторы напряжения до 35 КВ КТ 0,2 | ГОСТ 8.216-88 | 8.00 | 2 | 1 |
| 34Т6045 | Трансформаторы напряжения ТН-20 и т.п. | ГОСТ 8.216-88 | 10.00 | 4 | 1 |
| 34Т6050 | Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35; НОМ-15; -35 | ГОСТ 8.216-88 | 0.20 | 4 | 1 |
| 34Т6070 | Трансформаторы тока ТК-20; -40 и т.п. | ГОСТ 8.217-87 | 0.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34Т6080 | Трансформаторы тока И-54; УТТ-5; -6М; И508 | ГОСТ 8.217-87 | 2.00 | 3 | 1 |
| 34Т6085 | Трансформаторы тока И-56; И-509;И-512 | ГОСТ 8.217-87 | 15.00 | 3 | 1 |
| 34Т6090 | Трансформаторы тока ТЛМ-10; ТЛК-10; ТПЛМ-10 | ГОСТ 8.217-87 | 0.80 | 4 | 1 |
| 34У7335 | Усилители У5-7; -9 и т.п. | | 9.50 | 2 | 1 |
| 34У7345 | Усилители к потенциометру Р 355 | | 7.50 | 3 | 1 |
| 34У7350 | Усилители к потенциометру Р363 | | 4.60 | 3 | 1 |
| 34У7360 | Усилители к прибору В1-9; Я1В-20; -22 | | 5.10 | 2 | 1 |
| 34У7370 | Усилители к П321 | | 3.50 | 2 | 1 |
| 34У7380 | Усилители мощности | | 8.00 | 3 | 1 |
| 34У7420 | Установки для измерений ослабления и фазовых сдвигов эталонные ДК-1 | | 22.00 | 1 | 1 |
| 34У7550 | Установки 2 разряда для определения характеристик МТМ | | 16.00 | 1 | 1 |
| 34У7560 | Установки 2 разряда для определения характеристик МММ | | 60.00 | 1 | 1 |
| 34У7580 | Установки магнитоизмерительные У 5057 | | 16.00 | 1 | 1 |
| 34У7710 | Установки поверочные У-309; У-355; У-358 и т.п. | | 16.00 | 3 | 1 |
| 34У7720 | Установки поверочные УППУ-1; У3551; В1-26 | | 21.00 | 2 | 1 |
| 34У7750 | Установки УПМС-5М; УМИС-2М; УМКС | | 10.00 | 2 | 1 |
| 34У7755 | Установки У-300 | | 13.00 | 3 | 1 |
| 34У7760 | Установки мостовые У-401 | | 21.40 | 2 | 1 |
| 34У7790 | Установки высоковольтные до 100 КВт | | 24.00 | 2 | 1 |
| 34У7840 | Устройства для поверки мостов Р-4085 | ГОСТ 8.237-77; МИ 1695-87 | 4.00 | 3 | 1 |
| 34Ф0215 | Фазометры Д31; Д37; Д39 и т.п. | МИ 2009-89 | 1.50 | 4 | 1 |
| 34Ф0220 | Фазометры Д578; 5000; 5034; ЭАФ1М | МИ 2009-89 | 3.50 | 3 | 1 |
| 34Ш8330 | Шунты с подстройкой | | 5.80 | 1 | 1 |
| 34Ш8345 | Шунты 75ШСМ и т.п. | | 0.70 | 3 | 1 |
| 34Ш8350 | Шунты 75ШСМ-0,2 | | 1.70 | 3 | 1 |
| 34Ш8360 | Шунты Р6 | | 2.10 | 3 | 1 |
| 34Ш8370 | Шунты с подстройкой Р357 | | 4.00 | 3 | 1 |
| 34Э4210 | Элементы нормальные 2 разряда Х-488 | ГОСТ 8.212-84 | 7.00 | 2 | 1 |
| 34Э4220 | Элементы нормальные 2 и 3 разряда Х482 | ГОСТ 8.212-84 | 5.90 | 2 | 1 |
| 34Э4225 | Элементы нормальные 3 разряда Х488 | ГОСТ 8.212-84 | 6.90 | 2 | 1 |
| 34Э4240 | Элементы нормальные Х480; Э-303 | ГОСТ 8.212-84 | 1.20 | 2 | 1 |
| 34Э4250 | Элементы нормальные ненасыщенные | ГОСТ 8.212-84 | 0.79 | 2 | 1 |
| 34Э4270 | Элементы нормальные в термостатах ТН 402; ТН 403 | ГОСТ 8.212-84 | 4.00 | 2 | 1 |

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35А5040 | Анализаторы спектра НЧ СК4-72; -77 | МИ 1201-86 | 13.00 | 2 | 1 |
| 35А5050 | Анализаторы спектра ВЧ С4-74; -82 | МИ 1201-86 | 14.00 | 2 | 1 |
| 35А5720 | Антенны измерительные дипольные ДР1; ДР3; ДР21 | МИ 1874-88 | 7.50 | 2 | 1 |
| 35А5750 | Антенны рупорные измерительные П6-21; -31 | ГОСТ 8.463-82 | 7.00 | 2 | 1 |
| 35А5760 | Антенны рупорные измерительные П6-23; -33 | ГОСТ 8.463-82 | 24.00 | 2 | 1 |
| 35А7710 | Аттенюаторы эталонные (градуировка 1 ступени на 1 частоте) Д1-13; -13А; ОА из Д1-; Д2- | ГОСТ 8.249-77 | 5.00 | 2 | 1 |
| 35А7730 | Аттенюаторы на 3 частотах АСО-3М; Д1-13; -13А; ОА из Д1 и Д2 | ГОСТ 8.249-77 | 9.00 | 3 | 1 |
| 35А7735 | Аттенюаторы плавные на 1 частоте Д2-13; -14; -17; Д5-18 | ГОСТ 8.249-77 | 4.00 | 3 | 1 |
| 35А7760 | Аттенюаторы резисторные на 1 частоте Д2-22 и т.п. | ГОСТ 8.249-77 | 2.80 | 3 | 1 |
| 35А7780 | Аттенюаторы фиксированные на 1 частоте Д2-27; Д2-36 и т.п. | ГОСТ 8.249-77 | 3.00 | 3 | 1 |
| 35А7785 | Аттенюаторы ступенчатые | | 10.00 | 3 | 1 |
| 35А7840 | Аттенюаторы волноводные поляризационные до 17 ГГЦ Д3-32А; Д3-33А и т.п | ГОСТ 8.249-77 | 6.30 | 2 | 1 |
| 35А7850 | Аттенюаторы волноводные поляризационные до 37,7 ГГЦ Д3-32А; Д3-33А и т.п | ГОСТ 8.249-77 | 12.00 | 2 | 1 |
| 35Б4520 | Блоки сменные к осциллографам НЧ | ГОСТ 8.311-78 | 2.35 | 1 | 1 |
| 35Б4522 | Блоки сменные к стробоскопическим осциллографам | МИ 14-74 | 5.30 | 3 | 1 |
| 35Б4550 | Блоки сменные к измерителям коэффициента АМ С2-10; БС-1; -2; -3 | МИ 1894-88 | 2.75 | 3 | 1 |
| 35В0710 | Ваттметры СВЧ М3-1; М3-1А | ГОСТ 8.392-80 | 8.00 | 2 | 1 |
| 35В0720 | Ваттметры СВЧ калориметрические М3-11; -13; -45; -48 | ГОСТ 8.392-80 | 8.00 | 2 | 1 |
| 35В0730 | Ваттметры СВЧ М3-28 | ГОСТ 8.392-80 | 16.00 | 2 | 1 |
| 35В0740 | Ваттметры СВЧ М3-39; -40; -41; -42 | ГОСТ 8.392-80 | 10.60 | 2 | 1 |
| 35В0750 | Ваттметры поглощаемой мощности М3-51..М3-58 | ГОСТ 8.392-80 | 14.00 | 3 | 1 |
| 35В2540 | Вентили коаксиальные волноводные Э-6; Э-8 | | 5.90 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35В3240 | Видеотесты | | 4.00 | 3 | 1 |
| 35В5140 | Вольтметры-калибраторы универсальные В1-28 | | 26.00 | 2 | 1 |
| 35В5310 | Вольтметры диодные компенсационные 2 разряда, градуировка на ВЧ В3-24; В3-49; В3-63 | ГОСТ 8.117-82; МИ 79-76; МИ 899-82 | 12.50 | 1 | 1 |
| 35В5315 | Вольтметры диодные компенсационные 1 разряда, градуировка на НЧ В3-24; В3-49; В3-63 | ГОСТ 8.117-82; МИ 899-82 | 7.10 | 2 | 1 |
| 35В5320 | Вольтметры диодные компенсационные В3-24; В3-49; В3-63 | ГОСТ 8.117-82 | 7.00 | 3 | 1 |
| 35В5330 | Вольтметры электронные аналоговые до 1000 МГц В3-36;-52; -59 | ГОСТ 8.118-82 | 8.00 | 3 | 1 |
| 35В5340 | Вольтметры электронные аналоговые до 10 МГц В3-38; -39 | ГОСТ 8.118-82 | 4.60 | 3 | 1 |
| 35В5350 | Вольтметры электрононные аналоговые до 1000 МГц (каждая основная шкала) В3-43; В3-56; -57; Ф584 и т.п. | ГОСТ 8.118-82 | 3.50 | 3 | 1 |
| 35В5420 | Вольтметры импульсные аналоговые В4-12; В4-14 | ГОСТ 8.429-81 | 3.25 | 3 | 1 |
| 35В5440 | Вольтметры импульсные цифровые В4-13; В4-17 | РД 50-347-82 | 6.00 | 3 | 1 |
| 35В5550 | Вольтметры селективные, усилители селективные В6-9; В6-10; У2-8 и т.п. | ГОСТ 8.119-85 | 7.80 | 2 | 1 |
| 35В5560 | Вольтметры селективные импортные SMV 6,5; 5,5; 11 | | 9.50 | 2 | 1 |
| 35В5630 | Вольтметры фазочувствительные В5-1 и т.п. | ГОСТ 8.392-80 | 10.00 | 3 | 1 |
| 35В5740 | Вольтметры электронные аналоговые универсальные (каждая основная шкала) В7-26 и т.п. | ГОСТ 8.118-82; ГОСТ 8.402-80 | 4.80 | 3 | 1 |
| 35Г2540 | Генераторы инфранизких и низких частот Г3-39 и т.п. | ГОСТ 8.314-78; МУ 321 | 6.30 | 3 | 1 |
| 35Г2640 | Генераторы НЧ с прецезионной формой сигнала Г3-102; -107; -118 | ГОСТ 8.314-78; ГОСТ 16863-71 | 5.60 | 2 | 1 |
| 35Г2660 | Генераторы НЧ Г3-104; -106; -117 | ГОСТ 8.314-78 | 4.20 | 2 | 1 |
| 35Г2665 | Генераторы НЧ Г3-119 | ГОСТ 8.314-78 | 7.80 | 2 | 1 |
| 35Г2740 | Генераторы кварцевые высокостабильные Г3-105; -110 и т.п. | ГОСТ 8.314-78; МИ 2188-92 | 10.00 | 2 | 1 |
| 35Г2820 | Генераторы импульсов наносекундного диапазона Г5-56; -60; -64; -66 | ГОСТ 8.206-76 | 9.00 | 2 | 1 |
| 35Г2840 | Генераторы импульсов Г5-54; -63; -82 и т.п. | ГОСТ 8.206-76 | 5.70 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35Г2845 | Генераторы импульсов программируемые Г5-79 | ГОСТ 8.206-76 | 12.30 | 2 | 1 |
| 35Г2860 | Генераторы импульсов ГК5-83 | ГОСТ 8.206-76 | 12.00 | 2 | 1 |
| 35Г2865 | Генераторы импульсов И-11; -14 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 35Г2880 | Генераторы импульсов оптического диапазона ОГП-5 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 35Г2940 | Генераторы перепадов ЯЧС-20 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 35Г2950 | Генераторы перепадов напряжения И1-12; Я4С-89 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 35Г3020 | Генераторы измерительные со встроенными калибраторами мощности ГК4-19А; РИП-3 и т.п. | ГОСТ 8.322-78 | 17.00 | 2 | 1 |
| 35Г3040 | Генераторы измерительные со встроенными калибраторами мощности Г4-78; -79 и т.п. | ГОСТ 8.322-78 | 10.50 | 2 | 1 |
| 35Г3120 | Генераторы стандартных сигналов до 1200 МГц Г4-76А и т.п. | ГОСТ 8.322-78 | 10.00 | 2 | 1 |
| 35Г3130 | Генераторы сигналов до 400 МГц Г4-102; -106; -107; -116; -143; Г4-144 и т.п. | ГОСТ 8.322-78 | 9.00 | 3 | 1 |
| 35Г3140 | Генераторы сигналов сложной формы Г6-15; -26; -27; -76; | | 7.00 | 2 | 1 |
| 35Г3145 | Генераторы сигналов сложной формы Г6-31; Г6-37 | | 12.00 | 2 | 1 |
| 35Г3240 | Генераторы стабильного тока ГСТ1; ГСТ2 | | 8.50 | 2 | 1 |
| 35Г3320 | Генераторы синхронных сигналов и шума 1024; 1027; 03006; 03008; 03020 | | 10.00 | 2 | 1 |
| 35Г3330 | Генераторы шума Г2-37; Г2-47 | | 6.20 | 3 | 1 |
| 35Г3340 | Генераторы шума СВЧ Г2-32; Г2-36 | | 9.80 | 3 | 1 |
| 35Г3345 | Генераторы шума 3,8..37,5 ГГц | МИ 168-78 | 8.00 | 3 | 1 |
| 35Г3440 | Генераторы телевизионные Г6-30; Г6-35 | МИ 168-78 | 10.00 | 3 | 1 |
| 35Г3540 | Генераторы ГИС-021 | | 5.00 | 3 | 1 |
| 35Г3640 | Генераторы ГФ-04; -05; -07 | | 20.00 | 2 | 1 |
| 35Г5410 | Головки детекторные к УЗ-29 | | 2.50 | 3 | 1 |
| 35Г5420 | Головки термисторные (градуировка на 1 частоте) | ГОСТ 8.392-80 | 2.60 | 3 | 1 |
| 35Г5425 | Головки термисторные (градуировка на 1 частоте) М5-29..45; -49; М-50; -88; М3-28-50; М3-28-75 | ГОСТ 8.392-80 | 3.00 | 3 | 1 |
| 35И2140 | Измерители добротности Е4-7; Е4-10; Е4-11,Е7-12 | МИ 1769-87 | 6.00 | 3 | 1 |
| 35И2240 | Измерители LC ВЧ Е7-5; Е7-9 | | 6.00 | 3 | 1 |
| 35И2310 | Измерители КСВН и полного сопротивления Р3-32 и т.п. | ГОСТ 8.493-83; МИ 1766-87 | 7.20 | 2 | 1 |
| 35И2330 | Измерители КСВН панорамные коаксиальные (за каждое сечение) Р2-52; -53 и т.п. | ГОСТ 8.493-83; МИ 1766-87 | 9.50 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35И2340 | Измерители КСВН панорамные волноводные (за каждое сечение) Р2-60; -61 и т.п. | ГОСТ 8.493-83; МИ 1766-87 | 9.50 | 2 | 1 |
| 35И3030 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции С2-23 | МИ 1894-88 | 10.00 | 2 | 1 |
| 35И3040 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции С2-10 (базовый); С2-11; -23 | МИ 1894-88 | 7.50 | 2 | 1 |
| 35И3050 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции СК2-24 | МИ 1894-88 | 9.30 | 2 | 1 |
| 35И3060 | Измерители модуляции вычислителей | МИ 1894-88 | 11.70 | 2 | 1 |
| 35И3140 | Измерители параметров антенн модуляционные | | 18.00 | 3 | 1 |
| 35И3240 | Измерители переходных затуханий | ГОСТ 8.331-78 | 15.00 | 3 | 1 |
| 35И3340 | Измерители коэффициента нелинейных искажений С6-7; С6-11 и т.п. | ГОСТ 8.331-78 | 6.20 | 2 | 1 |
| 35И3345 | Измерители коэффициента нелинейных искажений С6-12; СК6-13 и т.п. | ГОСТ 8.331-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 35И3440 | Измерители коэффициента частотной и амплитудной модуляции СК3-40; -41; -45 | МИ 1894-88 | 10.00 | 1 | 1 |
| 35И3470 | Измерители коэффициента ошибок ИКО-1; ИКО-832 | | 72.00 | 1 | 1 |
| 35И3530 | Измерители напряженности электромагнитного поля П1-5;-8 | | 32.00 | 1 | 1 |
| 35И3545 | Измерители напряженности электромагнитного поля П3-13; -14 | | 38.00 | 1 | 1 |
| 35И3550 | Измерители напряженности электромагнитного поля П3-15; -24 | МИ 105-76; МИ 106-76 | 7.00 | 2 | 1 |
| 35И3565 | Измерители напряженности электромагнитного поля FSM-6; -11; -30 и т.п. | МИ 105-76; МИ 106-76 | 16.00 | 1 | 2 |
| 35И3570 | Измерители напряженности электромагнитного поля с двумя антеннами FSM-7; -8 | МИ 105-76; МИ 106-76 | 32.00 | 1 | 2 |
| 35И3575 | Измерители напряженности электр.магнитн.поля с 1 антенной BSM-401 и т.п. | МИ 105-76; МИ 106-76 | 6.40 | 2 | 1 |
| 35И3580 | Измерители напряженности электр.магнит.поля с 3 антеннами BSM-401 и т.п. | МИ 105-76; МИ 106-76 | 6.00 | 1 | 1 |
| 35И3640 | Измерители плотности потока энергии П3-9Г | | 38.70 | 1 | 1 |
| 35И3645 | Измерители плотности потока энергии П3-9А; -9Б; -9В; | | 13.50 | 1 | 1 |
| 35И3840 | Измерители уровня селективные, генераторы ЕТ-40Т; -70; -100; -110 | | 16.00 | 1 | 1 |
| 35И3910 | Измерители коэффициента шума СВЧ Х5-9; -10 и т.п. | | 24.00 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35И3920 | Измерители шума СВЧ Х5-11; Х5-30 | | 23.40 | 1 | 1 |
| 35И3930 | Измерители коэффициента шума СВЧ Х5-23 | | 20.00 | 1 | 1 |
| 35И3940 | Измерители коэффициента шума СВЧ Х5-30; -38 | | 32.00 | 1 | 1 |
| 35И3970 | Измерители радиопомех ПЧ12А; SMV-6; -7; -8; CTV-401 и т.п. | МИ 1764-87 | 14.00 | 1 | 1 |
| 35И4040 | Измерители параметров полупроводниковых приборов Л2-41 и т.п. | МИ 78-76; МИ 93-76 | 8.00 | 3 | 1 |
| 35И4140 | Измерители разности фаз и амплитуд ФК1-12 | МИ 1672-87 | 15.40 | 3 | 1 |
| 35И4240 | Измерители параметров импульсов И4-5 и т.п. | | 7.90 | 2 | 1 |
| 35И4340 | Измерители комплесных коэффициентов передачи (за каждое сечение) Р4-11; -23 и т.п. | | 12.00 | 2 | 1 |
| 35И4360 | Измерители параметров линии передач Р5-10 и т.п. | | 6.50 | 3 | 1 |
| 35К0420 | Калибраторы В1-18,В1-19 | | 13.60 | 2 | 1 |
| 35К0440 | Калибраторы модулометры СВЧ СК2-15 | | 7.80 | 2 | 1 |
| 35К0450 | Калибраторы осцилографов импульсный с микропроцессором И1-9; -17; -18 | | 14.00 | 3 | 1 |
| 35К0480 | Калибраторы мощности волноводные на 1 частоте М1-9А и т.п. | | 16.00 | 1 | 1 |
| 35К0490 | Калибраторы фазового сдвига Ф1-4; Ф5125 | | 8.50 | 3 | 1 |
| 35К3430 | ККМ электронные (все типы) | | 3.50 | 3 | 1 |
| 35К3460 | ККМ электромеханические | | 2.50 | 3 | 1 |
| 35Л3530 | Линии измерительные коаксиальные Р1-17; Р1-34 | ГОСТ 8.351-79 | 8.40 | 2 | 1 |
| 35Л3540 | Линии измерительные волноводные Р1-21; Р1-27 | ГОСТ 8.351-79 | 8.00 | 2 | 1 |
| 35Л3560 | Линии задержки ЛЗТ-1 | | 4.00 | 3 | 1 |
| 35М0140 | Магазины затуханий (градуировка на 1 частоте для 1 ступени) М3-2;-3; -50; ТТ-4103/17 и т.п | | 5.70 | 1 | 1 |
| 35М0150 | Магазины затухания | | 3.20 | 3 | 1 |
| 35М2610 | Меры добротности КДН; КДВ; КДУ-0272-2; Е1-7; -13 | | 2.45 | 3 | 1 |
| 35М2640 | Меры добротности (комплект) Р593 и т.п. | | 24.00 | 3 | 1 |
| 35М5710 | Мосты измерительные высокочастотные Е7-12;-15 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35М5760 | Мосты термисторные М3-22; М3-22А | ГОСТ 8.392-80 | 12.00 | 2 | 1 |
| 35М5770 | Мосты термисторные Я2М-20; -64 | | 5.50 | 3 | 1 |
| 35М5840 | Мотортестеры М-1 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 35Н0110 | Нагрузки волноводные эталонные Э9-80/1; Э9-81/1 и т.п. | МИ 1581-86 | 5.70 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35Н0140 | Нагрузки коаксиальные эталонные до 4 ГГц ЭК9-180 (1 шт.) | ГОСТ 8.365-79; РД 50-272-81 | 4.00 | 1 | 1 |
| 35Н0145 | Нагрузки коаксиальные Э9-155/156 | ГОСТ 8.365-79 | 16.00 | 1 | 1 |
| 35Н0150 | Нагрузки коаксиальные Э9-140; -180 | ГОСТ 8.365-79 | 32.00 | 1 | 1 |
| 35О7905 | Осциллографы скоростные С1-69; -71; С1-75; С7-19; -103; -104; С7-107; -108; -112; -114; и т.п | | 11.00 | 2 | 1 |
| 35О7910 | Осциллографы многоканальные базовые блоки С1-74;-91; | ГОСТ 8.311-78 | 6.00 | 2 | 1 |
| 35О7920 | Осциллографы универсальные 2-канальные С1-55;-64; -82; -117 | ГОСТ 8.311-78 | 9.00 | 2 | 1 |
| 35О7935 | Осциллографы С1-116 | ГОСТ 8.311-78 | 16.00 | 2 | 1 |
| 35О7940 | Осциллографы универсальные 1-канальные С1-65; -72; -94 | ГОСТ 8.311-78 | 5.80 | 3 | 1 |
| 35О7945 | Осциллографы универсальные многокан.низкоомные широкопол. С1-180; -114/1;-122; -69; -71.. | ГОСТ 8.311-78 | 10.50 | 3 | 1 |
| 35О7950 | Осциллографы стробоскопические С7-16 и т.п. | МИ 14-74 | 15.90 | 1 | 1 |
| 35О7960 | Осциллографы запоминающие С8-12; -13; -14; -17; -18 | | 10.50 | 3 | 1 |
| 35О7965 | Осциллографы специальные С9-7; С9-14 | | 10.50 | 2 | 1 |
| 35О7970 | Осциллографы цифровые запоминающие двухканальные С9-8; -16 | | 15.00 | 3 | 1 |
| 35О7980 | Осциллографы СИПАН | | 3.00 | 3 | 1 |
| 35П0310 | Панорамники ВИ-401-22 | | 10.00 | 3 | 1 |
| 35П2620 | Переходы коаксиально-волноводные КВП (для поверки М3-51..М3-56) | | 10.80 | 1 | 1 |
| 35П6210 | Преобразователи падающей мощности Я2М-21..Я2М-24 | МИ 211-80 | 20.00 | 1 | 1 |
| 35П6220 | Преобразователи напряжения В9-10 | МИ 212-80 | 10.70 | 3 | 1 |
| 35П6240 | Преобразователи напряжения стробоскопические 139-5 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35П6310 | Приборы для исследования АХЧ ВЧ Х1-47; -54 и т.п. | | 12.00 | 3 | 1 |
| 35П6320 | Приборы для исследования АХЧ НЧ Х1-53 и т.п. | | 10.00 | 3 | 1 |
| 35П6340 | Приборы ПНП | | 6.00 | 3 | 1 |
| 35П6360 | Приборы комбинированные П321 | | 12.00 | 2 | 1 |
| 35П6370 | Приборы МРК | | 3.00 | 3 | 1 |
| 35П6380 | Приборы ППВК | | 5.00 | 3 | 1 |
| 35П6430 | Приемники измерительные STV | ГОСТ 8.254-74 | 9.60 | 2 | 1 |
| 35П6450 | Приемники измерительные П5-15 и т.п. | ГОСТ 8.254-74 | 17.30 | 1 | 1 |
| 35П6540 | Программаторы СФ-62 | | 9.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35Р0120 | Радиомультиметр универсальный TR0623/K088 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35Т2430 | Телетесторы | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35Т2450 | Телетесты ТТ-01; ЛАСКИ; ЛАСПИ | | 4.50 | 4 | 1 |
| 35Т2620 | Термопреобразователи на 8 частотах | | 6.00 | 3 | 1 |
| 35У3040 | Указатели уровня, неперметры, псофометры ИУ-600; МУ-307 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35У7335 | Усилители измерительные У2-; У3-; У4- | | 5.90 | 4 | 1 |
| 35У7720 | Установки для поверки аттенюаторов эталонные Д1-3; -9; -14 | МИ 1762-82 | 16.00 | 2 | 1 |
| 35У7725 | Установки для поверки аттенюаторов эталонные(базов.бл.) Д1-3; -9; -14 | МИ 1762-82 | 9.00 | 2 | 1 |
| 35У7730 | Установки для поверки аттенюаторов эталонные ДК1-12; ДК-16 | МИ 1762-82 | 18.00 | 2 | 1 |
| 35У7745 | Установки для поверки измерителей КНИ эталонные СК6-10 | | 15.70 | 3 | 1 |
| 35У7750 | Установки измерительные эталонные К2-38 | | 20.00 | 2 | 1 |
| 35У7760 | Установки для поверки вольтметров В1-4; -5; -8 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 35У7770 | Установки В1-15; -16 | | 16.00 | 3 | 1 |
| 35У7780 | Установки К2С-57 | | 16.00 | 3 | 1 |
| 35Ф0235 | Фазометры электронные Ф1-1; Ф2-1; Ф2-4; -13; -16; -26; -28; -34; ФК2-12 и т.п. | МИ 152-78 | 6.00 | 3 | 1 |
| 35Ф0250 | Фазометры цифровые Ф5131 | | 9.00 | 3 | 1 |
| 35Ф0260 | Фазометры разности фаз и амплитуд ФК1-12 | МИ 1672-87 | 7.00 | 3 | 1 |
| 35Ф2720 | Фотоамперметры эталонные (1 фотолампа А1-1) | | 2.00 | 1 | 1 |
| 35Ф2740 | Фотоамперметры эталонные А1-2 (1 трансформатор,1 фотолампа) | | 5.00 | 1 | 1 |
| 35Ф3430 | Фильтры режекторные НЧ для генераторов НЧ | | 10.00 | 3 | 1 |
| 35Ф3440 | Фильтры ВЧ ФРФ-1; ФР | | 4.10 | 2 | 1 |
| 35Э3120 | Эквивалент сети В101; NNV -11; -12; 103;108 | МИ 1763-87 | 7.50 | 3 | 1 |

## ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36А3750 | Акселерометры ударные до 6000 м/с$^2$ | МИ 112-76; МИ 1826-88 | 5.80 | 2 | 1 |
| 36А3755 | Акселерометры ударные до 10000 м/с$^2$ | МИ 112-76; МИ 1826-88 | 7.50 | 2 | 1 |
| 36А3760 | Акселерометры ударные до 200000 м/с$^2$ | МИ 112-76; МИ 1826-88 | 16.00 | 2 | 1 |
| 36А3765 | Акселерометры ударные до 1000000 м/с$^2$ | МИ 112-76; МИ 1826-88 | 28.00 | 2 | 1 |
| 36А5040 | Анализаторы частотные звукового диапазона | | 20.00 | 2 | 1 |
| 36А5050 | Анализаторы частотные узкополосные звукового диапазона | | 20.00 | 2 | 1 |
| 36А6504 | Аппаратура виброизмерительная с октавными фильтрами (1 канал) | | 13.60 | 3 | 1 |
| 36А6608 | Аппаратура контрольно-измерительная ВВМ-337 | МИ 1072-86 | 8.20 | 2 | 1 |
| 36А6610 | Аппаратура контрольно-сигнальная ВВК-001 | | 13.70 | 2 | 1 |
| 36А6612 | Аппаратура контрольно-сигнальная ВВК-331/1 | | 5.40 | 2 | 1 |
| 36А6614 | Аппаратура контрольно-измерительная ВВК-331/2; ВВК-331/3 | | 10.30 | 2 | 1 |
| 36А6616 | Аппаратура контрольно-измерительная ВВК-331/6 | | 20.50 | 2 | 1 |
| 36А6618 | Аппаратура контрольно-измерительная ВВК-331/7 | | 27.30 | 2 | 1 |
| 36А6620 | Аппаратура контрольно-сигнальная ВСВ-333-1; ВСВ-2 | МИ 1547-86 | 9.10 | 2 | 1 |
| 36А6622 | Аппаратура контрольно-сигнальная ВСВ-333-3 | МИ 1547-86 | 5.90 | 2 | 1 |
| 36А6630 | Аппаратура контрольно-сигнальная КСА-15 | | 3.00 | 2 | 1 |
| 36В3020 | Вибрографы тастографы | | 8.00 | 3 | 1 |
| 36В3040 | Виброметры УП-4П | | 9.60 | 2 | 1 |
| 36В3042 | Виброметры ВИ6-6ТН; ЭНДЕВКО | МИ 1873-88 | 24.00 | 2 | 1 |
| 36В3044 | Виброметры ЭВМ-БП-2 | | 9.60 | 2 | 1 |
| 36В3056 | Виброметры 1 ВИП, 1 параметр, 1 канал | МИ 1873-88 | 9.60 | 2 | 1 |
| 36В3058 | Виброметры 1 ВИП, 2 параметра, 1 канал | МИ 1873-88 | 12.30 | 2 | 1 |
| 36В3060 | Виброметры 1 ВИП, 3 параметра, 1 канал | МИ 1873-88 | 13.60 | 2 | 1 |
| 36В3130 | Вибропреобразователи с согласующим усилителем и вольтметром | МИ 1873-88 | 9.60 | 3 | 1 |
| 36В3140 | Вибропреобразователи-усилители | МИ 1873-88 | 9.60 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36В3160 | Вибропреобразователи, усилители эталонные | | 16.00 | 2 | 1 |
| 36Г2540 | Генераторы управляющие 1025 | ГОСТ 8.314-78 | 25.00 | 2 | 1 |
| 36Г2550 | Генераторы управляющие 1047; 1022; 15УС10 | ГОСТ 8.314-78 | 15.00 | 2 | 1 |
| 36Г2560 | Генераторы управляющие СУВУ-3 от ВЭДС | | 13.00 | 2 | 1 |
| 36Д2740 | Детонометры 7Э-61; -65 | | 7.00 | 2 | 1 |
| 36Д5240 | Дозиметры шума | | 3.00 | 2 | 1 |
| 3635540 | Зонды акустические для средств связи | | 5.50 | 2 | 1 |
| 36И2440 | Измерители шума и вибрации | ГОСТ 8.257-84; МИ 1873-88 | 10.20 | 2 | 1 |
| 36И2450 | Измерители шума и вибрации комбинированные ВШВ; ШВК-1; ИШВ-1 | ГОСТ 8.257-84; МИ 1873-88 | 16.50 | 2 | 1 |
| 36И2460 | Измерители мощности УЗ-излучения | | 6.00 | 3 | 1 |
| 36И2470 | Измерители тракта эталонные 2620..8305; 2650..8305 | | 13.00 | 3 | 1 |
| 36И7740 | Источники шума эталонные ИОШ и т.п. | МУ 305 | 30.00 | 2 | 1 |
| 36К0460 | Калибраторы | | 3.00 | 3 | 1 |
| 36М0140 | Магнитофоны измерительные | | 16.50 | 3 | 1 |
| 36М3340 | Микрофоны измерительные по свободному полю звукового давления | ГОСТ 8.153-75 | 7.00 | 3 | 1 |
| 36П6230 | Пистонфоны (калибраторы) ПП-101А; Р101; 4220; 4230 | | 1.60 | 2 | 1 |
| 36П6240 | Приборы УХО ИСКУССТВЕННОЕ УИ-12М; 4152; 4153 и т.п. | ГОСТ 8.154-75 | 4.60 | 2 | 1 |
| 36П6245 | Приборы измерений времени распространения ультразвука (см.27П6245) | | 10.00 | 1 | 1 |
| 36П6340 | Приемники гидроакустические в диапазоне частот 0,002..200 кГц | МИ 2140-91 | 28.50 | 2 | 1 |
| 36П6350 | Приемники гидроакустические в диапазоне частот 200.. 1000 кГц | МИ 2140-91 | 19.00 | 2 | 1 |
| 36С0440 | Самописцы уровня (1 канал) | | 7.50 | 4 | 1 |
| 36С7240 | Стенды виброиспытательные | МИ 49-75. | 48.00 | 2 | 1 |
| 36Т2440 | Телефоны электродинамические ТД-6; ТДК-1; -2 | ГОСТ 8.154-75 | 4.00 | 2 | 1 |
| 36Т6040 | Тракты виброизмерительные 1..20 Гц | | 6.00 | 3 | 1 |
| 36Т6050 | Тракты виброизмерительные эталонные 20..5000 Гц | | 16.00 | 2 | 1 |
| 36У7320 | Усилители измерительные 2603..2610; 2626; 2628; и т.п. | | 9.30 | 2 | 1 |
| 36У7740 | Устройства калибровочные | МИ 1929-88 | 15.00 | 3 | 1 |
| 36Ф3440 | Фильтры 1/3 октавные 1614; 1616 | ГОСТ 8.553-88 | 7.50 | 2 | 1 |
| 36Ф3446 | Фильтры октавные и 1/3 октавные 1017 и т.п. | ГОСТ 8.553-88 | 12.10 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36Ф3450 | Фильтры октавные ФЭ-1; -2; ПФ-1; ОФ101; ОФ201; Ф1016 и т.п. | ГОСТ 8.553-88 | 7.20 | 2 | 1 |
| 36Ф3470 | Фильтры узкополосные и комбинационные 1621 и т.п. | ГОСТ 8.553-88 | 9.60 | 2 | 1 |
| 36Ш8430 | Шумомеры со встроенными октавными фильтрами ВШВ-003; 00017; ИШВ1 и т.п. | ГОСТ 8.257-84 | 11.10 | 2 | 1 |
| 36Ш8450 | Шумомеры с ЭД и ПК микрофоном двух и шестиканальные | ГОСТ 8.257-84; ГОСТ 8.553-88 | 7.10 | 2 | 1 |
| 36Ш8453 | Шумомеры со встроенными октавными и терц-октавными фильтрами 00023 | ГОСТ 8.257-84; ГОСТ 8.553-88 | 13.80 | 2 | 1 |
| 36Ш8455 | Шумомеры с конденсаторным микрофоном | ГОСТ 8.257-84; ГОСТ 8.153-75 | 7.60 | 2 | 1 |

## ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37А5040 | Анализаторы колориметрические АКИ-С-01 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 37Б4240 | Блескомеры ФБ-2 | МИ 2160-91 | 1.70 | 4 | 1 |
| 37В0740 | Ваттметры поглощаемой мощности ОМЗ-65; -66 | МИ 1818-87 | 16.50 | 2 | 1 |
| 37Г2540 | Генераторы оптических импульсов ОГ4-162; -163 | | 18.00 | 2 | 1 |
| 37Г2545 | Генераторы оптических и электрических импульсов (по оптическим параметрам) | | 12.00 | 2 | 1 |
| 37Д2540 | Денситометры ДП-1; -2; -10; ДФЭ-10; ДЕНСИТОН | МИ 710-85 | 7.50 | 2 | 1 |
| 37Д3540 | Диоптриметры ДО-2; -3; -59; ДП-02; КАРЛ-ЦЕЙСС | МИ 339-83; МИ 1225-86; МИ 1396-86 | 4.30 | 3 | 1 |
| 37Д9440 | Дымомеры СИДА; СИДА-107; ХАРТРИДЖ; ИНА; КИД-2; МЕТА-1; МЕТА-2 и т.д. | | 4.00 | 2 | 1 |
| 37И2140 | Измерители белизны РЗ; БПЛ | МИ 313-83 | 5.90 | 2 | 1 |
| 37И2340 | Излучатели,облучатели УФ и видимого диапазона ИЗОЛЬДА; ДЕГУЛЮКС | | 4.00 | 3 | 1 |
| 37И2430 | Измерители длин волн лазерного излучения ИДВ-1;ИДВ-2;ИДВ-3 | МИ 1907-88 | 15.00 | 1 | 1 |
| 37И2450 | Измерители лазерного излучения ИКТ-1М | МИ 1818-87 | 20.50 | 1 | 1 |
| 37И2455 | Измерители мощности и энергии лазерного излучения ИМО-2Н; ИМО2-2 | МИ 1818-87; МИ 2162-91 | 32.00 | 1 | 2 |
| 37И2460 | Измерители мощности лазерного излучения (на одной длине волны) | ГОСТ 8.445-81; МИ 1818-87 | 7.00<br>8.00 | 1<br>3 | 2<br>1 |
| 37И5740 | Интерферометры ЛИР-1; -2; ИТР-1; -2 | | 24.00 | 2 | 1 |
| 37И5760 | Интерферометры для определения длины волны | | 8.00 | 2 | 1 |
| 37И7740 | Источники оптические импульсные ОИ9-4; -5; -6 | | 5.70 | 1 | 1 |
| 37И7750 | Источники потока излучения АЛ 107 | МИ 315-83; | 9.00 | 1 | 1 |
| 37К5340 | Компараторы цвета КЦ-2; РАДУГА-2; ФКЦШМ; СПЕКТРОТОН | МИ 1909-88 | 8.00 | 1 | 1 |
| 37К5440 | Комплекты НПС-ИКС; КС-100; -101 | | 14.30 | 2 | 1 |
| 37Л0240 | Лазеры всех типов | МИ 2057-90; | 94.00 | 1 | 1 |
| 37Л0420 | Лампы светоизмерительные ВМФ-25 | МИ 2229-92 МИ 2057-90; | 63.00 | 1 | 1 |
| 37Л0430 | Лампы светоизмерительные ЛД(Д) | МИ 2229-92 МИ 2057-90; | 65.00 | 1 | 1 |
| 37Л0435 | Лампы светоизмерительные СИ-10-300 | МИ 2229-92 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37Л0440 | Лампы светоизмерительные СИС | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 12.00 | 2 | 1 |
| 37Л0444 | Лампы светоизмерительные СИП | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 6.00 | 2 | 1 |
| 37Л0445 | Лампы цветоизмерительные СИС | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 8.00 | 2 | 1 |
| 37Л0447 | Лампы светоизмерительные эталонные на силу света СИС | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 16.00 | 2 | 1 |
| 37Л0458 | Лампы светоизмерительные эталонные по энергетической освещенности СИС | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 21.00 | 2 | 1 |
| 37Л0465 | Лампы светоизмерительные по энергетической освещенности и силе излучения СИС | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 16.00 | 2 | 1 |
| 37Л0480 | Лампы светоизмерительные СИП эталонные | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 8.00 | 2 | 1 |
| 37Л0545 | Лампы светоизмерительные цветовые температурные СИП | МИ 2057-90; МИ 2229-92 | 8.00 | 2 | 1 |
| 37Л2340 | Лейкометры ЦЕЙСА; СПУТНИК; БЮТА | МИ 68-15 | 4.50 | 2 | 1 |
| 37Л3535 | Линзы и призмы эталонные наборы КПП-1 | | 24.00 | 1 | 1 |
| 37Л3540 | Линзы и призмы эталонные наборы КПП-2 | | 16.00 | 1 | 1 |
| 37Л3740 | Линии полуавтоматические для определения сахаристости | РД 50-391-83 | 19.50 | 1 | 1 |
| 37Л9340 | Люксметры эталонные | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 32.00 | 1 | 2 |
| 37Л9345 | Люксметры Ю-16 | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 3.00 | 3 | 1 |
| 37Л9350 | Люксметры Ю-116; Ю-117 | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 3.10 | 3 | 1 |
| 37Л9370 | Люксметры с юстировкой | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 6.00 | 3 | 1 |
| 37Л9375 | Люксметры нестандартизованные (1..2 предела шунта) | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 3.80 | 3 | 1 |
| 37Л9380 | Люксметры нестандартизованные (3..5 пределов шунта) | ГОСТ 8.023-90; МИ 1882-88 | 8.00 | 3 | 1 |
| 37М2530 | Меры оптической плотности | | 4.00 | 2 | 1 |
| 37М2540 | Меры оптической плотности на пропускание (одно поле) | | 6.70 | 1 | 1 |
| 37М2550 | Меры оптической плотности на отражение (одно поле) | | 1.00 | 1 | 1 |
| 37М2560 | Меры светового коэффициента пропускания | | 4.00 | 1 | 1 |
| 37М2564 | Меры светового коэффициента отражения | МУ 264 | 9.30 | 1 | 1 |
| 37М2580 | Меры светового коэффициента яркости | МУ 264 | 2.50 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37М2740 | Меры спектрального коэффициента отражения и пропускания координат цвета и цветности | МИ 25-74 | 8.00 | 1 | 1 |
| 37М3340 | Микрофотометры МФ-2; -4; ИФО-451; ИФО-460 | | 11.60 | 2 | 1 |
| 37М6640 | Меры показателя преломления (1 шт.) | МИ 1487-86 | 3.00 | 3 | 1 |
| 37Н2840 | Нефелометры НФР и т.п., мутномеры | МИ 1238-86 | 8.00 | 2 | 1 |
| 37П4040 | Пластины поляриметрические | ГОСТ 8.239-77 | 5.00 | 1 | 1 |
| 37П4050 | Пластины элипсометрические | | 4.00 | 1 | 1 |
| 37П5440 | Поляриметры повышенной точности | | 12.70 | 1 | 1 |
| 37П5445 | Поляриметры автоматические ПОЛАМАТ | | 8.00 | 2 | 1 |
| 37П5450 | Поляриметры фотоэлектрические автоматические А1-ЕПО; А1-ЕПЛ; А1-ЕПМ | | 9.20 | 3 | 1 |
| 37П5459 | Поляриметры портативные П-161 | ГОСТ 8.258-77; МИ 2128-91 | 2.70 | 4 | 1 |
| 37П5460 | Поляриметры сахариметры СМ-1..-4; СУ-1; -2; ЕПО и т.п. | ГОСТ 8.258-77; МИ 2128-91 | 4.00 | 4 | 1 |
| 37П5665 | Полярископы-поляриметры ПКС-125; -250 | МИ 215-80 | 4.30 | 2 | 1 |
| 37П6340 | Приемники полостные ПП-1 | МИ 1010-85 | 37.00 | 2 | 1 |
| 37П6350 | Приемники потока излучения ФД | | 3.00 | 1 | 1 |
| 37Р2240 | Резольвометры РП-2; РП-2М; РП-2М1 | | 104.00 | 2 | 1 |
| 37Р2420 | Рефлектометры оптические ОР-18,ОР5-19К | | 15.00 | 1 | 1 |
| 37Р2430 | Рефлектометры оптические ОР-18,ОР5-19К | | 26.00 | 1 | 2 |
| 37Р2840 | Рефрактометры автоматические А1-ЕРО; А1-ЕДР; А1-Е2Р | МИ 1378-86 | 5.60 | 3 | 1 |
| 37Р2850 | Рефрактометры АББЕ, ПУЛЬФРИХА | МИ 2129-91; Инстр. 279-66 | 4.30 | 4 | 1 |
| 37Р2860 | Рефрактометры погружные ИРФ-1; ИРФ-451 и импортные | МИ 1574-86; МИ 1578-86 | 4.10 | 1 | 1 |
| 37С2330 | Сенситометры ФСР-41 | Инстр. 273-58 | 160.00 | 1 | 1 |
| 37С2340 | Сенситограммы дифференциальной оптической плотности на пропускание (1точка) | Инстр. 273-58 | 1.00 | 4 | 1 |
| 37С3030 | Скамьи фотометрические ФС (геометрические параметры) | | 46.00 | 2 | 1 |
| 37С3040 | Скамьи оптические ОСК-2ЦЛ (с принадлежностями) | | 150.00 | 2 | 1 |
| 37С6140 | Средства измерений средней мощности лазерного излучения эталонные ОСИ-СМ | МИ 1519-86; МИ 2162-91 | 36.00 | 1 | 2 |
| 37С6160 | Средства измерений энергии лазерного излучения эталонные (на одной длине волны) ОСИ-Э | МИ 1708-87 | 28.50 | 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37С6210 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные С115; С600 и т.п. | МИ 1588-86; МИ 1936-88 | 19.50 | 2 | 1 |
| 37С6220 | Спектрофотометры ИКС-22; -24; -29 | ГОСТ 8.229-81 | 11.40 | 1 | 2 |
| 37С6230 | Спектрофотометры СПЕКОРД; М-40 | МИ 1933-88 | 8.00 | 2 | 1 |
| 37С6233 | Спектрофотометры СПЕКОЛ | | 8.00 | 2 | 1 |
| 37С6240 | Спектрофотометры СФ-4А; СФ-16; -26; -46 | МИ 26-75; МИ 536-84; МИ 1249-86 | 9.00 | 2 | 1 |
| 37С6245 | Спектрофотометры СФ-8; -20; -39 | МИ 543-84; МИ 1249-86 | 18.00 | 1 | 2 |
| 37С6250 | Спектрофотометры СФ-10; -14; -18 | ГОСТ 8.557-91; МИ 619-84 | 12.00 | 2 | 1 |
| 37С6260 | Спектрофотометры СПЕКТРОМОМ-195 | | 16.00 | 2 | 1 |
| 37Т2740 | Тестеры оптические ОТ-6; ОМКЗ-76 | | 15.50 | 2 | 1 |
| 37Ф4840 | Флуориметры ЭФ-3М; ЭФ-3МА и т.п. | МИ 2350-95 | 6.60 | 2 | 1 |
| 37Ф5730 | Фотометры пламенные ПФМ; ПАЖ; ФПА2 | МИ 314-83; МИ 1383-86 | 8.20 | 2 | 1 |
| 37Ф5734 | Фотометры ФОУ; ФМШ; ФО-1 | МИ 522-84; МИ 605-84 | 5.80 | 1 | 1 |
| 37Ф5760 | Фотоэлектроколориметры ФЭК-56; -56М; КФО; КФК; КФК2 и т.п. | ГОСТ 8.298-78; МИ 442-84; МИ 1236-86 | 3.00 | 4 | 1 |
| 37Ф5763 | Фотоэлектроколориметры КФК-3 | | 4.00 | 4 | 1 |
| 37Я6330 | Яркомеры ЯРМ-3 | | 8.00 | 1 | 1 |

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38А1210 | Альфа-детекторы | | 11.60 | 2 | 1 |
| 38А4921 | Альфа-источники 1 разряда | МИ 1541-86 | 12.00 | 2 | 1 |
| 38А4922 | Альфа-источники 2 разряда П9 | МИ 1541-86 | 6.80 | 2 | 1 |
| 38А4923 | Альфа-источники 3 разряда П9 | МИ 1541-86 | 5.20 | 2 | 1 |
| 38Б1210 | Бета-детекторы | | 3.90 | 2 | 1 |
| 38Б2721 | Бета-источники 1 разряда | МИ 1542-86 | 12.00 | 2 | 1 |
| 38Б2722 | Бета-источники 2 разряда СО | МИ 1542-86 | 6.30 | 2 | 1 |
| 38Б2723 | Бета-источники 3 разряда | МИ 1542-86 | 4.40 | 2 | 1 |
| 38Б2730 | Бета-источники эталонные специальные С-14, Со-60, Tl-204 | МИ 1542-86 | 12.00 | 2 | 1 |
| 38Б4520 | Блоки детектирования БДМГ; БДРГ; ДГ | ГОСТ 8.308-78 | 4.80 | 3 | 1 |
| 38Б4524 | Блоки детектирования БДЗА; БДБ2-016; -1; БДБ; А-БАД; БАД | ГОСТ 8.308-78 | 4.50 | 3 | 1 |
| 38Б4530 | Блоки детектирования ДНБ; ДНП; ДНТ; УДБН | ГОСТ 8.308-78 | 4.00 | 3 | 1 |
| 38Б4531 | Блоки детектирования БДАС-03 | ГОСТ 8.308-78 | 4.00 | 2 | 1 |
| 38Б4532 | Блоки детектирования БДЭГ-20 | ГОСТ 8.308-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 38Б4533 | Блоки детектирования УДАС-024 | ГОСТ 8.308-78 | 40.00 | 2 | 1 |
| 38Б4534 | Блоки детектирования УДАБ | ГОСТ 8.308-78 | 25.00 | 2 | 1 |
| 38Г0422 | Гамма-источники 2 разряда ГИК; ИГИ-Ц | РД 50-465-84; МИ 1986-89 | 18.00 | 1 | 1 |
| 38Г0440 | Гамма-спектрометры АМА02-Ф; ORTEC; ROBOTRON | | 45.00 | 1 | 1 |
| 38Г0444 | Гамма-спектрометры РКГ-05Н | МИ 1916-88 | 57.00 | 1 | 1 |
| 38Г1210 | Гамма-детекторы | МИ 1916-88 | 9.70 | 2 | 1 |
| 38Г1510 | Гамма-дозиметры Кура | МИ 1910-88 | 17.00 | 2 | 1 |
| 38Д1210 | Детекторы нейтронные | ГОСТ 8.355-79; РД 50-458-84 | 12.30 | 2 | 1 |
| 38Д5220 | Дозиметры ДРГЗ-01..04; ДРГ-05; ДКС-04 | МИ 1788-87; МИ 1910-88 | 11.70 | 2 | 1 |
| 38Д5222 | Дозиметры ДРГ-01Т; ДЭС-04; КДГ-1; РД-10 | МИ 1788-87 | 7.20 | 2 | 1 |
| 38Д5224 | Дозиметры VA-J-18; 27012; ДРГ2-01 (1 камера) | МИ 1788-87 | 13.80 | 1 | 1 |
| 38Д5225 | Дозиметры 2715; 3200; 2300; ДКС-05 (1 камера) | МИ 1788-87; МИ 1910-88 | 40.00 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38Д5226 | Дозиметры ДБГ-01-06,-04А;ДРБГ-01;ЭКО-1;ДКС-90 У,-90Н;RAD-101,-1012; Сигнал; Спутник; Разведчик; РМ-; EL- и т.п. | РД 50-525-84; МИ 1135-86 | 20.00 | 2 | 1 |
| 38Д5227 | Дозиметры ДБГ-01М | | 0.50 | 2 | 1 |
| 38Д5228 | Дозиметры ДКГ-01М | МИ 1910-88; МИ 1911-88 | 1.50 | 2 | 1 |
| 38Д5229 | Дозиметры РГБ-02; РГБ-07 | | 13.50 | 2 | 1 |
| 38Д5230 | Дозиметры индивидуальные (1 шт.) ДК-02; ИД-1; ИД-02; ДКП-50; КИД-6; ДТУ-01 | ГОСТ 8.013-72, МИ 1788-87 | 0.17 | 4 | 1 |
| 38Д5232 | Дозиметры индивидуальные КИД-1; -2 (комплект) | ГОСТ 8.013-72 | 7.40 | 3 | 1 |
| 38Д5233 | Дозиметры индивидуальные бытовые по гамма-излучению | МИ 1788-87 | 2.20 | 4 | 1 |
| 38Д5236 | Дозиметры бытовые индивидуальные по гамма- и бета- излучению | МИ 1788-87 | 6.00 | 4 | 1 |
| 38Д5260 | Дозиметры селективные рентгеновские S 2010 | | 23.00 | 2 | 1 |
| 38Д5270 | Дозиметры фотопленочные ИФКУ-1; ИФК-2; -3 (комплект 10 шт. О.1..2Р) | МИ 1788-87 | 0.80 | 4 | 1 |
| 38И2210 | Измерительные каналы систем радиационного контроля типа АКБ-03,-06,-08;8004-01(1 канал) | | 6.00 | 3 | 1 |
| 38И2420 | Измерители мощности дозы ДРГЗ-04; МРМ-3; МДЦ-70 | РД 50-525-84; МИ 1788-87 | 15.50 | 2 | 1 |
| 38И2460 | Измерители эквивалентной мощности дозы нейтронов КДН-2 | РД 50-458-84 | 13.20 | 2 | 1 |
| 38И2470 | Измерители мощности дозы гамма и рентгеновского излучений ИДМД; ИМДЦ-70; ИМД;ИМД-12,-1С,-1Р,-21С; ИРД-02 | МИ 1788-87 | 15.00 | 2 | 1 |
| 38И2720 | Измерители скорости счета УИМ2-1еМ; УИМ2-2(3) | ГОСТ 8.308-78 | 9.20 | 3 | 1 |
| 38И5220 | Индикатор радиоактивности ДРС-01; ДП-63(А); ДП-64 | МИ 1788-87 | 3.90 | 4 | 1 |
| 38П6320 | Приборы ДГ-1, -2, -3, -4, -5; КРБГ-1; РМГЗ-01 | МИ 1910-88; МИ 1911-88 | 12.30 | 3 | 1 |
| 38П6330 | Приборы индивидуального дозиметрического контроля система ИДК ALNOR;АКИДК-201;ДТУ-01;ИКСА | ГОСТ 8.013-72 РД 50-444-83 | 25.00 | 2 | 1 |
| 38П8420 | Пульты измерительные КИД-2; -6; ИФК и т.п. | | 5.10 | 4 | 1 |
| 38П8424 | Пульты КДТ-02М | ГОСТ 8.348-79 | 17.50 | 2 | 1 |
| 38Р0110 | Радиометры удельной (объемной) активности РУБ-01П;РУБ-91;РУГ-91; РКГ-05,-01А,-02А;РКП-305,-306 | ГОСТ 8.526-85 | 21.00 | 2 | 1 |
| 38Р0120 | Радиометры КРБГ-1; БЕТА | МИ 1911-88 | 16.00 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38Р0121 | Радиометры газовые 2323-01; БИОТА(РГБ-05); РГБ-3-0; РГБ-06-01 | | 42.00 | 2 | 1 |
| 38Р0122 | Радиометры радона РРА-01; РРА-03 | МИ 2410-97 | 18.00 | 2 | 1 |
| 38Р0123 | Радиометры радона портативные РГА-01 | МИ 2410-97 | 17.00 | 2 | 1 |
| 38Р0130 | Радиометры СРП-2; -68-01; -68-02; -68-03; КРБ-1; КРА-1; СРП-88; ПРОГНОЗ | ГОСТ 8.040-84; ГОСТ 8.041-84 | 5.80 | 3 | 1 |
| 38Р0140 | Радиометры ДП-100АД;КРК-1;КРАН-1; РКБ4-1еМ; РУБ-01П и т.п. | ГОСТ 8.040-84 | 12.50 | 2 | 1 |
| 38Р0142 | Радиометры NC-1,-482;КРАБ;КРАБ-3;УЗБ-2-03; РМ-3;РМГ-01;ТИСС;ЛУЧ;СПАР20046; ПРОГРЕСС-АР;РГА-96 | ГОСТ 8.040-84; ГОСТ 8.041-84; МИ 1275-86 | 23.00 | 2 | 1 |
| 38Р0143 | Радиометры-дозиметры МКС-01Р,-01Р1,-04Н; ДКС-06; ДРБП-03; РМ 1501; EL-1117 | ГОСТ 8.040-84 ГОСТ 8.041-84 | 27.00 | 2 | 1 |
| 38Р0145 | Радиометры РКС-03-01; РКС-02, -03 (1 канал) | ГОСТ 8.040-84 | 4.00 | 2 | 1 |
| 38Р0150 | Радиометры РУП-1 | ГОСТ 8.355-84 | 12.00 | 2 | 1 |
| 38Р0180 | Радиометры по твердым источникам РВ-4; ДП-100; КРВП-3Б | ГОСТ 8.041-84 | 5.80 | 2 | 1 |
| 38Р0185 | Радиометры жидкости РКС-08П;РЖГ-07П | | 20.00 | 2 | 1 |
| 38Р0190 | Радиометры нейтронов РУС-У8; РУСТ-3; КПН; РПН-1; РГН 1,2 | ГОСТ 8.355-79 | 17.00 | 2 | 1 |
| 38Р2530 | Рентгенометры ДП-12; ДП-3(А,Б); ДП-5(А,Б,В); ДРГ-01Т | МИ 1788-87 | 7.20 | 3 | 1 |
| 38Р2535 | Рентгенометры ДП-100 | МИ 1788-87 | 17.00 | 3 | 1 |
| 38Р2610 | Рентгеновские аппараты АРИНА и т.п. | | 15.00 | 2 | 1 |
| 38С3130 | Сигнализаторы загрязненности СЗБ-03; -04; СЗБ2-1еМ; СПСС2-1 | ГОСТ 8.040-84 | 8.20 | 2 | 1 |
| 38С6340 | Спектрорадиометры полосовые СРП-86 ДАУ-81 | ГОСТ 8.526-85 | 18.00 | 2 | 1 |
| 38С6640 | Спектрометры рентгеновские СРМ | ГОСТ 8.527-85 | 20.50 | 2 | 1 |
| 38С7240 | Стенды дозиметрические Р-3; -4; -5; -6 | | 41.00 | 1 | 1 |
| 38С8010 | Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоакт. материалов ЯНТАРЬ-1С,-2С (с одним блоком детект.) | | 6.00 | 2 | 1 |
| 38С9010 | Счетчики аэрозольных частиц АЗ-5; АЗ-6; ПКР-1; ПКЗВ-905,-906; NET-200 | МИ 556-84 | 20.00 | 2 | 1 |
| 38С9230 | Счетчики импульсов ПСО2-08; ПП-16 и т.п. | ГОСТ 8.308-78 | 7.80 | 3 | 1 |
| 38С9240 | Счетчики импульсов ПП-15; НК-350; ПС02-2ем, -4 | ГОСТ 8.308-78 | 11.00 | 3 | 1 |
| 38У7720 | Установки радиометрические РКС-07 | | 110.00 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38У7730 | Установки дозиметрические КДУ-5; КДУ-2М | МИ 1788-87 | 12.50 | 2 | 1 |
| 38У7734 | Установки сигнальные РЗБ04-04; -05; РЗБО5-01; РА12С (1 детектор) | ГОСТ 8.041-84 | 3.70 | 2 | 1 |
| 38У7740 | Установки корабельные КРАБ-3 | МИ 1275-86 | 12.10 | 2 | 1 |
| 38У7750 | Установки малого фона УМФ-1500 | | 12.10 | 2 | 1 |
| 38У7760 | Установки поверочные УПД; УПГД-2 | ГОСТ 8.087-81; МИ 2050-90 | 36.00 | 2 | 1 |
| 38У7764 | Установки поверочные УПИ; УПДП; КИС-1Д; УМГД и т.п. | ГОСТ 8.087-81; МИ 2050-90 | 36.00 | 2 | 1 |
| 38У7765 | Установки поверочные УПДП-1-3; УПДП-1-5; УПИД; УППР-8; УПБД; СПБД-1 | ГОСТ 8.087-81; МИ 2050-90 | 40.00 | 2 | 1 |
| 38У7766 | Установки поверочные УКПИ; УШПН | | 45.00 | 2 | 1 |
| 38У7770 | Установки СИМА-УПИК; СИМА-ПДУ | | 30.00 | 2 | 1 |
| 38У7780 | Установки ГО-27А-1; ГО-27А-2 | МИ 1788-87 | 7.20 | 2 | 1 |
| 38У7785 | Установки рентгеновские РУМ-17; РУМ-21 и т.п. | | 60.00 | 2 | 1 |

## СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Код нормы | Наименование поверяемых средств измерений | НД на методику поверки | Норма времени, час | Категория сложности | Кол-во поверителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39А5040 | Анализаторы имунно-ферментные МУЛЬТИСКАН и т.п. | | 24.00 | 2 | 1 |
| 39А6605 | Аппараты для электроанестезии ЛЭНАР-01 | | 4.00 | 2 | 1 |
| 39А6640 | Аппараты лазерной терапии ГЕЛИОС; МУСТАНГ; УЗОР | МИ 2162-91 | 3.00 | 2 | 1 |
| 39А6669 | Аппараты НЧ терапии ТОНУС-2М,ДТ-50-3,СКЭНАР-035 и т.п. | МИ 77-75 | 2.00 | 3 | 1 |
| 39А6670 | Аппараты НЧ-терапии СНИМ-1, Физитрон,Интерден-79, Амплипульс-5,УЭКС Восток и т.п. | МИ 77-75 | 5.00 | 2 | 1 |
| 39А6674 | Аппараты УВЧ-терапии УВЧ-66; УВЧ-30; УВЧ-4 | | 2.60 | 2 | 1 |
| 39А6676 | Аппараты для УЗ-терапии Т5; УТП-1; УТС-1М; УЗТ и т.п. | МИ 125-77 | 4.00 | 2 | 1 |
| 39А6677 | Аппараты ультразвуковые хирургические УРСК-7Н-18 | | 3.60 | 2 | 1 |
| 39А6680 | Аппараты для электросна одноканальные ЭЛЕКТРОСОН-4Т; ЭС-3 | МИ 77-75 | 3.00 | 2 | 1 |
| 39А6681 | Аппараты для электросна многоканальные | | 3.00 | 3 | 1 |
| 39А6690 | Аппараты для электропунктуры ЭЛЕКТРОНИКА; ЭЛИТА-4М | | 3.00 | 2 | 1 |
| 39А6691 | Аппараты для электропунктуры | | 2.00 | 2 | 1 |
| 39В2440 | Велоэргонометры | | 8.00 | 2 | 1 |
| 39Г2440 | Гемоглобинометры MF-1020 | | 5.00 | 2 | 1 |
| 39Г2460 | Гемоцитометры ГЦМК-3 | | 4.00 | 2 | 1 |
| 39Д3540 | Динамометры медицинские (см.28Д3540) | | 0.45 | 2 | 1 |
| 39Д5250 | Дозаторы медицинские см.29Д5250 | | 8.00 | 3 | 1 |
| 39И2140 | Измерители степени соотношений гидратации тканей ИСГТ-01 | | 7.00 | 2 | 1 |
| 39К0640 | Кардиомониторы | | 6.00 | 2 | 1 |
| 39К0660 | Кардиокомплексы | | 4.00 | 2 | 1 |
| 39К0664 | Кардиореанимационные комплексы КРК-01 | | 15.00 | 2 | 1 |
| 39К5040 | Коагулографы Н334 | | 8.00 | 2 | 1 |
| 39Л3550 | Линзы для подбора очков, наборы НС и т.п. | Инстр. 271-64 | 48.00 | 2 | 1 |
| 39М4540 | Мониторы реанимационные МР-01 | | 20.00 | 2 | 1 |
| 39О7940 | Осциллоскопы медицинские | МИ 197-79 | 5.00 | 3 | 1 |
| 39О8740 | Офтальмометры | | 2.10 | 3 | 1 |
| 39П5244 | Пневмотахометры | | 4.90 | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39П5440 | Полиграфы многоканальные П44-02; П64-01 (1 канал) | | 5.00 | 2 | 1 |
| 39Р2540 | Реографы | МИ 92-76 | 10.00 | 2 | 1 |
| 39Р2541 | Реографы 4РГ-2М и т.п. | МИ 92-76 | 3.00 | 3 | 1 |
| 39Р3740 | Ритмокардиоскопы | | 10.00 | 2 | 1 |
| 39Р3750 | Ритмокардиометры РКМ-01 | МИ 159-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 39Р3780 | Ритмокардиовазометры РКВ | МИ 159-78 | 8.00 | 2 | 1 |
| 39С6315 | Спирографы БРОНХОМЕТАТЕСТ | МИ 1159-86 | 5.00 | 2 | 1 |
| 39С6340 | Спирографы МЕТАТЕСТ-1;-2 | МИ 124-77 | 5.00 | 2 | 1 |
| 39С6350 | Спирографы ПЕДИМЕТАТЕСТ | МИ 124-77 | 7.00 | 2 | 1 |
| 39С6355 | Спирографы СПИРО 2-2,5 | МИ 124-77 | 7.00 | 2 | 1 |
| 39С6410 | Спирометры сухие | МИ 124-77 | 0.30 | 2 | 1 |
| 39С6420 | Спирометры водяные | | 1.50 | 3 | 1 |
| 39Т5540 | Тонометры-тонографы глазные ТНЦ-100С | | 6.30 | 2 | 1 |
| 39Т5542 | Тонометры-тонографы глазные ТНЦ-100 | | 5.00 | 2 | 1 |
| 39У7740 | Установки для поверки электрокардиографов УП; ЭКГ-01 | МИ 1528-87 | 12.00 | 2 | 1 |
| 39У7760 | Установки медицинские ПКАЧ-01; ПА5-02; ЭКЗ-02; ЗМПА | | 14.00 | 2 | 1 |
| 39Ш8440 | Шумовиброинтеграторы | | 10.00 | 2 | 1 |
| 39Э4228 | Электрокардиоанализаторы | МИ 2398-97 | 6.50 | 2 | 1 |
| 39Э4230 | Электрокардиографы импортные | МИ 2398-97 | 6.00 | 2 | 1 |
| 39Э4242 | Электрокардиографы одноканальные | МИ 2398-97 | 7.00 | 2 | 1 |
| 39Э4250 | Электрокардиографы многоканальные | МИ 2398-97; МИ 75-75 | 10.00 | 2 | 1 |
| 39Э4260 | Электрокардиоскопы ЭКС-05 | | 7.00 | 2 | 1 |
| 39Э4261 | Электрокардиоскопы ЭКСМ-1 | | 5.00 | 2 | 1 |
| 39Э4265 | Электрокардиостимуляторы | МИ 77-75 | 6.50 | 2 | 1 |
| 39Э4272 | Электрокардиостимуляторы ЭКСН-1 | МИ 77-75 | 6.00 | 2 | 1 |
| 39Э4340 | Электроэнцефалографы ЭЭ84-05 1 канал | МИ 76-75 | 5.00 | 2 | 1 |
| 39Э4345 | Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (1 канал) ЭЭ84-05 | МИ 76-75 | 3.00 | 2 | 1 |
| 39Э4350 | Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные | МИ 76-75 | 10.00 | 2 | 1 |
| 39Э4540 | Электроскальпели ЭС-30 | | 5.00 | 2 | 1 |
| 39Э8520 | Эхотомоскопы ЭТС-Р-01 | МИ 122-77 | 12.00 | 2 | 1 |
| 39Э8540 | Эхокардиографы | МИ 122-77 | 7.00 | 2 | 1 |
| 39Э9540 | Эхоэнцефалографы ЭЭС-11; ЭЭС-12; ЭХО-11 | | 5.00 | 2 | 1 |

gost.e-ecolog.ru