УДК 681.2.004:002

Группа Т52

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОСТ 1 00427-81

На 12 страницах

Введен впервые

ПАСПОРТ НА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЕДИНИЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 7 сентября 1981 г. № 087-16

дата введения 1 июля 1982 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает правила составления паспорта на средства измерений единичного изготовления (СИЕИ), разрабатываемые по внутренним планам предприятий, которые не предназначены для серийного или массового производства.

№ изм. 1 2
№ изв. 11317 12767
4655
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
gost.e-ecolog.ru

Издание официальное ГР 8225120 от 29.10.81

Перепечатка воспрещена

2. Паспорт является неотъемлемым эксплуатационным документом СИЕИ и предназначен для использования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и модернизации СИЕИ.

3. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные подразделением-изготовителем основные технические и метрологические характеристики СИЕИ, которые необходимо сообщать потребителю, и служит для учета и наблюдения за состоянием СИЕИ в эксплуатации.

4. Паспорт составляет разработчик СИЕИ, заполняется он после проведения аттестации по ОСТ 1 02733-93.

5. Паспорт должен содержать следующие разделы:

- общие сведения (раздел заполняется разработчиком);
- основные технические и метрологические характеристики;
- комплектность (раздел заполняет подразделение-изготовитель СИЕИ);
- свидетельство о приемке (свидетельство заверяется печатью ОТК);
- сведения о консервации и расконсервации (раздел заполняется в процессе эксплуатации СИЕИ);
- периодическая поверка СИЕИ (раздел заполняется в процессе эксплуатации СИЕИ);
- особые отметки.

Отдельные разделы паспорта допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

6. Паспорт подлежит согласованию с отделом главного метролога предприятия-разработчика СИЕИ в соответствии с требованиями ОСТ 1 02656-88 и представителем заказчика (по его требованию).

7. Паспорт хранится вместе со всем комплектом технической документации на СИЕИ у лица, ответственного за его эксплуатацию.

8. Все записи в паспорте производят чернилами или пастой, отчетливо и аккуратно.

9. Паспорт на СИЕИ допускается размножать любым способом на листах любого формата и печатать с обеих сторон листа или без оборота.

10. Каждый раздел паспорта должен начинаться с новой страницы.

Количество страниц в разделах паспорта устанавливает разработчик с учетом достаточности места для заполнения этих разделов в процессе эксплуатации и ремонта.

№ изм. 1 2
№ изв. 11317 12767
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4855

Нумерация страниц должна быть сквозной. Титульный лист не нумеруется.

11. Оформление паспорта на СИЕИ приведено в обязательном приложении.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4655
№ изм. 2
№ изв. 12767

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Оформление паспорта на СИЕИ

_____

условное или открытое наименование предприятия

ПАСПОРТ

на средство измерений единичного изготовления

_____

наименование

_____ заводской № _____

обозначение

_____

подразделение-изготовитель

№ изм. 2
№ изв. 12767
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4855

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. _____
полное наименование СИЕИ

_____ _____ заводской № _____
обозначение шифр

"____" _____ 19____ г.
дата

2. _____
подразделение-изготовитель

3. _____
назначение СИЕИ

4. _____
область применения СИЕИ

5. _____
принцип действия

6. _____
режим работы

№ изм. 2 | № изв. 12767
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 4655

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристик	Данные по техническим заданиям, техническим описаниям, инструкции по эксплуатации	Допустимые значения погрешности, %	Фактические данные	Примечание

Примечание. При наличии в СИЕИ драгоценных металлов и камней необходимо сделать соответствующую отметку о виде их и количестве, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.608-78.

№ изм | 1 | 2
№ изв. | 11317 | 12767
Инв № дубликата
Инв № подлинника

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Коли-чество	Заводской номер	Номер чертежа	Приме-чание

№ изм. 1
№ изв. 11317
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ _____ заводской № _____
наименование обозначение

изготовлено в полном соответствии с конструкторской документацией (техническим заданием _____, техническим описанием _____)
шифр шифр

прошло аттестацию и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Представитель отдела
главного метролога _____/_____/
подпись инициалы, фамилия

Руководитель подразделения-
разработчика _____/_____/
подпись инициалы, фамилия

Представитель БЦК
подразделения-изготовителя _____/_____/
подпись инициалы, фамилия

Представитель подразделения-
заказчика _____/_____/
подпись инициалы, фамилия

Представитель заказчика
(по его требованию) _____/_____/
подпись инициалы, фамилия

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4655
№ изв. 11317
№ изм. 1
2 12767

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Наименование СИЕИ	Консервация			Дата и подпись лица, производившего консервацию	Дата расконсервации	Дата и подпись лица, производившего расконсервацию
	Дата	Срок	Метод			

№ изм. 2
№ изв. 12767
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА СИЕИ

Дата поверки	Очередная поверка	НТД по поверке	Заключение (годен, не годен)	Подпись поверителя

№ изм. 1 2
№ изв. 11317 12767
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4655

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

В разделе "Особые отметки" должно быть несколько чистых листов для специальных отметок, которые вносят в процессе эксплуатации.

№ изм. | № изв. | 4655 | Инв. № дубликата | Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений 1, 2.								

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
4655

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 12767

ОСТ 1 00427-81
Группа Т52

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Паспорт на нестандартизованные средства измерений

Листов 1 | Лист

Дата введения
2000-01-01

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

1. Первая страница:

– наименование стандарта. Заменить слова: "нестандартизованные средства измерений" на "средства измерений единичного изготовления";

– заменить слова: "срок введения установлен с" на "дата введения";

– пункт 1:

а) заменить слова: "нестандартизованные средства измерений (НСИ)" на "средства измерений единичного изготовления (СИЕИ)";

б) исключить слова: "изготовляемые единичными экземплярами" и "и не подвергаются государственным испытаниям в соответствии с ГОСТ 8.001-80 и ГОСТ 8.383-80".

2. Пункты 2 и 3. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в четырех местах).

3. Пункт 4:

– заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ";

– исключить слово: "метрологической";

– заменить ссылку: ОСТ 1 80301-82 на ОСТ 1 02733-93.

4. Пункты 5, 6, 7, 9, 11. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в восьми местах).

5. Приложение:

– страница 4:

а) заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ";

б) заменить слова: "нестандартизованное средство измерений" на "средство измерений единичного изготовления";

– страницы 5 и 6. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в четырех местах);

– страница 8. Исключить слово: "метрологическую";

– страницы 9 и 10. Заменить аббревиатуру: "НСИ" на "СИЕИ" (в двух местах).

Изменение – переизданный ОСТ 1 00427-81 на 12 страницах с внесенными изменениями.

Причина изменения	Указание о заделе
Приведение в соответствие с действующей НТД	–

Инвентарный №

gost.e-ecolog.ru