

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГОСТ 9249—59

Издание официальное

Цена 3 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 536(083.74) Группа Т36

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГОСТ 9249—59

Взамен
ОСТ 85002—39

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 5 сентября 1959 г. Срок введения установлен с 01.01. 1960 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Для мер и измерительных приборов устанавливается единая температура, называемая нормальной, при которой погрешности мер и измерительных приборов не должны превышать допустимых значений, если другие влияющие величины имеют установленные для них нормальные значения.

2. Нормальная температура устанавливается равной 20°С.

3. К нормальной температуре должны приводиться результаты измерений мерами и измерительными приборами, требующими учета влияния температуры.

Примечание. В тех случаях, когда имеются специальные основания, допускается приведение результатов измерений к температуре, отличной от 20°С, устанавливаемой в каждом отдельном случае государственным стандартом.

4. Рекомендуется приводить к нормальной температуре значения величин, определяющих зависящие от температуры и осуществимые при нормальной температуре свойства вещества материалов и изделий.

5. Стандартами на отдельные виды мер и измерительных приборов, а при их отсутствии техническими условиями, могут устанавливаться допуски к значению нормальной температуры, в пределах которых погрешности мер и измерительных приборов не должны превышать установленных допустимых значений.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1976 г.

© Издательство стандартов, 1977

6. На мерах и измерительных приборах, требующих введения поправок на температуру, должна быть указана нормальная температура.

Допускается обозначение нормальной температуры указывать на футляре прибора или в аттестате.

Редактор *М. В. Глушкова*
Технический редактор *В. В. Римкявичюс*
Корректор *В. А. Ряукайте*

gost.e-ecolog.ru

Подп. в печ. 28.02.77. 0,25 п. л. 0,09 уч.-изд. л. Тир. 2000. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 816